

C. Indira Gil Covarrubias

Representante legal de Laboratorios Altamira, S.A. de C.V.

Av. de los Laboratorios No. 1200, Parque Industrial Santa Clara, Toluca, Estado de México, C.P. 50071

Presente

Me refiero a su solicitud con número de folio **DGP-2026-21023**, ingresada el 17 de junio de 2026, relativa a **Registro sanitario de medicamento biotecnológico biocomparable (fabricación nacional)** (homoclave COFEPRIS-04-004-G) del medicamento **Adalimumab 40 mg/0.4 mL, solución inyectable**.

Del análisis de la documentación presentada, y con fundamento en los artículos 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 153, 155 y 156 del Reglamento de Insumos para la Salud, se le **PREVIENE** para que, en un plazo de **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, subsane lo siguiente:

1. La etiqueta del medicamento biotecnológico biocomparable no presenta las siglas M.B.B. en la superficie principal de exhibición del envase secundario. *Fundamento: NOM-072-SSA1-2012, numeral 5.31.7. (Sección CTD 1.4.1)*
2. No se presenta la evaluación del impacto de excursiones de temperatura fuera de las condiciones de almacenamiento. *Fundamento: NOM-073-SSA1-2015, numeral 7.5.6. (Sección CTD 3.2.P.8)*
3. El programa de aseguramiento de calidad no incluye el programa de auditorías internas del producto y del proceso. *Fundamento: NOM-257-SSA1-2014, numeral 6.1.3. (Sección CTD 3.2.R.1)*
4. El comprobante de pago de derechos es ilegible; deberá presentarlo en forma legible. *Fundamento: Ley Federal de Derechos art. 195-A. (Sección CTD 1.2)*
5. La información para prescribir amplia no es congruente con la del medicamento de referencia en las secciones de contraindicaciones. *Fundamento: RIS art. 167 fr. II. (Sección CTD 1.4.2)*

Se le apercibe que, de no desahogar la presente prevención en el plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada, de conformidad con el artículo 155 del Reglamento de Insumos para la Salud. El plazo para resolver se suspende a partir de la notificación del presente y se reanudará al día siguiente de que se desahogue.

La respuesta deberá presentarse por la misma plataforma digital, en una sola entrega, identificando cada punto.

Atentamente,



Antonia Gaytán Arellano

Dictaminador(a) – Comisión de Autorización Sanitaria (nombre ficticio)



SECRETARÍA DE SALUD

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Comisión de Autorización Sanitaria

Oficio No. CAS/DEAPE/3496/2026

Asunto: Se previene

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2026

Cadena de verificación simulada: 7146de5057ee924667e0f212a0545d88 · UUID simulado: b41cf1db-6988-4b2d-a842-5dd62db2c5f1

SIMULADO – NO ES UN DOCUMENTO OFICIAL