

Impact d'une application de télésurveillance visuelle à domicile sur le délai de détection des épisodes de dégradation de l'acuité visuelle chez les patients atteints de maculopathies chroniques : étude rétrospective TIL-003

Beaumont A., Leroux C., Favre M., Charron P., Tissot N.

(1) Service d'Ophtalmologie, Hôpital Laribosière, Paris | (2) Centre de Référence DMLA, Bordeaux
| (3) Tilak Healthcare, Paris

Abstract

Background. La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) exsudative et l'œdème maculaire diabétique (OMD) nécessitent une surveillance rapprochée afin de détecter précocement les épisodes de rechute et de réajuster les schémas d'injection intravitréenne (anti-VEGF). L'application ODYSIGHT (Tilak Healthcare) propose un autotesting quotidien de la vision à domicile via un test de type MChart sur smartphone, générant une alerte automatique transmise au clinicien en cas de dégradation détectée par le dispositif. L'intérêt clinique de ce monitoring n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation contrôlée prospective en France.

Objective. Évaluer l'impact de l'application ODYSIGHT sur le délai de détection des épisodes de dégradation de l'acuité visuelle chez des patients suivis pour maculopathies chroniques en hôpital de jour.

Study design and methods. Étude rétrospective monocentrique (TIL-003) menée au service d'ophtalmologie de l'hôpital Laribosière (Paris, France). Ont été inclus des patients majeurs suivis pour DMLA exsudative ou OMD, ayant utilisé l'application ODYSIGHT de manière continue pendant au moins 3 mois entre janvier 2021 et décembre 2022. Aucun groupe contrôle n'a été constitué. Le critère de jugement principal était le délai entre la dégradation de l'acuité visuelle — défini par l'alerte générée par l'application elle-même — et la consultation ophtalmologique subséquente. Les données ont été recueillies par revue rétrospective des dossiers médicaux. L'étude n'a pas fait l'objet d'un enregistrement prospectif sur un registre d'essais cliniques et aucun calcul de puissance statistique préalable n'a été réalisé. Le protocole n'était pas pré-enregistré.

Results. Quarante-deux dossiers ont été analysés (27 DMLA exsudative, 15 OMD). L'âge moyen était de 74,3 ans (ET : 8,6 ans). Le délai moyen entre l'alerte générée par l'application et la consultation clinique était de 4,2 jours (ET : 2,1 jours). Aucune donnée comparée à une prise en charge conventionnelle n'étant disponible, il n'est pas possible de quantifier le gain en termes de délai par rapport à un suivi standard. Le taux d'adhérence à l'autotesting quotidien était de 61 % à 3 mois. Aucun événement indésirable grave lié à l'utilisation de l'application n'a été signalé.

Conclusion. Cette étude rétrospective exploratoire suggère que l'application ODYSIGHT permet de détecter des épisodes de dégradation visuelle et de réduire le délai de prise en charge. Ces résultats, obtenus en l'absence de groupe contrôle et sur un effectif limité non calculé, ne permettent pas de conclure à un bénéfice clinique démontré. Une étude randomisée contrôlée est nécessaire pour établir l'efficacité clinique du dispositif dans cette indication.

Keywords : DMLA exsudative ; œdème maculaire diabétique ; télésurveillance visuelle ; application mobile ; monitoring à domicile ; acuité visuelle ; anti-VEGF

Funding & conflicts of interest : Cette étude a été financée par Tilak Healthcare (Paris). N. Tissot et A. Beaumont déclarent avoir reçu des honoraires de conseil de Tilak Healthcare. Les autres auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêt. ClinicalTrials.gov : non enregistré. Approbation éthique : Comité d'éthique de Laribosière, réf. 2021-084.