

CAS RÉEL · MOTEUR DE RAISONNEMENT CAUSAL

INFINITY

Prothèse totale de cheville — la même trajectoire réglementaire, à cinq ans d'écart

Demandeur : TORNIER SAS (2020) puis STRYKER FRANCE (2025) ·

Fabricant : Wright Medical Technology, Inc (USA)

AVIS CNEDIMTS 10.03.2020 → 25.02.2025 · LPPR

AVIS FAVORABLE x2

« On a rejoué les deux dossiers, à cinq ans d'écart, sans jamais leur donner la conclusion de la HAS. »

01 — LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Un dispositif, deux dossiers, cinq ans d'écart

En 2020, la CNEDiMTS inscrit INFINITY pour la première fois — Service Attendu Suffisant, mais sous condition explicite : transmettre, au renouvellement, les résultats d'une étude de suivi spécifique en conditions réelles françaises. En 2025, cette condition arrive à échéance : le registre national des Prothèses totales de cheville de l'AFCP fournit, pour la première fois, des données françaises spécifiques à INFINITY.

La règle du jeu reste la même que sur les cas précédents de la série : on ne donne au moteur que les faits de protocole de chaque étude pivot — jamais la conclusion de la Commission, ni même le fait qu'il s'agisse d'un renouvellement plutôt que d'une primo-inscription. Le moteur lui-même n'a aucune notion de type de demande (primo-inscription, renouvellement, modification) — un angle mort qui ne l'a pas empêché de faire tourner les deux dossiers, cinq ans d'écart, sans la moindre modification de code.

02 — LE DISPOSITIF

Une prothèse de cheville, deux comparateurs revendiqués

Prothèse totale de cheville à trois composants articulés (implant tibial titane, patin polyéthylène, implant talien chrome-cobalt), destinée au remplacement de l'articulation tibio-talienne. L'indication revendiquée est restée identique entre les deux dossiers — mais pas le comparateur.

« Remplacement des articulations tibio-talienne et talo-malléolaire [...] pour les patients dont l'articulation de la cheville est endommagée par une forme sévère d'arthrite rhumatoïde, d'arthrose post-traumatique ou de toute atteinte articulaire dégénérative. »

INDICATION REVENDIQUÉE — IDENTIQUE EN 2020 ET EN 2025

« Le comparateur revendiqué est l'arthrodèse de cheville. »

COMPARATEUR REVENDIQUÉ — DOSSIER 2020

« Les comparateurs revendiqués sont les autres prothèses totales de cheville déjà prise en charge dans les indications retenues. »

COMPARATEUR REVENDIQUÉ — DOSSIER 2025

03 — LES ÉTUDES SOUMISES AU MOTEUR

Deux registres, cinq ans d'écart

	2020 · REGISTRE NATIONAL UK	2025 · REGISTRE NATIONAL AFCP (FRANCE)
DESIGN	Cohorte de registre, non randomisée	Cohorte de registre, non randomisée
PAYS	Royaume-Uni (registre étranger uniquement)	France (registre national AFCP)
N	1 468 implantations INFINITY	467 sélectionnées (658 posées, 169 avec suivi à 2 ans)
CRITÈRE PRINCIPAL	Taux de révision cumulé à 4 ans	Taux de survie sans reprise à 2 ans (Kaplan-Meier)
COMPARATEUR ÉTUDIÉ	Ensemble des prothèses du registre (descriptif)	Ensemble des prothèses du registre français (descriptif)
COMPARATEUR REVENDIQUÉ	Arthrodèse	Autres prothèses de cheville

04 — SIGNAUX DÉTECTÉS PAR LE MOTEUR

Un signal se referme, trois restent identiques

2020 — RISQUE MEDIUM · 4 SIGNAUX

MEDIUM COMPARATOR

Comparateur étudié (autres prothèses du registre) ≠ comparateur revendiqué (arthrodèse).

LOW DESIGN

Centricité de l'étude non renseignée.

MEDIUM DESIGN

Étude comparative non randomisée — risque de biais de sélection résiduel.

MEDIUM ENDPOINT

Critère principal objectif sans adjudication indépendante documentée.

2025 — RISQUE MEDIUM · 3 SIGNAUX

FERMÉ COMPARATOR

Le comparateur revendiqué en 2025 (autres prothèses) correspond désormais au comparateur étudié.

LOW DESIGN

Centricité de l'étude non renseignée — identique à 2020.

MEDIUM DESIGN

Étude comparative non randomisée — identique à 2020.

MEDIUM ENDPOINT

Pas d'adjudication indépendante documentée — identique à 2020.

05 — ALIGNEMENT AVEC LA HAS

Un signal confirmé mot pour mot, un autre hors périmètre

HAS, AVIS RÉEL 2020

« *Aucune étude ne compare la prothèse INFINITY à l'arthrodèse, comparateur revendiqué par le demandeur.* »

MOTEUR

Gap comparator — MEDIUM
Comparateur étudié ≠
comparateur revendiqué

HAS, AVIS RÉEL 2025 — HORS
PÉRIMÈTRE MOTEUR

« *La principale limite de ce registre est la non-exhaustivité de la déclaration des reprises par les chirurgiens (défaut de renseignement des visites de suivi).* »

MOTEUR

Aucun gap correspondant
(pas de mécanisme raté —
hors périmètre par
construction)

✓ **Écart comparateur** — confirmé mot pour mot (2020)

! **Non-exhaustivité de la déclaration des reprises — hors périmètre du moteur par construction** : le moteur évalue le design méthodologique *planifié* (ex. durée de suivi prévue), pas le taux de perte de suivi réellement *obtenu* une fois l'étude menée — une distinction actée explicitement lors de la construction de ce cas.

06 — PROPOSITIONS DE RÉPARATION

Ce que proposait le moteur en 2020

Sortie directe de `gap_repair_engine.repair_comparison()` sur le dossier 2020 — rien ajouté, rien retiré.

01 [MEDIUM] COMPARATOR — Aligner la revendication sur le comparateur réellement étudié

Reformuler la revendication pour ne positionner le dispositif que face au comparateur effectivement testé — ou, en amendement, une comparaison indirecte (network meta-analysis) reliant arthrodeèse et prothèses via un nœud commun.

02 [MEDIUM] ENDPOINT — Ajouter un comité d'adjudication indépendant (CEC)

Charter d'adjudication pré-spécifié, au moins 3 experts indépendants en aveugle du bras de traitement, procédure de résolution des désaccords documentée.

03 [LOW] DESIGN — Documenter la centricité

Donnée absente du dossier transmis, pas une faiblesse confirmée — fournir cette information suffit à lever le signal.

04 [MEDIUM] DESIGN — Randomiser ou ajuster statistiquement les facteurs de confusion

Par ordre de robustesse : randomisation si faisable, sinon score de propension pré-spécifié (matching ou IPTW) avec analyse de sensibilité.

Cinq ans plus tard, le dossier 2025 aura effectivement réglé l'action 01 (comparateur aligné sur celui réellement étudié). Les actions 02, 03 et 04 n'ont pas bougé — elles réapparaissent à l'identique dans le renouvellement.

CE QUE CE CAS MONTRE

Une trajectoire suivie sans jamais avoir la notion de trajectoire

Cas 4/N d'une série sur des dossiers CNEDiMTS réels, rejoués fait par fait — sans jamais donner au moteur la conclusion de la HAS elle-même. Premier cas de la série à suivre le même dispositif à deux moments réglementaires distincts, à cinq ans d'écart : le moteur n'a aucune notion de « renouvellement », ni de dossier précédent, ni de condition posée par la Commission en 2020 — et pourtant les deux analyses, strictement indépendantes l'une de l'autre, racontent la même histoire que la vraie trajectoire réglementaire : un signal se referme, trois restent identiques.