

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento: Megôhmetro
Identificação: 0018
Modelo: 3125
Ordem de Serviço: 000763/2026
Localização: Não informado
Número de Série: WO326839
Fabricante: Kyoritsu
Data da Calibração: 06/07/2026
Próxima Calibração: 31/07/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: 21,0°C ± 1°C

Umidade Relativa: 58,5% ± 15%

4. Padrões utilizados (rastreadabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0095	Calibrador Elétrico	E1292/2025	CAL-0024	20/08/2028

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.011 - Instrução técnica para calibração de medidores de grandezas elétricas. A calibração é realizada através do método indireto pela comparação do medidor em calibração e do medidor padrão ou pelo método direto através do uso de uma medida materializada como padrão.

6. Resultados da Calibração

500 V: (0,0 a 100000,0) MΩ / 0,1MΩ

Unidade: MΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,000	10,100	-0,100	0,057	∞	2,00
100,000	100,400	-0,400	0,057	∞	2,00
1000,000	1001,500	-1,500	0,057	∞	2,00

1000 V: (0,0 a 100000,0) MΩ / 0,1MΩ

Unidade: MΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,000	10,100	-0,100	0,057	∞	2,00
100,000	101,200	-1,200	0,057	∞	2,00
1000,000	1007,800	-7,800	0,057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 08/07/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

2500 V: (0,0 a 100000,0) MΩ / 0,1MΩ

Unidade: MΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,000	10,300	-0,300	0,057	∞	2,00
100,000	101,500	-1,500	0,057	∞	2,00
1000,000	1009,700	-9,700	0,057	∞	2,00

5000 V: (0,0 a 100000,0) MΩ / 0,1MΩ

Unidade: MΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,000	10,300	-0,300	0,057	∞	2,00
100,000	102,000	-2,000	0,057	∞	2,00
1000,000	1029,800	-29,800	0,057	∞	2,00

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP).
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com veff (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 08/07/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/2

Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
@accmetrologia contato.pr@accmetrologia.com.br (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente