

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento: Alicate amperímetro
Identificação: 0042
Modelo: ET-3810
Ordem de Serviço: 000476/2026
Localização: Não informado
Número de Série: Não informado
Fabricante: Minipa
Data da Calibração: 28/04/2026
Próxima Calibração: 30/04/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: 20,2°C ± 0°C

Umidade Relativa: 70,0% ± 0%

4. Padrões utilizados (rastreadabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0076	Alicate amperímetro	E0543/2024	CAL-0024	06/05/2027
PTE-0094	Multímetro Digital	CCR 320/25-R1	CAL-0062	22/05/2026

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.011 - Instrução técnica para calibração de medidores de grandezas elétricas. A calibração é realizada através do método indireto pela comparação do medidor em calibração e do medidor padrão ou pelo método direto através do uso de uma medida materializada como padrão.

6. Resultados da Calibração

600 mVca / 0,1: (0,0 a 600,0) mV / 0,1mV

Unidade: mV

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,000	300,200	-0,200	0,057	∞	2,00

600 mVcc / 0,1: (0,0 a 600,0) mV / 0,1mV

Unidade: mV

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,000	300,200	-0,200	0,057	∞	2,00

6 Vca / 0,001: (0,000 a 6,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
3,00000	3,00300	-0,00300	0,00057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

6 Vcc / 0,001: (0,000 a 6,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
3,00000	3,00400	-0,00400	0,00057	∞	2,00

60 Vca / 0,01: (0,00 a 60,00) V / 0,01V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
30,0000	30,0120	-0,0120	0,0057	∞	2,00

60 Vcc / 0,01: (0,00 a 60,00) V / 0,01V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
30,0000	30,0250	-0,0250	0,0057	∞	2,00

600 Vca / 0,1: (0,0 a 600,0) V / 0,1V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,000	300,200	-0,200	0,057	∞	2,00

600 Vca / 1: (0 a 600) V / 1V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,00	301,20	-1,20	0,57	∞	2,00

1000 Vcc / 1: (0 a 1000) V / 1V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
500,00	500,20	-0,20	0,57	∞	2,00

60 Aca / 0,01: (0,00 a 60,00) A / 0,01A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
30,0000	30,0250	-0,0250	0,0057	∞	2,00

60 Acc / 0,01: (0,00 a 60,00) A / 0,01A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
30,0000	30,0150	-0,0150	0,0057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

600 Aca / 1: (0 a 600) A / 1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,00	301,20	-1,20	0,57	∞	2,00

600 Acc / 1: (0 a 600) A / 1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,00	300,50	-0,50	0,57	∞	2,00

1000 Aca / 1: (0 a 1000) A / 1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
500,00	501,20	-1,20	0,57	∞	2,00

1000 Acc / 1: (0 a 1000) A / 1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
500,00	500,20	-0,20	0,57	∞	2,00

750 Vca / 1: (0 a 750) V / 1V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
350,00	350,20	-0,20	0,57	∞	2,00

600 ohms/0,1: (0,0 a 600,0) Ω / 0,1Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,000	300,200	-0,200	2,700	∞	2,00

6 kohms / 0,001: (0,000 a 6,000) kΩ / 0,001kΩ

Unidade: kΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
3,00000	3,00300	-0,00300	0,00057	∞	2,00

60 kohms / 0,01: (0,00 a 60,00) kΩ / 0,01kΩ

Unidade: kΩ

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
30,0000	30,0260	-0,0260	0,0057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 3/4

600 kohms / 0,1: (0,0 a 600,0) k Ω / 0,1k Ω

Unidade: k Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,000	300,600	-0,600	0,057	∞	2,00

6 Mohms / 0,001: (0,000 a 6,000) M Ω / 0,001M Ω

Unidade: M Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
3,00000	3,00600	-0,00600	0,00057	∞	2,00

60 Mohms: (0,00 a 60,00) M Ω / 0,01M Ω

Unidade: M Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
30,0000	30,2600	-0,2600	0,0057	∞	2,00

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP).
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com v_{eff} (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 4/4

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente