

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA — DFD

**Aquisição de Autoclave  
Hospitalar Horizontal  
com Barreira Sanitária  
e Periféricos**

CME — Hospital Municipal Vó Mundoca — Borba/AM

---

**N.º do DFD:** DFD-SMS/BORBA-001/2026

**Processo:** 2026.00003

**Área Demandante:** SMS — Hospital Municipal Vó Mundoca

**Natureza:** 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente

**CATMAT:** [CÓDIGO CATMAT]

**Valor do objeto:** R\$ 180.000,00

**Fonte:** Emenda Parlamentar 2025 — Invest-  
SUS/Transferegov

**Modalidade:** Pregão Eletrônico — Menor preço global

**Instrumento:** Contrato de Fornecimento

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

| Identificação        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| N.º do DFD:          | DFD-SMS/BORBA-001/2026                        |
| Processo:            | 2026.00003                                    |
| ATP de referência:   | ATP-SMS/BORBA-001/2026                        |
| Unidade demandante:  | SMS — Hospital Municipal Vó Mundoca           |
| Responsável:         | [NOME, CARGO, MATRÍCULA]                      |
| Data:                | Borba/AM, 15 de março de 2026                 |
| Valor do objeto:     | R\$ 180.000,00 (Emenda Parlamentar 2025)      |
| Natureza da despesa: | 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente |
| CATMAT:              | [CÓDIGO CATMAT — verificar CATMAT Digital]    |
| Modalidade sugerida: | Pregão Eletrônico — Menor preço global        |
| Instrumento:         | Contrato de Fornecimento (art. 6.º, XIV)      |

Conteúdo

|     |                                                               |   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Identificação da Área Demandante                              | 2 |
| 2   | Descrição e Justificativa da Necessidade                      | 2 |
| 2.1 | Diagnóstico do CME . . . . .                                  | 2 |
| 2.2 | Vinculação ao Plano de Saúde e à Emenda Parlamentar . . . . . | 2 |
| 3   | Natureza Jurídica do Objeto                                   | 2 |
| 4   | Estimativa de Quantidade e Valor                              | 3 |
| 5   | Data Prevista para Início da Contratação                      | 4 |
| 6   | Indicação dos Recursos Orçamentários                          | 4 |
| 7   | Modalidade Sugerida                                           | 4 |

|           |                                 |          |
|-----------|---------------------------------|----------|
| <b>8</b>  | <b>Requisitos Específicos</b>   | <b>4</b> |
| <b>9</b>  | <b>Checklist Pré-Publicação</b> | <b>5</b> |
| <b>10</b> | <b>Declaração e Aprovação</b>   | <b>5</b> |

## 1. Identificação da Área Demandante

art. 12, VII, Lei 14.133/2021

**Área demandante:** Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM, por meio da equipe de Engenharia Clínica e da Gerência do Hospital Municipal Vó Mundoca. O presente DFD é encaminhado à Comissão Permanente de Licitações (CPL) da Prefeitura Municipal para instrução do processo licitatório.

## 2. Descrição e Justificativa da Necessidade

### 2.1 Diagnóstico do CME

O Hospital Municipal Vó Mundoca opera com 40 leitos e realiza procedimentos cirúrgicos que exigem a disponibilidade contínua de artigos esterilizados (instrumentos cirúrgicos, campos, cateteres). A **Central de Material e Esterilização (CME)** do hospital **não possui autoclave própria com barreira sanitária**, dependendo atualmente de:

1. Esterilização manual por calor seco (estufa), inadequada para materiais têxteis e artigos com lúmens, em não conformidade com a RDC ANVISA 430/2020;
2. Envio de material para esterilização em serviços terceirizados em Manaus, com interrupção dos procedimentos durante o trânsito (4–7 dias no período de seca);
3. Uso de artigos de uso único em situações que admitiriam reprocessamento, gerando custos evitáveis.

Essa situação compromete a **segurança do paciente** e a **regularidade assistencial**, sendo a aquisição de autoclave uma necessidade urgente e insubstituível.

### 2.2 Vinculação ao Plano de Saúde e à Emenda Parlamentar

1. O Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022–2025 prevê o fortalecimento da infraestrutura hospitalar do Hospital Municipal Vó Mundoca como ação estratégica;
2. A Emenda Parlamentar 2025 (Portarias GM/MS n.º 6.870 e 6.904) destinou R\$ 200.000,00 para aquisição de equipamentos hospitalares no Município de Borba, com proposta cadastrada no InvestSUS;
3. O equipamento consta na RENEM (Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes), sendo elegível para o financiamento.

## 3. Natureza Jurídica do Objeto

### Bem Permanente — Contrato de Fornecimento

O objeto é a **aquisição de bem permanente** (autoclave hospitalar), classificado na natureza de despesa 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente). Não se aplica o SRP/ARP, pois a aquisição é **única**, determinada pelo valor fixo da Emenda Parlamentar. O instrumento contratual adequado é o **Contrato de Fornecimento** (art. 6.º, XIV, Lei 14.133/2021).

**Tabela 1:** Especificação do objeto

|                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>   | Autoclave hospitalar horizontal, barreira sanitária, câmara 100–150 L, com periféricos (osmose reversa, compressor de ar médico, acessórios de carga), entrega técnica (QI/QO/QD) e treinamento (8h) |
| <b>Natureza:</b> | 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                        |
| <b>CATMAT:</b>   | [CÓDIGO CATMAT]                                                                                                                                                                                      |
| <b>Normas:</b>   | RDC ANVISA 430/2020; ABNT NBR 11135:2020; EN 285:2015; ISO 17665-1:2006                                                                                                                              |
| <b>Entrega:</b>  | CIF Borba/AM + Entrega Técnica no CME do Hospital Municipal Vó Mundoca                                                                                                                               |

#### 4. Estimativa de Quantidade e Valor

A aquisição envolve **1 (um) conjunto de equipamentos**, composto por: autoclave hospitalar + periféricos + logística + entrega técnica + treinamento, como lote único, pelo valor estimado de R\$ 180.000,00.

| Componente                                     | Valor (R\$)       | %           |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Autoclave 100–150 L (barreira sanitária)       | 120.000,00        | 66,7%       |
| Periféricos (osmose, compressor, racks, carro) | 35.000,00         | 19,4%       |
| Logística CIF + seguro Ad Valorem              | 15.000,00         | 8,3%        |
| Entrega técnica (QI/QO/QD) + treinamento       | 10.000,00         | 5,6%        |
| <b>TOTAL OBJETO LICITADO</b>                   | <b>180.000,00</b> | <b>100%</b> |

#### Reserva municipal — fora da licitação

A reserva de R\$ 20.000,00 para adequação da infraestrutura do CME (rede elétrica trifásica, hidráulica e exaustão) é **recurso próprio municipal**, segregado do objeto licitado, a ser executado antes ou simultaneamente à instalação do equipamento.

#### 5. Data Prevista para Início da Contratação

---

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Cadastro no InvestSUS:        | [DATA — antes do edital]                |
| DFD e ETP:                    | [DATA]                                  |
| Publicação do Edital:         | [DATA]                                  |
| Abertura da sessão:           | [DATA]                                  |
| Assinatura do contrato:       | [DATA]                                  |
| Prazo de entrega:             | 60–90 dias conforme período hidrológico |
| Recebimento definitivo e TRD: | [DATA ESTIMADA]                         |

---

## 6. Indicação dos Recursos Orçamentários

---

---

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | [CÓDIGO UO] — Fundo Municipal de Saúde              |
| Programa:             | [CÓDIGO PROGRAMA]                                   |
| Ação:                 | [CÓDIGO AÇÃO] — Emenda Parlamentar 2025 / InvestSUS |
| Natureza da Despesa:  | 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente       |
| Fonte de Recurso:     | Emenda Parlamentar 2025 — FNS (Transferegov)        |
| Dotação Disponível:   | R\$ 180.000,00 (confirmada em [DATA])               |

---

## 7. Modalidade Sugerida

---

**Pregão Eletrônico**, critério **Menor Preço Global** (art. 28, I; art. 33, I), haja vista: (i) o objeto é bem de licitação comum com especificações precisas; (ii) o valor de R\$ 180.000,00 supera o limite de dispensa; (iii) a competição por menor preço é adequada quando as especificações técnicas mínimas estão claramente definidas no TR.

## 8. Requisitos Específicos

---

1. Registro ANVISA do fabricante/importador;

2. Equipamento na RENEM;
3. Entrega CIF Borba/AM com seguro Ad Valorem;
4. Qualificações documentadas QI/QO/QD no ato da Entrega Técnica;
5. Treinamento inicial da equipe CME (mín. 8h);
6. Garantia mínima 24 meses com assistência técnica no Amazonas;
7. Prazo de atendimento técnico máximo 72h; solução definitiva 15 dias.

## 9. Checklist Pré-Publicação

| OK? Item                                                                        | Ref.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DFD aprovado pelo Secretário de Saúde                  | IN 58/2022                      |
| <input type="checkbox"/> ATP elaborada com correções aplicadas                  | IN 58/2022                      |
| <input type="checkbox"/> ETP cobrindo todos os incisos do Art. 18               | Art. 18                         |
| <input type="checkbox"/> CATMAT verificado no CATMAT Digital                    | SIGEM                           |
| <input type="checkbox"/> Proposta cadastrada no InvestSUS                       | Portaria<br>GM/MS<br>6.870/2025 |
| <input type="checkbox"/> Natureza 44.90.52 confirmada pelo setor contábil       | Lei<br>4.320/1964               |
| <input type="checkbox"/> Reserva de infraestrutura segregada do objeto licitado | ATP<br>Seção 7                  |
| <input type="checkbox"/> Pesquisa de preços concluída (Painel, BPS, cotações)   | IN 65/2021                      |
| <input type="checkbox"/> Dotação orçamentária confirmada                        | Art. 40,<br>§ 1.º, IV           |
| <input type="checkbox"/> Parecer jurídico da PGM                                | Art. 53                         |
| <input type="checkbox"/> Publicação no PNCP e DOE-AM programada                 | Art. 174                        |

## 10. Declaração e Aprovação

Declaro que a presente demanda é real, necessária e urgente para a segurança dos pacientes e a conformidade assistencial do Hospital Municipal Vó Mundoca, nos termos da RDC ANVISA 430/2020 e do Plano Municipal de Saúde 2022–2025.

\_\_\_\_\_  
**[Nome e Cargo]**  
 Responsável pelo DFD  
 Mat.: \_\_\_\_\_  
 SMS Borba/AM

\_\_\_\_\_  
**[Nome e Cargo]**  
 Secretário(a) Municipal de Saúde  
 Mat.: \_\_\_\_\_  
 Autoridade competente

Borba/AM, 15 de março de 2026

---

**Base normativa:** *Lei 14.133/2021 • IN SEGES/MGI 58/2022 • RDC ANVISA 430/2020 • ABNT NBR 11135:2020 • Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025 • Lei 4.320/1964.*