

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DO
CME

— Declaração de Emergência —

Hospital Municipal Vó Mundoca — Processo 2026.00003

RDC ANVISA 15/2012; Art. 75, VIII, Lei 14.133/2021

Este laudo integra o processo de **Dispensa de Licitação por Urgência** (art. 75, VIII, Lei 14.133/2021) e tem por finalidade documentar o estado de não conformidade do CME do Hospital Municipal Vó Mundoca e o risco clínico imediato decorrente da ausência de autoclave a vapor com barreira sanitária.

IDENTIFICAÇÃO DO INSPETOR

Nome:

Formação:

() Engenheiro(a) Clínico(a) () Biomédico(a) ()
Outro: _____

Registro profissional:

Cargo / função:

Data da inspeção:

DADOS DO CME INSPECIONADO

Hospital:	Hospital Municipal Vó Mundoca
Endereço:	_____
Leitos:	40 leitos
Área do CME:	_____ m ²
Responsável técnico CME:	_____

DIAGNÓSTICO DO CME — SITUAÇÃO ATUAL

Item verificado	Resultado	Observações
Autoclave a vapor com barreira sanitária (presente no CME)	() Sim / () Não	
Autoclave existente: estado operacional	() Operante () Inoperante	Causa do defeito: _____
Laudo de manutenção / diagnóstico técnico anexo	() Sim / () Não	
Estufa de calor seco (Poupinel)	() Sim / () Não	Não adequada para campos e artigos porosos
Esterilizador a óxido de etileno (EtO)	() Sim / () Não	
Sistema de esterilização terceirizada vigente	() Sim / () Não	
Tempo médio de ciclo terceirizado (dias)	_____	
Conformidade com RDC ANVISA 15/2012	() Conforme / () Não conforme	
Risco imediato à segurança do paciente	() Sim / () Não	

PARECER TÉCNICO

Em virtude dos dados coletados na inspeção, CONCLUO que:

1. O CME do Hospital Municipal Vó Mundoca **não dispõe** de autoclave a vapor com barreira sanitária em funcionamento, em **não conformidade direta** com os arts. [X, Y, Z] da RDC ANVISA 15/2012;
2. A ausência do equipamento compromete a **segurança do paciente** submetido a procedimentos cirúrgicos neste hospital, criando risco iminente de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) e demais IRAS;
3. A situação configura **urgência técnica** que justifica, do ponto de vista sanitário, a aquisição imediata do equipamento sem aguardar o prazo de um Pregão Eletrônico (estimado em mais de 5 meses até a Entrega Técnica);
4. **RECOMENDO** a aquisição prioritária de autoclave hospitalar horizontal com barreira sanitária, capacidade 100–150 L, com periféricos, nos termos das especificações do TR-SMS/BORBA-001/2026.

Borba/AM, ____ de _____ de 2026.

[Nome do Inspetor]

[Formação] — Reg. Prof.: _____

Laudo com efeito de documento técnico oficial para fins do art. 75, VIII, Lei 14.133/2021

DECLARAÇÃO DA DIREÇÃO CLÍNICA

— Confirmação do Risco Clínico —

Hospital Municipal Vó Mundoca — Processo 2026.00003

Eu, [NOME DO MÉDICO DIRETOR], médico(a), CRM-AM n.º _____, na qualidade de **Diretor(a) Clínico(a)** do Hospital Municipal Vó Mundoca, **DECLARO**, para fins de instrução do Processo 2026.00003 (Dispensa de Licitação por Urgência — aquisição de autoclave hospitalar), que:

1. Nos últimos _____ meses, foram realizados _____ procedimentos cirúrgicos neste hospital (média mensal: _____ procedimentos);
2. O CME deste hospital possui autoclave a vapor que se encontra **inoperante por defeito técnico**, gerando a mesma não conformidade com a RDC ANVISA 15/2012 que a ausência total do equipamento;
3. Com a autoclave inoperante, os procedimentos cirúrgicos têm sido realizados com esterilização por _____ (método substituto emergencial), que **não atende** a todos os requisitos da RDC ANVISA 15/2012 para artigos críticos;
4. Esta situação expõe os pacientes a risco elevado de **Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)** e demais IRAS;
5. A aquisição de autoclave hospitalar com barreira sanitária é **medida urgente e indispensável** para a segurança assistencial deste hospital;
6. **NÃO** houve notificação formal pela Vigilância Sanitária até a data desta declaração (caso houver notificação, juntá-la ao processo).

Borba/AM, ____ de _____ de 2026.

[Nome do Médico Diretor]
CRM-AM n.º _____
Diretor(a) Clínico(a) — Hospital Municipal Vó Mundoca

Base normativa: RDC ANVISA 15/2012 • Lei n.º 14.133/2021, art. 72, I, e art. 75, VIII.