

TERMO DE REFERÊNCIA — TR

**Aquisição de Autoclave  
Hospitalar Horizontal  
com Barreira Sanitária  
e Periféricos**

Pregão Eletrônico — Menor Preço Global

---

**N.º do TR:** TR-SMS/BORBA-001/2026

**ETP:** ETP-SMS/BORBA-001/2026

**DFD:** DFD-SMS/BORBA-001/2026

**Processo:** 2026.00003

**Critério:** Menor preço global (art. 33, I)

**Instrumento:** Contrato de Fornecimento

**Valor Estimado:** R\$ 200.000,00

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

| Dados do Documento   |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º do TR:           | TR-SMS/BORBA-001/2026                                                                                                                                                                            |
| DFD / ETP:           | DFD-SMS/BORBA-001/2026 /<br>ETP-SMS/BORBA-001/2026                                                                                                                                               |
| Processo:            | 2026.00003                                                                                                                                                                                       |
| Objeto:              | Autoclave hospitalar horizontal, barreira sanitária, 100–150 L, com periféricos, logística CIF Borba/AM, entrega técnica (QI/QO/QD) e treinamento da equipe CME do Hospital Municipal Vó Mundoca |
| Modalidade:          | Pregão Eletrônico                                                                                                                                                                                |
| Critério:            | Menor preço global (art. 33, I)                                                                                                                                                                  |
| Instrumento:         | Contrato de Fornecimento (art. 6.º, XIV)                                                                                                                                                         |
| Natureza da Despesa: | 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                    |
| Valor Estimado:      | R\$ 200.000,00                                                                                                                                                                                   |
| Fonte:               | Emenda Parlamentar 2025 — InvestSUS/Transferegov                                                                                                                                                 |

Conteúdo

|     |                                         |   |
|-----|-----------------------------------------|---|
| 1   | Objeto                                  | 2 |
| 1.1 | Descrição . . . . .                     | 2 |
| 1.2 | Objeto em Lote Único . . . . .          | 2 |
| 2   | Especificações Técnicas Mínimas         | 2 |
| 2.1 | Autoclave Hospitalar (Item 1) . . . . . | 3 |
| 2.2 | Periféricos (Itens 2 a 5) . . . . .     | 3 |
| 3   | Requisitos de Entrega                   | 4 |
| 3.1 | Regime e Prazo . . . . .                | 4 |
| 3.2 | Embalagem . . . . .                     | 4 |
| 4   | Qualificações Documentadas (QI/QO/QD)   | 4 |
| 5   | Treinamento                             | 4 |
| 6   | Garantia e Assistência Técnica          | 4 |

---

|           |                                              |          |
|-----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>7</b>  | <b>Conformidade com a Emenda Parlamentar</b> | <b>5</b> |
| <b>8</b>  | <b>Modelo de Gestão do Contrato</b>          | <b>5</b> |
| <b>9</b>  | <b>Critérios de Medição e Pagamento</b>      | <b>5</b> |
| <b>10</b> | <b>Habilitação</b>                           | <b>5</b> |
| <b>11</b> | <b>Sanções Administrativas</b>               | <b>6</b> |
| <b>12</b> | <b>Reajuste e Reequilíbrio</b>               | <b>6</b> |
| <b>13</b> | <b>Adequação Orçamentária</b>                | <b>6</b> |
| <b>14</b> | <b>Disposições Finais</b>                    | <b>6</b> |

## 1. Objeto

art. 6.º, XXIII, “a”, Lei 14.133/2021

### 1.1 Descrição

Aquisição de **autoclave hospitalar horizontal com barreira sanitária**, capacidade útil 100 a 150 litros, com periféricos (sistema de osmose reversa, compressor de ar médico, racks e carro de transporte), acompanhados de logística CIF Borba/AM, seguro de transporte, entrega técnica com qualificações documentadas (QI/QO/QD) e treinamento inicial da equipe CME, para o Hospital Municipal Vó Mundoca, conforme especificações deste TR.

### 1.2 Objeto em Lote Único

| Item                               | Descrição                                                             | Un.          | Qtde.             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1                                  | Autoclave hospitalar horizontal, barreira sanitária, câmara 100–150 L | Conj.        | 1                 |
| 2                                  | Sistema de osmose reversa, 60 L/h                                     | Conj.        | 1                 |
| 3                                  | Compressor de ar médico isento de óleo, $\geq 50$ L                   | Conj.        | 1                 |
| 4                                  | Racks internos em AISI 316L                                           | Un.          | 3                 |
| 5                                  | Carro de transporte em inox, $\geq 60$ kg                             | Un.          | 1                 |
| 6                                  | Indicadores biológicos G. <i>stearothermophilus</i>                   | Cx (50 un.)  | 1                 |
| 7                                  | Indicadores químicos classe 5 (ISO 11140-1)                           | Cx (200 un.) | 1                 |
| 8                                  | Logística CIF Borba/AM + seguro Ad Valorem                            | Serv.        | 1                 |
| 9                                  | Entrega técnica: QI/QO/QD + Relatório de Qualificação                 | Serv.        | 1                 |
| 10                                 | Treinamento equipe CME (mín. 8h) + Certificados                       | Serv.        | 1                 |
| Valor global estimado (lote único) |                                                                       |              | R\$<br>200.000,00 |

## 2. Especificações Técnicas Mínimas

## 2.1 Autoclave Hospitalar (Item 1)

| Característica   | Especificação Mínima                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo             | Horizontal, câmara dupla parede, barreira sanitária (dupla porta) |
| Capacidade útil  | 100 a 150 litros                                                  |
| Câmara interna   | Aço inoxidável AISI 316L; polido; dreno no ponto mais baixo       |
| Portas           | Dupla, com intertravamento pneumático/motorizado                  |
| Gerador de vapor | Integrado; resistências AISI 304L                                 |
| Bomba de vácuo   | Anel líquido; pressão $\leq 30$ mbar                              |
| Pré-vácuo        | Mínimo 3 pulsos                                                   |
| Ciclos mínimos   | Poroso 134°C; Sólido 134°C; Líquido 121°C; Bowie-Dick             |
| Cálculo $F_0$    | Automático, registrado em relatório de ciclo                      |
| SAL              | $10^{-6}$ comprovado na QD                                        |
| Painel           | Display colorido; software em português; impressora de etiqueta   |
| Registro         | Memória interna + saída USB; todos os parâmetros por ciclo        |
| Tensão           | 220 V ou 380 V trifásico                                          |
| Proteção IP      | Gabinete elétrico IP 54 (mínimo)                                  |
| Normas           | EN 285:2015; ISO 17665-1:2006                                     |
| Registro ANVISA  | Obrigatório                                                       |
| Manual           | Em português, impresso e digital                                  |

## 2.2 Periféricos (Itens 2 a 5)

| Periférico           | Especificação Mínima                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmose reversa       | 60 L/h; condutividade $\leq 1,3 \mu\text{S}/\text{cm}$ ; 3 estágios de filtração; tanque 50 L inox |
| Compressor ar médico | Isento de óleo; 6–8 bar; reservatório $\geq 50$ L; $\leq 60$ dB(A); ABNT NBR ISO 7396-1:2011       |
| Racks internos       | AISI 316L; perfurados; removíveis; compatíveis com a câmara                                        |
| Carro de transporte  | Inox; rodas c/ freio; $\geq 60$ kg                                                                 |

### 3. Requisitos de Entrega

#### 3.1 Regime e Prazo

1. Regime: **CIF Borba/AM + Entrega Técnica** no CME do Hospital Municipal Vó Mundoca;
2. Prazo: **60 dias corridos** a partir da assinatura do contrato (período de cheia); 75 dias (vazante); 90 dias (seca extrema), conforme tabela de sazonalidade do Rio Madeira;
3. O fornecedor deve confirmar a data de entrega ao Fiscal com antecedência mínima de 7 dias úteis.

#### 3.2 Embalagem

Embalagem antivibração e antiumpidade (caixa de madeira com espuma protetora e indicador de umidade/inclinação), adequada ao transporte fluvial por balsa.

### 4. Qualificações Documentadas (QI/QO/QD)

**RDC ANVISA 15/2012; ISO 17665-1:2006**

A Entrega Técnica deve incluir:

1. **QI (Qualificação de Instalação)**: verificação de todas as conexões elétricas, hidráulicas, pneumáticas e de exaustão;
2. **QO (Qualificação de Operação)**: ciclos em câmara vazia; teste de vácuo (vazamento  $\leq 1,3 \text{ kPa/min}$ , EN 285); calibração de sensores; teste de alarmes; Bowie-Dick positivo;
3. **QD (Qualificação de Desempenho)**: mínimo 3 ciclos com carga plena; mapeamento de temperatura ( $\Delta T \leq 2^\circ \text{C}$  em todas as posições); IB negativos em todas as posições;  $F_0 \geq 15 \text{ min}$  em todos os pontos;
4. **Relatório de Qualificação**: 2 vias impressas + 1 PDF assinado, entregues no ato da Entrega Técnica.

A aprovação da QD é condição para a **emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)** e para o pagamento.

### 5. Treinamento

Mínimo 8 horas, no CME do Hospital Municipal Vó Mundoca, cobrindo: operação completa, manutenção preventiva de 1.º nível, monitoramento biológico e químico rotineiro, rastreabilidade RDC 430/2020. **Certificados nominais** para cada participante, juntados ao processo.

### 6. Garantia e Assistência Técnica

1. Garantia: **24 meses** a contar do TRD, para equipamento principal e periféricos;
2. Prazo de atendimento: máximo **72 horas** após chamado;

3. Prazo de solução: máximo **15 dias corridos**;
4. Equipamento substituto se reparo > 15 dias;
5. Peças de desgaste para 12 meses de operação entregues com o equipamento;
6. Assistência técnica no Estado do Amazonas (própria ou contratada).

## 7. Conformidade com a Emenda Parlamentar

---

1. Equipamento deve constar na RENEM;
2. Nota Fiscal deve conter número do instrumento de repasse (Transferegov);
3. Código CATMAT idêntico ao adotado no SIGEM;
4. Incorporação ao patrimônio municipal em até 30 dias após o TRD.

## 8. Modelo de Gestão do Contrato

---

A SMS designará **Gestor do Contrato** e **Fiscal Técnico**, este com formação em engenharia clínica, biomedicina ou área correlata, para: acompanhar a entrega, atestar as qualificações QI/QO/QD e emitir o TRD.

## 9. Critérios de Medição e Pagamento

---

### art. 141, Lei 14.133/2021

1. Pagamento único, em até **30 dias** após entrega da NF-e e emissão do TRD pelo Fiscal;
2. O TRD é condicionado à aprovação da QD (IB negativos;  $F_0 \geq 15$ ) e à entrega de todos os itens do lote;
3. Condições suspensivas: certidões de regularidade fiscal válidas; incorporação patrimonial confirmada.

## 10. Habilitação

---

1. Jurídica: contrato social + CNPJ ativo;
2. Fiscal/Trabalhista: certidões padrão (arts. 68–69, Lei 14.133/2021);
3. Técnica: (i) registro ANVISA do fabricante/importador da autoclave; (ii) equipamento na RENEM; (iii) atestado de fornecimento de autoclave hospitalar com barreira sanitária em volume equivalente ( $\geq 1$  unidade em 5 anos); (iv) comprovação de assistência técnica no Amazonas;
4. Econômica: capital/patrimônio  $\geq 10\%$  do valor; certidão negativa de falência.

## 11. Sanções Administrativas

Arts. 155 a 163, Lei 14.133/2021

| Infração                                          | Sanção           | Parâmetro                           |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Atraso na entrega (por dia)                       | Multa moratória  | 0,5%/dia sobre o valor do contrato  |
| Atraso > 30 dias                                  | Multa + rescisão | 10% do valor do contrato (art. 162) |
| QD reprovada (1. <sup>a</sup> vez)                | Advertência      | Refazimento em 10 d.u.              |
| QD reprovada (2. <sup>a</sup> e 3. <sup>a</sup> ) | Multa            | 5% por reprovação                   |
| QD reprovada 3 vezes consecutivas                 | Rescisão + multa | 10% do contrato + devolução do bem  |
| Treinamento não realizado                         | Multa            | 2% do contrato                      |
| Garantia não cumprida (prazo 72h)                 | Multa            | 0,5%/dia de atraso na solução       |

Defesa Prévia

Antes de qualquer sanção: 10 dias úteis para defesa (art. 157).

12. Reajuste e Reequilíbrio

O contrato não será reajustado (pagamento único). Reequilíbrio somente em evento imprevisível documentado (art. 124, I), mediante solicitação fundamentada e decisão do Gestor em até 30 dias.

13. Adequação Orçamentária

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
|                       | [CÓDIGO UO]                                      |
| Unidade Orçamentária: |                                                  |
| Natureza da Despesa:  | 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente    |
| Fonte:                | Emenda Parlamentar 2025 — InvestSUS/Transferegov |
| Dotação:              | R\$ 200.000,00 (confirmada em [DATA])            |

14. Disposições Finais

Foro: Comarca de Borba/AM. Casos omissos: Lei 14.133/2021.



---

[Nome e Cargo]  
Responsável pelo TR  
SMS Borba/AM

---

[Nome e Cargo]  
Secretário(a) Municipal de Saúde  
Aprovação

Borba/AM, 15 de março de 2026

---

**Base normativa:** *Lei 14.133/2021 • RDC ANVISA 15/2012 • ABNT NBR 11135:2020 • ABNT NBR ISO 7396-1:2011 • EN 285:2015 • ISO 17665-1:2006 • ISO 11140-1:2014 • Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025 • Lei 4.320/1964.*