Parámetros recomendados de configuración de Drivers:

Cantidad de muestras de todos los transductores por lectura de hardware (Modo Sequence)

	CAP-USB 1.1		ADDI-DATA MAX-E3701	
Cantidad de	Muestras	N° Tramas –	Muestras	Nbr Max Sequence to
Transductores	x seg	Sequence	x seg	Transfer
1	1080	90	12500	800
4	540	30	625	40
8	330	15	312	20
16	210	10	156	15