ISO/IEC 17025;2017 와 KS Q ISO/IEC 17025;2017 에 의한 공인인정범위

코리아인스트루먼트㈜ 대전광역시 유성구 테크노2로 167-6

전화 : 042-931-1901 팩스 : 042-931-1902 이메일 : grand1901@naver.com

교 정

유효기간 만료일 : 2022. 8. 4 인정번호 : KC01-052(1/15)

KOLAS 평가결과에 의해 다음의 교정수행에 대하여 공인됩니다.

분류번호	교정항목	현장 교정	분류번호	교정항목	현장 교정	분류번호	교정항목	현장 교정
102.선형치	수		106.기타	길이 관련량		403.교류 !	및 교류전력	
10206	다이얼/실린더 게이지 시험기	N	10601	내/외측 캘리퍼, 기어 이두께	Y	40301	교류 전류계	Y
10209	엔드바,마이크로미터 기준봉	N		캘리퍼, 캘리퍼 게이지		40318	교류 전압계/	Y
10210	길이 변위계, LVDT	Y	10603	실리더/보어 게이지	Y		전위차,실효치	
10211	틈새 게이지	Y	10604	깊이 게이지, 마이크로미터;	Y	404.기타 3	- 직류 및 저주파측정	
10213	갭 게이지	N		다이얼형 포함		40419	아날로그/디지털 멀티 미터;	Y
10216	높이 게이지/측정기	Y	10605	다이얼/디지털 게이지	Y	1	하부속성 개별인정	
10220	표준 측장기	Y	10608	그라인드게이지	N	501.접촉식	온도	
10223	전기 마이크로미터	Y	10609	지침측미기,테스트인디케이터	Y	50101	온도 발생장치;오븐,전기로,	Y
10224	높이 마이크로미터, 받침블록	N	10610	마이크로미터 헤드	N		액체항온조, 빙점조,	
10228	원통형 플러그/핀 게이지,	Y	10611	3점 마이크로미터	Y		드라이블럭교정기 등	
	나사 측정용 와이어 게이지		10612	내측 마이크로미터	Y	50102	온도 지시계; 지시/기록/	Y
10229	래디어스 게이지	N	10613	외측 마이크로미터	Y		조절계, 온도 교정기 등	
10230	원통형 링 게이지	N	10617	표준체	N		벡크만온도계 등	
10232	스텝 게이지, 캘리퍼 검사기	N	201.질량			50103	유리제 온도계; 유리제온도계,	N
10233	테이퍼형 틈새 게이지	N	20103	자동계량 포장저울	Y	1	벡크만온도계 등	
10234	초음파식 두께측정기	Y	20105	부등비접시수동저울	Y	50104	저항식 온도계;	Y
10235	두께 측정용 기준 시편;	N	20109	전기식 지시 저울	Y	1	백금저항온도계	
	코팅형, 초음파 시편		20112	판수동/플랫트 폼 저울	Y		측온저항체, 써미스터 등	
10236	피막 두께 측정기	Y	20113	접시 지시 저울,	Y	50105	열팽창식 온도계;	Y
104.형상				스프링 지시 저울 등			바이메탈 온도계,기체 또는	
10401	형상 측정기	Y	202.힘			1	액체충만식 온도계 등	
10404	옵티컬 플랫	N	20203	인장 및 압축시험기	Y	50106	열전대; 귀금속, 비금속,	Y
10405	옵티컬 파라렐	N	20204	푸쉬풀 게이지	N		순금속, 특수 등	
10406	평행블록	N	203.토크			50107	온도 변환기	Y
10407	정밀 정반	Y	20303	토크렌치 및 토크 드라이버	Y	503.습도		
10409	진원도 측정기	Y	204.압력			50302	상대습도 습도계;	N
10412	스트레이트엣지	N	20406	절대압계; 다이얼, 디지털.	N		고분자박막, 모발 등	
10413	곧은자	N		기압계, 기록계 등		50303	건습구 습도계; 아스만 통풍,	N
105.복합형			20408	연성 압력계	Y		저항온도계식 등	
10503	접촉식 좌표 측정기	Y	20409	차압계; 디지털, 다이얼 포함	Y	50304	온·습도 기록계 ;	N
	비접촉식 좌표 측정기	Y	20411	게이지압용 압력계; 다이얼,	Y		자기온습도기록계 등	
	측정현미경, 측정투영기	Y		디지털, 기록계 등		50305	노점/상대습도 변환기	N
	측미 현미경	Y	20412	압력변환기/전송기	Y	50306	습도 발생장치; 이압력식/	Y
10518	촉침식 표면거칠기 측정기	Y	20413	다이얼형 진공계	Y		이온도식/분류식습도발생장치	
10525	나사 플러그 게이지	N	401.직류				항온항습기 등	
10527	나사 링 게이지	N	40101	직류 전류계	Y	ļ		
10529	브이 블록 및 박스 블록	N	40104	전기식온도교정기(센서미포함)	Y	ļ		
			40112	직류 전압계/차동 전압계 등	Y			

주석

- 1. 위 기관은 고정표준실교정 및 현장교정 서비스를 제공한다.
- 2. 현장교정 서비스를 제공하는 기관은 "KOLAS-SR-008 현장교정수행을 위한 추가기술요건"을 만족한다.
- 3. 인정범위 상에 "Y"가 표기된 항목은 현장교정 서비스가 가능하고, "N"이 표기된 항목은 현장교정 서비스가 불가능하다.
- 4. 교정측정능력(CMC)은 이상에 가까운 측정표준이나 측정기를 거의 정례적으로 교정할 때 인정범위 내에서 교정기관이 달성할 수 있는 최소의 측정불확도 이다. CMC는 일반적으로 포함인자 k=2 를 사용하며, 신뢰수준 약 95 %를 나타내는 확장불확도로 표현한다.
- 5. 일반적으로, 교정성적서에 기재된 측정불확도는 교정용 표준기, 고객의 장비와 교정환경 등의 영향 때문에, 공인인정범위에 기재된 CMC보다 더 크게 표현됨을 유의하여야 한다.

인정번호 : KC01-052호 (5/17)

102. 선형치수

102. 선형치수 측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력	사용표준/측정방법 등
다이얼/실린더 게이지 시험기	10206	(0 ~ 25) mm	(신뢰수준 약 95 %) √0.23²+0.004 2²× I² μm (I = mm)	CP-10206
의 학교/ 할텐데 게 학자 수 합기	10200	(0 23) 11111	V 0.23*+0.004 2*× 1* μm (1 = mm)	CI 10200
엔드바, 마이크로미터	10209	$(0 \sim 500) \text{ mm}$	$\sqrt{0.7^2+0.005 \ 4^2 \times I^2} \ \mu m \ (I = mm)$	CP-10209
기준봉				
길이 변위계, LVDT	10210	(0 ~ 100) mm	5.9 µm	CP-10210
		$(100 \sim 500) \text{ mm}$ $(500 \sim 1 000) \text{ mm}$	0.031 mm 0.12 mm	
		(300 ~ 1 000)	0.12 11111	
틈새 게이지	10211	(0 ~ 10) mm	0.6 µm	CP-10211
갭 게이지	10213	(1 ~ 300) mm	$\sqrt{0.7^2 + 0.005 \ 4^2 \times I^2} \ \mu \text{m} \ (I = \text{mm})$	CP-10213
높이 게이지/측정기	10216	(0 ~ 1 000) mm	$\sqrt{0.8^2 + 0.004 \ 3^2 \times I^2} \ \mu \text{m} \ (I = \text{mm})$	CP-10216
표준 측장기	10220	$(0 \sim 500) \text{ mm}$	$\sqrt{0.2^2 + 0.003 \ 1^2 \times I^2} \ \mu m \ (I = mm)$	CP-10220
전기 마이크로미터	10223	(0 ~ 5) mm	0.12 µm	CP-10223
높이 마이크로미터, 받침블록	10224			CP-10224
블록 간격		$(0 \sim 600) \text{ mm}$	$\sqrt{0.8^2 + 0.004 \ 3^2 \times I^2} \ \mu m \ (I = mm)$	
헤드		30 mm	1.0 µm	
원통형 플러그/핀 게이지,	10228			
나사 측정용 와이어 게이지 원통형 플러그/핀 게이지		$(0.1 \sim 200) \text{ mm}$	$\sqrt{0.6^2 + 0.005 \ 2^2 \times I^2} \ \mu \text{m} \ (I = \text{mm})$	CP-10228
		(0.1 200) iiiii	γ 0.6 +0.005 2 × 1 μm (1 = mm)	CI 10220
래디어스 게이지	10229	$(0.35 \sim 100) \text{ mm}$	1.8 µm	CP-10229
원통형 링 게이지	10230	(2 ~ 200) mm	$\sqrt{1.2^2 + 0.004 \ 1^2 \times I^2} \ \mu \text{m} \ (I = \text{mm})$	CP-10230
스텝 게이지, 캘리퍼 검사기	10232	(0 ~ 670) mm	$\sqrt{.9^2 + (0.004 \ 4 \times I_0)^2} \ \mu m \ (I_0 = mm)$	CP-10232
테이퍼형 틈새 게이지	10233	(0 ~ 50) mm	1.5 µm	CP-10233
초음파식 두께측정기	10234	(0 ~ 100) mm	4 µm	CP-10234
- .		$(100 \sim 500) \text{ mm}$	8 µm	
두께 측정용 기준 시편;	10235			
코팅형, 초음파 시편 코팅형		$(0 \sim 10)$ mm	3.5 µm	CP-10235-1
초음파 시편		$(0 \sim 500) \text{ mm}$	$\sqrt{0.8^2 + 0.004 \ 3^2 \times I^2} \ \mu \text{m} \ (I = \text{mm})$	CP-10235-2
피막 두께 측정기	10236	(0 ~ 7.4) mm	1.6 µm	CP-10236

인정번호 : KCO1-052호 (6/17)

104. 형상

104. 형상				
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
형상 측정기 세로방향 정확도 가로방향 정확도	10401	(0 ~ 100) mm (0 ~ 50) mm		CP-10401
옵티컬 플랫 평면도	10404	(0 ~ 75) mm	0.11 µm	CP-10404
옵티컬 파라렐 평면도 평행도	10405	(0 ~ 60) mm (0 ~ 60) mm	0.08 µm 0.06 µm	CP-10405
평행 블록 평면도 평행도 두 블록의 높이차	10406	(0 ~ 1 000) mm	1.1 µm 1.1 µm 1.5 µm	CP-10406
정밀 정반 평면도	10407	$(1\ 000\ imes\ 1\ 000)\ ext{mm}$ $(3\ 000\ imes\ 3\ 000)\ ext{mm}$	2.5 µm 5.3 µm	CP-10407
진원도 측정기 검출기 정확도 스핀들 원주방향의 회전 정확도	10409	(0 ~ 30) µm 360°	0.50 µm 0.076 µm	CP-10409
스트레이트 엣지 진직도 평행도	10412	(0 ~ 1 500) mm (0 ~ 1 500) mm	1.6 µm 1.6 µm	CP-10412
곧은자	10413	(0 ~ 2 000) mm	0.06 mm	CP-10413

인정번호 : KC01-052호 (7/17)

105. 복합형상

105. 복합형상	I		コカ ラッレコ	
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
접촉식 좌표 측정기	10503	(0 ~ 1 000) mm	$\sqrt{0.6^2+0.004 \ 6^2 \times I^2} \ \mu \text{m} \ (I = \text{mm})$	CP-10503
비접촉식 좌표 측정기	10504	(0 ~ 1 000) mm	$\sqrt{0.5^2 + 0.003 \ 8^2 \times I^2 \ \mu m} \ (I = mm)$	CP-10504
측정현미경, 측정투영기 측정현미경 지시정확도	10511	(0 ~ 500) mm	$\sqrt{0.5^2 + 0.003 \ 8^2 \times I^2} \ \mu \text{m} \ (I = \text{mm})$	CP-10511-1
측정 투영기 지시정확도 직각도 배율오차 각도분할오차		(0 ~ 500) mm (0 ~ 360)°	$\sqrt{1.3^2+0.003} \ 8^2 \times I^2 \ \mu m \ (I = mm)$ $2.4 \ \mu m$ 6×10^{-4} $1.1'$	CP-10511-2
측미 현미경	10512	(0 ~ 30) mm	4 µm	CP-10512
촉침식 표면거칠기 측정기 산술평균 (Ra) 최대높이 (Rz) 단차높이 (H)	10517	(0 ~ 5) μm (0 ~ 20) μm (0 ~ 20) μm	0.040 µm 0.11 µm 0.040 µm	CP-10517
나사 플러그 게이지 바깥지름 피치 산의 반각 유효지름	10525	$(0 \sim 150) \text{ mm}$ $(0.2 \sim 6) \text{ mm}$ $(0 \sim 30)^{\circ}$ $(0 \sim 150) \text{ mm}$	$\sqrt{0.6^2+0.004} \ 2^2 \times I^2 \ \mu m \ (I = mm)$ $1.2 \ \mu m$ $1.9'$ $\sqrt{1.6^2+0.004} \ 2^2 \times I^2 \ \mu m \ (I = mm)$	CP-10525
나사 링 게이지 유효지름 안지름	10527	(6 ~ 100) mm (6 ~ 100) mm	1.6 µm 2.2 µm	CP-10527
브이 블록 및 박스 블록 평면도 평행도 기울기 상호 차이	10529	(0 ~ 150) mm	1.0 μm 2.1 μm 0.7 μm 2.1 μm	CP-10529

인정번호 : KC01-052호 (8/17)

106. 기타 길이 관련량

106. 기타 길이 관련량				_
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
내/외측/기어 이두께 캘리퍼, 캘리퍼 게이지	10601			
캘리퍼 게이지 내·외측 캘리퍼		$(0 \sim 200) \text{ mm}$ $(0 \sim 2 000) \text{ mm}$	$\sqrt{3.6^2 + 0.004 \ 4^2 \times I^2} \text{ µm } (I = \text{mm})$ $\sqrt{9.1^2 + 0.004 \ 3^2 \times I^2} \text{ µm } (I = \text{mm})$	CP-10601-1 CP-10601-2
실린더/보어 게이지	10603	(0 ~ 800) mm	0.9 µm	CP-10603
깊이 게이지,마이크로미터; 다이얼형 포함	10604			
고이 게이지 깊이 마이크로미터		(300 ~ 1 000) mm (0 ~ 300) mm	$\sqrt{1.6^2+0.004} \frac{7^2 \times I^2}{1.0^2+0.004} \text{ mm} (I = \text{mm})$ $\sqrt{1.0^2+0.004} \frac{6^2 \times I^2}{1.0^2} \text{ mm} (I = \text{mm})$	CP-10604-1 CP-10604-2
다이얼/디지털 게이지	10605	(0 ~ 100) mm	$\sqrt{1.5^2+0.005} 6^2 \times I^2 \mu\text{m} (I = \text{mm})$	CP-10605
그라인드 게이지	10608	(01)	2.2	CP-10608
단차 스크레이퍼 진직도		$(0 \sim 1) \text{ mm}$ $(0 \sim 70) \text{ mm}$	2.2 µm 1.6 µm	
지침 측미기,테스트 인디케이터	10609	(0 ~ 5) mm	0.4 µm	CP-10609
마이크로미터 헤드	10610	(0 ~ 50) mm	$\sqrt{0.7^2+0.004 \ 5^2 \times I^2} \ \mu m \ (I = mm)$	CP-10610
3점 마이크로미터	10611	(2 ~ 200) mm	$\sqrt{1.4^2+0.004} \ 1^2 \times I^2 \ \mu m \ (I = mm)$	CP-10611
내측 마이크로미터	10612	(5 ~ 1 000) mm	$\sqrt{0.8^2 + 0.004 \ 3^2 \times I^2} \ \mu\text{m} \ (I = \text{mm})$	CP-10612
외측 마이크로미터 외측 마이크로미터 V-앤빌 마이크로미터	10613	$(0 \sim 2\ 000)\ \text{mm}$ $(5 \sim 25)\ \text{mm}$	$\sqrt{1.6^2+0.004 \ 3^2 \times I^2} \ \mu m \ (I = mm)$ 1.3 μm	CP-10613-1 CP-10613-2
표준체 체눈의 크기	10617	(0 ~ 100) mm	4.4 µm	CP-10617
선재의 지름		(0 ~ 10) mm	2.9 µm	

인정번호 : KC01-052호 (9/17)

201. 질량

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
자동 계량 포장저울	20103	$(0 \sim 5) \text{ kg}$ $(5 \sim 10) \text{ kg}$ $(10 \sim 50) \text{ kg}$ $(50 \sim 200) \text{ kg}$	1.2 g 2.3 g 12 g 0.12 kg	CP-20103
부등비 접시 수동저울	20105	(0 ~ 311) g (311 ~ 2 610) g (2.61 ~ 20) k g	9.1 mg 91 mg 0.91 g	CP-20105
전기식 지시 저울	20109	$(0 \sim 5)$ g $(5 \sim 30)$ g $(30 \sim 200)$ g $(200 \sim 2500)$ g $(2.5 \sim 5)$ kg $(5 \sim 20)$ kg $(20 \sim 100)$ kg $(100 \sim 300)$ kg $(300 \sim 1000)$ kg	40 μg 63 μg 0.20 mg 1.8 mg 5.3 mg 11 mg 1.4 g 2.0 g 7.9 g	CP-20109
판수동/플랫트 폼 저울	20112	(0 ~ 50) kg (50 ~ 100) kg (100 ~ 200) kg (200 ~ 500) kg	19 g 46 g 91 g 0.19 kg	CP-20112
접시 지시 저울, 스프링 지시 저울	20113	$(0 \sim 1) \text{ kg}$ $(1 \sim 50) \text{ kg}$ $(50 \sim 100) \text{ kg}$	1.9 g 91 g 0.16 kg	CP-20113

202. 힘

202. 힘	1			1
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
인장 및 압축 시험기 인장	20203	$(10 \sim 100) \text{ N}$ $(100 \sim 200) \text{ N}$ $(200 \sim 500) \text{ N}$ $(500 \sim 1 000) \text{ N}$ $(1 \sim 2) \text{ kN}$ $(2 \sim 5) \text{ kN}$ $(5 \sim 10) \text{ kN}$	8.2×10^{-4} 7.0×10^{-4} 7.6×10^{-4} 8.2×10^{-4} 7.0×10^{-4} 1.1×10^{-3} 1.2×10^{-3}	CP-20203
압축		$(10 \sim 100) \text{ N}$ $(100 \sim 200) \text{ N}$ $(200 \sim 500) \text{ N}$ $(500 \sim 1 000) \text{ N}$ $(1 \sim 2) \text{ kN}$ $(2 \sim 5) \text{ kN}$ $(5 \sim 10) \text{ kN}$ $(10 \sim 30) \text{ kN}$ $(30 \sim 50) \text{ kN}$ $(100 \sim 300) \text{ kN}$ $(100 \sim 300) \text{ kN}$ $(300 \sim 500) \text{ kN}$ $(300 \sim 1 000) \text{ kN}$	1.3×10^{-3} 1.1×10^{-3} 9.0×10^{-4} 7.6×10^{-4} 4.6×10^{-4} 4.2×10^{-4} 9.6×10^{-4} 1.2×10^{-3} 1.1×10^{-3} 1.3×10^{-3} 1.4×10^{-3} 1.2×10^{-3}	

인정번호 : KC01-052호 (10/17)

202. 힘

202. 임				
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
푸쉬풀 게이지	20204			CP-20204
		(1 ~ 500) N	1.2×10^{-3}	

203. 토크

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
토크렌치 및 토크 드라이버	20303	(0.001 ~ 0.009) N · m (0.009 ~ 0.06) N · m (0.06 ~ 0.1) N · m (0.1 ~ 1) N · m	4.2×10^{-2} 2.4×10^{-2} 7.8×10^{-3} 1.2×10^{-2}	CP-20303
		$(1 \sim 5) \text{ N} \cdot \text{m}$ $(5 \sim 50) \text{ N} \cdot \text{m}$ $(50 \sim 200) \text{ N} \cdot \text{m}$ $(200 \sim 1 \ 000) \text{ N} \cdot \text{m}$	9.1×10^{-3} 3.5×10^{-3} 4.2×10^{-3} 6.8×10^{-3}	

204. 압력

204. 압덕	버무미속	그 기 비 이	교정·측정능력	가 이 보고 /호키비비 E
측정량/장비	분류번호	교정범위	(신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
절대압계; 다이얼, 디지털,	20406	(80 ~ 110) kPa	1.9×10^{-4}	CP-20406
기압계, 기록계 등				
연성 압력계	20400	(100 O) LD-	0.00110-4	CD 90400
연정 합력계	20408	(-100 ~ 0) kPa (0 ~ 2) kPa	8.9×10^{-4}	CP-20408
		(0 ~ 2) kPa (2 ~ 200) kPa	6.0×10^{-4} 7.9×10^{-5}	
		$(0.2 \sim 200) \text{ Kr a}$ $(0.2 \sim 2) \text{ MPa}$	7.9×10 7.8×10^{-5}	
		(0.2 2) Mra (2 ~ 5) MPa	7.8×10^{-5}	
		(2 0) m a	7.0/10	
차압계; 디지털, 다이얼 포함	20409	(0 ~ 2) kPa	6.0×10^{-4}	CP-20409
		(2 ~ 200) kPa	7.4×10^{-5}	
		(0.2 ~ 2) MPa	7.2×10^{-5}	
게시기아 아래 게.	00411			CD 90411
게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털, 기록계 등	20411	(0 ~ 2) kPa	6.0×10^{-3}	CP-20411
다의 글, 디자털, 기국제 중		(2 ~ 200) kPa	8.5×10^{-5}	
		$(0.2 \sim 2) \text{ MPa}$	8.5×10^{-5}	
		(2 ~ 7) MPa	1.7×10^{-4}	
		(7 ~ 100) MPa	2.0×10^{-4}	
압력변환기/전송기	20412	(0 ~ 2) kPa	2.5×10^{-3}	CP-20412
		(2 ~ 200) kPa	3.7×10^{-4}	
		(0.2 ~ 2) MPa	4.0×10^{-4}	
		$(2 \sim 7)$ MPa	3.7×10^{-4}	
		(7 ~ 100) MPa	3.8×10^{-4}	
다이얼 진공계	20413	(-100 ~ 0) kPa	8.9×10^{-4}	CP-20413

인정번호 : KC01-052호 (11/17)

401. 직류

401. 직류	T	T		
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
직류전류계	40101			CP-40101
		1 μΑ	6.1 nA	
		(1 ~ 10) μA	6.1×10^{-3}	
		(10 ~ 100) μA	6.5×10^{-4}	
		$(0.1 \sim 1) \text{ mA}$	3.4×10^{-4}	
		(1 ~ 10) mA	3.4×10^{-4}	
		(10 ~ 100) mA	3.2×10^{-4}	
		(0.1 ~ 1) A	3.6×10^{-4}	
		(1 ~ 10) A	7.7×10^{-4}	
		(10 ~ 100) A	2.3×10^{-3}	
전기식 온도 교정기(센서 미포함)	40104			CP-40104
출력저항 PT 100 S	2	(18.49 ~ 375.52) Ω	3.6×10^{-4}	
JPT 100 S	2	(17.14 ~ 317.11) Ω	5.8×10^{-4}	
PT 1000 S	2	(185.21 ~ 3 137.08) Ω	4.3×10^{-5}	
출력기전력 TC 1	Ξ	$(-8.825 \sim 76.371) \text{ mV}$	7.3×10^{-4}	
	J	(-7.890 ~ 69.553) mV	7.0×10^{-4}	
]	Σ	(-5.891 ~ 54.817) mV	2.9×10^{-4}	
]	N	(-3.990 ~ 47.514) mV	4.3×10^{-4}	
	?	$(0 \sim 20.877) \text{ mV}$	3.1×10^{-4}	
:	8	$(0 \sim 18.503) \text{ mV}$	1.1×10^{-4}	
	3	(1.792 ~ 13.820) mV	5.8×10^{-4}	
	Γ	(-5.602 ~ 20.871) mV	5.7×10^{-4}	
입력저항 PT 100 S	2	(18.49 ~ 375.52) Ω	3.4×10^{-4}	
JPT 100 S		(17.14 ~ 317.11) Ω	3.6×10^{-4}	
입력기전력 TC 1		(-8.825 ~ 76.371) mV	5.9×10^{-4}	
	J	(-7.890 ~ 69.553) mV	5.7×10^{-4}	
	ζ	(-5.891 ~ 54.817) mV	2.4×10^{-4}	
	7	$(-3.990 \sim 47.514) \text{ mV}$	3.5×10^{-4}	
	?	$(0 \sim 20.877) \text{ mV}$	2.5×10^{-4}	
		$(0 \sim 18.503) \text{ mV}$	9.2×10^{-5}	
	S 3	(1.792 ~ 13.820) mV	9.2×10 4.7×10^{-4}	
	Γ			
		(-5.602 ~ 20.871) mV	4.6×10^{-4}	
지근 되아게/키드 기이게 드	40110	(0.11) 17	4.5	CD 40110
직류 전압계/차동 전압계 등	40112	$(0.1 \sim 1) \text{ mV}$	4.5×10^{-3}	CP-40112
		$(1 \sim 10) \text{ mV}$	2.3×10^{-4}	
		$(10 \sim 100) \text{ mV}$	4.1×10^{-5}	
		(0.1 ~ 1) V	4.5×10^{-5}	
		(1 ~ 10) V	3.9×10^{-5}	
		(10 ~ 100) V	4.5×10^{-5}	
		(100 ~ 1 000) V	5.0×10^{-5}	
[]	l	1	

인정번호 : KCO1-052호 (12/17)

403. 교류 및 교류전력

403. 교류 및 교류전력 측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력	사용표준/측정방법 등
	, i	ш. 0 H II	(신뢰수준 약 95 %)	
교류전류계	40301	10.00		CP-40301
		40 Hz ~ 1 kHz	3	
		$(0.1 \sim 1) \text{ mA}$	4.4×10^{-3}	
		$(1 \sim 10) \text{ mA}$	5.0×10^{-3}	
		$(10 \sim 100) \text{ mA}$ $(0.1 \sim 1) \text{ A}$	6.0×10^{-3} 8.0×10^{-3}	
		(0.1 - 1) A (1 - 10) A	8.0×10 1.3×10^{-3}	
		(1 10) A	1.5 ^ 10	
		1 kHz ~ 10 kHz		
		$(1 \sim 10) \text{ mA}$	3.7×10^{-3}	
		(10 ~ 100) mA	1.7×10^{-3}	
		$(0.1 \sim 1) A$	7.9×10^{-3}	
		40 Hz ~ 400 Hz		
		(10 ~ 100) A	7.8×10^{-3}	
교류전압계/전위차,실효치	40318			CP-40318
교류전압		10 Hz ~ 40 Hz		
		$(1 \sim 10) \text{ mV}$	2.0×10^{-2}	
		$(10 \sim 100) \text{ mV}$	1.9×10^{-4}	
		$(0.1 \sim 1) \text{ V}$ $(1 \sim 10) \text{ V}$	1.5×10^{-4}	
		$(1 \sim 10) \text{ V}$ $(10 \sim 100) \text{ V}$	$1.5 \times 10^{-4} \\ 1.5 \times 10^{-4}$	
		(10 ~ 100) V	1.5×10	
		40 Hz ~ 20 kHz		
		$(1 \sim 10) \text{ mV}$	1.2×10^{-2}	
		$(10 \sim 100) \text{ mV}$	1.8×10^{-4}	
		(0.1 ~ 1) V	1.2×10^{-4}	
		(1 ~ 10) V	1.1×10^{-4}	
		(10 ~ 100) V	1.2×10^{-4}	
		20 kHz ~ 50 kHz		
		$(1 \sim 10)$ mV	1.4×10^{-2}	
		(10 ~ 100) mV	3.0×10^{-4}	
		$(0.1 \sim 1) \text{ V}$	2.4×10^{-4}	
		(1 ~ 10) V	1.3×10^{-4}	
		(10 ~ 100) V	1.4×10^{-4}	
		50 kHz ~ 100 kHz		
		$(1 \sim 10) \text{ mV}$	2.1×10^{-2}	
		$(10 \sim 100) \text{ mV}$	6.5×10^{-3}	
		$(0.1 \sim 1) \text{ V}$	1.8×10^{-4}	
		(1 ~ 10) V	1.6×10^{-4}	
		(10 ~ 100) V	2.1×10^{-4}	
		100 kHz ~ 200 kHz		
		$(1 \sim 10)$ mV	6.1×10^{-2}	
		(10 ~ 100) mV	3.2×10^{-3}	
		(0.1 ~ 1) V	2.1×10^{-4}	
		(1 ~ 10) V	1.9×10^{-4}	

인정번호 : KCO1-052호 (13/17)

403. 교류 및 교류전력

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
교류전류계	40301			CP-40301
		200 kHz ~ 500 kHz		
		$(1 \sim 10)$ mV	6.1×10^{-2}	
		$(10 \sim 100) \text{ mV}$	3.2×10^{-3}	
		$(0.1 \sim 1) \text{ V}$	2.1×10^{-4}	
		(1 ~ 10) V	1.9×10^{-4}	
		500 kHz ~ 1 MHz		
		$(1 \sim 10) \text{ mV}$	6.1×10^{-2}	
		$(1 \sim 100) \text{ mV}$	3.2×10^{-3}	
		(0.1 ~ 1) V	3.2×10^{-3}	
		(1 ~ 10) V	1.9×10^{-3}	
		10 Hz ~ 40 Hz		
		(0.1 ~ 1.0) kV	1.9×10^{-4}	
		40 Hz ~ 1 kHz		
		$(0.1 \sim 1.0) \text{ kV}$	1.8×10^{-4}	

404. 기타 직류 및 저주파측정

404. 기타 직뉴 및 서주파즉성			그가 츠가느러	1
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
아날로그,디지털 멀티 미터	40419			CP-40419
하부 속성 개별 인정		(±)		
직류전압		O mV	0.60 μV	
		O mV ~ 100 mV	1.2×10^{-5}	
		100 mV ~ 1 V	5.9×10^{-6}	
		1 V ~ 10 V	4.0×10^{-6}	
		10 V ~ 100 V	5.9×10^{-6}	
		100 V ~ 1 000 V	7.3×10^{-6}	
교류전압		10 Hz		
		$0.1 \text{ mV} \sim 100 \text{ mV}$	37 μV	
		100 mV ~ 1 V	0.29 mV	
		1 V ~ 10 V	2.9 mV	
		10 V ~ 100 V	29 mV	
		10 Hz ~ 40 Hz		
		$0.1 \text{ mV} \sim 100 \text{ mV}$	1.7×10^{-4}	
		100 mV ~ 1 V	1.2×10^{-4}	
		1 V ~ 10 V	1.2×10^{-4}	
		10 V ~ 100 V	1.2×10^{-4}	
		40 H 1 H		
		40 Hz ~ 1 kHz	1.0 × 10-4	
		$0.1 \text{ mV} \sim 100 \text{ mV}$	1.6×10^{-4}	
		100 mV ~ 1 V	7.0×10^{-5}	
		1 V ~ 10 V	7.0×10^{-5} 8.0×10^{-5}	
		10 V ~ 100 V	8.0 × 10 °	

인정번호 : KC01-052호 (14/17)

404. 기타 직류 및 저주파측정

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
아날로그,디지털 멀티 미터	40419			CP-40419
하부 속성 개별 인정 교류전압		1 kHz ~ 20 kHz		
		$0.1 \text{ mV} \sim 100 \text{ mV}$	1.6×10^{-4}	
		$100 \text{ mV} \sim 1 \text{ V}$	7.0×10^{-5}	
		1 V ~ 10 V	7.0×10^{-5}	
		10 V ~ 100 V	8.0×10^{-5}	
		20 kHz ~ 50 kHz		
		$0.1 \text{ mV} \sim 100 \text{ mV}$	2.8×10^{-4}	
		100 mV ~ 1 V	1.0×10^{-4}	
		1 V ~ 10 V 10 V ~ 100 V	1.0×10^{-4} 1.1×10^{-4}	
		10 V 100 V	1.1 / 10	
		50 kHz ~ 100 kHz		
		$0.1 \text{ mV} \sim 100 \text{ mV}$	6.4×10^{-4}	
		100 mV ~ 1 V	1.5×10^{-4} 1.4×10^{-4}	
		1 V ~ 10 V 10 V ~ 100 V	1.4×10 1.9×10^{-4}	
		10 / 100 /	1.0	
		50 Hz		
		100 V ~ 1 000 V	3.2×10^{-4}	
		50 Hz ~ 1 kHz		
		100 V ~ 1 000 V	9.0×10^{-5}	
		(±)		
직류전류		0 μ Α	6.2 nA	
		0 μΑ ~ 100 μΑ	1.1×10^{-4}	
		100 μA ~ 1 mA	4.4×10^{-5}	
		1 mA ~ 10 mA	4.1×10^{-5} 5.3×10^{-5}	
		10 mA ~ 100 mA 100 mA ~ 1 A	9.3×10^{-5}	
		1 A ~ 10 A	4.1×10^{-4}	
- = -) =		10 11		
교류전류		10 Hz 0.1 µА ~ 100 µА	96 nA	
		100 μA ~ 1 mA	0.30 μA	
		1 mA ~ 10 mA	3.0 µA	
		$10 \text{ mA} \sim 100 \text{ mA}$	30 µА	
		100 mA ~ 1 A	0.32 mA	
		40 Hz		
		1 A ~ 10 A	5.3×10^{-4}	
		10 Hz ~ 40 Hz		
		0.1 μΑ ~ 100 μΑ	8.7×10^{-4}	
		100 μ A ~ 1 mA	2.1×10^{-4}	
		1 mA ~ 10 mA	2.1×10^{-4}	
		10 mA ~ 100 mA 100 mA ~ 1 A	2.2×10^{-4} 3.2×10^{-4}	
		1 A ~ 10 A	5.2×10^{-4} 5.3×10^{-4}	

인정번호 : KC01-052호 (15/17)

404. 기타 직류 및 저주파측정

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
아날로그,디지털 멀티 미터 하부 속성 개별 인정 교류전류	40419	40 Hz \sim 1 kHz 0.1 μ A \sim 100 μ A 100 μ A \sim 1 mA 1 mA \sim 10 mA 10 mA \sim 100 mA 100 mA \sim 1 A 1 A \sim 10 A	8.5×10^{-4} 1.7×10^{-4} 1.7×10^{-4} 2.5×10^{-4} 3.2×10^{-4} 3.3×10^{-4}	CP-40419
		1 kHz \sim 10 kHz 0.1 μ A \sim 100 μ A 100 μ A \sim 1 mA 1 mA \sim 10 mA 10 mA \sim 100 mA 100 mA \sim 1 A 1 A \sim 10 A	7.6×10^{-3} 1.8×10^{-3} 1.6×10^{-3} 1.2×10^{-3} 7.2×10^{-3} 5.3×10^{-4}	
저항		$0.1 \Omega \sim 10 \Omega$ $10 \Omega \sim 100 \Omega$ $100 \Omega \sim 1 k\Omega$ $1 k\Omega \sim 10 k\Omega$ $10 k\Omega \sim 100 k\Omega$ $100 k\Omega \sim 1 M\Omega$ $1 M\Omega \sim 10 M\Omega$ $10 M\Omega \sim 100 M\Omega$	3.0×10^{-5} 1.2×10^{-5} 1.0×10^{-5} 1.0×10^{-5} 1.5×10^{-5} 2.3×10^{-5} 4.5×10^{-5} 1.1×10^{-4}	

501. 접촉식 온도

501. 접촉식 온도				
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
온도 발생장치; 오븐, 전기로,액체항온조, 빙점조, 드라이블럭교정기 등	50101			
오븐		(-80 ~ 250) ℃	0.64 ℃	CP-50101-1
드라이블럭 교정기		(-80 ~ 550) ℃ (550 ~ 1 100) ℃	0.02 ℃ 0.76 ℃	CP-50101-2
전기로		(100 °C ~ 550) °C (550 ~ 1 100) °C	0.02 ℃ 0.76 ℃	CP-50101-3
액체항온조		(-80 ~ 550) ℃	0.02 ℃	CP-50101-4
온도 지시계; 지시/기록 /조절계, 온도 교정기 등	50102			CP-50102
센서포함		$(-80 \sim 550) ^{\circ}$ C $(550 \sim 1 \ 100) ^{\circ}$ C	0.08 ℃ 0.84 ℃	
센서제외(저항식) (열전식)		(-80 ~ 550) ℃ (-80 ~ 1 100) ℃	0.12 ℃ 0.25 ℃	

인정번호 : KC01-052호 (16/17)

501. 접촉식 온도

온도 지시계; 지시/기록 50102 /조절계, 온도 교정기 등 온도교정기 출력저항 TC E J K	(-40 ~ 250) °C (-40 ~ 800) °C (-40 ~ 750) °C (-40 ~ 1 100) °C (-40 ~ 1 100) °C (0 ~ 1 100) °C (0 ~ 1 100) °C	0.08 ℃ 0.68 ℃ 0.47 ℃ 0.59 ℃ 0.59 ℃	CP-50102 CP-40104
출력저항 TC E J K	$(-40 \sim 800)$ °C $(-40 \sim 750)$ °C $(-40 \sim 1 \ 100)$ °C $(-40 \sim 1 \ 100)$ °C $(0 \sim 1 \ 100)$ °C	0.68 ℃ 0.47 ℃ 0.59 ℃	CP-40104
J K	$(-40 \sim 750)$ °C $(-40 \sim 1 \ 100)$ °C $(-40 \sim 1 \ 100)$ °C $(0 \sim 1 \ 100)$ °C	0.47 ℃ 0.59 ℃	
К	(-40 ~ 1 100) °C (-40 ~ 1 100) °C (0 ~ 1 100) °C	0.59 ℃	
	(-40 ~ 1 100) °C (0 ~ 1 100) °C		
	(0 ~ 1 100) ℃		
R	(0 ~ 1 100) ℃	0.75 ℃	
S		0.74 ℃	
В	(0 ~ 1 100) ℃	0.64 ℃	
T	(-40 ~ 350) ℃	0.81 ℃	
입력저항	(−40 ~ 250) ℃	0.12 ℃	
TC E	(-40 ~ 800) ℃	0.57 ℃	
J	(-40 ~ 750) ℃	0.43 ℃	
K	(-40 ~ 1 100) ℃	0.50 ℃	
N R	(-40 ~ 1 100) °C (0 ~ 1 100) °C	0.53 ℃ 0.76 ℃	
S	(0 ~ 1 100) ℃ (0 ~ 1 100) ℃	0.76 ℃ 0.74 ℃	
В	(0 ~ 1 100) ℃	0.63 ℃	
T	(-40 ~ 350) ℃	0.69 ℃	
유리제 온도계; 유리제온도계, 50103			CP-50103
벡크만온도계 등			
유리제 온도계	(-80 ~ 550) ℃	0.09 ℃	
저항식 온도계; 백금저항온도계, 50104			
측온저항체, 써미스터 등 측온저항체	(-80 ~ 550) ℃	0.06 %	CD F0104
국문사양제	(-80 ~ 550) C	0.06 ℃	CP-50104
열팽창식 온도계; 50105 바이메탈 온도계, 기체			
또는 액체충만식 온도계 등			
바이메탈 온도계	(-80 ~ 100) ℃	0.36 ℃	CP-50105
	(100 ~ 250) ℃	0.61 ℃	
	(250 ~ 550) ℃	1.48 ℃	
열전대; 귀금속, 비금속, 50106			
순금속, 특수 등			
비금속	(-80 ~ 550) ℃	0.60 ℃	CP-50106-1
	(550 ~ 1 100) ℃	0.93 ℃	
귀금속	(0 ~ 550) ℃	0.59 ℃	CP-50106-2
	(550 ~ 1 100) ℃	0.94 °C	0. 00100 2
온도 변환기 50107	(_90 · EE0) %	0.18 ℃	CD E0107
	(-80 ~ 550) °C (550 ~ 1 100) °C	0.18 C 1.20 ℃	CP-50107
	(300 1 100) C	1.20	

인정번호 : KC01-052호 (17/17)

503. 습도

503. 습도				
측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
상대습도 습도계; 고분자박막,				
모발 등	50302			
모발(상대습도)		(5 ~ 20) % R.H.	2.0 % R.H.	CP-50302-1
		(20 ~ 50) % R.H.	2.4 % R.H.	
		(50 ~ 70) % R.H.	2.6 % R.H.	
		(70 ~ 90) % R.H.	3.1 % R.H.	
		(90 ~ 95) % R.H.	3.3 % R.H.	
고분자박막(상대습도)		(5 ~ 20) % R.H.	2.0 % R.H.	CP-50302-2
		(20 ~ 50) % R.H.	2.4 % R.H.	
		(50 ~ 70) % R.H.	2.6 % R.H.	
		(70 ~ 90) % R.H.	3.1 % R.H.	
		(90 ~ 95) % R.H.	3.3 % R.H.	
(온도)		(-40 ~ 120) ℃	0.46 ℃	
건습구 습도계; 아스만 통풍,	50303			CP-50303
저항온도계식 등				CI 30003
저항온도계식(상대습도)		(5 ~ 20) % R.H.	2.0 % R.H.	
		(20 ~ 50) % R.H.	2.2 % R.H.	
		(50 ~ 70) % R.H.	2.3 % R.H.	
		(70 ~ 90) % R.H.	2.9 % R.H.	
		(90 ~ 95) % R.H.	3.2 % R.H.	
온·습도 기록계 ;	50304			CP-50304
자기온습도기록계 등				
상대습도		(10 ~ 20) % R.H.	2.0 % R.H.	
		(20 ~ 50) % R.H.	2.4 % R.H.	
		(50 ~ 70) % R.H.	2.6 % R.H.	
		(70 ~ 90) % R.H.	3.1 % R.H.	
		(90 ~ 95) % R.H.	3.3 % R.H.	
온도		(−20 ~ 100) ℃	0.46 ℃	
노점/상대습도 변환기	50305			CP-50305
상대습도 변환기		(5 ~ 20) % R.H.	1.5 % R.H.	
		(20 ~ 50) % R.H.	1.7 % R.H.	
		(50 ~ 70) % R.H.	1.9 % R.H.	
		(70 ~ 90) % R.H.	2.6 % R.H.	
		(90 ~ 95) % R.H.	2.9 % R.H.	
습도 발생장치; 이압력식/	50306			CP-50306
이온도식/분류식 습도발생장치, 항온항습기 등				
항 보이 하는		(5 ~ 50) % R.H.	2.6 % R.H.	
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1		(50 ~ 70) % R.H.	3.4 % R.H.	
		(70 ~ 95) % R.H.	4.4 % R.H.	
/^->				
(온도)		(-80 ~ 250) ℃	0.64 ℃	
	1			

주1) (0.5 ~ 100)A 의 단독구간 표시는 0.5 A 이상 100 A 이하를 의미하며, (0.5 ~ 10)A, (10 ~ 100)A 의 연속구간 표시는 첫구간은 0.5 A 이상 10 A 이하, 둘째구간은 10 A 초과 100 A 이하를 의미함.

주2) " 0.72+(3×1)2 µm (1: m) "에서 1은 게이지블록의 길이를 "m"로 표시한 것임.

주3) CMC 표시란에 단위가 없는 숫자 $(4 \times 10^{-11} = 4 \times 10^{-9} \%)$ 는 지수형태로 나타낸 상대불확도를 표시한 것임.