



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/80/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran :
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 21 Maret 2025

Perihal : Pengajuan Pembelian Sparepart Selenoid valve Pasien Monitor IGD
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan pada Pasien Monitor di ruang IGD yaitu tidak keluar hasil NIBP dan membutuhkan penggantian sparepart solenoid valve agar alat bisa berfungsi dengan baik, dengan estimasi biaya anggaran pembelian sparepart Rp. 600.000 .

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,



Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,



dr. Umriya Retnowati T. A.

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes.



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN