



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/81/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran :
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 21 Maret 2025

Perihal : Pengajuan Pembelian Sparepart Safety Valve Autoclave GEA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan pada Safety Valve pada Autoclave yaitu , kondisi valve sudah tidak bisa otomatis untuk mengeluarkan uap tekanan pada saat mencapai suhu tinggi ,sehingga tekanan udara keluar dengan sendirinya Ketika belum mencapai suhu tinggi yang mengakibatkan pemborosan pada penggunaan air sterilisasi/Aquades , agar alat bisa berfungsi dengan baik maka dengan ini kami mengajukan untuk pembelian sparepart dengan estimasi harga sebagai berikut.

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Barang
1	Safety Valve Autoclave Gea	2	Rp. 1.000.000
Total Harga			Rp. 2.000.000

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.


Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,




Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,



Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



dr. Tjatur Prijambodo, M.Kes.



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

dr. Umriya Retnowati T. A.