



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/286/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 21 Juni 2025

Perihal : Pengajuan pembelian sparepart roda infant warmer dan baterai baby inkubator transport

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan Pada beberapa alat Kesehatan penunjang untuk memfasilitasi pasien diruang neinatus yaitu

1. Roda infant warmer di ruang Neonatus/NICU mengalami kerusakan pada karet roda sudah pecah dan membutuhkan penggantian sparepart roda
2. Penggantian baterai baby incubator transport agar pada saat dipakai merujuk ke rumah sakit lain alat bisa berfungsi dengan baik, dikarenakan kondisi saat ini ketika alat menggunakan baterai hanya bertahan 15 menit baterai mengalami down, untuk kondisi sebelumnya belum pernah untuk penggantian baterai dan usia alat sudah 6 tahun maka dengan ini kami mengajukan pembelian sparepat tersebut dengan estimasi harga terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,



Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,




dr. Umriya Retnowati T. A.

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/286/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran : 1

Sifat : Amat Segera/Kilat

Foto kondisi roda bed infant warmer

