



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/369/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 26 Juli 2025

Perihal : Pengajuan pembelian sparepart kabel extension SPO2 IGDK dan layar SPO2 VK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan sparepart pada alat Kesehatan diruang pelayanan rumah sakit yaitu :

1. pada kabel spo2 monitor di ruangan IGD Khusus , yaitu kondisi kabel sudah mengelupas sehingga kurang safety pada user maupun pasien dan masih untuk kondisii kabel masih bawaan dari alat yang usianya sudah lebih dari 5 tahun
2. Kerusakan pada layar Alat Kesehatan di ruang VK yaitu kondisi alat mati hanya muncul indikator power saja , sehingga membutuhkan penggantian sparepart LCD Spo2 portable maka dengan ini kami mengajukan anggaran biaya tersebut dengan estimasi biaya sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total Harga
1	Sparepart Kabel Extension SPO2 Monitor	1	Rp 850,000	Rp 850,000
2	Sparepart Layar SPO2 Portable	1	Rp 500,000	Rp 500,000
Jumlah Total				Rp 1,350,000

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,



Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN



dr. Umriya Retnowati T. A.

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.

Nomor : RS'ASF/369/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran : 1

Sifat : Amat Segera/Kilat

Foto Kondisi Kabel Extension SPO2 Monitor IGD Khusus



Foto Kondisi layar mati SPO2 Portable VK Bersalin

