



**MEMO INTERNAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM**  
**'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN**

Nomor : RS'ASF/382/MI-JANGMED/IPS/2025  
Lampiran : 1  
Sifat : Amat Segera/Kilat

---

**Yang Terhormat :**  
**dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.**  
**Direktur**  
**RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah**

**Dari :**  
**Santi Lailatus Solichah A.Md**  
**KOORDINATOR**  
**RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah**

Tanggal : 31 Juli 2025

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perihal : Pengajuan Perbaikan Penggantian Sparepart Bedside Monitor IGD Ambulance</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

Sehubungan dengan adanya kerusakan bedside monitor ambulance yaitu layar monitor tampilan displaynya sudah tidak normal dan juga tombol selector untuk pemilihan seting pasien pada bedside monitor tidak bisa sehingga memerlukan untuk penggantian beberapa sparepart yaitu penggantian kabel flexible dan penggantian tombol selector dengan estimasi biaya Rp. 2.200.000 dengan garansi Penggantian sparepart selama 3 Bulan.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**Koorninator IPSRS,**



**Santi Lailatus Solichah, A.Md**  
**Kabid Jangmed,**




**dr. Umriya Retnowati T. A.**

**Kasie Penunjang Medis,**



**Rika Rosalia, S.Farm, Apt**  
**Direktur,**



**dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.**



**MEMO INTERNAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM**  
**'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN**

Nomor : RS'ASF/382/MI-JANGMED/IPS/2025  
Lampiran : 1  
Sifat : Amat Segera/Kilat

---

Tampilan LCD Bedside Monitor Ambulance

