



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/382/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 31 Juli 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan Penggantian Sparepart Bedside Monitor IGD Ambulance
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan bedside monitor ambulance yaitu layar monitor tampilan displaynya sudah tidak normal dan juga tombol selector untuk pemilihan seting pasien pada bedside monitor tidak bisa sehingga memerlukan untuk penggantian beberapa sparepart yaitu penggantian kabel flexible dan penggantian tombol selector dengan estimasi biaya Rp. 2.200.000 dengan garansi Penggantian sparepart selama 3 Bulan.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,



Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,




dr. Umriya Retnowati T. A.

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/382/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Tampilan LCD Bedside Monitor Ambulance

