



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/496/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 08 September 2025

Perihal : Pengajuan probe UC NST

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kelemahan sensor pada probe UC pada alat NST di ruang VK bersalin, sehingga hasil perekaman probe UC tidak maksimal yaitu menunggu untuk petugas dipegangi dahulu dan menggunakan gel yang banyak yang memang fungsi gel untuk membantu pembacaan sensor tersebut sehingga pada saat menggunakan gel sedikit dan probe tidak di pegang oleh petugas bidan maka hasilnya tidak keluar) hal tersebut dikarenakan seringnya pemakaian dan pemakaian sudah lebih dari 2 tahun .agar dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan di unit terkait maka dengan ini kami mengajukan anggaran biaya penggantian probe UC tersebut dengan estimasi biaya Rp.4.000.000.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,




Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,




dr. Umriya Retnowati T. A.

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/496/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Lampirn hasil Print out NST
(Hasil rekam pada probe UC tidak mendeteksi adanya kontraksi pada janin)

