

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	중증도 분류 훈련 세트	단위	대
	영문	Triage Training Kit	수량	1
유사모델명		GMH-DMAT2	조달 식별번호	

1. 특징

- 가방과 함께환자 분류매트 4종과 손목띠,점검 판(파일)을 모두포함한세트일 것.
- 가방크기는 58cm×48cm×14cm(L×W×H)로서,구급차의 여유 공간에 적재 가능 할 크기 일 것.
- 다수사상자 발생 시 출동한 매트를 직.병렬 연결하여 응급 의료소의 면적을 넓혀 분류 시간을 최소화할 수 있을 것.
- 점검 판(파일)을 이용, 효과적인 환자 분류와 응급치료 수행이 가능할 것.
- 본 세트의 모든 구성품은 각각 개별적으로 구매가 가능할 것.
(매트, 손목띠 색상별로 구매 가능)

2. 세부규격

- 환자 분류 매트
 - 매트는 사면(앞면/뒷면) 벨크로 처리가 되어 있어, 사상자가 많아짐에 따라 매트가 추가되면, 동일 색상 매트를 직.병렬로 연결하여 현장에서 유동적으로 환자 분류를 할 수 있을 것.
 - 매트 모서리 쪽 4부분을 빛 반사(하이퍼) 재질로 되어 있어, 특히 야간에 응급 의료소의 구간 확인이 쉬울 것.
 - 크기는 165cm×200cm(±5cm)로서 성인 2 명이 눕기에, 충분한 크기이며, 머리와 다리 쪽 방향을 구분할 수 있는 그림과 문양은 빛 반사 재질로 봉제 방식이 아닌 열처리로 되어 있을 것.
 - 상단은 천 재질이며, 바닥 쪽 면은 방수 처리가 되어 있을 것.
- 환자 분류 손목띠
 - 환자 분류 손목띠는 환자의 손목에 자동으로 감기는 원터치 방식으로, 현장 대응에 있어서 최소한의 시간으로 운용할 수 있으며, 빛 반사 재질을 사용해 야간에도 색상 구분이 쉬울 것.
- 다수사상자 현장대응용 점검판(파일홀더)
 - 점검 판(파일홀더)은“다수사상자 현황표”와“환자분류표”를 현장에서 작성하기에 구조로 써, 문서를 작성하기 위한 파일 클립이 적용되어 있을 것.
 - 포맥스 화이트보드 운영 현황판 첨부(크기: 33cm*25cm)
 - (수요처 상황에 맞게 문구 및 디자인 변경 가능)
 - 파일 홀더를 펼쳐을 시 양쪽 내피가 투명 홀더 비닐 재질로 양쪽에 적용 될 것.
 - 내피 중간 사이막에 볼펜 끝이가 적용 되 있을 것.
 - 가방은 겉감 840D나일론100%(우레탄접착), 안감 210D 나일론100% 재질로 내구성이 강하며 생활 방수 기능이 있는 원단으로 만들어진 가방일것
 - 가방 후면부에는 양쪽 어깨끈들이 수납되어 있어 백팩 사용 시 신속히 연결하여 사용이 가능하여야 한다. (어깨끈 재수납 가능)
 - 가방 위쪽. 양쪽 옆면에 손으로 들 수 있는 손잡이가 있어야 된다.
 - 가방은 어깨로 맬 수 있는 어깨끈이 적용되어 있으며, 어깨끈은 미끄럼 방지를 위한 Non-Slip 어깨패드가 있을 것.
 - 가방 앞면에 점검 판(파일)을 넣을 수 있는 포켓이 있을 것.
 - 네임태그를 탈부착할 수 있는 벨크로가 전면에 있을 것.
 - 가방 내부 버클 탈부착을 할 수 있는 수납덮개 파우치가 있으며, 식별이 쉬운 투명 재질로 환자분류 손목띠와 중증도분류표를 보관 할 수 있어야 한다.
 - 바닥 면은 발판이 부착되어 있어 마모로부터 가방을 보호할 수 있을 것.
 - 내부는 외부충격으로 내용물을 보호할 수 있는 foam 재질로 되었을 것.
 - 제품 크기: 58cm×48cm×14cm(L×W×H)
- 촉광 와펜
 - 재난 상황에 임무 식별이 탁월한 촉광성능의 와펜과 네임택이 수요처 규격으로 맞춤 제작, 공급이 가능하며 야간 및 빛이 없는 상황에도 식별 가능할것

3. 악세사리/부속품

1. 다수사상자 세트 가방: 1개
2. 다수사상자 현장 대응용 점검 판(파일): 1개
3. 환자 분류 매트: 4종(녹, 황, 적, 흑) 각 1장
4. 환자분류표: 100매
5. 환자분류표 케이스: 100매(목걸이 포함)
6. 환자 분류 손목띠: 4종 각 10개 (녹, 황, 적, 흑)
7. 축광 와펜(벨크로 구급조끼 등쪽 와펜) : 4개(수요부서 요청에 따라 문구 변경가능)
8. 고무자석 입간판 : 1개

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	다수사상자 도상 훈련키트	단위	SET
	영문	Mass Casualty Incident (MCI) Tabletop Exercise Kit	수량	1
유사모델명			조달 식별번호	

1. 특징

재난 현장에서 현장지휘 체계와 재난의료대응절차를 이해하고 현장응급의료소 운영 및 유관기관과의 원활한 협력관계 구축을 활용하기 위한 훈련도구

2. 세부규격

- 실제 발생할수 있는 다양한 재난상황을 구현할 수 있을 것.
- 규모, 위치, 환경등을 도면에 효과적으로 표현하고 시나리오로 설정된 재난생활정보를 근거로 구체적 대응방법을 수립/적용하는 재난시뮬레이션 훈련으로 진행할수 있을 것
- 재난 현장에서 구급대원의 기본적인 활동원칙을 이해하고 학습할 수 있을 것
- 설치 전 임시의료소(응급의료반포함) 운영방법에 대해 이해하고 수행할 수 있을 것
- 현장에서의 재난의료대응절차(CSCAP-TTT) 과정의 중요성을 이해하고 역할을 수행할 수 있을 것
- 재난현장지휘체계를 이해하고 긴급구조기관 및 유관기관과의 협력관계를 구축할 수 있을 것
- 재난종합지휘센터의 역할을 이해하고, 지속적인 통신체계를 구축할 수 있을 것
- 재난응급의료상황실과의 인근의료기관 병상정보 현황등 정보 공유를 통해 이송병원을 선정하고, 환자의 중증도 분류를 통해 우선순위를 결정하고 분산이송하며 사상자현황등을 확인, 보고 할 수 있을 것

3. 악세서리/부속품

○ 훈련도면 2종

- 제작 사양 : 현장훈련도면은 기존의 6분할로 현장 크기를 조정하여 훈련진행이 가능하도록 할 것.

항목	수량	재질	크기(mm)
현장훈련도면	6장	자석시트지	분할 : (800 × 600)±5 결합 : (2400 × 1200)±5
의료기관 이송지도	2장	프렉스	(900 × 600)±5

○ 환자카드

- 제작 사양 : 자석태가가 부착 가능한 재질로 전면 MASS 분류, 후면 START 분류가 가능하며 첫인상, 사고기전, 주호소 등이 포함되도록 할 것.

수량	재질	크기(mm)
120종(외상 100 / 감염 20)	PP, 고무철, 양면인쇄	(90 × 130)±5

○ 환자북 및 환자북가이드

- 제작사양 : 환자 과거력 기재, GCS 세부항목별 점수 기재, 가이드를 통해 세부 분류가 가능할 것

항목	수량	재질	크기(mm)
환자북	120장	스노우지 백색 300g, 양면인쇄,	(180 × 130)±5
환자북 가이드	20장	무광코팅	

○ 환자복 케이스

- 제작사양 : 박스뚜껑을 이용하여 병원상자로 사용 가능 할 것

항목	수량	재질	크기(mm)
환자카드용	3개	싸바리합지1200g ,신폴렉스	(210 × 160 × 45(내경))±5
환자복용	2개		
차량카드 및 카드 스탠드용	1개		

○ 환자복 병원상자

- 제작사양 : 환자복 및 환자카드 케이스 덮개에 두어 병원 상자로 이용

항목	수량	재질	크기(mm)
권역응급의료센터	1개	포맥스 3T, 유포지, 단면인쇄	(210 × 160)±5
지역응급의료센터	2개		
지역응급의료기관	3개		

○ 중증도분류판

- 제작사양 : MATTEG 분류결과에 따라 구별이 가능하도록 “긴급, 응급, 비응급, 사망” 문구가 기재되고 분류별 색상이 구분될 것

항목	수량	재질	크기(mm)
1차 중증도 분류판	1장(4개 색상 포함)	프렉스	(800 × 410)±5
2차 중증도 분류판	4장(색상별 각 1개)		(300 × 300)±5

○ 구급차대기 지도 2종

- 제작사양 : 이송차량 대기소 1종, 이송헬기 대기소 1종으로 구성, 차량 주차구역 및 환자 대기구역이 구분되며 이송헬기 대기소 지도는 헬기 이착륙구역이 표시되어 있을 것

항목	수량	재질	크기(mm)
이송차량 대기소	2장	프렉스	(480 × 600)±5
이송헬기 대기소	1장		

○ 병원블록 13종

- 제작사양 : 블록 외부에 보드마카로 표기가 가능할 것

항목	수량	재질	크기(mm)
권역응급의료센터	3개	포맥스 3T, 마카코팅	(170 × 56~75 × 95)±5
지역응급의료센터	3개		
지역응급의료기관	4개		
응급실 신고기관	3개		

○ 모형텐트 17종

- 제작사양 : 자립이 가능한 ‘ㄷ’자 모형으로 색상 및 기재된 문구로 모형의 용도를 알 수 있을 것

※ 소형 : 시통합지원본부/임시영안소/보건소/제염제독텐트/자원대기소/실종자가족대기소/통신사/한국전력/한국도로공사/대한적십자/경찰/프레스센터

※ 대형 : 현장응급의료소 / 긴급구조통제반 / 종합상황실 / DAMT현장응급의료소 / 소방임시의료소

항목	수량	재질	크기(mm)
소형	12개	포맥스 3T, 유포지, 단면인쇄	(90 × 94 × 40)±5
대형	5개		(100 × 97 × 60)±5

○ 현장분류카드 5종

- 제작사양 : MATTEG 분류결과에 따라 구별이 가능하도록 "긴급, 응급, 비응급, 사망 및 미분류" 문구가 기재 및 분류별 색상이 구분되고, 환자 카드 등에 고정 할 수 있는 클립(집게)형식으로 되어 있을 것

항목	수량	재질	크기(mm)
긴급	30개	사각 플라스틱 클립	(30 × 30)±5
응급	30개		
비응급	30개		
사망	10개		
미분류	10		

○ 건물모형 자석커버 3종

- 제작사양 : 건물 철제모형 외부에 각 자석면을 붙여 고층 아파트, 백화점, 공장 모형으로 사용할 수 있으며, 보드마카 사용이 가능 할 것

※ 고층아파트 : 모형 2개를 위아래로 쌓아 사용

※ 백화점 : 모형 2개를 앞뒤로 쌓아 사용

※ 공장 : 모형 1개를 가로로 놓혀 사용

항목	수량	재질	크기(mm)
고층아파트 자석 패드	총 5매 (전,후,좌,우,상 각 1매)	자석시트지 (유광코팅)	(225 × 130 × 600)±5
백화점 자석 패드			(260 × 225 × 300)±5
공장 자석 패드			(300 × 225 × 130)±5

○ 사고위치 표시 자석 12종

- 제작사양 : 사고현장으로 배치된 건물 철제 모형 위에 배치하여 사고 위치 및 진행상황 표시가 가능할 것

항목	수량	재질	크기(mm)
구조요청자, 검은연기, 화염	각 8개	자석태그	(30 × 30)±5
붕괴위험, 인화성, 독성, 방사능, 폭발, 부식성, 산화성, 금수성, 감전	각 3개		

○ 건물 모형

항목	수량	재질	크기(mm)	사양
필로티 건물 철제 모형	1개	철제판금	(225 × 130 × 300)±5	각종 자석태그 부착가능
샌드위치 패널 주차타워	1개			
유해물질 탱크 모형	2개	철재원형 캔	(지름 85, 높이 105)±5	라벨에 보드마카 표기 가능

○ 터널 모형

- 제작사양 : PVC 원통 하프 커팅으로 도면위에 설치하여 터널을 구현 수 있을 것

수량	재질	크기(mm)
2개	PVC	(지름 160(내경) 반원, 길이 63)±5

○ 모래시계

- 제작사양 : 모형 텐트용은 모래시계 상단에 모형텐트 자석 부착용 원형 철이
점착 되어 있을 것

항목	수량	재질	크기(mm)
1분	10개	완제품 플라스틱 모래시계	(90 × 25)±5
2분	10개		
2분 모형텐트용	12개		
3분	10개		
3분 모형텐트용	5개		

○ 구급장비(의료기기) 53종

- 제작사양 : 단면으로 디자인하여 인쇄. 인쇄 반대편에는 철지를 붙여
이송차량에 붙을 수 있도록 제작 할 것

재 질	크기(mm)	수량
통자석, 도무송	(25 × 25)±5	총 835개

항목	장비 및 의약품	수량
의료장비 태그 24종	성문외 기도장비, 이동형산소, 백밸브마스크, 비강캐놀라, 제세동기, 지혈대, 들것, PPE Level C, PPE Level C	각 20개
	흡인기, 네불라이저, KED	각 15개
	산소마스크, 척추고정판, 알루미늄부목, 고정부목	각 30개
	이동형 인공호흡기, 휴대용 초음파장비, 환자모니터, 음압 격리 들것	각 5개
	사체낭, 산소포화도 측정기	각 10개
	담요	각 25개
처치태그 16종	기도유지, 기관삽관, 골반고정,	각 20개
	수액주입, 압박지혈, 경추고정, 상처소독	각 30개
	윤상갑상막절개술, 바늘흉부감압술, 중심정맥관 삽입, 골내주사	각 5개
	상지고정, 하지고정, 제염제독, 상처봉합	각 10개
의약품태그 13종	니트로글리세린, 포도당수액, 아미오다론, 항히스타민제, 파상풍백신, 해독제, 에피네프린, 국소마취제, 진정제, 항생제	각 10개
	흡입용기관지확장제, 진통제	각 20개
	생리식염수	각 30개

○ 역할명찰 25종

- 제작사양 : 항목별 그림과 역할이 양면에 표시되어 있을 것

재 질	크기(mm)	수량
PP, 양면인쇄, 목걸이 포함	(80 × 100)±5	총 64개

○ 분류방법 1,2단계 명찰

- 제작사양 : 1차(M-MASS), 2차(START) 분류법이 한면씩 기재되어 있을 것

수량	재질	크기(mm)
10개	PP, 양면인쇄, 목걸이 포함	(82 × 120)±5

○ 재난상황카드 24종

수량	재질	크기(mm)
각 1개, 총 24개	포맥스 3T, 양면인쇄	(150 × 150)±5

※항목 : 화재 / 전염병 / 폭탄 / 방사능 / 충돌 / 화학 / 해양사고 / 테러 /
건물붕괴 / 열차사고 / 비행기사고 / 산사태 / 지진 / 정전 / 경증환자
소란,이탈 / 통신마비 / 구급차 교통사고 / 교통정체 / 기자취재 /
다수사상자 / 시장방문 / 구급대원 부상 / 보호자난입,소란 / 경증환자 심정지

○ 현황판 3종

항목	수량	재질	크기(mm)
응급의료소 운영현황	각 1개	자석화이트보드	(600 × 900)±5
사상자 이송현황			
병원별 수용능력 현황			

○ 교통표지판 10종

- 제작사양 : 도로상황을 알려주는 교통표지판으로 입감판 형태로 디자인하여 인쇄할 것

수량	재질	크기(mm)
항목별 각 1개(총10개)	포맥스 3T, 유포지, 단면인쇄	(44 × 66)±5

※항목 : 일방통행 / 천천히 / 어린이보호 / 횡단보도 / 정차금지 / 버스전용 /
속도를 줄이시오 / 정지 / 신호등 / 공사중

○ 자동차모형 및 풍향계

- 제작사양 : 카드스탠드에 꽂아 사용할 수 있는 25종의 차량카드와 완제품 풍향계로 구성 될 것. 25종 44개

항목	수량	재질	크기(mm)
풍향계	1개	완제품	
쓰레기수거차, 경찰특공대차량, 검정리무진 택시, 불도저, 택시, 우체국택배차, 한국도로 공사차, 소방승용차, 빨간색 버스, 견인차, 일반차량, 중계차, 닥터헬기, 경찰헬기, 소방 헬기, 포크레인, 일반승용차, 배 ,	각 1개	포맥스 1T, 유포지, 양면인쇄	(90 × 45)±5
대형버스, 경찰차	2개		
고가차, 소방펌프차, 소방물탱크차	3개		
사설구급차, 일반구급차	4개		
119구급차	6개		

○ 현황판 거치대

수량	재질	크기(mm)
3개	알루미늄	(600 × 900)±5 의 현황판까지 거치가 가능한 크기의 이젤

○ 소방통제선

- 제작사양 : 재난 현장 주변의 통제 구역을 색상띠를 흡착큐방에 고정하여 표시 할 수 있을 것

항목	수량	재질	크기
통제선 라인(red / yellow)	색상별 1개	무광색상라인	(두께 10mm, 길이 2m)±5
통제선용 흡착큐방	8개	고무	(바닥지름 55mm, 높이 65mm)±5

○ 처치카드 보관함

- 제작사양 : 의로기기 태그를 보관하는 멀티박스로 형식으로 제작되어 있을 것.

수량	크기(mm)
10개	(275 × 175)±5

○ 아크릴 박스

- 제작사양 : 교구재를 보관하는 플라스틱 수납박스로 제작되어 있을 것.

수량	재질	크기(mm)
9개 이상	플라스틱 보관함	(257 × 169 × 140)±5 이상

○ USB(San Disk 16gb / 플라스틱 완제품)

- 제작사양 : 해당 제품에 대한 규격서, 사용가이드, 교육동영상가이드, 환자기 록지, 교육평가표, 훈련시나리오, 역할배정표 등이 저장되어 있을 것.

○ 카드스탠드

- 제작사양 : 차량카드를 거치하여 자립할 수 있는 홈이 있을 것.

○ **중증도분류표**

- 제작사양 : 중증도 분류표는 '긴급구조대응활동 및 현자지휘에 관한 규칙
「별표 7」'에 부합하는 사양 일 것.

○ **도면 및 현황판 가방(2개)**

- 제작사양 : (600mm × 900mm)±5의 현황판과 훈련도면을 넣을 수 있는 가방으로
전면 수납공간에 보드마카 수납이 가능할 것

○ **캐리어**

- 제작사양 : 도면을 제외한 모든 구성품을 휴대할 수 있는 하드케이스
캐리어로 제작되어 28inch 2개로 구성되어 있을 것.

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	기본 심폐소생술 마네킹-성인(전신)	단위	대
	영문	Resusci Anne® QCPR® Standard Head Full Body (Light)	수량	3
유사모델명		177-05350	조달 식별번호	

1. 특징

기본 인명 소생술(BLS)에 필요한 임상 경험 및 상황 판단 능력을 훈련/평가할 수 있도록 고안된 고성능 성인 CPR 시뮬레이터

2. 세부규격

- 심폐소생술 훈련 지원 및 실시간 피드백 제공 (압박깊이/속도/이완/환기량/손 위치)
- ERC, AHA 및 SRFAC 가이드라인을 준수하는 CPR 훈련 가능
- 머리 기울임 (Head-tilt), 턱 들어올림 (Chin-lift), 흉부 압박 및 흉부 상승 등 실제 성인과 유사한 해부학 구조
- LINK 기술 기본 포함: ShockLink 및 Laerdal AED Trainer 호환, 자동 패드 감지 기반의 AED 훈련 지원
- 정확한 손 위치 감지 및 실시간 QCPR 피드백(압박깊이/속도/이완, 환기량 및 손 위치 등)
- 흉부상승이 육안으로 보이는 구강 대 구강 인공호흡 및백밸브 마스크 인공호흡 가능
- QCPR Training 앱과 연동 가능
- SkillGuide 및 SimPad 와 연결 가능
- 확장 및 축소된 동공으로 교체 가능

3. 악세사리/부속품

Trolley Suitcase (1), 마네킹 본체, 마네킹 Face (1), 마네킹 Lung (1), Airway Assemblies(2), Compression Spring - Gray 45 kg preinstalled (1), USE 케이블 (1), Manikin Wipes(4), User Guide (1)

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	기본 심폐소생술 마네킹-소아	단위	대
	영문	Little Junior QCPR	수량	5
유사모델명		128-01050	조달 식별번호	

1. 특징

소아 심정지 상황을 모의하여 흉부압박, 인공호흡 및 기도관리 기술을 효과적으로 훈련할 수 있는 교육용 마네킹

2. 세부규격

소아의 기본 심폐소생술 및 기도폐쇄 처치 실습을 할 수 있을 것.

두부후굴/하악거상법을 시행할 수 있을 것.

모바일 앱(QCPR App.)을 활용하여 QCPR 측정이 가능할 것

크기: 길이 63cm X 최대 폭 27cm X 높이 22cm

무게: 4kg 이하

3. 악세사리/부속품

마네킹 본체(1), 얼굴피부(2), 마네킹 페(2), 운반용 소프트 케이스(1), 자켓, 사용설명서, 감염방지 소독포(2), AA 건전지(2).

4. 기타

① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청

② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	기도유지 마네킨-성인	단위	대
	영문	Airway Management Trainer	수량	3
유사모델명		25000026	조달 식별번호	

1. 특징

실제 성인 기도 구조를 재현하여 기도유지기 삽입, 기관내삽관 및 인공환기 등 다양한 기도관리 술기를 훈련할 수 있는 교육용 마네킨

2. 세부규격

마네킨 본체가 고정판에 고정되어 있어 실습이 용이할 것. • 상반신이 노출되어 폐내 공기 주입으로 인한 팽창 여부와 청진을 통한 기도유지 및 확보의 적절성을 평가할 수 있을 것.

- 해부학적 구조가 실제 사람과 동일하여 실습하는데 효과적일 것.
- 수동식 인공호흡기(Bag-Valve-Mask)를 이용한 인공호흡이 가능할 것. • 두부후굴/하악거상법(Head tilt/Chin lift), 턱 들어올리기(Jaw Thrust) 실습이 가능할 것.
- 구강/비강을 통해 후두경 및 투영탐침(Trachlight)을 이용한 기도삽관이 가능할 것.
- 구강용 및 비강용 기도유지기의 삽입이 가능할 것.
- 기도삽관튜브, 후두마스크(LMA), Combi-Tube 의 삽입이 가능할 것.
- 후두경련(Laryngospasm)이 구현될 것.
- 위 팽만 및 구토 상황의 구현이 가능하여 흡인 실습이 가능할 것.
- 후두경의 무리한 사용 시 치아 파열음이 날 것.

3. 악세사리/부속품

마네킨 본체 (1), 실습고정판(1), 기도해부모형(1), 세척용 키트(1), 기도 윤활제(1), 사용설명서(1), 소프트케이스(1)

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	기도유지 마네킹 - 영아	단위	대
	영문	Infant Airway Management Trainer	수량	6
유사모델명		250-00250	조달 식별번호	

1. 특징

영아의 기도 해부학적 특성을 재현하여 기도유지, 인공환기 및 기도확보 술기를 효과적으로 훈련할 수 있는 교육용 마네킹

2. 세부규격

실제 생후 3개월 머리가 고정판에 고정되어 있으며, 기도 구조가 해부학적으로 유사하여 현실감 있는 훈련 가능
영아에게 필요한 기도관련 술기 실습 가능

- Head tilt-chin lift - Oral/Nasal Airway placement
- Bag-Valve Mask ventilation - Oral/Nasal Endotracheal intubation
- LMA insertion

기도 윤회제가 포함되어 있어 실습 전에 뿌려주면 실제와 같은 기도 상태를 유지하여 튜브 삽입 등이 용이할 것.

3. 악세사리/부속품

교체용 폐(Lung Bag)
기도 부품
윤회제
보관 케이스 또는 가방
사용자 매뉴얼

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	기도유지 마네킹-기도폐쇄	단위	대
	영문	Choking Charlie	수량	4
유사모델명		102-00001	조달 식별번호	

1. 특징

이물질로 인한 기도폐쇄 상황을 재현하여 하임리히법, 등 두드리기, 가슴 밀어내기 등 기도폐쇄 처치술을 효과적으로 훈련할 수 있는 교육용 마네킹

2. 세부규격

- 해부학적으로 정확한 성인 상반신용 마네킹 일 것.
- 기도내 이물질을 삽입하여 기도 폐쇄 구현을 할 수 있을 것.
- 기도 폐쇄된 환자에게 하임리 메뉴버 (Heimlich Abdominal Thrust Maneuver) 실습을 할 수 있을 것.
- 성인 남성의 형태
- 장기보관을 위한 파우더와 소프트케이스 제공

3. 악세사리/부속품

상반신 마네킹 (1), 기도내 이물질 모형 (4), 파우더(1), 트레이닝북 상의 (1), 소프트 케이스(1)

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	이동형 인공호흡기	단위	대
	영문	Portable Ventilator	수량	1
유사모델명		MTV1000	조달 식별번호	

1. 특징

- 가벼운 무게(8kg)와 공기를 발생시키는 저소음의 터빈시스템이 장착되어 이동형으로 사용이 가능하다.
- 고성능의 가스전달장치와 마이크로프로세서를 사용하여 성인은 물론 소아에게도 사용할 수 있도록 정밀하고 정확하게 개스를 전달할 수 있게 설계되었다.
- 7인치 컬러 터치스크린과 로터리엔코더를 통하여 사용자가 쉽고 빠르게 안전한 작업을 가능하게 한다.
- Back-uo Apnea Ventilator 기능이 있어, 환자가 호흡이 없을때 작동하여야 한다.
- 호기밸브가 수동방식이 아닌 능동방식이기 때문에 지속적 그리고 능동적으로 제어되어 목표 압력값을 일정하게 유지할 수 있으며 따라서 기계 호흡의 흡기 동안에도 환자가 숨을 쉬거나 기침을 할 수 있다. 이는 환자와 인공호흡 기간동안의 동기를 향상 시킨다.
- 정지시 호흡기능을 측정하는 기능이 내장되어 있어서 환자의 폐상태를 정확하게 알 수 있다.
- 내구성이 매우 우수하고 정도가 높은 부품들을 사용하여 보수가 쉽고 유지비용이 매우 저렴하다.
- 환자의 체중(IBW)을 입력하면 환자의 체중에 맞는 각 설정치 및 경보설정범위가 자동적으로 설정되기 때문에 빠르고 안전하게 환자에 적용할 수 있다.
- Battery back up system 기능이 있어, 이동 및 정전 발생 시 3시간 작동가능하다.
- 기능확장을 통한, 환자의 산소포화도 및 호기말이산화탄소 측정이 가능하다.

2. 세부규격

- 호흡방식 : 볼륨방식 및 압력방식
- 호흡모드 : Dual Circuit - ACV, SIMV, SPONT, Auto Apnea Back-up ventilation
Single Circuit - ACPAP (Auto Set+CPAP), BIBAP, O2 Stream
- 체중입력 : 입력범위 - 3~150kg
- 1회 호흡량 : 100~2500 ml
- 흡기압력 : 5~80cm H2O
- 호기보조 압력 : 0~45cm H2O limited
- 호기말 양압 : 0~45cm H2O
- 호흡수 : 2~60 회/분
- 흡기,호기 비율 : 4:1~1:50
- 호흡시간 : 0.5~5 초
- 호기시간 : 0.5 초/분
- En-sense(흡기 민감도) 10~80%
- En-sense(호기 민감도) 10~80%
- 호흡유속 : 180lpm
- 트리거민감도 설정
(Trigger sensitivit Presssure : OFF, 0.5 cmH2O) Flow : 0.5 ~ 20 lpm
- 산소농도 21% to 100%
- 특별설정 항목
IBWF (Ideal Body weight factor) : 5~15ml/kg
BTPS : On/off 마스크(MASK) : On/off Proximal Sensor : On/off

3. 악세서리/부속품

MTV1000 Ventilator main unit with 6.4" Touch screen ----- 1EA
 High pressure Oxygen Hose ----- 1EA
 Support Arm for Breathing circuits ----- 1EA
 Humidifier MR810 (with single Heat wire) ----- 1EA
 Mobile Cart with Basket ----- 1EA
 Flow sensor (MASH) Reusable ----- 2EA
 Disposable Bacterial Filter ----- 3EA
 Patient Circuit in H. Chamber, Disposable ----- 3EA
 Test Lung, (Adult~Pediatric) ----- 1EA
 Internal Battery (2 hrs battery drive) ----- 1EA
 Operating manual ----- 1EA

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
 ※ 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	기도폐쇄 마네킹-영아	단위	대
	영문	Little Baby QCPR	수량	16
유사모델명		133-01050	조달 식별번호	

1. 특징

바른 머리 위치 유지, 기도 개방, 인공호흡 및 환기량 확인 등 영아 응급환자 처치에 필요한 술기를 반복적으로 훈련할 수 있으며, 실제 임상 및 응급의료 현장과 유사한 환경에서 기도관리 능력을 향상시킬 수 있는 교육훈련용 장비

2. 세부규격

영아의 기본 심폐소생술 및 기도폐쇄 처치 실습을 할 수 있을 것.
모바일 앱(QCPR App.)을 활용하여 QCPR 측정이 가능할 것.
모바일 앱은 최대 6 개의 마네킹을 동시에 운영할 수 있을 것.
기도 폐쇄 실습 시 폐쇄용 이물질 실습에 대한 오디오 피드백이 가능할 것.
두부후굴/하악거상법을 시행할 수 있을 것

3. 악세사리/부속품

마네킹 본체, 마네킹 패, 운반용 소프트 케이스, 이물질, 마네킹 의복, 배터리, 사용설명서

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	전신 마네킹- 구조실습	단위	대
	영문	Rescue Training Manikin	수량	1
유사모델명		149-1335	조달 식별번호	

1. 특징

환자 구조 및 운반 실습을 위한 마네킹

2. 세부규격

- 실제 성인 환자의 크기 및 사이즈 (신장:165±2cm 몸무게:47Kg±2kg)로 되어 있어 실제와 같은 상황 연출이 가능할 것
 - 팔, 다리에 관절이 있어 구부림이 가능해야 할 것
 - 긴급이동,1인 끌기 (옷 끌기, 경사 끌기, 어깨 끌기, 다리 끌기, 담요 끌기)의 실습이 가능 할 것
 - 긴급이동, 1인구조자 (부축이동, 안기운반, 메기운반, 업기운반, 소방관운반)의 실습이 가능 할 것
 - 긴급이동, 2인구조자 (2인 부축이동, 2인 소방관 이동)의 실습이 가능 할 것
 - 들것으로의 환자이동 실습이 가능할 것
 - 부목 교육도 함께 활용할 수 있을 것
 - 제한된 공간, 붕괴된 건물, 화재로 인한 연기 발생 공간의 구조 활동이 가능할 것
- ※재질: durable vinyl with 4,100-lb. test plastic-coated
- 제품에 대하여 원활한 유지보수를 위해 한국 공식 대리점 증명서 제출할 것.

3. 악세사리/부속품

성인 마네킹 본체(1) ,품질보증 인증서

4. 기타

- 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	긴 척추 고정판	단위	대
	영문	Spine Board	수량	3
유사모델명		YDC-7A3	조달 식별번호	

1. 특징

척추 손상 환자 이송용 백보드

2. 세부규격

- 제품기능 : 환자의 척추 및 신체를 고정하여 안전하게 이송
- 재질 : HDPE (고밀도 폴리에틸렌)
- 영상장비 호환 : X-ray 및 CT 촬영 가능
- 부력기능 : 수상 구조 시 사용 가능
- 환자고정 : 안전벨트 장착
- 호환장비 : Head Immobilizer, Spider Strap 사용 가능
- 사용환경 : 응급구조, 구급차, 재난현장, 병원 응급실
- 세척 및 소독 가능
- 내충격성 및 내구성이 우수한 일체형
- 크기 : 185 * 41 * 5cm
- 중량 : 6.5kg
- 허용 중량 : 181kg

3. 악세사리/부속품

본품(1), 안전벨트(2)

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	차량 구조 고정대	단위	대
	영문	Kendrick Extrication Device	수량	6
유사모델명		BS-01	조달 식별번호	

1. 특징

환자의 척추 및 늑골 등을 고정하여 고정 부위의 추가손상을 방지

2. 세부규격

- 허리 위에서 머리 부분까지 요추를 포함한 척추 고정이 가능
- 트랩으로 조임의 강약 조절 가능
- 부목을 착용한 체 X-ray 촬영 가능
- 색상으로 고정끈 구분
- 크기
 - *펼친 상태 : 82 * 71 * 2cm
 - *접은 상태 : 92 * 32 * 7cm
- 제품 중량 : 3kg

3. 악세사리/부속품

부목 1EA, 목 받침 패드 1EA, 턱 고정밴드 1EA, 머리고정밴드 1EA 가방1EA

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	주 들것	단위	대
	영문	Stretcher Cot	수량	1
유사모델명		YXH-3E2	조달 식별번호	

1. 특징

- 알루미늄 합금재질로 되어있어 매우 견고하고 가벼운 무게의 들것이다.
- 의자로 변형이 가능하여 좁은 공간에서도 사용이 가능하다.
- 1인이 환자의 운반과 앰블런스 탑재가 가능하다.
- 등받이는 0~85°까지 원하는 각도로 조절이 가능하다.
- 한손으로 작동이 가능한 원터치(PUSH)방식의 측면안전대를 채용하여 신속하고 편리하게 환자를 싣고 내릴 수 있다.
- 바퀴는 우레탄으로, 폭은 45mm이상, 지름은 125mm이상이다.
- 매트리스의 두께는 측면이 80mm이상이고, 가운데가 들어간 U자 모양으로 되어 있다.
- 2개의 바퀴에는 바퀴고정장치가 달려있다.

2. 세부규격

- 환자 운반부 길이: 1,980mm X 620mm
- 높이: 850mm(접었을 때: 320mm)
- 바퀴: Ø125mm
- 무게: 41kg
- 최대 허용 중량: 159kg
- 최대 경사 각: 85°

3. 악세사리/부속품

들것(1)

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	기타 들것-가변형	단위	대
	영문	Scoop Stretcher	수량	2
유사모델명		EMS-A305B	조달 식별번호	

1. 특징

아파트의 계단이나 소형 주택 등 좁은 공간에서 환자를 이송하는데 사용하는 들것

2. 세부규격

- PVC 재질로 되어 있어 이물질이나 혈액이 스며들지 않는 재질 이다.
- 테두리는 고무패 처리되어 방수가 가능 하다.
- 모서리는 유선형으로 되어 있어 보관과 운반이 용이 하다.
- 손잡이는 양 쪽 위 아래로 각 2개씩 총 4개 이다.
- 벨트는 들 것 위 아래 2개이며 원터치 방식의 버클로 되어 있다.
- 손잡이 안쪽에 스펀지를 넣어 도톰한 원형으로 환자 이송 시 미끄럼을 방지 한다.
- 크기 : 135.5 x 60 x 2cm(벨트 미포함, ±1cm) , 벨트날개 : 24.5 x 8.5cm(±1cm)
- 무게 : 2.5kg(벨트포함 / ±0.2kg)
- 허용중량 : 160kg이하

3. 악세사리/부속품

가변형 들것 본체 1개 / 고정벨트 1세트(2개)

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	정맥주사마네킵(실습용)	단위	대
	영문	IV Injection Training Arm	수량	4
유사모델명		LM028	조달 식별번호	

1. 특징

정맥 주사 및 채혈을 실습하기 위한 모형

2. 세부규격

- 특수 실리콘 재질로 만들어져 있어 인체 팔과 비슷한 느낌을 줄 것
- 정맥 주사 위치 확인 및 약물 주입, 채혈 등의 실습을 할 수 있을 것
- 주사 시 피부와 혈관에 놓는 느낌은 실제 인체에 주사하는 것과 비슷할 것
- 매우 탄력적인 합성 피부는 주사 실습 후 니들 흔적이 남지 않아 같은 곳에 여러 번 주사할 수 있을 것
- 인조혈액은 실제 사람 혈액과 같이 점성이 있으며, 혈액색상도 흡사할 것.
- 사용 중 묻은 얼룩은 물로 쉽게 지워질 것.
- 정맥주사 팔 모형 피부는 지퍼가 부착되어 있어 누구나 피부와 혈관을 쉽게 교환할 수 있으며, 사용 후 제품을 손쉽게 유지 및 관리할 수 있을 것.

3. 악세사리/부속품

- 팔 피부 : 1EA • 혈액 저장 통 : 2EA
- 팔 몸체 : 1EA • 인조 혈액 : 500ml
- 정맥 혈관 : 6EA • 팔꿈치 지지대 : 1EA
- 스탠드 : 1EA • 보관용 상자 : 1EA

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	이동형 IV 폴대	단위	대
	영문	Mobile IV Pole	수량	4
유사모델명		HB-001 5발	조달 식별번호	

1. 특징

환자에게 적용한 수액을 걸어 이동할 수 있는 폴대

2. 세부규격

- 높낮이를 손쉽게 조절할 수 있다
- 4구의 수액걸이가 있다
- 특수 고무패킹이 내부에 장착돼 링겔대 높낮이 조절시 부드럽고 급락을 방지한다
- 그립감이 우수하다
- 5발 이동형 스틸 바퀴로 안정적이고 내구성이 월등하다
- 링겔 폴대 연결 소켓으로 더욱 안정감이 있다
- 탈착이 가능한 분리형 바드가 있고 세척이 용이하다

3. 악세사리/부속품

-IV 폴대 (1)

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	드레싱카트	단위	대
	영문	Dressing cart	수량	4
유사모델명		RGC-15	조달 식별번호	

1. 특징

드레싱 및 처치용 기구, 소모품 등의 운반 및 보관

2. 세부규격

- 규격 : 850 × 480 × 920 mm
- 재질 : Aluminum Alloy
ABS Resin
Stainless Steel

3. 악세사리/부속품

드레싱 카트 1EA

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	후두경세트	단위	SET
	영문	Laryngoscope Set	수량	6
유사모델명		Laryngoscope Set	조달 식별번호	

1. 특징

기도삽관 시 정확하게 삽관튜브를 삽입할 수 있도록 도와주는 후두경

2. 세부규격

- 블레이드에 LED전구가 탑재되어 후두내 시야 확보가 가능할 것
- 환자의 구강에 삽입하여 후두의 관찰, 진단 및 치료에 이용할 수 있을 것
- 1~3 번 블레이드가 기본으로 제공되어 다양한 환자에게 적용이 가능 할 것

3. 악세사리/부속품

후두경 핸들(1)
블레이드 3종 (1)
보관 케이스 (1)

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	교육용심장충격기및모니터	단위	대
	영문	Training Defibrillator and Patient Monitor	수량	1
유사모델명		CU-HDT	조달 식별번호	

1. 특징

제세동, 페이스 및 환자 모니터링 실습 장비

2. 세부규격

- 실제 제세동 및 페이스를 위한 전기 에너지가 인가되지 않을 것(Trainer)
- AED모드, 모니터 모드, 페이스 모드, 매뉴얼 모드를 선택하여 교육할 수 있을 것.
- AED모드 / 수동 제세동 모드: Shock 이후 ECG 파형을 선택할 수 있는 "next ECG" 제공이 가능할 것.
- 모니터 모드
 - * 3리드 심전도 모니터링 측정 교육이 가능할 것.
 - * 10리드 심전도 모니터링 측정 교육이 가능할 것.
- 페이스 모드
 - * 수요, 고정모드 동작이 가능할 것.
 - * Capture Threshold 설정에 따라 Capture된 ECG Waveform 표시가 가능할 것.
- 매뉴얼 모드
 - * R-sync 화면 표시가 가능할 것.
 - * Cardioversion에 대한 교육이 가능할 것.
- 혈중 산소포화도(SpO2) 표시 기능이 포함되어 있을 것.
 - * 산소포화도 수치 및 SpO2 파형을 육안으로 확인하여 교육이 가능할 것.
- 비침습혈압(NIBP) 측정 기능이 가능할 것.
- 리모컨을 사용하여 아래의 ECG Waveform으로 변경이 가능할 것.
 - * VF(Coarse VF, Fine VF) / VT(Monomorphic, Polymorphic)
 - * SVT(Supraventricular Tachycardia)
 - * aFib(Arterial Fibrillation)
 - * NSR(Normal Sinus Rhythm) / PEA(Pulseless Electrical Activity) / Asystole / PVC(Premature Ventricular Contraction)
 - * SVT(Supraventricular Tachycardia)
 - * 2° AV Block, 3° AV Block
 - * AMI(Acute Myocardial Infarction) - anterior, interior, lateral
- 납품 후 2년간 품질보증 및 A/S를 제공할 것.
- 납품 시 사용방법 및 유지관리에 관한 교육을 실시할 것.
- 가이드라인에 따른 적용이 가능할 것.
- 본체 크기: 326mm X 253mm X 358mm(가로×세로×높이)
- 본체 무게: 약 4kg(악세서리 제외)
- 리모컨 크기: 56mm X 167mm X 23mm(가로×세로×높이)
- 리모컨 무게: 약 86g(배터리 미포함)

3. 악세서리/부속품

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. 본체(1) | 11. SpO2 연결케이블(1) |
| 2. 교육용 제세동 패드(2) | 12. 패들(1) |
| 3. 제세동 패드연결 어댑터(1) | 13. AC 전원팩(1) |
| 4. 심전도 전극(1팩) | 14. 전원코드(1) |
| 5. 페이스 기능 | 15. 충전용 배터리(1) |
| 6. 3-Lead(1) | 16. 리모컨 |
| 7. 12-lead 심전도 케이블(1) | 17. 운반용 가방(1) |
| 8. NIBP 커프: 성인, 소아, 유아(각1) | 18. 사용설명서(1부) |
| 9. 프린터용지(5롤) | |
| 10. SpO2 프로브(1) | |

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	견인부목	단위	대
	영문	Traction Splint	수량	4
유사모델명		444	조달 식별번호	

1. 특징

환자의 골절부위를 보호하여 2차 부상을 방지하기 위한 장비

2. 세부규격

- 대퇴손상이 의심되는 환자의 다리를 기계적으로 당겨 고통을 완화시켜주고 혈관이나 신경의 손상을 방지할 수 있어야 한다.
- 환자의 이송중이라도 당김 상태가 유지될 수 있도록 당김 장치는 톱니방식으로 되어있어야 한다.
- 발목고정끈은 환자의 발목을 감싸는 고정끈으로서 환자의 발목 맥박을 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 한다.
- 다리고정끈은 정확한 위치에서 사용할 수 있도록 각각 번호와 부착위치가 끈에 표시되어 있어야 한다.
- 대퇴부 고정끈은 벨크로 방식으로 되어있어 신속하게 대퇴부와 견인부목을 밀착시킬 수 있어야 한다.
- 보관할 수 있는 케이스가 포함되어 있어야 한다.

- 길이

* 최대: 139cm

* 최소: 90cm

- 너비

* 부목: 21cm

* 발꿈치 고정대: 27cm

- 높이: 6cm(보관 시)

- 무게: 3kg(케이스 포함)

3. 악세사리/부속품

- 성인용 골절부목(1)

- 보관용 가방(1)

4. 기타

① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청

② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	전문 심장소생마네킨	단위	대
	영문	Resusci Anne Simulator	수량	1
유사모델명		150-22000-STD	조달 식별번호	
1. 특징 실제 성인의 신체 및 기도 구조가 해부, 생리학적으로 유사하여 현실감 있는 응급 상황 훈련 가능 2. 세부규격 신 경 • 환자의 신경학적 상태에 따른, 동공 반응(정상, 축소, 확대)검사 가능 및 동공 교체 가능 기도 관련 • 기본인명소생술(BLS)과정에서 필요한 기도 유지 술기의 실습 가능 - Head tilt-chin lift/Jaw thrust - Oral/Nasal Airway placement - BVM ventilation - LMA/Combitube Placement - Supraglottic Airway - Sellick's maneuver • 산소포화도 및 CO2 호기 구형 세팅 가능 • 자발호흡의 횟수 설정에 따른 흉곽 움직임 및 호흡음 구형 가능 순 환 • IV arm 을 통한 정맥로 확보 후 수액/약물투여가 가능 • 측정 가능한 경동맥, 상완 동맥, 요골 동맥은 심전도 및 혈압 설정에 따라 자동 변화 • 다양한 심전도 구형이 가능하여 3-4 리드 심전도 측정 가능 • ABC 체크, 환기 보조, 흉부 압박등의 실시 유무 확인 가능 • 수축기압과 이완기압을 다양하게 설정할 수 있고, 혈압의 청진 및 측진 측정 가능 • 수동/자동 제세동 실습 가능 • 4 리드 심전도 모니터링 • 선택 가능한 20-200mA 역치에 따른 Pacing • 수동/자동 모드의 CPR 수행 시 실시간 피드백 제공 • 가슴 압박, 속도, 호흡량이 포함된 그래프 제공음성 및 청진 • 기침, 구토, 신음, 호흡곤란 등 사전 저장된 음성 구형이 가능 • 마이크를 이용하여 실시간 음성 구형 가능 • 환자 병변에 따른 정상 및 비정상 심음 및 폐음 청진 가능 SimPad Plus • SimPad Plus 와 연결된 Resusci Anne Simulator 를 이용한 시뮬레이션 교육은 더욱 임상적이고 이동성 있는 시뮬레이션 교육을 가능하게 함 • 시뮬레이터의 무선작동 가능 • 조작이 쉬운 터치 스크린 원격 조정 • 수동/자동 모드가 가능한 사용이 쉬운 소프트웨어 • 수동작동 방식의 사용 및 SimStore 로부터 사전 개발된 시나리오를 이용 가능 전용 (가상) 환자모니터 • 무선 방식의 환자모니터를 통해 환자 평가, 진단에 필요한 다양한 파라미터의 파형 및 수치 구형 : ECG, SPO2, CO2, ABP, CVP, PAP, PCWP, NIBP, TOF, AGT, awRR, Cardiac Output, Temperature (Core & Peripheral), N2O, ICP, O2, pH • X-ray 표시, 12 리드 심전도 표시 3. 악세서리/부속품 Resusci Anne Simulator • SimPad PLUS(옵션)				

- 가상환자모니터

- 운반용가방

4. 기타

① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청

② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

※ 규격사항 공란없이 상세 기재

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	교육용 심폐소생술 마네킹	단위	대
	영문	Brayden	수량	30
유사모델명		IM13-R	조달 식별번호	

1. 특징

혈행 표시 심폐소생술 마네킹으로 실시간으로 직관적 피드백이 가능함.

2. 세부규격

- 가슴 압박 시 심장에서 뇌로 혈액이 순차적으로 이동하는 원리를 표현할 것.
- 가슴 압박 시 깊이와 속도를 불빛으로 표현할 것.
- 깊이, 속도, 이완을 제대로 하였을 시 머리부의 “정상순환 표시등” 점등되어 올바른 압박을 유도할 것.
- 압박 깊이가 6cm 이상일 경우 불빛으로 과압박을 표시할 것.
- 압박 속도가 분당 120회를 초과할 경우 불빛을 통해 과속도를 표시할 것.
- 이완이 되지 않았을 시, 머리부의 불빛이 표시되지 않을 것.
- 압박 시 정확도를 육안과 소리로 확인 가능할 것.
- 기도유지, 인공호흡, 비강호흡, 가슴압박 등 실습훈련이 가능할 것.
- 인공호흡 시 기도유지가 되지 않았을 시 머리 위치가 제자리로 돌아오며, 기도폐쇄가 될 것.
- 인공호흡 시 마네킹의 가슴 상승이 육안으로 확인 가능할 것.
- 얼굴 안면부 피부(Face Skin) 및 공기주머니(Lung) 등이 교체가 가능할 것.

3. 악세사리/부속품

마네킹 본체, 얼굴스킨(1), 페이스 쉴드(10), 교체용 폐(1), 건전지(6)

한글 사용설명서(1), 보관용 가방/실습용 매트리스 겸용(1), 트롤리형 가방(옵션)

4. 기타

- 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- 하자보증기간:1년

5. 참고사진



※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품 구매 규격서

신청학과		응급구조과	신청교수	
품명	한글	교육용 자동심장충격기	단위	대
	영문	AED	수량	30
유사모델명		IT23	조달 식별번호	

1. 특징

개별 또는 앱에 연결하여 사용가능한 교육용 자동심장충격기

2. 세부규격

- 효과적인 시뮬레이션을 위한 패드가 정확한 부착 여부를 판별 가능
- 200회 이상 재사용이 가능한 젤타입 패드
- 전용 앱 연결을 통한 데이터 추적 및 관리, 훈련 세션시 원격제어 가능
- 가볍게 제작된 실용적 디자인
- 모든 심폐소생술 마네킹에 적용 가능
- 실제 장비와 동일한 음성안내 기능으로 절차적 학습이 가능
- 성인/소아 모드 전환이 가능
- 기본 6개의 시나리오 모드 제공
- 10개국 이상의 언어 지원
- 저전력 및 배터리 교체 시기를 인디케이터를 통해 정보제공
- 사용 중 일시정지 기능이 있어, 교육에 용이
- 메트로놈 기능 제공으로 CPR 압박속도 유지에 도움
- 크기 : 220 * 190 * 40mm
- 무게 : 600g(케이스 제외), 1.2kg(케이스 포함)


3. 악세사리/부속품

- AED 트레이너 본체 1EA
- AED 트레이너 케이스 1EA
- 패즈 플레이트 1EA
- 패즈 케이블 1EA
- 패즈 2EA
- AED 트레이닝 재료 대체용 카드 4EA
- AA배터리 4EA

4. 기타

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년

5. 참고사진



- ※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- ※ 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성 시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.