

Enter inventory number, guid or bims id

A-001234

Search



Аналитические весы
OHAUS Adventurer
AX324 (B715976163)

1 month

- ☒ Calibration
- ☐ Measuring
- ☐ Using

Generate report

Тип оборудования: Весы
Статус: Готов к работе
Изготовитель: Ohaus
Модель: AX-123
Ответственное подразделение (ремонт): Группа обслуживания лабораторного оборудования
Эксплуатирующее подразделение: Химико-аналитическая лаборатория 2.0
МОЛ: Иванов Иван Иванович
Территория: г. Санкт-Петербург (Нойдорф)
Серийный номер: B715976163
GUID: 508b2a71-662e-4983-ae0c-3cb0c1cd21c5
Bims ID: 49db8db1-585f-4b9e-bbf0-8a59698edc8b
Tam: A-001234

Calibration report

Data	Used buffer solutions	Slope, % Norm 95-105		Offset, mV Norm ±(0-20)		User
04.10.19 10:23	B1: № 2000460789536: pH 1.09 B2: № 2000460789536: pH 2.00 B3: № 2000460789536: pH 4.01 B4: № 2000460789536: pH 7.00 B5: № 2000460789536: pH 9.21	98.7	✓	-0.3	✓	Иванов Геннадий Петрович
04.10.19 10:23	B1: № 2000460789536: pH 1.09 B2: № 2000460789536: pH 2.00 B3: № 2000460789536: pH 4.01 B4: № 2000460789536: pH 7.00 B5: № 2000460789536: pH 9.21	98.7	✓	-0.3	✓	Петров Иван Генадьевич
04.10.19 10:23	B1: № 2000460789536: pH 1.09 B2: № 2000460789536: pH 2.00 B3: № 2000460789536: pH 4.01 B4: № 2000460789536: pH 7.00 B5: № 2000460789536: pH 9.21	98.7	✓	-0.3	✓	Петров Геннадий Иванович
04.10.19 10:23	B1: № 2000460789536: pH 1.09 B2: № 2000460789536: pH 2.00 B3: № 2000460789536: pH 4.01 B4: № 2000460789536: pH 7.00 B5: № 2000460789536: pH 9.21	90.1	✗	-0.5	✓	Генадьев Иван Петрович