

# 项目需求书

## 全自动生化分析仪项目采购清单

### 技术参数

★	1	分析速度:	比色恒速≥400T/H、可选配ISE模块
	2	分光系统:	光栅后分光, ≥12个波长
	3	分析方法:	终点法、速率法、两点法等
	4	样本位:	≥80个样本位
	5	试剂位:	试剂位≥80个
	6	样本量:	最小样本量≤3u1, 0.1u1步进
	7	试剂量:	最小试剂量≤20u1, 1u1步进
	8	最小反应体积	≤120u1
	9	反应杯材质:	硬质光学石英反应杯, 支持单个比色杯更换
	10	恒温系统:	固体直热恒温方式, 温度控制在37摄氏度±0.1℃
	11	制冷系统:	支持试剂冷藏, 24小时不间断冷藏
★	12	搅拌针、样品针、试剂针:	搅拌针≥2个, 样品针: ≥1个, 试剂针≥2个
	13	反应杯清洗:	自动清洗
	14	延时模式:	仪器具备延时模式
	15	操作软件:	全中文操作软件
	16	网络连接:	支持中心信息化数据接口
	17	品质证明	具有原厂配套的校准品和质控品, 提供注册证
	18	主要部件:	注射泵, 卤素灯, 加样针等重要部件需要进口并提供证明文件
	19	配置:	主机1台, 品牌电脑一套, 水机1台, UPS1台

注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。