
Odlehčení pravého kolene při výstupu do schodů (průměr 6 kroků)
Špička extenzního momentu [Nm]
RMS momentu [Nm]
Extenzní impuls [Nm·s / krok]
Kladná práce kolene [J / krok]
bez exo
pasivní exo
úhel + směr
CNN ON/OFF
ideální ON/OFF
162
162 (+0 %)
113 (-30 %)
122 (-25 %)
122 (-25 %)
60
60 (+0 %)
42 (-29 %)
44 (-26 %)
44 (-26 %)
38
38 (+0 %)
25 (-33 %)
26 (-31 %)
26 (-31 %)
72
72 (+0 %)
55 (-23 %)
53 (-26 %)
55 (-24 %)