

FORMULARIO DE INSPECCION DE ESTADO GENERAL			
QF: 02 5.2			
EQUIPO: Cardioversor		N° SERIE
MARCA: Dyne		FECHA
MODELOS: UCP-210 R/RM/SRM			
NORMA IEC 62353.			
APARTADO 5.2 ENSAYO DE INSPECCION VISUAL		Apto	No apto

1	Equipo limpio y descontaminado.		
2	Están presentes y legibles los números de control, etiquetas y advertencias		
3	Daños físicos en tapas y paneles.		
4	Trabapaletas		
5	Conector externo SPO2 (opcional)		
6	Conector para batería de ambulancia (Opcional)		
7	Conector externo 220 Vca		
8	Conector externo ECG		
9	Conector externo paletas		
10	Cable de alimentación 220 Vca		
11	Cable de sensor SPO2 (Opcional)		
12	Cable conexion para batería de ambulancia (Opcional)		
13	Cable de monitoreo ECG de 3 o 5 derivaciones		
14	Paletas externas para desfibrilación/cardioversión		
15	Panel frontal con los botones tipo “soft-touch”		
16	Indicadores luminosos		
17	Pantalla		
18	Impresora		
19	Llave de encendido y selección de energia		
20	Conector externo de Marcapasos y electrodos (Opcional)		