ID1100 [室温]

2024/03

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	22.2	23.5	24.2	
2日	20.3	21.1	22.2	
3日	19.9	20.3	20.6	
4日	20.0	22.0	24.3	
5日	23.8	24.1	24.6	
6日	24.0	24.2	24.5	
7日	24.1	24.4	24.7	
8日	24.1	24.4	24.8	
9日	24.0	24.2	24.6	
10日	24.1	24.3	24.5	
11日	23.7	24.1	24.5	
12日	23.7	24.0	24.3	
13日	23.6	23.9	24.2	
14日	23.7	23.9	24.2	
15日	23.7	23.9	24.2	
16日	23.6	23.9	24.3	
17日	23.7	24.0	24.4	
18日	23.7	23.9	24.3	
19日	23.9	24.2	24.6	
20日	24.1	24.3	24.7	
21日	24.1	24.3	24.6	
22日	24.1	24.3	24.7	
23日	24.4	24.7	25.0	
24日	24.3	24.7	25.2	
25日	23.9	24.5	25.2	
26日	23.7	24.1	24.6	
27日	23.8	24.1	24.4	
28日	23.8	24.1	24.5	
29日	23.8	24.2	24.6	
30日	23.8	24.2	24.7	
31日	24.0	24.4	24.8	
全体	19.9	23.9	25.2	

ID1101 [冷蔵庫1]

2024/03

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	3.5	3.9	4.3	
2日	3.4	3.7	4.0	
3日	3.4	3.7	4.0	
4日	3.4	3.8	4.2	
5日	3.6	3.9	4.2	
6日	3.6	3.9	4.2	
7日	3.6	3.9	4.2	
8日	3.6	3.9	4.2	
9日	3.6	3.9	4.2	
10日	3.6	3.9	4.2	
11日	3.6	3.9	4.2	
12日	3.6	3.9	4.2	
13日	3.6	3.9	4.2	
14日	3.6	3.9	4.2	
15日	3.6	3.9	4.2	
16日	3.6	3.9	4.2	
17日	3.6	3.9	4.2	
18日	3.5	3.9	4.2	
19日	3.5	3.9	4.1	
20日	3.6	3.9	4.2	
21日	3.6	3.9	4.2	
22日	3.7	3.9	4.2	
23日	3.7	4.0	4.2	
24日	3.7	4.0	4.2	
25日	3.6	4.0	4.4	
26日	3.7	4.0	4.2	
27日	3.7	4.0	4.2	
28日	3.6	4.0	4.2	
29日	3.7	3.9	4.2	
30日	3.6	3.9	4.2	
31日	3.7	4.0	4.2	
全体	3.4	3.9	4.4	

ID1102 [冷蔵庫2]

2024/03

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.4	4.2	4.9
2日	3.6	4.3	4.9
3日	3.6	4.3	5.0
4日	3.4	4.2	4.9
5日	3.4	4.1	4.7
6日	3.4	4.1	4.7
7日	3.4	4.1	4.7
8日	3.4	4.1	4.7
9日	3.4	4.1	4.8
10日	3.4	4.1	4.7
11日	3.4	4.1	4.7
12日	3.4	4.1	4.8
13日	3.4	4.1	4.7
14日	3.2	4.1	4.7
15日	3.2	4.0	4.6
16日	3.2	4.0	4.6
17日	3.2	4.0	4.7
18日	3.2	4.0	4.7
19日	3.2	3.9	4.6
20日	3.1	4.0	4.6
21日	3.2	4.0	4.6
22日	3.2	4.0	4.6
23日	3.2	3.9	4.6
24日	3.2	3.9	4.6
25日	3.1	3.9	4.6
26日	3.2	4.0	4.7
27日	3.2	4.0	4.6
28日	3.2	3.9	4.6
29日	3.2	4.0	4.6
30日	3.2	3.9	4.6
31日	3.2	3.9	4.6
全体	3.1	4.0	5.0

ID1103 [恒温庫]

2024/03

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	18.6	19.2	19.9	
2日	18.6	19.2	20.0	
3日	18.6	19.3	20.0	
4日	18.6	19.2	19.9	
5日	18.6	19.1	19.9	
6日	18.6	19.2	19.9	
7日	18.5	19.1	19.9	
8日	18.5	19.2	19.9	
9日	18.5	19.2	19.9	
10日	18.6	19.2	19.9	
11日	18.5	19.2	19.9	
12日	18.5	19.2	19.9	
13日	18.5	19.2	19.9	
14日	18.5	19.2	19.9	
15日	18.6	19.2	19.9	
16日	18.5	19.2	19.9	
17日	18.6	19.2	19.9	
18日	18.5	19.2	19.9	
19日	18.5	19.2	19.9	
20日	18.5	19.2	19.9	
21日	18.5	19.2	19.9	
22日	18.5	19.2	19.9	
23日	18.5	19.2	19.9	
24日	18.6	19.2	19.9	
25日	18.5	19.2	19.9	
26日	18.6	19.2	19.9	
27日	18.6	19.2	19.9	
28日	18.6	19.2	19.9	
29日	18.6	19.2	19.9	
30日	18.6	19.2	19.9	
31日	18.6	19.2	19.9	
全体	18.5	19.2	20.0	

ID1104 [カテ室]

2024/03

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	20.1	20.7	21.9
2日	19.5	20.1	20.9
3日	18.9	19.1	19.5
4日	19.1	20.0	21.6
5日	20.0	20.4	21.2
6日	20.4	20.8	21.6
7日	20.0	20.5	21.1
8日	20.1	20.4	20.8
9日	19.9	20.6	21.7
10日	19.7	20.0	20.7
11日	19.7	20.5	21.5
12日	20.7	21.1	21.8
13日	20.5	21.1	22.2
14日	20.9	21.4	22.2
15日	20.9	21.5	22.4
16日	21.4	21.8	22.4
17日	21.7	21.9	22.7
18日	21.4	21.8	22.8
19日	21.4	21.8	22.6
20日	21.0	21.3	22.1
21日	20.4	20.9	21.7
22日	20.3	20.9	21.6
23日	20.8	21.2	22.3
24日	21.3	21.5	21.9
25日	21.3	21.6	22.0
26日	21.1	21.3	21.9
27日	20.7	21.1	21.8
28日	21.4	21.7	22.6
29日	21.5	22.0	22.8
30日	22.3	22.5	22.8
31日	22.7	23.0	23.5
全体	18.9	21.1	23.5

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2024/03

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.0	4.3	4.7	
2日	4.3	4.6	5.0	
3日	4.5	4.6	4.9	
4日	3.6	4.3	5.2	
5日	3.6	4.2	4.5	
6日	4.0	4.4	4.8	
7日	3.8	4.3	4.7	
8日	3.8	4.2	4.7	
9日	4.3	4.4	4.5	
10日	4.3	4.5	4.8	
11日	3.6	4.3	4.8	
12日	3.5	4.2	4.7	
13日	3.4	4.2	4.6	
14日	3.0	4.3	5.0	
15日	2.8	3.9	4.5	
16日	3.4	3.8	4.3	
17日	3.5	3.9	4.3	
18日	3.1	3.8	4.5	
19日	3.0	3.7	4.4	
20日	3.6	3.8	4.3	
21日	3.1	3.6	4.2	
22日	1.5	2.2	4.3	
23日	1.4	1.9	3.2	
24日	1.4	1.6	3.6	
25日	1.4	3.8	5.5	
26日	5.0	5.3	6.0	
27日	5.1	5.5	6.0	
28日	5.3	5.6	6.2	
29日	5.3	5.4	5.9	
30日	5.3	5.4	5.8	
31日	5.3	5.5	5.8	
全体	1.4	4.2	6.2	

シリアル番号:05230362 3/22~25に最低温度<2.0℃を記録もその間の検体なし

ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2024/03

	外付け温度 (°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-28.7	-28.5	-28.0	
2日	-28.8	-28.6	-28.3	
3日	-28.8	-28.6	-28.3	
4日	-29.0	-28.5	-28.1	
5日	-28.8	-28.5	-28.2	
6日	-29.0	-28.5	-28.1	
7日	-28.7	-28.4	-27.9	
8日	-28.8	-28.5	-28.3	
9日	-28.8	-28.6	-28.3	
10日	-28.8	-28.5	-28.3	
11日	-28.9	-28.5	-28.2	
12日	-28.8	-28.5	-28.2	
13日	-28.9	-28.5	-28.2	
14日	-28.8	-28.5	-28.1	
15日	-28.8	-28.5	-28.1	
16日	-28.8	-28.5	-28.3	
17日	-28.8	-28.5	-28.3	
18日	-28.8	-28.5	-28.0	
19日	-28.8	-28.5	-28.1	
20日	-28.8	-28.5	-28.3	
21日	-28.9	-28.5	-28.1	
22日	-28.8	-28.5	-28.2	
23日	-28.8	-28.5	-28.3	
24日	-28.8	-28.6	-28.3	
25日	-29.0	-28.5	-28.2	
26日	-29.1	-28.5	-28.2	
27日	-28.9	-28.5	-28.1	
28日	-28.8	-28.5	-28.2	
29日	-28.8	-28.6	-28.3	
30日	-28.8	-28.5	-28.3	
31日	-28.8	-28.6	-28.3	
全体	-29.1	-28.5	-27.9	

ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2024/03

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-79.8	-78.9	-78.2	
2日	-79.9	-79.0	-78.3	
3日	-79.9	-79.1	-78.3	
4日	-79.9	-79.0	-78.3	
5日	-79.9	-79.1	-78.2	
6日	-79.9	-78.9	-78.3	
7日	-79.8	-79.1	-78.2	
8日	-79.8	-79.0	-78.2	
9日	-79.8	-79.0	-78.2	
10日	-79.8	-78.9	-78.3	
11日	-79.9	-79.0	-78.2	
12日	-79.8	-78.9	-78.2	
13日	-79.8	-79.1	-78.2	
14日	-79.9	-78.9	-78.2	
15日	-79.9	-79.1	-78.3	
16日	-79.8	-78.9	-78.2	
17日	-79.8	-79.0	-78.2	
18日	-79.8	-78.9	-78.2	
19日	-79.9	-79.0	-78.3	
20日	-79.9	-79.0	-78.3	
21日	-79.9	-79.0	-78.2	
22日	-79.8	-79.0	-78.3	
23日	-79.8	-79.0	-78.2	
24日	-79.8	-79.0	-78.2	
25日	-79.8	-79.0	-78.2	
26日	-79.8	-79.0	-78.2	
27日	-79.9	-79.0	-78.2	
28日	-79.9	-79.0	-78.2	
29日	-79.8	-78.9	-78.2	
30日	-79.8	-79.1	-78.2	
31日	-79.8	-78.9	-78.2	
全体	-79.9	-79.0	-78.2	