ID1100 [室温]

2024/07

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	24.4	24.9	25.3	
2日	24.2	24.5	24.7	
3日	24.4	24.8	25.2	
4日	24.8	25.2	25.4	
5日	24.9	25.2	25.4	
6日	25.1	25.3	25.4	
7日	25.2	25.3	25.5	
8日	24.8	25.1	25.5	
9日	24.5	24.8	25.0	
10日	24.5	24.7	24.9	
11日	24.5	24.7	24.8	
12日	24.2	24.6	24.8	
13日	24.4	24.6	24.8	
14日	24.2	24.6	24.8	
15日	24.2	24.5	24.8	
16日	24.3	24.6	24.8	
17日	24.4	24.6	24.8	
18日	24.4	24.6	24.7	
19日	24.4	24.6	24.7	
20日	24.5	24.6	24.8	
21日	24.4	24.6	24.7	
22日	24.4	24.6	24.7	
23日	24.5	24.6	24.8	
24日	24.5	24.7	25.2	
25日	24.3	24.7	24.8	
26日	24.0	24.6	24.8	
27日	24.4	24.6	24.8	
28日	24.0	24.5	24.6	
29日	24.4	24.6	24.7	
30日	24.4	24.6	24.8	
31日	24.5	24.6	24.8	
全体	24.0	24.7	25.5	

ID1101 [冷蔵庫1]

2024/07

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	3.8	3.9	4.0	
2日	3.7	3.9	4.0	
3日	3.7	3.9	4.0	
4日	3.7	4.0	4.2	
5日	3.9	4.1	4.2	
6日	3.9	4.1	4.2	
7日	3.9	4.1	4.2	
8日	3.9	4.1	4.2	
9日	3.9	4.0	4.2	
10日	3.9	4.0	4.3	
11日	3.9	4.0	4.1	
12日	3.9	4.0	4.1	
13日	3.9	4.0	4.1	
14日	3.9	4.0	4.1	
15日	3.9	4.0	4.1	
16日	3.9	4.0	4.2	
17日	3.9	4.1	4.2	
18日	3.9	4.1	4.2	
19日	3.9	4.1	4.2	
20日	3.9	4.1	4.2	
21日	3.9	4.0	4.2	
22日	3.9	4.0	4.2	
23日	3.9	4.1	4.2	
24日	3.9	4.1	4.2	
25日	3.5	3.9	4.2	
26日	3.5	3.7	3.9	
27日	3.5	3.7	3.9	
28日	3.5	3.7	3.9	
29日	3.5	3.7	3.9	
30日	3.5	3.7	3.9	
31日	3.5	3.7	3.9	
全体	3.5	4.0	4.3	

ID1102 [冷蔵庫2]

2024/07

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.1	4.7	5.2
2日	4.0	4.6	5.2
3日	3.9	4.6	5.1
4日	3.9	4.5	5.1
5日	3.9	4.5	5.1
6日	3.8	4.5	5.1
7日	3.8	4.5	5.0
8日	3.7	4.4	5.1
9日	3.7	4.4	5.0
10日	3.7	4.4	5.0
11日	3.7	4.4	5.0
12日	3.7	4.4	4.9
13日	3.6	4.3	4.9
14日	3.7	4.3	4.9
15日	3.6	4.3	4.9
16日	3.6	4.4	5.0
17日	3.9	4.5	5.0
18日	3.9	4.5	5.0
19日	4.0	4.5	4.9
20日	4.0	4.5	4.9
21日	4.0	4.5	4.9
22日	4.0	4.5	4.9
23日	4.0	4.5	4.9
24日	4.0	4.5	4.9
25日	4.0	4.5	4.9
26日	4.0	4.5	4.9
27日	4.0	4.4	4.9
28日	4.0	4.4	4.9
29日	3.9	4.4	4.9
30日	3.9	4.4	4.8
31日	3.9	4.4	4.9
全体	3.6	4.5	5.2

ID1103 [恒温庫]

2024/07

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	18.6	19.4	20.0	
2日	18.6	19.4	20.0	
3日	18.6	19.4	20.0	
4日	18.6	19.3	20.0	
5日	18.5	19.3	20.0	
6日	18.5	19.3	20.0	
7日	18.5	19.3	20.0	
8日	18.5	19.3	20.0	
9日	18.5	19.3	20.0	
10日	18.5	19.3	20.0	
11日	18.5	19.3	20.0	
12日	18.5	19.3	20.0	
13日	18.5	19.3	20.0	
14日	18.5	19.3	20.0	
15日	18.5	19.3	20.0	
16日	18.5	19.3	20.0	
17日	18.5	19.3	20.0	
18日	18.5	19.3	20.0	
19日	18.4	19.3	20.0	
20日	18.5	19.3	20.0	
21日	18.5	19.3	20.0	
22日	18.5	19.3	20.0	
23日	18.5	19.3	20.0	
24日	18.5	19.3	20.0	
25日	18.5	19.3	20.0	
26日	18.5	19.3	20.0	
27日	18.5	19.3	20.0	
28日	18.5	19.3	20.0	
29日	18.5	19.3	20.0	
30日	18.5	19.3	20.0	
31日	18.5	19.3	20.0	
全体	18.4	19.3	20.0	

ID1104 [カテ室]

2024/07

	温度(°c)			
	最低	平均	最高	
1日	25.5	26.1	26.6	
2日	25.3	25.7	26.0	
3日	25.6	26.0	26.7	
4日	25.7	26.3	26.7	
5日	25.8	26.3	27.0	
6日	26.8	27.0	27.3	
7日	27.3	27.6	28.1	
8日	26.4	27.3	28.2	
9日	26.2	26.7	27.3	
10日	26.1	26.8	27.3	
11日	25.8	26.5	27.2	
12日	25.6	26.1	26.6	
13日	26.2	26.3	26.6	
14日	26.5	26.6	26.7	
15日	26.4	26.6	27.2	
16日	25.9	26.4	27.0	
17日	25.7	26.1	26.8	
18日	25.5	26.2	26.7	
19日	25.8	26.2	26.7	
20日	26.2	26.5	26.7	
21日	26.6	27.1	27.5	
22日	26.3	26.8	27.3	
23日	26.2	26.7	27.2	
24日	26.1	26.6	27.1	
25日	26.1	26.6	27.4	
26日	26.1	26.6	27.4	
27日	27.0	27.2	27.4	
28日	27.4	27.6	27.8	
29日	26.5	27.3	27.9	
30日	26.5	27.3	28.2	
31日	26.4	26.8	27.1	
全体	25.3	26.6	28.2	

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2024/07

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.7	5.4	5.9	
2日	4.6	5.0	5.2	
3日	4.7	4.9	5.4	
4日	4.6	4.8	5.1	
5日	4.6	4.8	5.2	
6日	4.8	4.9	5.2	
7日	4.9	4.9	5.2	
8日	4.4	4.8	5.3	
9日	4.6	4.9	5.1	
10日	4.7	4.9	5.3	
11日	4.5	4.9	5.3	
12日	4.5	5.2	5.7	
13日	5.5	5.7	5.9	
14日	5.8	6.0	6.4	
15日	5.9	6.0	6.3	
16日	5.2	5.8	6.5	
17日	5.0	5.3	5.6	
18日	4.8	5.4	5.7	
19日	4.5	5.1	5.7	
20日	4.8	4.9	5.1	
21日	4.9	5.0	5.4	
22日	4.6	5.0	5.3	
23日	4.9	5.1	5.6	
24日	4.6	5.0	5.4	
25日	4.9	5.3	5.7	
26日	5.4	5.7	6.0	
27日	5.6	5.7	6.0	
28日	5.5	5.6	5.9	
29日	5.5	5.7	6.1	
30日	5.6	5.8	6.2	
31日	5.6	5.9	6.3	
全体	4.4	5.3	6.5	

ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2024/07

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-29.2	-28.7	-28.5	
2日	-28.9	-28.7	-28.5	
3日	-29.0	-28.7	-28.5	
4日	-29.2	-28.7	-28.2	
5日	-29.0	-28.7	-28.5	
6日	-28.9	-28.7	-28.5	
7日	-28.9	-28.7	-28.4	
8日	-29.0	-28.7	-28.3	
9日	-28.9	-28.7	-28.3	
10日	-29.0	-28.7	-28.4	
11日	-29.0	-28.7	-28.3	
12日	-29.1	-28.7	-28.5	
13日	-28.8	-28.7	-28.5	
14日	-28.9	-28.7	-28.5	
15日	-28.9	-28.7	-28.5	
16日	-29.0	-28.7	-28.5	
17日	-29.0	-28.7	-28.4	
18日	-28.9	-28.7	-28.5	
19日	-29.0	-28.7	-28.5	
20日	-28.9	-28.7	-28.5	
21日	-28.9	-28.7	-28.5	
22日	-29.1	-28.7	-28.4	
23日	-29.0	-28.7	-28.5	
24日	-29.3	-28.7	-28.4	
25日	-28.9	-28.7	-28.4	
26日	-28.9	-28.7	-28.4	
27日	-28.9	-28.7	-28.5	
28日	-28.9	-28.7	-28.5	
29日	-29.1	-28.7	-28.5	
30日	-28.9	-28.7	-28.4	
31日	-28.9	-28.6	-28.4	
全体	-29.3	-28.7	-28.2	

ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2024/07

	外付け温度 (°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-79.7	-78.9	-78.1	
2日	-79.7	-78.8	-77.9	
3日	-79.7	-78.9	-78.2	
4日	-79.7	-78.8	-78.1	
5日	-79.7	-78.9	-78.1	
6日	-79.7	-78.8	-78.1	
7日	-79.7	-78.9	-78.1	
8日	-79.7	-78.8	-78.2	
9日	-79.8	-78.9	-78.1	
10日	-79.7	-78.8	-78.2	
11日	-79.7	-78.9	-78.1	
12日	-79.7	-78.8	-78.1	
13日	-79.7	-78.9	-78.1	
14日	-79.7	-78.9	-78.1	
15日	-79.8	-78.9	-78.1	
16日	-79.7	-78.8	-78.1	
17日	-79.7	-78.9	-78.1	
18日	-79.8	-78.9	-78.1	
19日	-79.8	-78.9	-78.1	
20日	-79.7	-78.9	-78.1	
21日	-79.7	-78.9	-78.1	
22日	-80.2	-78.9	-78.1	
23日	-80.0	-78.9	-74.4	
24日	-80.0	-79.1	-78.3	
25日	-79.9	-79.1	-78.3	
26日	-80.0	-79.2	-78.3	
27日	-79.9	-79.0	-78.2	
28日	-79.9	-79.1	-78.2	
29日	-79.9	-79.1	-78.2	
30日	-79.9	-79.1	-78.2	
31日	-79.9	-79.1	-78.3	
全体	-80.2	-78.9	-74.4	