ID1100 [室温]

2023/11

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	23.7	24.0	24.3	
2日	23.9	24.2	24.5	
3日	23.2	23.8	24.6	
4日	23.3	23.7	24.3	
5日	23.4	24.0	24.5	
6日	23.8	24.3	24.7	
7日	23.4	24.0	24.7	
8日	23.4	23.9	24.3	
9日	23.8	24.0	24.4	
10日	23.6	24.2	24.7	
11日	23.1	23.6	24.3	
12日	22.7	23.3	24.1	
13日	22.7	23.1	23.4	
14日	22.7	23.0	23.1	
15日	22.5	22.9	23.2	
16日	22.5	22.8	23.0	
17日	22.3	22.7	23.1	
18日	21.8	22.2	22.7	
19日	21.7	22.0	22.3	
20日	22.2	22.6	23.1	
21日	22.9	23.1	23.3	
22日	23.1	23.2	23.3	
23日	23.1	23.2	23.5	
24日	23.0	23.2	23.7	
25日	22.9	23.1	23.2	
26日	22.9	23.0	23.3	
27日	23.0	23.2	23.4	
28日	23.2	23.5	23.8	
29日	23.6	23.8	24.0	
30日	23.6	23.9	24.1	
全体	21.7	23.4	24.7	

シリアル番号:05230460 2023/11/24よりシリアル番号:05230347に変更

ID1101 [冷蔵庫1]

2023/11

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	3.4	3.6	3.7	
2日	3.4	3.6	3.8	
3日	3.4	3.6	3.8	
4日	3.5	3.6	3.8	
5日	3.4	3.6	3.8	
6日	3.5	3.6	3.8	
7日	3.4	3.6	3.8	
8日	3.4	3.6	3.8	
9日	3.4	3.6	3.7	
10日	3.4	3.6	3.8	
11日	3.4	3.6	3.7	
12日	3.4	3.6	3.7	
13日	3.4	3.6	3.8	
14日	3.4	3.6	3.8	
15日	3.5	3.7	3.8	
16日	3.5	3.7	3.8	
17日	3.5	3.7	3.9	
18日	3.5	3.7	3.8	
19日	3.5	3.7	3.8	
20日	3.5	3.7	3.9	
21日	3.5	3.7	3.9	
22日	3.5	3.7	3.9	
23日	3.5	3.7	3.9	
24日	3.6	3.8	4.5	
25日	3.7	4.0	4.1	
26日	3.8	4.0	4.2	
27日	3.8	4.0	4.2	
28日	3.8	4.0	4.2	
29日	3.8	4.0	4.2	
30日	3.8	4.0	4.2	
全体	3.4	3.7	4.5	

シリアル番号:05230462 2023/11/24よりシリアル番号:05230349に変更

ID1102 [冷蔵庫2]

2023/11

	温度(°c)			
,	最低	平均	最高	
1日	4.2	4.8	5.2	
2日	3.6	4.5	5.2	
3日	3.6	4.2	4.8	
4日	3.6	4.3	4.8	
5日	3.6	4.3	4.8	
6日	3.6	4.3	4.9	
7日	3.7	4.4	4.9	
8日	3.8	4.4	5.0	
9日	3.9	4.5	5.0	
10日	3.9	4.5	5.0	
11日	3.9	4.5	5.0	
12日	4.0	4.6	5.0	
13日	3.9	4.5	5.0	
14日	4.0	4.6	5.0	
15日	4.0	4.6	5.1	
16日	4.0	4.6	5.1	
17日	3.9	4.5	5.0	
18日	3.9	4.5	5.0	
19日	3.9	4.5	5.0	
20日	3.8	4.5	5.1	
21日	4.0	4.6	5.1	
22日	4.0	4.6	5.2	
23日	4.2	4.7	5.2	
24日	3.9	4.6	5.2	
25日	3.9	4.5	5.0	
26日	3.9	4.5	5.0	
27日	3.8	4.5	5.0	
28日	3.8	4.4	5.0	
29日	3.8	4.4	5.0	
30日	3.8	4.5	5.1	
全体	3.6	4.5	5.2	

シリアル番号:05230463 2023/11/24よりシリアル番号:05230351に変更

ID1103 [恒温庫]

2023/11

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	18.2	19.2	20.1	
2日	18.2	19.2	20.1	
3日	18.2	19.3	20.1	
4日	18.2	19.3	20.1	
5日	18.2	19.3	20.1	
6日	18.2	19.3	20.1	
7日	18.2	19.2	20.2	
8日	18.2	19.2	20.2	
9日	18.2	19.1	20.1	
10日	18.1	19.2	20.1	
11日	18.3	19.2	20.2	
12日	18.3	19.2	20.2	
13日	18.3	19.2	20.1	
14日	18.1	19.2	20.2	
15日	18.1	19.2	20.2	
16日	18.2	19.2	20.2	
17日	18.1	19.2	20.2	
18日	18.3	19.3	20.2	
19日	18.3	19.3	20.2	
20日	18.3	19.3	20.1	
21日	18.3	19.2	20.1	
22日	18.3	19.2	20.0	
23日	18.3	19.2	20.1	
24日	18.3	19.2	20.3	
25日	18.4	19.2	20.0	
26日	18.4	19.2	20.0	
27日	18.4	19.2	20.0	
28日	18.4	19.2	20.0	
29日	18.4	19.2	20.0	
30日	18.4	19.2	20.0	
全体	18.1	19.2	20.3	

シリアル番号:05230464 2023/11/24よりシリアル番号:05230360に変更

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2023/11

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.1	4.6	5.1	
2日	3.8	4.5	5.0	
3日	4.3	4.5	4.8	
4日	4.4	4.5	4.9	
5日	4.3	4.5	4.9	
6日	3.8	4.4	5.0	
7日	3.7	4.4	5.0	
8日	3.7	4.3	4.8	
9日	3.8	4.4	4.8	
10日	3.7	4.3	4.7	
11日	4.1	4.4	4.8	
12日	4.2	4.5	4.9	
13日	3.7	4.3	4.7	
14日	3.8	4.5	5.1	
15日	4.1	4.6	5.1	
16日	4.0	4.7	5.2	
17日	3.8	4.6	5.2	
18日	4.2	4.5	4.9	
19日	4.3	4.4	5.0	
20日	3.7	4.3	4.9	
21日	3.4	4.3	4.8	
22日	3.6	4.1	4.5	
23日	4.0	4.2	4.7	
24日	1.7	3.9	4.6	
25日	4.1	4.3	4.8	
26日	4.1	4.3	4.7	
27日	3.3	4.1	4.8	
28日	3.7	4.2	4.5	
29日	3.9	4.2	4.8	
30日	4.1	4.4	4.6	
全体	1.7	4.4	5.2	

シリアル番号:05230466 2023/11/24よりシリアル番号:05230362に変更 11/24に最低温度:1.7℃を記録も検体なし

ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2023/11

	外付け温度 (°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-29.0	-28.5	-28.1	
2日	-29.2	-28.6	-28.3	
3日	-28.6	-28.5	-28.3	
4日	-28.6	-28.5	-28.3	
5日	-28.6	-28.4	-28.2	
6日	-29.0	-28.5	-28.2	
7日	-28.8	-28.5	-28.2	
8日	-28.8	-28.5	-28.2	
9日	-29.0	-28.5	-28.3	
10日	-29.1	-28.6	-28.3	
11日	-28.8	-28.5	-28.3	
12日	-28.8	-28.6	-28.3	
13日	-29.1	-28.6	-28.3	
14日	-29.1	-28.5	-28.3	
15日	-29.5	-28.6	-28.3	
16日	-29.2	-28.5	-28.2	
17日	-29.4	-28.5	-28.3	
18日	-28.8	-28.6	-28.4	
19日	-28.8	-28.6	-28.4	
20日	-29.0	-28.6	-28.3	
21日	-29.2	-28.6	-28.1	
22日	-29.0	-28.6	-28.3	
23日	-28.7	-28.5	-28.3	
24日	-28.8	-28.3	-26.2	
25日	-28.7	-28.5	-28.2	
26日	-28.8	-28.5	-28.3	
27日	-29.1	-28.5	-28.1	
28日	-28.8	-28.5	-28.3	
29日	-29.0	-28.5	-28.3	
30日	-29.1	-28.6	-27.9	
全体	-29.5	-28.5	-26.2	

シリアル番号:03130025 2023/11/24にシリアル番号:01860015へ変更

ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2023/11

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-80.2	-79.6	-79.2	
2日	-79.9	-79.6	-79.2	
3日	-79.9	-79.5	-79.2	
4日	-79.9	-79.6	-79.2	
5日	-79.9	-79.6	-79.2	
6日	-79.9	-79.6	-79.2	
7日	-79.9	-79.5	-79.2	
8日	-79.9	-79.6	-79.2	
9日	-79.9	-79.6	-79.2	
10日	-79.9	-79.5	-79.1	
11日	-79.9	-79.6	-79.2	
12日	-79.9	-79.5	-79.1	
13日	-79.9	-79.5	-79.2	
14日	-79.9	-79.6	-78.9	
15日	-79.9	-79.6	-79.2	
16日	-79.9	-79.5	-79.2	
17日	-79.9	-79.6	-79.2	
18日	-79.9	-79.5	-79.2	
19日	-79.9	-79.5	-79.2	
20日	-79.9	-79.5	-79.2	
21日	-79.9	-79.5	-79.2	
22日	-79.9	-79.6	-79.2	
23日	-79.9	-79.5	-79.2	
24日	-80.0	-79.3	-77.9	
25日	-79.8	-79.0	-78.4	
26日	-79.8	-79.1	-78.4	
27日	-79.9	-79.1	-78.4	
28日	-79.8	-79.1	-78.3	
29日	-79.9	-79.0	-78.4	
30日	-79.9	-79.1	-78.4	
全体	-80.2	-79.4	-77.9	

シリアル番号:03130020 2023/11/24にシリアル番号:04170037へ変更