ID1100 [室温]

2025/03

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	24.6	24.9	25.4	
2日	24.7	25.1	25.6	
3日	23.7	24.6	25.7	
4日	23.8	24.5	25.2	
5日	24.4	24.8	25.4	
6日	24.0	24.6	25.4	
7日	23.8	24.5	25.2	
8日	24.2	24.7	25.2	
9日	24.0	24.6	25.2	
10日	23.8	24.5	25.2	
11日	23.8	24.3	25.0	
12日	23.8	24.3	25.0	
13日	23.4	24.3	25.1	
14日	23.6	24.1	24.9	
15日	23.5	24.2	25.0	
16日	23.5	24.1	24.8	
17日	23.4	23.9	24.5	
18日	23.5	24.0	24.6	
19日	23.8	24.3	24.9	
20日	24.0	24.4	24.9	
21日	23.9	24.6	25.2	
22日	24.0	24.6	25.5	
23日	24.1	24.9	25.7	
24日	23.7	24.7	25.9	
25日	22.9	24.0	24.9	
26日	23.7	24.0	24.7	
27日	23.8	24.3	24.9	
28日	23.5	24.1	24.8	
29日	23.1	23.8	24.6	
30日	23.2	23.7	24.4	
31日	23.3	23.7	24.3	
全体	22.9	24.4	25.9	

シリアル番号:05230347 2024/11/11よりシリアル番号:07480651に変更

ID1101 [冷蔵庫1]

2025/03

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.2	4.5	4.8	
2日	4.2	4.5	4.8	
3日	4.2	4.5	4.8	
4日	4.1	4.5	4.9	
5日	4.1	4.4	4.7	
6日	4.1	4.5	4.8	
7日	4.3	4.6	4.8	
8日	4.3	4.6	4.9	
9日	4.3	4.6	4.9	
10日	4.3	4.6	4.9	
11日	4.3	4.6	5.0	
12日	4.4	4.7	5.0	
13日	4.4	4.7	5.3	
14日	4.4	4.7	4.9	
15日	4.4	4.7	5.0	
16日	4.4	4.7	5.0	
17日	4.4	4.7	5.0	
18日	4.4	4.7	5.0	
19日	4.4	4.7	5.0	
20日	4.4	4.7	4.9	
21日	4.4	4.7	4.9	
22日	4.4	4.7	4.9	
23日	4.4	4.7	5.0	
24日	4.4	4.7	4.9	
25日	4.1	4.6	5.4	
26日	4.1	4.4	4.9	
27日	4.1	4.4	4.7	
28日	4.1	4.4	5.3	
29日	4.1	4.4	4.7	
30日	4.1	4.4	4.7	
31日	4.1	4.4	4.7	
全体	4.1	4.6	5.4	

シリアル番号:05230349 2024/11/11よりシリアル番号:07480657に変更

ID1102 [冷蔵庫2]

2025/03

	温度(°c)			
	最低	平均	最高	
1日	3.6	4.1	4.5	
2日	3.6	4.1	4.5	
3日	3.6	4.3	4.9	
4日	4.2	4.5	4.9	
5日	4.1	4.5	4.9	
6日	4.2	4.5	4.9	
7日	4.1	4.5	4.9	
8日	4.2	4.5	4.9	
9日	4.2	4.5	4.9	
10日	4.1	4.5	4.9	
11日	4.1	4.5	4.9	
12日	4.2	4.6	4.9	
13日	4.2	4.6	4.9	
14日	4.2	4.6	4.9	
15日	4.2	4.6	4.9	
16日	4.2	4.6	4.9	
17日	4.2	4.6	4.9	
18日	4.2	4.6	4.9	
19日	4.2	4.5	4.9	
20日	4.2	4.6	4.9	
21日	4.2	4.5	4.9	
22日	4.2	4.5	4.9	
23日	4.1	4.6	4.9	
24日	4.1	4.6	4.9	
25日	4.2	4.6	4.9	
26日	4.2	4.6	4.9	
27日	4.2	4.6	4.9	
28日	4.2	4.6	4.9	
29日	4.2	4.6	4.9	
30日	4.2	4.6	4.9	
31日	4.2	4.6	4.9	
全体	3.6	4.5	4.9	

シリアル番号:05230351 2024/11/11よりシリアル番号:07480658に変更

ID1103 [恒温庫]

2025/03

	温度(°c)			備考
'	最低	平均	最高	
1日	18.7	19.2	19.8	
2日	18.7	19.2	19.8	
3日	18.7	19.2	19.8	
4日	18.6	19.2	19.9	
5日	18.6	19.2	19.9	
6日	18.4	19.2	20.0	
7日	18.4	19.2	20.0	
8日	18.4	19.2	19.9	
9日	18.4	19.2	20.0	
10日	18.4	19.2	20.0	
11日	18.4	19.2	20.0	
12日	18.4	19.2	20.0	
13日	18.4	19.2	20.0	
14日	18.7	19.3	19.8	
15日	18.7	19.2	19.8	
16日	18.7	19.2	19.8	
17日	18.7	19.3	19.8	
18日	18.7	19.3	19.8	
19日	18.7	19.2	19.8	
20日	18.6	19.2	19.8	
21日	18.6	19.2	19.8	
22日	18.6	19.2	19.8	
23日	18.6	19.2	19.8	
24日	18.6	19.2	19.8	
25日	18.6	19.2	19.9	
26日	18.6	19.2	19.9	
27日	18.6	19.2	19.9	
28日	18.6	19.2	19.9	
29日	18.6	19.2	19.9	
30日	18.7	19.3	19.9	
31日	18.7	19.3	19.9	
全体	18.4	19.2	20.0	

シリアル番号:05230360 2024/11/11よりシリアル番号:07480659に変更

ID1104 [カテ室]

2025/03

	温度(°c)			
·	最低	平均	最高	
1日	21.0	21.3	21.6	
2日	20.8	21.0	21.4	
3日	19.9	20.5	21.2	
4日	19.1	19.7	20.7	
5日	19.5	20.0	20.9	
6日	19.3	19.8	20.4	
7日	19.5	20.1	20.6	
8日	19.2	19.5	20.2	
9日	18.9	19.3	19.9	
10日	19.2	19.7	20.7	
11日	19.7	20.1	20.8	
12日	20.0	20.4	21.1	
13日	20.2	20.6	20.9	
14日	19.8	20.5	21.8	
15日	19.9	20.5	21.1	
16日	19.7	19.8	20.0	
17日	19.4	19.8	20.5	
18日	19.0	19.6	20.3	
19日	19.0	19.5	20.3	
20日	18.8	19.2	19.6	
21日	19.3	20.0	21.3	
22日	20.4	20.8	21.3	
23日	21.0	21.4	21.8	
24日	21.5	22.0	22.9	
25日	21.9	22.5	23.5	
26日	22.5	22.8	23.4	
27日	22.5	22.8	23.1	
28日	21.8	22.2	22.9	
29日	21.6	22.0	22.3	
30日	21.5	21.9	22.2	
31日	20.8	21.1	21.5	
全体	18.8	20.7	23.5	

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2025/03

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	5.7	5.8	6.1	
2日	5.7	5.8	6.2	
3日	5.3	5.8	6.3	
4日	5.7	6.0	6.3	
5日	5.7	5.9	6.1	
6日	5.7	6.0	6.2	
7日	5.7	5.9	6.2	
8日	5.9	6.0	6.2	
9日	6.0	6.1	6.3	
10日	5.8	6.0	6.3	
11日	5.8	6.0	6.5	
12日	5.9	6.1	6.3	
13日	5.9	6.1	6.3	
14日	6.0	6.2	6.5	
15日	5.9	6.1	6.4	
16日	5.9	6.1	6.3	
17日	5.9	6.1	6.3	
18日	5.8	6.1	6.4	
19日	5.8	6.0	6.2	
20日	5.7	5.9	6.1	
21日	5.8	6.0	6.3	
22日	5.8	6.0	6.3	
23日	5.9	6.0	6.3	
24日	5.7	5.9	6.3	
25日	5.8	6.1	6.4	
26日	5.7	6.1	6.5	
27日	5.7	6.0	6.5	
28日	4.9	5.5	6.4	
29日	5.1	5.2	5.5	
30日	5.1	5.2	5.6	
31日	5.2	5.3	5.7	
全体	4.9	5.9	6.5	

シリアル番号:05230362 2024/11/11よりシリアル番号:07480661に変更

ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2025/03

	外付け温度 (°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-28.9	-28.7	-28.4	
2日	-28.9	-28.7	-28.4	
3日	-28.9	-28.7	-28.3	
4日	-29.0	-28.7	-28.4	
5日	-29.0	-28.7	-28.4	
6日	-29.0	-28.7	-28.4	
7日	-29.0	-28.7	-28.4	
8日	-28.9	-28.7	-28.5	
9日	-28.9	-28.7	-28.4	
10日	-29.0	-28.7	-28.3	
11日	-29.0	-28.7	-28.4	
12日	-29.0	-28.7	-28.4	
13日	-29.1	-28.7	-28.4	
14日	-29.1	-28.7	-28.4	
15日	-29.0	-28.7	-28.5	
16日	-29.0	-28.8	-28.5	
17日	-29.0	-28.7	-28.4	
18日	-29.0	-28.7	-28.4	
19日	-29.2	-28.7	-28.5	
20日	-29.0	-28.7	-28.5	
21日	-29.0	-28.7	-28.4	
22日	-29.0	-28.7	-28.5	
23日	-29.0	-28.7	-28.5	
24日	-29.0	-28.7	-28.4	
25日	-29.1	-28.7	-28.4	
26日	-29.2	-28.8	-28.5	
27日	-29.3	-28.8	-28.5	
28日	-29.1	-28.8	-28.5	
29日	-29.0	-28.8	-28.5	
30日	-29.0	-28.8	-28.5	
31日	-29.1	-28.8	-28.5	
全体	-29.3	-28.7	-28.3	

シリアル番号:01860015 2024/11/11よりシリアル番号:02960018に変更

ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2025/03

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-80.2	-79.1	-78.2	
2日	-80.2	-79.1	-78.1	
3日	-80.2	-79.1	-78.1	
4日	-80.2	-79.1	-78.2	
5日	-80.2	-79.2	-78.1	
6日	-80.2	-79.1	-78.2	
7日	-80.2	-79.1	-78.1	
8日	-80.2	-79.2	-78.2	
9日	-80.2	-79.1	-78.2	
10日	-80.3	-79.1	-78.2	
11日	-80.3	-79.2	-78.2	
12日	-80.2	-79.1	-78.2	
13日	-80.2	-79.1	-78.2	
14日	-80.2	-79.1	-78.2	
15日	-80.1	-79.0	-78.2	
16日	-80.1	-79.1	-78.2	
17日	-80.1	-79.1	-78.2	
18日	-80.2	-79.2	-78.3	
19日	-80.2	-79.1	-77.5	
20日	-80.1	-79.1	-78.2	
21日	-80.2	-79.1	-78.2	
22日	-80.2	-79.1	-76.3	
23日	-80.2	-79.1	-78.2	
24日	-80.1	-79.2	-78.2	
25日	-80.1	-79.1	-78.2	
26日	-80.2	-79.2	-78.3	
27日	-80.4	-79.2	-78.3	
28日	-80.2	-79.2	-78.3	
29日	-80.2	-79.2	-78.3	
30日	-80.2	-79.2	-78.4	
31日	-80.1	-79.2	-78.3	
全体	-80.4	-79.1	-76.3	