

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	24.6	25.0	25.2	
2日	24.1	24.5	24.9	
3日	23.8	24.2	24.8	
4日	22.7	23.5	24.7	
5日	22.2	23.4	24.4	
6日	24.1	24.3	24.5	
7日	23.6	24.1	24.5	
8日	23.8	24.2	24.7	
9日	24.1	24.5	25.0	
10日	24.2	24.6	25.1	
11日	24.3	24.7	25.1	
12日	24.3	24.7	25.2	
13日	24.3	24.7	25.2	
14日	24.2	24.7	25.2	
15日	24.3	24.7	25.2	
16日	24.2	24.7	25.2	
17日	24.2	24.7	25.2	
18日	24.1	24.6	25.2	
19日	24.3	24.6	25.2	
20日	24.0	24.6	25.4	
21日	23.9	24.4	25.0	
22日	23.9	24.4	24.9	
23日	23.8	24.2	24.8	
24日	22.8	23.9	24.7	
25日	23.8	24.2	24.6	
26日	23.7	24.3	24.7	
27日	23.6	24.1	24.7	
28日	23.8	24.2	24.7	
29日	24.0	24.4	25.0	
30日	23.8	24.4	25.1	
全体	22.2	24.4	25.4	

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	3.9	4.2	4.4	
2日	3.9	4.2	4.4	
3日	3.9	4.1	4.4	
4日	3.9	4.1	4.4	
5日	3.8	4.1	4.4	
6日	3.9	4.1	4.4	
7日	3.9	4.1	4.4	
8日	3.9	4.1	4.4	
9日	3.9	4.2	4.4	
10日	3.9	4.2	4.4	
11日	3.9	4.3	5.2	
12日	3.9	4.1	4.3	
13日	3.9	4.1	4.3	
14日	3.9	4.1	4.3	
15日	3.9	4.1	4.3	
16日	3.9	4.1	4.3	
17日	3.9	4.1	4.3	
18日	3.8	4.1	4.3	
19日	3.8	4.0	4.2	
20日	3.7	4.0	4.2	
21日	3.7	3.9	4.2	
22日	3.7	3.9	4.2	
23日	3.7	3.9	4.2	
24日	3.6	3.9	4.2	
25日	3.7	3.9	4.2	
26日	3.7	3.9	4.2	
27日	3.7	3.9	4.2	
28日	3.7	3.9	4.2	
29日	3.7	4.0	4.2	
30日	3.7	3.9	4.2	
全体	3.6	4.1	5.2	

ID1102 [冷蔵庫2]

2024/11

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.8	4.4	4.8
2日	3.8	4.4	4.8
3日	3.8	4.4	4.8
4日	3.9	4.4	4.9
5日	3.9	4.4	4.9
6日	3.9	4.4	4.8
7日	3.9	4.4	4.8
8日	3.9	4.4	4.8
9日	3.9	4.4	4.8
10日	3.8	4.4	4.8
11日	3.9	4.8	5.8
12日	4.4	5.1	5.6
13日	4.4	4.9	5.4
14日	4.3	4.9	5.4
15日	4.3	4.9	5.4
16日	4.2	4.8	5.4
17日	4.1	4.8	5.3
18日	4.0	4.7	5.3
19日	4.0	4.6	5.2
20日	3.9	4.6	5.1
21日	3.9	4.5	5.1
22日	3.8	4.5	5.0
23日	3.8	4.5	5.0
24日	3.9	4.5	5.0
25日	3.9	4.5	5.0
26日	4.0	4.5	5.0
27日	4.0	4.5	5.0
28日	4.0	4.5	5.0
29日	4.0	4.5	5.0
30日	4.0	4.5	5.0
全体	3.8	4.6	5.8

シリアル番号:05230351
2024/11/11よりシリアル番号:07480658に変更

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	18.4	19.2	19.9	
2日	18.5	19.3	20.0	
3日	18.5	19.2	19.9	
4日	18.5	19.2	19.9	
5日	18.5	19.2	19.9	
6日	18.5	19.2	19.9	
7日	18.5	19.2	19.9	
8日	18.5	19.2	19.9	
9日	18.5	19.1	19.8	
10日	18.5	19.1	19.8	
11日	18.4	19.1	19.9	
12日	18.6	19.2	19.8	
13日	18.7	19.2	19.8	
14日	18.7	19.2	19.8	
15日	18.7	19.2	19.8	
16日	18.7	19.2	19.8	
17日	18.7	19.2	19.8	
18日	18.7	19.2	19.8	
19日	18.7	19.2	19.8	
20日	18.7	19.2	19.7	
21日	18.7	19.2	19.8	
22日	18.7	19.2	19.7	
23日	18.7	19.2	19.8	
24日	18.7	19.2	19.8	
25日	18.7	19.2	19.8	
26日	18.7	19.2	19.7	
27日	18.7	19.2	19.8	
28日	18.7	19.1	19.7	
29日	18.7	19.1	19.7	
30日	18.7	19.1	19.8	
全体	18.4	19.2	20.0	

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	23.1	23.6	24.1
2日	23.9	24.1	24.5
3日	24.2	24.4	24.5
4日	23.9	24.1	24.3
5日	22.9	23.5	24.2
6日	22.5	23.3	24.0
7日	22.4	23.1	23.7
8日	22.1	22.7	23.4
9日	23.0	23.3	23.7
10日	23.5	23.7	23.9
11日	22.8	23.5	24.1
12日	22.8	23.4	24.0
13日	22.7	23.3	23.9
14日	22.6	23.2	23.9
15日	22.8	23.4	23.9
16日	23.7	24.1	24.6
17日	24.2	24.3	24.4
18日	22.4	23.2	24.2
19日	21.7	22.3	23.2
20日	21.5	22.1	22.7
21日	21.8	22.3	22.8
22日	21.8	22.2	22.8
23日	22.3	22.4	22.5
24日	21.6	22.1	22.7
25日	21.0	21.8	22.6
26日	21.7	22.1	22.5
27日	21.1	21.7	22.3
28日	20.7	21.2	21.8
29日	20.5	20.9	21.4
30日	21.1	21.4	21.6
全体	20.5	22.9	24.6

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2024/11

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	5.2	5.4	5.7	
2日	5.2	5.3	5.6	
3日	5.2	5.3	5.6	
4日	5.2	5.3	5.5	
5日	4.4	4.9	5.3	
6日	4.4	4.7	5.1	
7日	4.5	5.1	5.6	
8日	4.8	5.4	6.0	
9日	5.2	5.3	5.5	
10日	5.3	5.4	5.7	
11日	5.1	5.5	5.9	
12日	4.9	5.2	5.5	
13日	4.9	5.3	5.5	
14日	4.6	5.2	5.7	
15日	4.7	4.9	5.2	
16日	4.8	4.9	5.3	
17日	4.8	4.9	5.0	
18日	4.4	4.8	5.0	
19日	4.6	4.7	5.1	
20日	4.4	4.8	5.1	
21日	4.5	4.8	5.2	
22日	4.4	4.9	5.4	
23日	4.6	4.7	5.0	
24日	4.6	4.7	5.0	
25日	3.9	4.5	5.0	
26日	4.1	4.4	4.8	
27日	4.2	4.7	5.1	
28日	4.3	4.6	5.1	
29日	4.0	4.6	5.2	
30日	4.5	4.6	5.0	
全体	3.9	5.0	6.0	

シリアル番号:05230362
2024/11/11よりシリアル番号:07480661に変更

小倉記念病院

ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2024/11

	外付け温度(℃)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-29.0	-28.7	-28.4	
2日	-28.9	-28.7	-28.5	
3日	-28.9	-28.7	-28.5	
4日	-28.9	-28.7	-28.5	
5日	-29.0	-28.7	-28.5	
6日	-29.0	-28.7	-28.4	
7日	-28.9	-28.7	-28.4	
8日	-29.1	-28.7	-28.4	
9日	-28.9	-28.7	-28.5	
10日	-28.8	-28.7	-28.5	
11日	-28.9	-28.2	-24.6	
12日	-28.8	-28.5	-28.1	
13日	-28.7	-28.5	-28.2	
14日	-28.8	-28.5	-28.0	
15日	-28.9	-28.5	-28.1	
16日	-28.7	-28.5	-28.3	
17日	-28.7	-28.5	-28.4	
18日	-28.7	-28.5	-28.2	
19日	-28.8	-28.5	-28.1	
20日	-28.8	-28.5	-28.1	
21日	-28.9	-28.5	-28.0	
22日	-28.8	-28.5	-28.2	
23日	-28.8	-28.6	-28.4	
24日	-28.8	-28.5	-28.3	
25日	-29.0	-28.5	-28.1	
26日	-28.9	-28.5	-28.2	
27日	-28.8	-28.6	-28.2	
28日	-28.9	-28.6	-28.2	
29日	-28.8	-28.6	-28.3	
30日	-28.8	-28.6	-28.4	
全体	-29.1	-28.6	-24.6	

シリアル番号:01860015
2024/11/11よりシリアル番号:02960018に変更

ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2024/11

	外付け温度(℃)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-80.0	-79.1	-78.3	
2日	-79.9	-79.1	-78.3	
3日	-80.0	-79.1	-78.3	
4日	-80.0	-79.1	-78.3	
5日	-80.2	-79.1	-78.3	
6日	-80.1	-79.1	-78.3	
7日	-80.0	-79.1	-78.3	
8日	-80.1	-79.1	-78.3	
9日	-80.0	-79.1	-78.2	
10日	-80.1	-79.1	-78.3	
11日	-80.2	-78.9	-67.5	
12日	-80.1	-79.1	-78.1	
13日	-80.2	-79.1	-78.1	
14日	-80.2	-79.1	-78.1	
15日	-80.3	-79.1	-78.1	
16日	-80.2	-79.1	-78.1	
17日	-80.2	-79.1	-78.1	
18日	-80.5	-79.1	-78.2	
19日	-80.2	-79.1	-78.2	
20日	-80.2	-79.1	-78.2	
21日	-80.2	-79.1	-78.2	
22日	-80.2	-79.2	-78.2	
23日	-80.2	-79.2	-78.2	
24日	-80.2	-79.1	-78.1	
25日	-80.1	-79.1	-78.2	
26日	-80.2	-79.1	-78.2	
27日	-80.2	-79.2	-78.2	
28日	-80.3	-79.2	-78.2	
29日	-80.2	-79.2	-78.3	
30日	-80.2	-79.2	-78.2	
全体	-80.5	-79.1	-67.5	

シリアル番号:04170037
2024/11/11にシリアル番号:07420080へ変更
(2024/11/11の温度ロガー交換に伴い一時的な温度逸脱発生も保管している検体はなかった)