ID1100 [室温]

2024/12

	温度(°c)			備考
'	最低	平均	最高	
1日	24.0	24.5	25.1	
2日	24.3	24.7	25.2	
3日	23.7	24.4	25.3	
4日	23.6	24.2	24.8	
5日	24.0	24.5	25.0	
6日	23.9	24.5	25.1	
7日	23.7	24.3	25.0	
8日	23.6	24.1	24.8	
9日	23.8	24.2	24.7	
10日	23.9	24.3	24.8	
11日	23.8	24.3	24.8	
12日	23.9	24.3	24.9	
13日	23.7	24.2	24.8	
14日	23.4	23.9	24.6	
15日	23.4	23.9	24.5	
16日	23.6	24.1	24.7	
17日	23.9	24.4	25.0	
18日	23.9	24.4	24.9	
19日	23.8	24.3	24.8	
20日	23.7	24.2	24.8	
21日	23.7	24.3	25.0	
22日	23.7	24.1	24.6	
23日	23.8	24.1	24.6	
24日	23.8	24.2	24.8	
25日	23.8	24.2	24.7	
26日	23.7	24.3	25.0	
27日	23.1	23.9	24.8	
28日	23.3	23.6	24.2	
29日	23.4	23.7	24.1	
30日	23.5	23.9	24.4	
31日	23.5	24.0	24.7	
全体	23.1	24.2	25.3	

シリアル番号:05230347 2024/11/11よりシリアル番号:07480651に変更

ID1101 [冷蔵庫1]

2024/12

	温度(°c)			備考
'	最低	平均	最高	
1日	3.7	4.0	4.2	
2日	3.7	4.0	4.2	
3日	3.7	3.9	4.2	
4日	3.7	3.9	4.2	
5日	3.7	4.0	4.2	
6日	3.7	3.9	4.2	
7日	3.7	3.9	4.2	
8日	3.7	3.9	4.2	
9日	3.7	3.9	4.2	
10日	3.7	4.0	4.2	
11日	3.7	4.0	4.2	
12日	3.7	4.0	4.2	
13日	3.7	4.0	4.2	
14日	3.6	3.9	4.2	
15日	3.6	3.9	4.2	
16日	3.7	3.9	4.2	
17日	3.7	4.0	5.2	
18日	4.0	4.2	4.4	
19日	3.9	4.2	4.4	
20日	3.9	4.2	4.4	
21日	4.0	4.2	4.4	
22日	4.0	4.2	4.4	
23日	4.0	4.2	4.4	
24日	4.0	4.2	4.4	
25日	4.0	4.2	4.4	
26日	4.0	4.2	4.4	
27日	4.0	4.2	4.4	
28日	4.0	4.2	4.4	
29日	4.0	4.2	4.4	
30日	4.0	4.2	4.4	
31日	4.0	4.2	4.4	
全体	3.6	4.1	5.2	

シリアル番号:05230349 2024/11/11よりシリアル番号:07480657に変更

ID1102 [冷蔵庫2]

2024/12

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.0	4.5	5.0
2日	4.0	4.5	5.0
3日	4.0	4.5	5.0
4日	4.0	4.5	5.0
5日	4.0	4.5	5.0
6日	4.0	4.5	5.0
7日	4.0	4.5	5.0
8日	4.0	4.6	5.0
9日	4.0	4.6	5.0
10日	4.0	4.6	5.0
11日	4.1	4.6	5.0
12日	4.1	4.6	5.0
13日	4.1	4.6	5.0
14日	4.1	4.6	5.0
15日	4.1	4.6	5.0
16日	4.0	4.6	5.0
17日	4.0	4.6	5.0
18日	4.1	4.6	5.0
19日	4.1	4.6	5.0
20日	4.1	4.6	5.0
21日	4.1	4.6	5.0
22日	4.1	4.6	5.0
23日	4.1	4.6	5.0
24日	4.1	4.6	5.0
25日	4.1	4.6	5.0
26日	4.0	4.6	5.0
27日	4.1	4.6	5.0
28日	4.1	4.6	5.0
29日	4.1	4.6	5.0
30日	4.1	4.6	5.0
31日	4.0	4.6	5.0
全体	4.0	4.6	5.0

シリアル番号:05230351 2024/11/11よりシリアル番号:07480658に変更

ID1103 [恒温庫]

2024/12

	温度(°c)			備考
'	最低	平均	最高	
1日	18.7	19.1	19.7	
2日	18.7	19.1	19.7	
3日	18.7	19.1	19.7	
4日	18.7	19.1	19.8	
5日	18.7	19.1	19.8	
6日	18.7	19.1	19.8	
7日	18.6	19.1	19.8	
8日	18.6	19.1	19.8	
9日	18.6	19.1	19.8	
10日	18.6	19.1	19.7	
11日	18.7	19.1	19.8	
12日	18.6	19.1	19.7	
13日	18.6	19.1	19.8	
14日	18.6	19.1	19.8	
15日	18.6	19.2	19.8	
16日	18.6	19.2	19.8	
17日	18.6	19.1	19.7	
18日	18.6	19.1	19.8	
19日	18.6	19.2	19.8	
20日	18.8	19.2	19.7	
21日	18.8	19.2	19.8	
22日	18.8	19.2	19.8	
23日	18.8	19.2	19.8	
24日	18.8	19.2	19.8	
25日	18.8	19.2	19.8	
26日	18.8	19.2	19.8	
27日	18.8	19.2	19.8	
28日	18.8	19.2	19.8	
29日	18.8	19.2	19.8	
30日	18.8	19.2	19.8	
31日	18.8	19.2	19.8	
全体	18.6	19.1	19.8	

シリアル番号:05230360 2024/11/11よりシリアル番号:07480659に変更

ID1104 [カテ室]

2024/12

	温度(°c)			
·	最低	平均	最高	
1日	21.2	21.7	22.3	
2日	21.2	21.7	22.5	
3日	21.4	22.0	22.5	
4日	21.5	21.9	22.5	
5日	21.3	21.8	22.6	
6日	21.0	21.4	22.1	
7日	20.7	20.9	21.2	
8日	20.2	20.6	21.2	
9日	19.6	20.2	21.4	
10日	19.9	20.4	21.7	
11日	20.0	20.5	21.7	
12日	20.3	20.9	22.2	
13日	20.3	20.7	21.5	
14日	21.0	21.3	21.6	
15日	20.8	21.1	21.4	
16日	20.3	20.8	21.3	
17日	20.2	20.7	21.4	
18日	20.0	20.6	21.4	
19日	19.8	20.3	21.1	
20日	19.7	20.2	21.0	
21日	20.0	20.3	20.6	
22日	20.1	20.3	20.5	
23日	19.6	20.0	20.4	
24日	19.4	20.0	21.1	
25日	19.6	20.2	20.8	
26日	20.2	20.6	21.4	
27日	20.3	20.8	21.8	
28日	19.9	20.3	20.6	
29日	20.0	20.3	21.1	
30日	20.1	20.4	20.6	
31日	20.2	20.5	20.9	
全体	19.4	20.8	22.6	

ID1105 [検査室冷蔵庫]

2024/12

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.4	4.6	4.8	
2日	4.4	4.9	5.5	
3日	5.2	5.4	5.7	
4日	5.2	5.4	5.5	
5日	5.0	5.3	5.5	
6日	5.0	5.3	5.6	
7日	5.1	5.2	5.3	
8日	5.1	5.2	5.3	
9日	4.9	5.1	5.5	
10日	4.7	5.2	5.5	
11日	4.6	5.1	5.7	
12日	4.2	5.0	5.7	
13日	4.8	5.2	5.8	
14日	4.8	4.9	5.1	
15日	4.7	4.9	5.3	
16日	4.7	4.9	5.3	
17日	4.6	5.0	5.4	
18日	4.8	5.1	5.7	
19日	4.8	5.1	5.5	
20日	4.8	5.1	5.6	
21日	5.3	5.5	5.7	
22日	5.3	5.5	5.8	
23日	4.5	5.1	5.6	
24日	4.7	5.0	5.4	
25日	4.6	5.4	6.1	
26日	5.6	5.9	6.4	
27日	5.6	5.8	6.1	
28日	5.5	5.7	6.0	
29日	5.5	5.6	5.8	
30日	5.6	5.7	5.9	
31日	5.5	5.7	5.9	
全体	4.2	5.3	6.4	

シリアル番号:05230362 2024/11/11よりシリアル番号:07480661に変更

ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2024/12

	外付け温度 (°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-28.8	-28.6	-28.4	
2日	-28.9	-28.6	-28.2	
3日	-28.9	-28.6	-28.3	
4日	-29.0	-28.6	-28.3	
5日	-28.9	-28.6	-28.3	
6日	-28.9	-28.6	-28.3	
7日	-28.9	-28.6	-28.4	
8日	-28.9	-28.6	-28.4	
9日	-28.8	-28.6	-28.3	
10日	-29.0	-28.6	-28.2	
11日	-28.9	-28.6	-28.2	
12日	-28.9	-28.6	-28.2	
13日	-28.9	-28.6	-28.3	
14日	-28.8	-28.6	-28.4	
15日	-28.8	-28.6	-28.4	
16日	-28.9	-28.6	-28.2	
17日	-28.8	-28.6	-28.3	
18日	-29.0	-28.6	-28.2	
19日	-28.9	-28.6	-28.3	
20日	-28.8	-28.6	-28.3	
21日	-28.8	-28.6	-28.4	
22日	-28.8	-28.6	-28.4	
23日	-28.8	-28.6	-28.3	
24日	-28.8	-28.6	-28.3	
25日	-29.0	-28.6	-28.3	
26日	-29.0	-28.6	-28.3	
27日	-28.9	-28.6	-28.3	
28日	-28.9	-28.7	-28.4	
29日	-28.9	-28.6	-28.4	
30日	-28.9	-28.6	-28.4	
31日	-28.9	-28.7	-28.4	
全体	-29.0	-28.6	-28.2	

シリアル番号:01860015 2024/11/11よりシリアル番号:02960018に変更

ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2024/12

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-80.2	-79.2	-78.2	
2日	-80.2	-79.2	-78.2	
3日	-80.2	-79.1	-78.2	
4日	-80.2	-79.1	-78.2	
5日	-80.2	-79.2	-78.2	
6日	-80.2	-79.2	-78.2	
7日	-80.2	-79.2	-78.3	
8日	-80.3	-79.2	-78.3	
9日	-80.2	-79.1	-78.3	
10日	-80.2	-79.2	-78.3	
11日	-80.2	-79.1	-78.2	
12日	-80.2	-79.1	-78.2	
13日	-80.2	-79.3	-78.2	
14日	-80.2	-79.2	-78.2	
15日	-80.2	-79.1	-78.3	
16日	-80.2	-79.1	-78.2	
17日	-80.2	-79.2	-78.2	
18日	-80.2	-79.2	-78.2	
19日	-80.2	-79.1	-78.2	
20日	-80.2	-79.2	-78.2	
21日	-80.3	-79.2	-78.2	
22日	-80.2	-79.2	-78.2	
23日	-80.2	-79.2	-78.3	
24日	-80.2	-79.2	-78.2	
25日	-80.2	-79.2	-78.2	
26日	-80.2	-79.2	-78.2	
27日	-80.2	-79.2	-78.2	
28日	-80.2	-79.2	-78.3	
29日	-80.2	-79.3	-78.3	
30日	-80.2	-79.2	-78.3	
31日	-80.2	-79.2	-78.2	
全体	-80.3	-79.2	-78.2	