



Original

SARTORIUS

EG-/EU-Konformitätserklärung EC / EU Declaration of Conformity

Hersteller
Manufacturer Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
37070 Goettingen, Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Betriebsmittel
declares under sole responsibility that the equipment

Geräteart
Device type Elektronische Laborwaage
Electronical laboratory balance

Baureihe
Type series SECURA | QUINTIX | PRACTUM

Modelle
Models SECURAx-1yz | QUINTIXx-1yz | PRACTUMx-1yz, PRACTUMx-1X01
x = 26, 35, 64, 65, 124, 125, 125D, 213, 224, 225D, 313, 324, 412, 513, 612, 613, 1102, 1103, 2101,
2102, 3101, 3102, 5100, 5101, 5102, 6100, 6101, 6102;
y = C, N, O, S; z = AR, AU, BR, CA, CN, IN, JP, KR, N, RU, US oder leer / or blank
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen der
folgenden Europäischen Richtlinien entspricht und die anwendbaren Anforderungen
folgender harmonisierter Europäischer Normen einschließlich deren zum Zeitpunkt der
Erklärung geltenden Änderungen erfüllt:
*in the form as delivered fulfils all the relevant provisions of the following European
Directives and meets the applicable requirements of the harmonized European Standards
including any amendments valid at the time this declaration was signed listed below:*

Sector Sector	EMV EMC	RoHS	Maschinen Machines
Richtlinie Directive	2014/30/EU	2011/65/EU + 2015/863*	2006/42/EG 2006/42/EC
Norm(en) Standard(s)	EN 61326-1:2013	EN 50581:2012	EN ISO 12100:2010 EN 61010-1:2010 **

Die Person, die bevollmächtigt ist,
die technischen Unterlagen zusammenzustellen /
The person authorised to compile the technical file:

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Electronics & Product Compliance
37070 Goettingen, Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Goettingen, 2020-11-11

Dr. Reinhard Baumfalk
Head of Product Development
Lab Products and Services Division

Dr. Dieter Klausgrete
Senior Scientist Certification Management
Product Compliance Manager

*: Delegierte Richtlinie 2015/863 muss für Kat. 9 Geräte aber erst ab 22. Juli 2021 eingehalten werden
Delegated directive 2015/863 must be complied with for Cat. 9 devices only from July 22, 2021.

** : Angewandte, jedoch für Maschinen nicht harmonisierte Norm /
Applied standard, which however is not harmonized for machines