

Übersetzung der Original-Konformitätserklärung

Erklärung zur HF-Exposition

Für das wie folgt bezeichnete Produkt:

Gerätetyp: **Mikrowellen Feuchte- und Dichtemesssystem MW 55 Artikelnummer 177489**
ausgestattet mit:
Option Antenneneinheit Dual Vivaldi oder Option Antenneneinheit Quadro Vivaldi
Lichtschrankenmodul MW 55 komplett

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Anforderungen gemäß 47 CFR Teil 15 sowohl hinsichtlich grundlegender Emissionen als auch unerwünschter Emissionen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen gewährleisten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird.

Änderungen am Gerät ohne Genehmigung von TEWS können dazu führen, dass das Gerät nicht mehr den FCC-Anforderungen entspricht. In diesem Fall kann Ihr Recht zur Nutzung des Geräts durch FCC-Vorschriften eingeschränkt werden, und Sie müssen möglicherweise Störungen des Radio- oder Fernsehfunks auf eigene Kosten beheben.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der FCC 47 CFR § 1.1307 bezüglich der HF-Exposition durch Hochfrequenzgeräte. Um die Konformität aufrechtzuerhalten, beträgt der Mindestabstand zwischen der Antenne und Personen in der Umgebung 20 cm.

Getestete Konfiguration:

Messeinheit MW 55 Artikelnummer 177489
2 Antennen auf einem Tisch
Kabel für die Antennen: Koaxialkabel „S04272B“, 3m
Lichtschrankenmodul MW 55 komplett

Diese Erklärung wird ausgestellt in Verantwortung des Herstellers

TEWS Elektronik GmbH & Co KG
Sperberhorst 10
D-22459 Hamburg
Deutschland

durch



A. Tews, Geschäftsführer

Hamburg, April 2023