

胜利油田分公司技术检测中心

检定证书

证书编号： SC-WDJ-2020-1074 号

委托单位 海洋石油船舶中心胜利 503 船（机舱锅炉热水井）

计量器具名称 温度表

型号规格 WSS

出厂编号 20081118726

制造单位 联泰仪表有限公司

检定依据 JJG 226-2001 双金属温度计

检定结论 合格

批准人： 王树林

(检定专用章)

核验员： 刘永江

检定员： 邵永艳

检定日期： 2020 年 10 月 21 日

有效期至： 2021 年 10 月 20 日

地址： 山东省东营市东营区西二路 480 号

邮编： 257000

Email: llzjls@163.com

电话： 0546-8622013

计量标准名称: 温度变送器(带传感器)校准装置
测量范围: $(-30\sim 155)^{\circ}\text{C}$
最大允许误差: $\pm 0.18^{\circ}\text{C}$
标准证书号: 【2019】胜油计校 证字 第 JZ073 号
有效期至: 2023 年 10 月 30 日
环境条件: 温度: 23 $^{\circ}\text{C}$
检定地点: 胜采技术检测站温度检定室

检 定 结 果

- 1、外观: 合 格
2、绝缘电阻: / $\text{M}\Omega$
3、示值误差: 0.4°C
4、角度调整误差: / $^{\circ}\text{C}$
5、回差: 0.2°C
6、切换差: / $^{\circ}\text{C}$
7、设定点误差: / $^{\circ}\text{C}$

本次校准只适用于 $(-30\sim 150)^{\circ}\text{C}$

以下空白