



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.

Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco

Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Calibration Certificate

Acreditación / Accreditation: 88795

Certificado / Certificate: L25-313

Orden de trabajo: **7002**

Work Order

Folio: **MYCA-07-2026-0001**

Certificate No.

Datos del usuario / User data

Atención / Attention: SUSANA HORIA

Empresa / Company: American Industries

Dirección / Address: Blvd. Puerta de Hierro No. 5200 Int. 7 Puerta de Hierro Business Center, Zapopan, Zapopan, Jalisco,

Instrumento a calibrar

Instrument under calibration

Instrumento: Manometro

Instrument

Intervalo: 0 - 200

Interval

No. de Serie: 2423424989

Serial No.

Identificación: MAN-03

ID

Marca: winters

Manufacturer

Div. Mínima: 0.01

Resolution

Modelo: ojin

Model

Ubicación: Taller

Ubication

Lugar de calibración: Laboratorio

Calibration location

Unidades: psi

Units

Fecha de recepción: 2026-07-20

Reception date

Fecha de emisión: 2026-07-23

Date of issue

Fecha de calibración: 2026-07-20

Calibration date

Próxima calibración: 2027-07-20

Next calibration

Instrumento de referencia

Reference instrument

Instrumento: Calibrador de Manómetros

Master

Intervalo: 0 - 200 psi

interval

No. de Serie Celda: No disponible

Serial Number Cell

Identificación: P610769

ID

No. de Certificado: PRESS-02

Certificate No.

IBC-C-P-0675-2025

IBC-C-P-0676-2025

Marca: Ametek

Manufacturer

Div. Mínima: 0.1

Resolution

Modelo: 0.001

Model

Vigencia: No disponible

Next calibration date

Incertidumbre: Beta gauge II

Uncertainty

2027-12-05

2027-12-05

0.32

0.020

psi

psi

psi

psi

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Humedad relativa: 20.0%

Relative humidity

Temperatura Inicio: 20.1 °C

Initial temperature

Temperatura final: 20.4 °C

Final temperature

Observaciones: Equipo en buen estado general

Observations

Procedimiento: PMP-01-01: Procedimiento para calibrar manómetros y vacuómetros

Procedure

PMP-01-01: Procedure to calibrate manometers and vacuum gauges

Método: Comparación directa

Method

Direct comparison

Norma:

Norm

NMX-CH-003-SCFI vigente / NOM-013-SCFI-2004

Calibró Técnico / Calibrating Technician

Autorizó / Authorized

Miguel Angel Muñoz Torres

Miguel Felipe Ordaz Higareda



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Resultados de la calibración



Calibration Results

Folio: MYCA-07-2026-0001

Certificate No.

Unidades: psi
Units

Valores Medidos IBC / Measured values of the IBC	Valores Medidos Patrón / Measured values of the Standard			Error de indicación / Indication error	Incertidumbre [psi] ± Uncertainty [psi] ±
	Ascendente / Upward	Descendente / Falling	Ascendente / Upward		
10	10.0	10.0	10.0	0.01	0.34
20	20.1	20.1	20.1	0.07	0.34
30	30.1	30.1	30.1	0.09	0.3
40	40.1	40.1	40.1	0.08	0.34
50	50.1	50.1	50.1	0.08	0.34



Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
- Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
- La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
- La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
- Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Vigencia acordada con el cliente.
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
- The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
- The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
- The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
- This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Validity agreed with the client.

Fin del certificado

End of the Certificate





METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.

Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco

Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Carta de Trazabilidad

Traceability letter

**Sistema Internacional de Unidades
(SI)**



CENAM

National Institute of Metrology

- National Pressure master
- CNM-PNM 19



IBC

Modulo de temperatura

- Identificación: IBC-014
Marca: fluke
Modelo: PV350
Serie: 4904070
- Certificado: 1-17017



Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.

Pressure cell hathaway beta gauge II

- Marca: Hathaway, Ametek
- Modelo: Betaport-P
- Serial: P612109
- ID: PRESS-02 y PRESS-06
- Certificado: IBC-C-P-0675-2025, 0676-2025
- Incertidumbre: ± 0.02 psi, $\gamma \pm 0.32$ psi



Usuario Final



CERTIFICADO AUTENTICADO
MYC SYSTEM



MYC-AUTH-21025-000001