



Resultados de la calibración

Calibration Results

Folio: **MYCA-01-26-3276**

Certificate No.


Unidades: psi

Units

Valores Medidos IBC Measured values of the IBC	Valores Medidos Patrón / Measured values of the Standard			Error de indicación Indication error	Incertidumbre [psi] ± Uncertainty [psi] ±
	Ascendente / Upward	Descendente / Falling	Ascendente / Upward		
10	5.598	2.876	5.666	-5.29	3.4
20	14.70	11.97	14.74	-6.20	3.4
30	24.55	29.52	25.36	-3.52	4.2
40	34.1	32.01	33.96	-6.64	3.1
50	47.68	41.96	43.47	-5.63	4.4
60	53.46	50.56	53.36	-7.54	3.4
70	63.54	61.82	63.72	-6.97	3.1
80	74.00	71.88	73.03	-7.03	3.1
90	84.90	81.77	89.96	-4.46	5.5
100	94.32	92.14	93.89	-6.55	3.1
110	104.7	102.9	104.9	-5.83	3.1


ERROR DE INDICACIÓN

INDICATION ERROR



INCERTIDUMBRE

UNCERTAINTY



Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
- Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
- La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
- La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
- Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Vigencia acordada con el cliente.
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
- The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
- The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
- The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
- This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Validity agreed with the client.

Fin del certificado

End of the Certificate



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.

Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco

Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Carta de Trazabilidad

Traceability letter

**Sistema Internacional
de Unidades
(SI)**



CENAM

National Institute of Metrology

- National Pressure master
- CNM-PNM 19



IBC

Modulo de temperatura

- Identificación: IBC-014
 Marca: fluke
 Modelo: PV350
 Serie: 4904070
- Certificado: 1-17017



Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.

Pressure cell hathaway beta gauge II

- Marca: Hathaway, Ametek
- Modelo: Betaport-P
- Serial: P612109
- ID: PRESS-02 y PRESS-06
- Certificado: IBC-C-P-0675-2025 Y 0676-2025
- Incertidumbre: ± 0.02 psi, y ± 0.32 psi



Usuario Final