
Sample 9 DQFCOSY




```
Current Data Parameters
NAME                  Un_09
EXPNO                     6
PROCNO                    1
DU                       /m
USER                rodger

F2 - Acquisition Parameters
Date_              20070828
Time                  14.07
INSTRUM             DPX400
PROBHD   5 mm BBO BB-1H
PULPROG     cosydfetgp.2
TD                    1024
SOLVENT
NS                       8
DS                       8
SWH                801.282 Hz
FIDRES           0.782502 Hz
AQ               0.6390260 sec
RG                   812.7
DW                 624.000 usec
DE                   6.00 usec
TE                  299.2 K
d0              0.00000300 sec
D1              2.00000000 sec
d11             0.03000000 sec
D13             0.00000400 sec
D16             0.00025000 sec
DELTA           0.00125300 sec
DELTA1          0.00125800 sec
IN0             0.00124800 sec
ST1CNT                  64

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                    1H
P1                  14.50 usec
p2                  29.00 usec
PL1                  0.00 dB
SFO1         400.0128001 MHz

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM1            SINE.100
GPNAM2            SINE.100
GPNAM3            SINE.100
GPZ1                30.00 %
GPZ2                10.00 %
GPZ3                50.00 %
P16               1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
ND0                      1
TD                     128
SFO1             400.0128 MHz
FIDRES           6.260016 Hz
SW                  2.003 ppm
FnMODE     Echo-Antiecho

F2 - Processing parameters
SI                    2048
SF           400.0100000 MHz
WDW                   SINE
SSB                      2
LB                    0.00 Hz
GB                       0
PC                    1.40

F1 - Processing parameters
SI                    1024
MC2         echo-antiecho
SF           400.0100000 MHz
WDW                   SINE
SSB                      2
LB                    0.00 Hz
GB                       0
```