

| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" |        |                      |                      |  |
|--|--------|----------------------|----------------------|--|
| MARCA  | MODELO | SERIE                | FOLIO                |  |
| LUDLUM   | 2241-2 | 168445               | 936                  |  |
| SONDA  | 44-8   | PR173054 / 28081-1   |                      |  |
| ESCALA   | Fc     |                      | ERROR INTRINSECO (%) |  |
| UNICA DIGITAL                                      | 0.990  |                      | 1                    |  |
| FECHA DE CALIBRACIÓN                               |        | VIGENCIA             |                      |  |
| 10 de agosto de 2021                               |        | 10 de agosto de 2022 |                      |  |


Asesores en Radiaciones S.A. (55) 55388690  
arsamx.com

| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" |        |                      |                      |  |
|--|--------|----------------------|----------------------|--|
| MARCA  | MODELO | SERIE                | FOLIO                |  |
| LUDLUM   | 2241-2 | 168445               | 939                  |  |
| SONDA  | 44-7   | 28081-2              |                      |  |
| ESCALA   | Fc     |                      | ERROR INTRINSECO (%) |  |
| UNICA DIGITAL                                      | 1.063  |                      | 6                    |  |
| FECHA DE CALIBRACIÓN                               |        | VIGENCIA             |                      |  |
| 10 de agosto de 2021                               |        | 10 de agosto de 2022 |                      |  |

Asesores en Radiaciones S.A. (55) 55388690  
arsamx.com

(a)



(b)



(c)