



政府采购 公开招标文件

项目名称：2026 年全谷物原配料及制品营养安
全评价和高效利用项目（第 3 包）（二次）
招标编号：TC260R04D-3

采购人：国家粮食和物资储备局科学研究院

采购代理机构：中招国际招标有限公司

时间：2026 年 5 月

目 录

第一章	投标邀请	3
第二章	投标人须知资料表	9
第三章	投标人须知	12
第四章	合同格式	35
第五章	投标文件格式	59
第六章	技术参数	95
第七章	评标方法和标准	115

第一章 投标邀请

中招国际招标有限公司受国家粮食和物资储备局科学研究院委托，对下述服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 1. 招标编号：TC260R04D-3
- 2. 项目名称：2026 年全谷物原配料及制品营养安全评价和高效利用项目（二次）
- 3. 预算金额：319.5 万元
- 4. 采购需求：

包号	名称	数量	简要技术需求	预算金额（万元）	质保期要求	是否接受进口产品
3	短波红外光斑光谱关联成像系统	1 台	用于粮食蛋白质、脂肪、微量元素、病变元素、感染菌种及毒素等快速无损检测及分布可视化表示、及多品质指标一体化无损定量检测模型的构建。	68	自验收合格签字之日起，设备整机质保期3 年，终身维修。	是
3	太赫兹时域光谱仪	1	主要用于食品无损快速检测与质量控制，实现对样品的快速光谱检测及成像功能。	95	自验收合格签字之日起，设备整机质保期3 年，终身维修。	否
3	多通道热循环仪	1	用于高通量、多个独立任务并行的微量核酸片段指数级扩增，通过精准控温完成变性、退火、延伸循环，实现目标核酸大量复制；同时可作为高精度恒温设备用于孵育等需精准控温的实验。	12.5	自验收合格签字之日起，设备整机质保期3 年，终身维修。	否

3	全自动凝胶净化系统	1	用于净化分离含痕量、超痕量农药残留样品或含油、脂肪等复杂基质样品中的大分子保留目标小分子或收集目标大分子去除小分子杂质。	40	自验收合格签字之日起，设备整机质保期不少于3年，终身维修	否
3	粮食油料不完善粒分析仪	1	主要用于小麦、稻谷、玉米、大豆等粮食油料中不完善粒的检测	62	自验收合格签字之日起，设备整机质保期不少于3年，终身维修	否
3	蛋白纯化系统	1	主要用于各种蛋白质、小肽、多糖、寡糖、类脂、噬菌体、病毒、脂质体、外泌体等的分离纯化及功能（活性）分析	42	自验收合格签字之日起，设备整机质保期不少于3年，终身维修	否

交货期及验收期限要求：国产设备：合同签订后 60 个日历日；进口设备：

合同签订后 90 个日历日；全部设备应于 2026 年 12 月 20 日内与完成验收。

交货地点：用户指定地点（包括上楼进指定房间）。

合同履行期限：合同签订后至 2026 年 12 月 31 日。

本项目不接受联合体投标。

5. 投标人资格要求：

5.1 投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定；

A. 中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的投标人，包括法人、其他组织或自然人；

- B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- C. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- D. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- E. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- F. 法律、行政法规规定的其他条件；

5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

5.2.1 中小企业政策

■本项目非专门面向中小企业采购

5.2.2 本项目开标日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的投标。以“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”采购代理机构开标当日的查询记录为准。

5.3. 本项目的特定资格要求：

1) 所投产品的原产地均应来自中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国；

2) 若所投产品为进口产品，代理商投标需出具所投产品所属厂家针对本项目的授权函（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商针对本项目的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）；

3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。

4) 按照招标公告要求购买了招标文件。

6. 招标文件售价：

每套人民币 300 元；若邮购，每份加收人民币 0 元。招标文件售后不退。

7. 购买招标文件时间和地点：

时间：2026 年 5 月 27 日至 2026 年 6 月 3 日（节假日除外），上午 9:00 至 11:30；下午 1:30 至 5:00（北京时间）。

地点：本项目只接受网上报名。请满足条件的投标人登录中招联合招标采购

购平台 (<http://www.365trade.com.cn>) 进行免费注册, 并上传营业执照、法定代表人授权书及经办人身份证复印件 (以上文件均需加盖单位公章), 审核通过后支付标书款并下载招标文件, 招标文件售后不退。

8. 投标截止时间: 2026 年 6 月 18 日 09:00 (北京时间), 逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

9. 开标时间: 2026 年 6 月 18 日 (与接收投标文件的截止时间一致) (北京时间)。

10. 投标、开标地点: 北京市西城区百万庄大街 11 号粮科大厦 523 会议室。

11. 凡对本次招标提出询问, 请按照招标文件的规定方式与中招国际招标有限公司联系。

采购代理机构: 中招国际招标有限公司

地 址: 北京市海淀区学院南路 62 号

邮 编: 100081

电 话: 010-62108177、15801326030

传 真: 010-61954100

电子信箱: Cntcitic33@cntcitic.com.cn

联 系 人: 卢飒、李喆、王可欣、于经理

采 购 人: 国家粮食和物资储备局科学研究院

地 址: 北京市西城区百万庄大街 11 号

联 系 人: 元昕

联系方式: 010-58523602

12. 采购项目需要落实的政府采购政策:

鼓励节能政策: 在技术、服务等指标同等条件下, 优先采购国家公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

鼓励环保政策: 在性能、技术、服务等指标同等条件下, 优先采购国家公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

扶持中小企业政策: 评审时小型和微型企业产品享受 10% 的价格折扣。监

狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

13. 本项目招标公告的公告期限为 5 个工作日。

特别告知

各潜在投标人：

本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下：

（一） 网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台

（<http://www.365trade.com.cn>；下简称“交易平台”）或在中招国际招标有限公司网站主页进行免费注册。潜在投标人只需注册一次，不同的经办人可建立多个账户。交易平台负责对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。

（二） 标书下载：经办人凭获得的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书，逾期将无法下载获取。

（三） 潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。

（四） 其它事项

1、 交易平台首页帮助中心提供操作手册，潜在投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、网上购买下载电子版标书及下载费支付、发票开具领取等操作。

2、 如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：400-092-8199，热线服务时间为工作日上午9点到12点，下午1点30分到5点。

第二章 投标人须知资料表

本表是关于要采购服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采 购 人： <u>国家粮食和物资储备局科学研究院</u> 地 址： <u>北京市西城区百万庄大街 11 号</u> 联 系 人： <u>元昕</u> 联系方式： <u>010-58523602</u>
1.2	采购代理机构： <u>中招国际招标有限公司</u> 地址： <u>北京市海淀区学院南路 62 号</u> 业务联系人： <u>卢飒、李喆、王可欣、于经理</u> 电话： <u>010-62108177、15801326030</u> 传真：010-61954100 反腐倡廉监督电话： <u>010-62108194</u>
1.3.4	合格投标人的资格要求： 见第一章投标邀请“投标投标人资格要求”
1.3.5	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.8	联合体的其他资格要求： <u>/</u>
1.8.5	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称：详见第六章-技术参数 中小企业划分标准所属行业： <u>工业</u>
2.2	项目预算金额： <u>1644.97 万元</u> ；本包最高限价： <u>319.5 万元</u> ；单个设备不得超过预算金额。
8.1	如投标商对多个包进行投标，可以中标 <u>/</u> 包
9.1	提供投标人的 <u>最近一年任意连续三个月</u> 纳税和社保记录； 在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件；

12	保证金形式：☒保函正本 ☒电汇 ☐支票 ☐ / （本项目允许的其他形式） 保证金数额：4 万元 保证金收款人：中招国际招标有限公司 1、投标人须在汇款附言（或银行摘要）中标明项目编号，每个包分别提交保证金。如“tc260rxxx”（字母均为小写） 采用电汇方式缴纳投标保证金的，通过【我的工作台】→【我参与的项目】找到本目标包，点击【缴纳保证金】按钮，选择“电汇”，点“下一步”按钮获取保证金虚拟账户信息。投标人根据自动生成的唯一虚拟账户信息，按招标文件要求从基本户电汇投标保证金，并在投标文件中附上汇款凭证和基本户开户许可证或基本存款账户信息扫描件。投标人可在中招联合招标采购平台查看保证金缴纳情况及退还情况。该虚拟账号，仅针对本投标人、本项目分包（标段）有效，对于其他投标人、其他项目或分包（标段）无效。请勿泄露虚拟账户信息。（特别提示：同一虚拟账户出现不同投标人汇款，即视为围标、串标，请妥善保管虚拟账户信息） 采用电子担保保函方式缴纳投标保证金 如用采用中招联合招标采购平台保函方式：投标人须通过【我的工作台】→【我参与的项目】找到本目标包，点击【缴纳保证金】按钮，选择“电子担保保函”，按照平台流程操作即可。保函的有效期应与投标有效期一致（如保函的有效期超过投标有效期，视为符合招标文件要求）。 如采用银行保函方式：投标人须在投标截止时间前将保函原件交至招标代理机构，银行保函的有效期应与投标有效期一致（如保函的有效期超过投标有效期，视为符合招标文件要求）。
13.1	投标有效期： <u>90</u> 日历日
14.1	第一部分投标文件：正本： <u>1</u> 份、副本： <u>6</u> 份； 第二部分投标文件：正本： <u>1</u> 份、副本： <u>6</u> 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 <u>2</u> 份（提供 U 盘，包括 Word 版及 PDF 盖章扫描件）。
16.1	投标截止时间：同第一章投标邀请
18.1	开标时间：同第一章投标邀请 开标地点：同第一章投标邀请

21	包含不允许负偏离的实质性要求和条件的条款号：品目 01： *3.1.5、*3.5.3、*3.5.4；品目 02：*3.1.1、*3.2.2.1 品目 03：*3.1；品目 04：*3.6.1；品目 05：*3.1.5；品目 06： *3.1.2.1、*3.1.3.1
23.2	评标方法：采用综合评分法，评分细则请见打分细则表。
27	推荐中标候选投标人的数量： <u>3</u>
27	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否
31.1	质量保函金额：双方签订合同后十个工作日内，卖方以银行保函 的形式向买方提供合同金额百分之十的质量保函，有效期不少于 <u>36 个月。</u> 履约保函金额：双方签订合同后十个工作日内，卖方以银行保函 的形式向买方提供合同金额百分之三十的履约保函，有效期不少 于 <u>9 个月。</u>
32	中标服务费： ☒ 参照原国家计委计价格【2002】1980 号文和国家 发改委发改办价格【2003】857 号文的标准下浮 30%向中标人收 取。
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
其他：	1. 按统一规定的格式、顺序填写、排列，并装订、胶封成册， 不得采用活页方式装订。复印件应清晰整洁。 2. 全部的规格尺寸为 A4 纸型。 3. 建议双面打印或复印。 接收质疑函的方式和联系方式： 质疑函应以邮件或书面形式送达，质疑函的格式和内容应当符 合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。 联系人：<u>卢飒、李喆、王可欣、于经理</u> 联系电话：<u>010-62108177、15801326030</u> 电子邮箱：<u>Cntcitic33@cntcitic.com.cn</u> 通信地址：<u>北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦</u> <u>613A</u>

第三章 投标人须知

一 说明

1. 采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。
- 1.2 采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为中招国际招标有限公司。
- 1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。投标人须满足以下条件：
 - 1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有服务能力的本国投标人，包括法人、非法人组织或者自然人。
 - 1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
 - 1.3.3 从中招国际招标有限公司正式获得了本项目的招标文件。
 - 1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。
 - 1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将作为**无效投标**被拒绝。
 - 1.3.6 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
 - 1.4.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
 - 1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
 - 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
 - 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和

相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
- 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将作为**无效投标**被拒绝。
- 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将作为**无效投标**被否决。
- 1.6 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将作为**无效投标**被否决。
- 1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标将作为**无效投标**被否决。
- 1.8 采购人在任何时候发现投标人有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任并取消其中标资格。如果采购合同已经履行的，给采购人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：
 - 1.8.1 提供虚假的资料。
 - 1.8.2 与其他投标人恶意串通。
 - 1.8.3 向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或提供其他不正当利益。
 - 1.8.4 中标后不按照招标文件和其投标文件与采购人订立合同。
 - 1.8.5 对小微企业、本国产品的鼓励措施，以及节能、环保的要求
 - 1.8.5.1 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），按照本项目采购标的所属行业的划型标准（详见“投标人须知前附表”）：
- 1) 投标人所投产品为小型、微型企业制造（即货物由小型、微型企业生产且使

用该小型、微型企业商号或者注册商标）或投标人所投的服务由小型、微型企业承接（即提供服务的人员为小型、微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员），其投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2) 对于投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，对其投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合条件的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。（本项目是否允许联合体投标和分包，详见“投标人须知前附表” 2.3）

3) 投标人对其提供的《中小企业声明函》内容真实性负责，如提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

1.8.5.2 评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否享受小微企业优惠政策。《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.8.5.3 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，投标人符合政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业，其投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函真实性负责，如提供声明函内容不真实的，应承担相应的法律责任。如中标人为残疾人福利性单位，其在投标文件中提供的《残疾人福利性单位声明函》将在中标公告中同时公告，接受社会监督。

1.8.5.4 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，投标人符合政府采购支持政策的监狱、戒毒企业条件且提供《监狱、戒毒企业声明函》的，视同为小型和微型企业，其投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应对提交的监狱、戒毒企业声明函真实性负责，如提供声明函内容不真实的，应承担相应的法律责

任。如中标人为监狱、戒毒企业，其在投标文件中提供的《监狱、戒毒企业声明函》将在中标公告中同时公告，接受社会监督。

1.8.5.5 根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，投标人所提供的货物符合本国产品标准且提供《关于符合本国产品标准的声明函》的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应对提交的关于符合本国产品标准的声明函真实性负责，如提供声明函内容不真实的，应承担相应的法律责任。如提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

1.8.5.6 关于节能、环保的政策要求

投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。如招标人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

注：如国家及有关部门对相关政策有所调整的，应以国家及有关部门现行规定为准。

1.9 凡为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.10 凡法律或财务上不能独立合法经营，或在法律、财务上不能独立于本项目采购人、采购代理机构的任何机构，不得参加投标

2. 资金来源

2.1 本项目招标公告所述的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将作为无效投标被否决。

3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如

何，采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

4. 适用法律

本次招标属货物类政府采购，采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5. 招标文件构成

- 5.1 要求提供服务的内容及详细需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请书投标人须知

第二章 投标人须知资料表投标文件格式

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 服务内容及需求

第六章 评标方法和标准

第七章 投标文件格式

- 5.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其**投标被拒绝**。

6. 招标文件的澄清

为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将发布澄清公告，澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

- 7.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。采购代理机构将发布修改公告，修改内容为招标文件的组成部分。
- 7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，需及时向采购代理机构回函确认。
- 7.3 为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人有权决定是否延长投标截止期。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件其中一包或几包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为**无效投标**被否决。
- 8.2 无论招标文件第六章服务内容及需求中是否要求，投标人所投提供服务均应符合国家强制性标准。
- 8.3 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件构成

- 9.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表（见投标文件格式一）
- 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件
- 3、法定代表人（或负责人）身份证明及法定代表人授权书（投标文件格式二，自然人投标的无需提供）
- 4、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

- 5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
- 6、符合投标人须知资料表要求依法缴纳税收和社会保障资金的记录
- 7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

第二部分 商务及响应文件

- 1、投标书（投标文件格式六）
- 2、投标分项报价表（投标文件格式七）
- 3、商务条款偏离表（投标文件格式八）
- 4、缴纳中标服务费承诺书（投标文件格式九）

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

- 5-1《投标人企业类型声明函》（投标文件格式十）
- 5-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十一）
- 6、投标人商务符合性承诺函（投标文件格式十二）
- 7、投标人关联单位的说明
- 8、投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有响应文件

9.2 投标人按 9.1 条将投标文件分为二部分单独成册，分别密封递交。投标人应承担装订失误产生任何后果。

9.3 投标人提供的所有资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

9.4 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国

国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务需求主体部分的赠与行为，将导致其**投标被拒绝**。

- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标服务的分项报价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是**无效投标**而被拒绝。
- 11.4 每项服务内容只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 投标保证金

- 12.1 投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

- 12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

- （1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
- （2）中标人不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
- （3）中标人不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
- （4）中标人不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费；
- （5）存在的串通投标情形的；
- （6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的。

- 12.3 投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：电汇、支票，以及投标人须知资料表中可接受的其他形式

外埠：电汇，以及投标人须知资料表中可接受的其他形式

政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的投标担保函正本。

- 12.4 投标人没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条规定提交投标保证金的，将被视为**无效投标**被拒绝。

采用电汇形式提交投标保证金的，一般可以实时入账。采用支票形式

的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

- 12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 12.6 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。

未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

政府采购投标信用担保函正本不予退回。

13. 投标有效期

- 13.1 投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，将被视为**无效投标**被拒绝。

- 13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署及规定

- 14.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单

位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 14.3 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被视为**无效投标**被拒绝。
- 14.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章后才有效。
- 14.5 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。
- 14.6 签字或盖章包括（签字、人名章、手签章等形式）

四 投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及响应文件”字样。
- 15.2 投标文件封皮正面标明“正本”或“副本”字样。
- 15.3 所有包装封皮和信封上均应：
 - （1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（投标人须知资料表中规定开标时间）之前不得启封”的字样。
 - （2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人（或其授权代表）签字。
- 15.4 如果投标人未按上述要求密封，或者资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将作为**无效投标**被否决。

16. 投标截止期

- 16.1 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间前，派人将投标文件递交到招标公告或投标邀请书中规定的地址。

- 16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件，延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
- 16.3 采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后送达的任何投标文件。
- 17. 投标文件的接收、修改与撤回**
- 17.1 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具签收回执。
- 投标人不足 3 家的，不得开标。
- 17.2 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受，并视为投标文件的组成部分。
- 17.3 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。
- 17.4 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。
- 17.5 从投标截止期至投标人在投标书中承诺的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知第 12 条规定予以没收。

五 开标及评标

- 18. 开标**
- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
- 18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封、宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
- 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
- 18.3 开标活动中不得以任何理由拒绝已接收的投标。
- 18.4 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标

人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。
- 19.2 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，由评标委员会负责评标工作。

20. 投标文件的符合性检查与澄清

- 20.1 符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
- 20.2 投标文件的澄清
- 20.2.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方
式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 20.2.2 澄清文件将作为投标文件的一部分。
- 20.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
 - （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
 - （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，将被视为**无效投标**被拒绝。
- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- 20.3 投标人为满足服务需求而使用的产品，如被列入财政部与国家主管部门

颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录或为政府强制采购的节能产品的，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第七章评标方法和标准。

20.4 采购人或采购代理机构将在开标前一个工作日至投标截止后一小时期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为**无效投标**被拒绝。

20.4.1 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被作为无效投标被拒绝。

20.4.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准，在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

21. 投标偏离

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22. 无效投标

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于**无效投标**被拒绝。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为**无效投标**被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实

质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被作为**无效投标**被拒绝：

- (1) 未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
- (4) 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标妨碍其他投标人竞争行为，损害采购人或者其他投标人合法权益的；
- (5) 属于招标文件规定的其他无效投标情形；
- (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性检查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第七章：

- (1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
- (2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- (3) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，详见招标文件第二章《投标人须知资料表》，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

23.3 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管

理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。符合本要求的提供《中小企业声明函》。

23.4 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

23.5 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

23.6 节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购（节能产品、环境标志产品认证证书复印件须加盖公章）。

23.7 根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，投标人所提供的货物符合本国产品标准且提供《关于符合本国产品标准的声明函》的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应对提交的关于符合本国产品标准的声明函真实性负责，如提供声明函内容不真实的，应承担相应的法律责任。如提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、

成交，应承担相应的法律责任。符合本要求的提供《国产品标准的声明函》。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的**所有投标被拒绝**：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密原则

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
- 25.3 投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其**投标被拒绝**，并承担相应的法律责任。

六 确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，确定实质上响应招标文件按下列条件之一对投标人进行排序。

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列（详见第七章）。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的并列（详见第七章）。

27. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中

标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28. 采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29. 中标通知书和中标结果通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

29.3 中标结果通知书和中标通知书同时发出。中标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的**中标无效**情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新招标。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照投标人须知资料表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，中标人除 31.1 规定的情形外，也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

31.3 如果中标人没有按照上述第 30 条或 31.1 条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32. 中标服务费

32.1 中标人须按照投标须知资料表中的规定，向中招国际招标有限公司支付

中标服务费。

32.2 中标服务费的支付形式包括：支票和电汇。

32.3 中标服务费的支付时间：中标人在领取中标通知书的同时支付。

33. 廉洁自律规定

33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

33.3 为强化内部监督机制，采购代理机构已在公司网站上公布监督电话和信箱，投标人可反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

34. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35. 质疑与接收

35.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

35.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：中招国际招标有限公司招标业务部

联系电话：010-62108194

通讯地址：北京市海淀区学院南路 62 号 609A 室

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致：（买方名称）

_____号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于_____年_____月_____日就项目（以下简称项目）项下提供（服务名称）（以下简称服务）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的_____%，并以此约定如下：

- 1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
- 2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
- 3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
- 4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式
（如采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称投标人）于____年__月__日签订编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在____年

月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人不能履行合同约定义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第四章 合同格式

国家粮食和物资储备局科学研究院
2026 年全谷物原配料及制品营养安全评价和
高效利用项目政府采购合同
(招标编号：_____ 第 __包)

甲 方：国家粮食和物资储备局科学研究院

乙 方：

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

经营代码：

签署日期：2026 年 月 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：国家粮食和物资储备局科学研究院（采购人）

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：国家粮食和物资储备局科学研究院 2026 年全谷物原配料及制品
营养安全评价和高效利用项目

招标代理机构名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

序号	货物名称	数量	规格型号	原产地和制造商名称	单价(元)	总价(元)	交货期和地点
1							用户指定日期和地点
2							
3							
4							
5							
6							
...	...	...	...	...	...	...	
总计			(大写)： (小写)：				

2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：见合同专用条款中第九条

3. 合同履行

（1）起始日期：____年__月__日

（2）履约地点：北京

（3）履约和质量担保：见合同专用条款第四条

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：买卖双方

验收组织的其他事项：

(2) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

7. 合同份数

本合同一式 捌 份, 甲方执 肆 份, 乙方执 肆 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

合同订立地点: 北京

甲方		乙方	
单位名称 (公章或合同章)	国家粮食和物资储备局科学研究院	单位名称 (公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	
经办人		经办人	
联系电话		联系电话	
通信地址	北京市西城区百万庄大街11号	通信地址	
邮政编码	100037	邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码	12100000400001037W	统一社会信用代码	
开户名称	国家粮食和物资储备局科学研究院	开户名称	
开户银行	交通银行北京百万庄支行	开户银行	
银行账号	1100 6077 4012 0150 00329	银行账号	

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切品目，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “伴随服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务类似的服务。

1.5 “买方”、“甲方”或“采购人”系指与中标供应商签署供货合同的单位（含最终用户），本合同买方是指：国家粮食和物资储备局科学研究院。

1.6 “卖方”、“乙方”或“供应商”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。本合同卖方是指：

1.7 “项目现场”系指合同约定货物将要运至和安装、调试的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9 “天”指日历日。

2. 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 原产地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国 / 地区”）。

3.2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认与元部件有着实质性区别的产品。

3.3 货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

4. 标准

4.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 合同文件和资料的使用

5.1 没有对方事先书面同意，另一方不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何

合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有对方事先书面同意，除了履行本合同之外，另一方不应使用合同条款第 5.1 条所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身以外，合同条款第 5.1 条所列举的任何文件是买方 / 卖方的财产。如果对方有要求，另一方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给对方。

6. 知识产权

6.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6.2 任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6.3 因履行本合同所产生的任何数据、技术成果、分析报告、软件等知识产权，均归甲方所有。乙方有义务提供必要协助，帮助甲方获取并行使前述知识产权。

7. 履约保函、质量保函

7.1 卖方应在与买方签订合同后十个工作日内，向买方提交合同专用条款中所规定金额的保函。

7.2 履约保函及质量保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

7.3 履约保证金采用本合同货币，并以银行保函、转帐支票或电汇形式提交。

7.4 履约保证金的有效期到全部货物验收合格后 30 日。与履约保证金有关的一切费用由卖方承担。

8. 交货期及相应的安装、调试、验收

8.1 交货期：具体货物交货期以附件中交货时间为准。

8.2 卖方应与服务及相应货物安装、调试单位相配合，到现场解决在安装、调试中货物存在的异态和缺陷，参加货物 / 服务的验收和投产试验。

8.3 对于进口仪器，卖方应提供以下单据作为买方验收依据：

- a) 商业发票正本一份；
- b) 装箱单：注明合同号、唛头等正本一份；
- c) 制造厂商/卖方出具的货物的质保证书和原产地证明书正本一份；

对于国产仪器，卖方应提供以下单据作为买方验收依据：

- a) 合同金额 100% 的财务收据或资金往来发票；
- b) 装箱单正本一份；
- c) 制造厂商/卖方出具的货物的质保证书和原产地证明书正本一份；

8.4 买方有权对成交合同货物 / 服务按国家规定进行质量抽查验收，并签字确认。买

方确认测试验收成功完成之后，买方应与卖方共同签署验收报告，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

8.5 无论买方或代表是否参加了出厂检验，也无论是否签了检验报告，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

9. 技术资料

9.1 卖方应按招标文件《货物 / 服务需求一览表及技术规格》的相应要求向买方提交技术资料。

10. 检验和测试

10.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

10.2 卖方应在货物到达现场 10 天前，向买方提供详细的货物供货清单，由买方确认。在买方确认无误后，卖方应负责将货物运抵买方现场。货物运达买方现场后由买方和卖方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，卖方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交买方并签署收货证明后，一周内，卖方、买方共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求，买方有权向卖方提出索赔。货物进行验收，有关方面签字的验收合格证书作为付款依据。

10.3 卖方有义务负责安装货物并解决有关问题，货物安装调试完毕，买方进行最终验收。

10.4 买方在验收中，制作验收备忘录，如果发现产品达不到验收标准或有与合同规定不符的情形，可向卖方提出书面异议，不签发验收单。卖方在接到买方书面异议后，应在 5 日内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。

10.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

10.6 买方检验合格后仅表示对该批产品的数量和表面质量的认可，卖方并不因此减免其质量保证责任。

11. 包装

11.1 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

11.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。包装物由卖方提供，包装物不回收。

12. 装运标记及通知

12.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

- 1) 收货人
- 2) 合同号
- 3) 发货标记
- 4) 收货人编号
- 5) 目的地
- 6) 货物名称、品目号和箱号
- 7) 毛重/净重（用公斤表示）
- 8) 尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

12.2 如果单件包装箱的重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

12.3 卖方应在货物到达现场 10 天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。如果是因为卖方没有及时通知买方，由此而造成的全部损失由卖方承担。

13. 运输和保险

13.1 卖方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

13.2 卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同货物价格 110% 的运输一切险。

14. 伴随服务

14.1 买方有权要求卖方提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同专用条款与技术规格中规定的附加服务（如果有的话）：

- 1) 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；
- 2) 提供货物组装和/或维修所需的工具；
- 3) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
- 4) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

14.2 如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

14.3 卖方应提供合同条款资料表 / 技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

14.4 若设备本身及相关部件涉及特种设备，卖方应按照国家法规要求配合买方完成备案审批等工作。

15. 备品备件

15.1 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1) 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2) 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3) 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

15.2 卖方应按照国家法规要求提供所需的备品备件。

16. 保证

16.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

16.2 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果 14 天内没有弥补缺陷，买方可采取补救措施。

16.3 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

16.4 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及本合同相关条款的约定提供售后服务。货物的保修服务方式均为卖方上门保修，由卖方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由卖方承担。

17. 付款

17.1 见“合同专用条款中付款方法和条件”。

18. 索赔

18.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，而买方在合同条款第 16 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照国家法规要求提供所需的备品备件。

方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和
保护退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低
货物的价格。

3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的
部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方蒙受的全部直接损失费用。
同时，卖方应按合同条款第 16 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

18.2 如果在买方发出索赔通知后 30 日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方
接受。

如卖方未能在买方发出索赔通知后 30 日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的
上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从履约保函/质保金中扣回索赔金额。如果
这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

19. 价格

19.1 卖方在本项目的合同价格包括提交货物和履行服务等总和。

20. 变更指令

20.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一
项或几项：

- 1) 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；
- 2) 运输或包装的方法；
- 3) 交货地点；
- 4) 卖方提供的服务。

20.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交
货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在
收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

21. 合同修改

21.1 除了合同条款第 20 条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方
同意并签订书面的合同修改书。

22. 转让

22.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

23. 分包

23.1 未经买方书面同意，卖方不得将合同项下的全部或部分义务转包、转让给第三
方。即使获得分包批准，卖方仍对分包商的行为承担全部连带责任，且分包不得影响合同

主要义务的履行。

24. 卖方履约延误

24.1 卖方应按规定的时间交货和提供伴随服务。

24.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

25. 违约赔偿

25.1 除合同条款第 27 条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误 1 周（含）的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之二十（20%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可根据合同条款第 26 条的规定解除合同。

25.2 买方收到货物后，如果发现货物与合同要求有实质性不符或者验收不合格的，买方有权拒收，卖方应按逾期交货承担违约责任，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

25.3 卖方不能交货的应在约定到货时间起提前至少 30 日书面通知买方（逾期通知的卖方仍按 25.1 条约定承担违约责任），同时应当在通知发出之日起 5 日内应当退还全部货款并向买方支付合同总价款 5% 的违约金。

25.4 卖方未按本合同及相关文件的规定提供伴随服务/售后服务的，每违反一次应按合同总价款的 0.5% 向买方支付违约金。

25.5 违约金或者赔偿费用（包括但不限于律师费、诉讼费等经济损失）可以在履约保证金或者未支付的货款中扣除。

25.6 其它违约行为按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

26. 违约终止合同

26.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

1) 如果卖方未能在合同规定的期限内提供部分或全部货物；

2) 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中由腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利

益的行为。

26.2 如果买方根据上述第 26.1 条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

27. 不可抗力

27.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震、瘟疫、流行病等。

27.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等方式通知对方，并于事件发生后 14 日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

28. 因破产而终止合同

28.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

29. 因买方的便利而终止合同

29.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

29.2 对卖方在收到终止通知后 30 日内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

- 1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
- 2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

30. 争端的解决

30.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应优先通过友好协商解决。

30.2 双方经协商 60 天内未能达成一致的，应当由甲方所在地（北京市西城区）符合级别管辖规定的人民法院诉讼管辖。

30.3 除另有约定外，诉讼费用应由败诉方负担。

30.4 在诉讼期间，除合同中涉及诉讼的部分外，合同其它不存争议的部分应继续执行。

31. 合同语言

31.1 除非双方另有约定, 本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文, 两种文字具有同等法律效力。除非双方另有约定, 当中文和英文不一致时, 以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

32. 适用法律

32.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

33. 通知

33.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址, 而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址, 送达时间以下列规定为准:

- 1) 专人递送之日视为送达之日;
- 2) 按约定地址快递的, 快递发出后第三日即视为送达, 无论对方是否签收;
- 3) 电子邮件以发出当天后的第一个工作日视为送达之日。

买方联系人: 电子邮箱:

卖方联系人: 电子邮箱:

33.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期, 两者中以晚的一个日期为准。

33.3 任何一方地址、负责人、联系方式、银行账号等的变更均应自变更之日起 10 日内书面通知对方, 否则, 变更方应当承担不利后果, 并赔偿给对方造成的损失。

34. 税款

34.1 按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定, 应由买方缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

34.2 如果本合同是授予中国境内的卖方, 则中国政府根据现行税法对应由中国境内的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该境内卖方负担。如果合同是授予中国境外的卖方, 则中国政府根据现行税法规定和合同条款资料表中所述的协议(如果有此协议的话)对境外卖方征收的与实施本合同有关的一切税费均应由外国卖方负担。

34.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

35. 计量单位

35.1 除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

36. 合同生效及其他

36.1 本合同应在双方签字盖章后生效。本合同一式捌份, 买方肆份, 卖方肆份, 具有同等法律效力。

36.2 如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证, 卖方应负责办理出口许可证, 费用自理。

36.3 合同生效后的十年内, 对于买方的系统改造或扩容或扩大工程实施范围或建设新的工程项目, 卖方保证在新提供设备的规格、性能、技术指标不变的前提下, 以不高于

本合同所提供设备的单价与买方签订供货合同。同时，卖方有义务免费协助买方完成系统的设计方案。

36.4 卖方对完整性承诺

卖方承诺：本合同所提供的全部货物 / 服务能够正常工作，并能达到技术规范书所规定的各项技术指标。如果因为卖方没有事先说明，买方又对卖方所提供的货物的必备工作条件不了解，而导致不能正常工作，卖方承诺由此而造成买方设备的延误开通承担完全的责任。

第三节 合同专用条款

序号	内容
1	买方名称：国家粮食和物资储备局科学研究院 买方地址：北京市西城区百万庄大街 11 号
2	卖方名称： 公司地址：
3	交货地点：买方指定地点（包括上楼进指定房间指定位置）。 交货期：进口仪器合同签订后九十个工作日，国产设备合同签订后六十个工作日内。其中*****交货期为
4	质量保函/保证金金额：双方签订合同后十个工作日内，卖方以银行保函形式向买方提供合同金额百分之十（（大写）人民币_____元整。（小写）¥¥_____元）的质量保函，有效期不少于 36 个月。 履约保函/保证金金额：双方签订合同后十个工作日内，卖方以银行保函的形式向买方提供合同金额百分之三十（人民币_____元整。（小写）¥_____元）的履约保函，有效期不少于 9 个月。
5	应提供的伴随服务： 应提供的伴随服务：以招标文件第四章相应技术需求中内容为准，且 1、卖方应在货物发出 15 天前以邮件等形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。 2、卖方负责货物的运输，无偿提供在现场的指导安装、调试、技术培训。 3、合同签订 90 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。 4、自验收合格之日算起，货物实行“三包”质保期 36 个月，（详见招标文件第四章技术需求相应内容）。质保期内出现问题，卖方提供免费上门维修服务和免费予以更换，并进行终身维护。（其中*****）
6	备品备件要求（以招标文件第四章相应技术需求中内容为准）： 1、维持货物正常运行 36 个月必需的附件和零配件。

序号	内容
	2、卖方应在投标文件中提供货物质保期所需的按出厂标准供应的备品备件清单，该备品备件应随机附带，但备品备件的市场单价必须在投标文件中报明，供买方在需要另购时参考。
7	包装、运输要求：（以招标文件第四章相应品目技术需求中内容为准）： 包装：表面应有产品标志，包括制造厂名、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号 包装箱上应有“精密仪器”、“小心轻放”和防雨等标记。 运输要求：卖方负责运输，运费、装卸费、保险费已包括在合同总价内。
8	质量保证期：以买方验收合格出具验收单当天为起始日 36 个月内卖方负责提供免费售后及保修服务。（以招标文件第四章相应技术需求中内容为准） 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷等，买方应尽快以书面形式通知卖方，卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果卖方在收到通知后 14 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。除不可抗力外，如果卖方最终仍未按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 20%。若产品验收不合格，卖方需按相关程序为买方重新购置合格产品；无法重新提供合格产品者，需赔偿该货物的全部货款及承担违约相关损失。未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》等相关国家、地方法律、法规、文件等规定协商处理。
9	付款方法和条件： （1）合同签订后卖方向买方出具有效期不少于质保期时长的质量保函（合同金额的 10%（大写）人民币 _____ 元整。（小写）¥ _____ 元）和有效期不少于 * 个月的履约保函（合同金额的 30%，（大写）人民币 _____ 元整。（小写）¥ _____ 元）后，买方向卖方支付合同金额 50%（即（大写）人民币 _____ 元整。（小写）¥ _____ 元）； （2）设备全部到货安装验收，卖方提供合法有效且与合同各品目一致的增值税普通发票，支付合同金额 50%（即（大写）人民币 _____ 元整。（小写）

序号	内容
	¥_____元) (3) 设备到货验收合格后买方向卖方退还履约保函 (30%合同款 (大写) 人民币元整。(小写) ¥_____元), 质保期满后返还给卖方质量保函 (10%合同款 (大写) 人民币 _____元整。(小写) ¥_____元)。 (4) 卖方理解并认可, 如因财政资金管理限制的原因而导致甲方暂时不能按照合同约定的期限支付, 合同款项的支付时间可相应顺延而不视为甲方违约, 甲方亦无需承担延期的利息、资金占用费等费用。

四、附件

附件 1：中标通知书

附件 2：货物说明一览表——分项报价表

序号	名称	品牌	型号	制造商名称	原产地	数量	单价	总价	交货期	交货地点
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		总价：大写： 小写：								

附件 3：货物说明一览表——货物技术规格、参数与要求

招标文件技术需求条目编号及所要求内容	投标文件应答内容	*号和#号（如有）指标技术证明文件对应页码	偏离说明（无偏离，正/负 偏离及偏离情况）

附件 4：配置清单（货物整体的配置清单与招标文件为基准进行相互补充）

货物名称	制造商名称	主要规格	配置

附件 5：售后服务承诺书

售后服务方案及承诺

第五章 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表（见投标文件格式一）
- 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件
- 3、法定代表人身份证明及法定代表人授权书（投标文件格式二，自然人投标的无需提供）
- 4、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
- 5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
- 6、符合投标人须知资料表要求依法缴纳税收和社会保障资金的记录
- 7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
- 9、投标人所投产品为进口产品提供以下证明文件，制造厂家的授权书。

1 开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：

招标编号：

报价单位：人民币元

项目名称	投标总价	交货期	交货地点	投标保证金	备注
	大写： 小写：				

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或签章）_____

注：

- 1、此表应按投标人须知的规定装订密封。
- 2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表（投标文件格式七）的总价相一致。

2 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3 法定代表人身份证明及法定代表人授权书（投标文件格式二，自然人投标的
无需提供）

3-1 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：

姓 名：_____ 性 别：

年 龄：_____ 职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

3-2 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

法定代表人：（签字或签章）

被授权人：（签字或签章）

投标人名称：（盖章）

日期：____年____月____日

附：被授权人身份证（复印件）

4 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度（指 2024 年度）财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。

说明：

- 1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
- 2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。
- 3、银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
- 4、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

6 依法缴纳税收和社会保障资金的记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.按照招标文件的规定加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

8 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

9 投标人所投产品为进口产品提供以下证明文件，制造厂家的授权书

制造商资格声明（参考格式，仅当招标文件要求必须提供产品制造厂家
授权文件时须提供）

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

2、（1）关于制造投标货物及服务的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
--------	-------	-------	------

--	--	--	--

--	--	--	--

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址：

主要零部件名称_____

3、制造厂家生产此投标货物及服务的历史(年数)：

4、易损件供应商的名称和地址：

部件名称 供应商

5、其他情况：_____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，

我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年_____月_____日

制造商名称：_____

投标人授权代表(签字)：_____

电话号：_____

制造商（盖章）：_____

传真号：_____

制造厂家的授权书（参考格式，仅当招标文件要求必须提供产品制造厂家授权文件时须提供）

致：采购人或采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- （1）代表我方办理贵方第（项目编号）号招标公告要求提供的由我方制造的（设备名称及型号）的货物及服务的有关事宜，并对我方具有约束力。
- （2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
- （3）我方兹授予（代理商名称）作为我方的被授权人，全权办理和履行上述我方为完成本项目所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
- （4）我方于 年 月 日签署本文件。

制造商名称（盖章）_____

签字人职务和部门_____

签字人姓名_____

签字人（签字）_____

第二部分 商务及响应文件

- 1、投标书（投标文件格式六）
- 2、投标分项报价表（投标文件格式七）
- 3、偏离表（投标文件格式八）
- 4、缴纳中标服务费承诺书（投标文件格式九）
- 5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交
 - 5-1《投标人企业类型声明函》（投标文件格式十）
 - 5-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十一）
 - 5-3 残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）
 - 5-4 关于符合本国产品标准的声明函（投标文件格式十三）
- 6、投标人商务符合性承诺函（投标文件格式十四）
- 7、投标人关联单位的说明
- 8、投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有响应文件

1 投标书（投标文件格式六）

致：中招国际招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本____份、副本份及电子文档____份：

(1) 投标分项报价表

(2) 商务条款偏离表

(3) 资格证明文件

(4) 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

(5) 以_____形式出具的金额为人民币_____元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

① 附投标价格表中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业提供服务金额为_____（用文字和数字表示），占投标总价____%。

② 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

③ 投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

④ 本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日。

⑤ 在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

⑥ 根据投标人须知第 1 条规定，我方承诺，我方不是为本项目提供整体

设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

⑦投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

⑧联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间_____（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

⑨与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真

电话_____ 电子函件

法定代表人或被授权人：（签字或签章）_____

投标人名称（全称）-----

投标人开户银行（全称）_____

投标人银行帐号_____

投标人公章-----

日期-----

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项 目 名 称 :

招标编号: 报价单位: 人民币元

序号	名称	品牌	型号	制造商名称	原产地	数量	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输（含保险）								
5	安装、调试、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8	其他伴随的服务和工程								
总价：大写： 小写：									

法定代表人或被授权人：（签字或签章）_____

投标人(盖章):_____

注:1.如果投标人认为需要,每种货物填写一份本表。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。
5. 如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3 偏离表（投标文件格式八）

3-1 合同条款偏离表（投标文件格式八）

3-1合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。）					

注：

“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

3-2 技术参数偏离表（投标文件格式八）

技术参数偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号或页码	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目技术参数条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对招标文件中的所有商务、技术要求，符合性评审时均视作投标人已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 投标无效 ；对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表列明的偏离外，符合性评审时均视作投标人已对之理解和响应。）					

注：

- 1. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。
- 2. 投标人应依据招标文件第四章评标标准相关要求在上表中逐条进行技术响应性应答，是否逐条应答不作为符合性审查投标无效项，仅作为技术部分评分项。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

4 中标服务费承诺书（投标文件格式九）

致：中招国际招标有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获得中标资格（招标文件编号：_____），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：_____

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

电传：_____ 邮编：_____

法定代表人或被授权人：（签字或签章）_____

-

承诺日期：_____

5 符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

5-1 中小企业声明函（投标文件格式十）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：请在本表中填写前附表中写明的中小企业行业类别。

注3：制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

5-2 残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十一）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）☐ （制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）☐ （制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）☐ （制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

5-3 残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

投标人所提供的货物符合招标文件第二章投标人须知第 25.3 条规定的本国产品标准的，需按以下格式如实填写本声明函)

5-4 关于符合本国产品标准的声明函（投标文件格式十三）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. (产品名称)¹，生产厂为(厂名)²，厂址为(生产厂址)。(产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(产品名称 1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (产品名称 2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日

¹ 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
² 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
³ 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
⁴ 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
⁵ 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6 投标人商务符合性承诺函（投标文件格式十四）

我公司在此郑重承诺：投标过程中不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策行为。

投标人名称（盖章）：

日 期：

7 投标人关联单位的说明

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

8 投标文件还应包括投标人须知第10条的所有响应文件

9 评审所需要的商务、技术文件

9-1类似业绩

序号	项目名称/服务内容	合同签订时间	服务单位	联系人及电话	履约情况

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或签章）_____

日期：

注：投标文件应提供合同复印件加盖公章，合同复印件应至少包括合同或协议首页、时间页、服务内容页、签字盖章页，复印件作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的，投标人提供的业绩将不予认可。

9-2服务方案

格式自拟。

10 其他补充资料

投标人可根据评审因素提供补充资料。

第六章 技术参数

*不满足废标项，#为重点项目，其余技术参数均为一般项。

需提供证明文件包括但不限于：产品彩页或检测报告，（根据品目 01：短波红外光斑光谱关联成像系统 3.6.2、3.6.3 要求，需提供软件功能模块截图并提供某一种样品自动荧光图像渲染结果彩图，并加盖公章。根据品目 02：太赫兹时域光谱仪 3.2.6.2 要求，需提供激光干涉仪或千分表测量数据，并加盖公章。根据品目 05：粮食油料不完善粒分析仪 3.1.2 要求，需提供包括准确度、重复性和台间差等参数的验证报告，并加盖公章。），不提供视为未响应。

品目 01：短波红外光斑光谱关联成像系统 数量：1 台

一、技术需求部分

1. 用途

主要用于粮食产后储运加工环节关键品质快速无损检测，通过构建样品光谱和图谱数据与关键品质指标的智能算法模型，实现粮食蛋白、脂肪、微量元素、病变元素、感染菌种及毒素等指标快速无损检测及分布可视化表示与分析。

2. 工作条件

2.1 工作电压：220±10%V，50Hz；

2.2 温度：16～28℃；

2.3 湿度：20～80%，无冷凝；

2.4 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

3. 技术指标

3.1 短波红外成像传感器

3.1.1 整体光路含成像传感器、分光模组、扩束镜、成像镜头光谱范围：900-1700 nm；

3.1.2 分光模组类型：透射式光栅分光；

3.1.3 分光模组实际光谱分辨率（30 微米狭缝宽度）： $\leq 4 \text{ nm}$ ；

3.1.4 镜头接口：标准 C 接口；

*3.1.5 短波红外成像传感器实际物理像素（不允许另做差分计算）： $\geq 640*1200$ ；

- 3.1.6 整体数据采样速度： $\geq 80\text{FC/S}$ ；
- 3.2 高通量双光通道传像光纤束成像系统
- 3.2.1 高通量双光通道传像光纤束成像系统响应范围：400–2800nm；
- 3.2.2 高通量双光通道传像光纤束成像系统响应范围通道数：4 通道，其中包括：透射通道 2 个，反射通道 2 个；
- 3.2.3 高通量双光通道传像光纤束成像系统总长度： $\geq 1000\text{mm}$ ；
- 3.2.4 高通量双光通道传像光纤束成像系统最高工作温度： $\geq 180^{\circ}\text{C}$ ；
- 3.3 红外光斑光源模组
- 3.3.1 红外光斑光源光谱范围：400–2800 nm；
- #3.3.2 红外光斑光源模式：同时具备线形发射、小光斑点发射、面形发射三种模式；
- #3.3.3 红外光斑光源光功率： $\geq 150\text{W} \times 6$ 或总光功率 $\geq 900\text{W}$ ；
- 3.4 校正参考白板
- 3.4.1 参考白板尺寸：400x40x10 mm， $\pm 1\text{mm}$ ；
- 3.4.2 参考白板实际漫反射真实反射率： $\geq 98\%$ ；
- 3.5 短波红外光谱成像数据自动化采集试验箱
- 3.5.1 样品机械扫描位移平台扫描范围：0–400mm；
- 3.5.2 机械扫描位移平台实际位移精度： $\leq 0.01\text{mm}$ ；
- *3.5.3 光谱成像数据一体化自动畸变校正精度： $\geq 99.5\%$ 。
- *3.5.4 自动化采集试验箱具备温度监测预警功能：实时显示短波红外成像传感器实际制冷温度，范围 0–100 $^{\circ}\text{C}$ ，具备控制阀成像传感器不达到制冷温度不开放采集功能。
- 3.6 数据采集与分析软件
- 3.6.1 分析软件配备图像像元响应波段自动标定功能：在每个像元上可实时显示该空间位置的光斑吸收反射信息；
- #3.6.2 荧光图像自动着色功能：根据采集样品的光斑光谱吸收数据特征自动实时识别荧光部分并进行自动荧光图像渲染无需二次分析（提供软件功能模块截图并提供某一种样品自动荧光图像渲染结果彩图）；
- #3.6.3 实时采集数据分析功能：实时各向空间位置数据分析与伪彩色物质元素标定功能（提供软件功能模块截图并提供某一种样品自动荧光图像渲染结果彩图）；

图)。

3.7 数据采样工作站

CPU: $\geq$ i5 处理器; 内存: $\geq$ 16G; 固态硬盘: $\geq$ 1T; 显示器尺寸: $\geq$ 27 英寸。

4. 配置清单

4.1 短波红外成像主机 (含分光模组、成像镜头等): 1 套;

4.2 高通量双光通道传像光纤束成像系统: 1 套;

4.3 红外光斑光源模组: 1 套;

4.4 参考白板: 1 个;

4.5 光谱成像数据自动化采集试验箱: 1 套;

4.6 数据采集与分析软件: 1 套;

4.7 数据采样工作站: 1 台;

4.8 光路调节工具包: 1 套;

二、技术服务部分

5. 技术服务

5.1 安装、调试及培训

5.1.1 在货物到达使用现场后, 卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场, 在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物, 组织安装、调试, 直至设备正常运行, 并承担因此发生的一切费用;

5.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训, 培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等, 直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止;

5.2 验收及验收标准

5.2.1 买方提供验收标准, 卖方参照验收标准配合买方共同验收;

5.2.2 设备验收合格后, 出具验收报告, 买卖双方在验收文件上签字生效;

5.3 维修及技术服务

5.3.1 自验收合格签字之日起, 设备整机质保期 3 年, 终身维修。在质保期内出现确因产品质量原因而发生的质量问题由供货方免费负责维修和更换。若非产品质量原因而发生的故障, 供货方须协助使用方进行维修;

5.3.2 接到用户故障检修通知后 24 小时内予以回复, 无法解决的由供方 48 小时内派技术人员到现场维修。

5.3.3 一年不少于一次的免费维护保养服务。

品目 02: 太赫兹时域光谱仪 数量: 1 台

一、技术需求部分

1. 用途

主要用于食品无损快速检测与质量控制, 实现对样品的快速光谱检测及成像功能。

2. 工作条件

2.1 工作电压: $220 \pm 5\%V$, 50Hz;

2.2 温度: $16.0-28.0^{\circ}\text{C}$;

2.3 湿度: 20%-80%, 无冷凝;

2.4 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

3. 技术指标

3.1 系统整体技术要求

*3.1.1 频带宽度: $0.1-4.5\text{THz}$;

3.1.2 光谱分辨率: $\leq 3.4\text{GHz}$;

3.1.3 工作模式: 反射、透射、衰减全反射、透射成像、反射成像等;

3.1.4 光纤传输: 全光纤传输;

3.1.5 最小检测厚度: $\leq 30\ \mu\text{m}$;

3.1.6 横向分辨率: $\leq 0.5\ \text{mm}$;

3.1.7 系统稳定性: 连续工作 24 小时, 频域信号的精度 $\leq \pm 10\text{GHz}$; 信噪比变化 $\leq 2\text{dB}$;

3.1.8 样品兼容性: 对颗粒和薄片进行直接测试, 对粉末状样品压片测试、对液体样品采用比色皿测试;

3.2 系统硬件配置要求

3.2.1 飞秒激光器

3.2.1.1 中心波长: $1560 \pm 20\text{nm}$;

3.2.1.2 脉宽: $\leq 100\text{fs}$;

3.2.1.3 重复频率: $\geq 80\text{MHz}$;

- 3.2.1.4 光谱宽度： $\geq 35\text{nm}$;
- 3.2.1.5 偏振消光比： $\geq 20\text{dB}$;
- 3.2.1.6 输出功率波动： $\leq 1\%$;
- 3.2.2 光纤延迟线
 - *3.2.2.1 时域延迟长度：0-300ps;
 - 3.2.2.2 扫描频率： $\geq 10\text{Hz}$;
 - 3.2.2.3 延迟精度： $\leq \pm 5\text{fs}$;
 - 3.2.2.4 工作温度：0-40℃;
- 3.2.3 可调制偏压电压模块
 - 3.2.3.1 调制频率：0-50KHz;
 - 3.2.3.2 输出电压：DC 50-100V;
 - 3.2.3.3 输入电压：DC 0-5V;
 - 3.2.3.4 信号输入接口：SMA;
- 3.2.4 太赫兹发射/接收天线
 - # 3.2.4.1 光导材料：铟镓砷（InGaAs）光电导材料;
 - 3.2.4.2 太赫兹功率： $\geq 30\text{ }\mu\text{W}$;
 - 3.2.4.3 太赫兹带宽： $\geq 5\text{THz}$;
 - 3.2.4.4 动态范围： $\geq 80\text{dB}$;
 - 3.2.4.5 光纤连接线： $\geq 1\text{m}$ ，斜面对接 FC 接头（FC/APC），熊猫型保偏光纤;
- 3.2.5 角度旋转测量模块
 - 3.2.5.1 入射/反射角角度： $25^\circ - 180^\circ$;
 - 3.2.5.2 聚焦光束直径： $\leq 1.5\text{mm}@1\text{THz}$;
 - 3.2.5.3 角度分辨率： $\leq 1^\circ$;
 - 3.2.5.4 驱动方式：电动;
- 3.2.6 二维扫描模块
 - 3.2.6.1 XY 行程： $\geq 100\text{mm}*50\text{mm}$;
 - #3.2.6.2 位移台定位精度： $\leq 10\text{ }\mu\text{m}$ ，提供激光干涉仪或千分表测量数据（提供证明材料）;
 - 3.2.6.3 位移台重复定位精度： $\leq 10\text{ }\mu\text{m}$;

3.2.6.4 最小步长： $\leq 10\text{ }\mu\text{m}$;

3.2.6.5 工作模式：连续运动，点动；

3.2.7 透镜模块

3.2.7.1 焦距： $\geq 50\text{mm}$;

3.2.7.2 光斑直径： $\leq 5\text{mm}$;

3.2.8 ATR 衰减全反射测量模块

3.2.8.1 ATR 材料：高阻硅；

3.2.8.2 表面精度： $\leq \pm 0.01\text{mm}$;

3.2.8.3 检测样品折射率： ≤ 3.2 ;

3.2.9 太赫兹样品仓

3.2.9.1 快速冲氮气/干燥气体，充气 10 分钟样品仓湿度控制在 5%以内；

3.2.10 粉末压片机及压片模具

3.2.10.1 压力范围：0-20T；

3.2.10.2 最大活塞行程： $\geq 20\text{mm}$;

3.2.10.3 加压方式：电动加压/手动加压；

3.2.10.4 压片磨具直径： $\Phi 13\text{ mm}$;

3.2.10.5 磨具腔体深度： $\geq 10\text{mm}$;

3.3 光谱工作站配置要求

3.3.1 CPU 主频 $\geq 4.0\text{GHz}$ 4 核心 8 线程，内存 $\geq 64\text{ GB}$ RAM 3200 MHz DDR4，配置 10TB 7200RPM 硬盘和 512G SSD 固态硬盘；

3.4 分析软件功能要求

3.4.1 软件预置在工作站内，具备数据采集，可视化操作，数据分析存储导出，数据处理算法包扩展，用户信息系统管理功能；

3.4.2 提供原始数据、测试数据；原始数据支持二次处理、原始数据通信接口开放；

3.4.3 具备自动控制延迟线运动、采集卡单点采集控制、软件集成激光器控制；

3.4.4 软件支持扫描样品图像进行三维构建显示；

3.4.5 提供软件终身免费升级和更新。

4. 配置清单

4.1 太赫兹时域光谱仪主机（包含：飞秒激光器，光纤延迟线，可调制偏压电

压模块，太赫兹发射/接收天线，角度旋转测量模块，二维扫描模块，透镜模块，太赫兹样品仓）：1套；

4.2 光谱工作站：1套；

4.3 光谱分析软件：1套；

4.4 太赫兹时域光谱仪所需配件（包含：ATR 衰减全反射测量模块，粉末压片机及压片模具）：1套。

二、技术服务部分

5. 技术服务

5.1 安装、调试及培训

5.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

5.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

5.2 验收及验收标准

5.2.1 买方提供验收标准，卖方参照验收标准配合买方共同验收；

5.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方验收文件上签字生效；

5.3 维修及技术服务

5.3.1 自验收合格签字之日起，设备整机质保期3年，终身维修。在质保期内出现确因产品质量原因而发生的质量问题由供货方免费负责维修和更换。若非产品质量原因而发生的故障，供货方须协助使用方进行维修；质保期外仪器维修供货方只收取成本费用。

5.3.2 接到用户故障检修通知后2小时内予以回复，无法解决的由供方24小时内派技术人员到现场维修。

5.3.3 一年不少于一次的免费维护保养服务。

品目03：多通道热循环仪 数量：1台

一、技术需求部分

1. 用途

用于高通量、多个独立任务并行的微量核酸片段指数级扩增，通过精准控温完成变性、退火、延伸循环，实现目标核酸大量复制；同时可作为高精度恒温设备用于孵育等需精准控温的实验。

2. 工作条件

2.1 工作电压：220±10%V，50Hz；

2.2 温度：15-30℃；

2.3 湿度：20%-80%，无冷凝；

2.4 工作条件及安全性要求：符合中国及国际有关标准或规定。

3. 技术指标

*3.1 具备多个独立反应模块：≥3 个反应模块，每个模块可以独立控制，设备可运行≥3 个完全独立的反应程序；

3.2 样品通量：有≥96 个反应孔；

3.3 仪器温控方式(冷却/加热技术)：半导体温控；

3.4 最大变温速率：≥5℃/sec；

3.5 温度控制范围：≥4-99℃；

#3.6 控温精度：≤±0.1℃；

#3.7 控温均一性：≤±0.2℃；

3.8 梯度温度设置范围：≥30℃；

3.9 热盖采用非固定的方式，高度可调；

3.10 具有样品防蒸发功能，当热盖温度到达设定温度时才开始 PCR 反应；

3.11 具备进行梯度递减 PCR 功能；

3.12 散热方式：前进后出风道，三槽独立散热，机器可并排放置；

3.13 噪音：≤55dB；

3.14 触摸屏：≥7 英寸,彩色液晶显示触摸屏，支持带乳胶手套操作。

4. 配置清单

4.1 主机 1 套；

4.2 电源线 1 根。

二、技术服务部分

5. 技术服务

5.1 安装、调试及培训

5.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

5.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

5.2 验收及验收标准

5.2.1 买方提供验收标准，卖方参照验收标准配合买方共同验收；

5.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方验收文件上签字生效；

5.3 维修及技术服务

5.3.1 自验收合格签字之日起，设备整机质保期 3 年，终身维修。在质保期内出现确因产品质量原因而发生的质量问题由供货方免费负责维修和更换。若非产品质量原因而发生的故障，供货方须协助使用方进行维修；质保期外仪器维修供货方只收取成本费用。

5.3.2 接到用户故障检修通知后 2 小时内予以回复，无法解决的由供方 24 小时内派技术人员到现场维修。

5.3.3 一年不少于一次的免费维护保养服务。

品目 04：全自动凝胶净化系统 数量：1 台

一、技术需求部分

1. 用途

用于净化分离含痕量、超痕量农药残留样品或含油、脂肪等复杂基质样品中的大分子保留目标小分子或收集目标大分子去除小分子杂质。

2. 工作条件

2.1 工作电压：220±10%V，50Hz；

2.2 温度：15.0-30.0℃；

2.3 湿度：20%-80%，无冷凝；

2.4 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

3. 技术指标

3.1 高压恒流输液泵

3.1.1 最大工作压力：≥40MPa，具有脉冲阻尼器，具有在线柱塞清洗装置；

3.1.2 流量范围：0.100-10.000mL/min；

3.1.3 流量精度：≤0.1%RSD（5mL/min 流速下）；

3.1.4 流量准确度：≤±1%；

3.2 可变波长紫外检测器

3.2.1 可调波长范围：190-600nm；

3.2.2 波长设定分辨率：≤1nm；

3.2.3 波长准确度：≤±0.2nm；

3.2.4 检测器控制方式：通过软件控制或本机控制；

3.3 旋转蒸发仪

3.3.1 主机转速范围：20~300r/min；

3.3.2 主机加热锅温度范围：室温~210℃，控温精度：≤±1℃；

3.3.3 真空泵抽气速率：≥18L/min；

3.3.4 真空泵极限真空度：≤20mbar；

3.3.5 冷凝器：竖直式水冷；

3.3.6 冷水机控温范围：5℃~25℃；

3.3.7 水箱容积：≥1.8L；

3.4 样品导入模块

3.4.1 进样方式：注射泵进样，进样准确度≤±0.1%；

#3.4.2 进样体积：对于≤10ml 的任意体积进样，进样设置的体积即为实际进入

凝胶色谱柱的样品体积；

3.5 净化柱：不锈钢柱 20*300mm，材料为乙酸乙酯/环己烷体系或二氯甲烷体系；

3.6 进样和收集模块

*3.6.1 具备独立的自动进样器和自动收集器，独立运行，各配有 1 套机械臂或样品传送盘和 1 个清洗工作台，对进样针和收集针的内外壁进行自动清洗；

3.6.2 具备隔垫穿刺针，上样和收集过程中密闭上样、密闭收集；

3.7 架板配置：配置 ≥ 64 位 20ml 进样架， ≥ 48 位 60ml 收集架， ≥ 6 位旋蒸瓶收集架；

#3.8 硬件控制：集成电源供电，电源开关同时控制泵、检测器、进样器、收集器以及阀系统的启动或关闭；

3.9 控制软件

3.9.1 控制功能：权限管理和数据溯源：具备权限管理和数据溯源功能，用于实验室不同级别人员仪器操作的管理。具备查看日志及生成报告功能，数据可输出到 Word 及 Excel 中进一步处理；

3.9.2 触控屏操作：显示屏尺寸 ≥ 13 英寸，运行内存 $\geq 8GB$ ，硬盘存储空间 $\geq 60GB$ ；

3.9.3 远程控制，具备工作站远程控制功能；

3.9.4 软件显示：图形化界面，实时显示色谱图；

3.10 工作站

3.10.1 基本配置：显示屏 ≥ 16 英寸，运行内存 $\geq 16GB$ ，硬盘存储空间 $\geq 512GB$ ；

4. 配置清单

4.1 高压恒流输液泵：1 套；

4.2 可变波长紫外检测器：1 套；

4.3 旋转蒸发仪（包含主机、真空泵、冷水机）：1 套；

4.4 样品导入模块（包含阀系统、缓冲管路、注射泵）：1 套；

4.5 进样和收集模块（包含自动进样器、自动收集器）：1 套；

4.6 净化柱（1 个/套）：2 套；

4.7 架板配置（包含 6 位旋蒸瓶收集架、64 位 20ml 样品架、48 位 60ml 收集架、20ml 样品瓶/盖/垫 300 个、60ml 样品瓶/盖/垫 300 个、250ml 旋蒸瓶 12 个）：

- 1 套；
- 4.8 启动包及配件（包含接头、管路、工具箱等）：1 套；
- 4.9 控制软件：1 套；
- 4.10 工作站：1 套。

二、技术服务部分

5. 技术服务

5.1 安装、调试及培训

5.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

5.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

5.2 验收及验收标准

5.2.1 买方提供验收标准，卖方参照验收标准配合买方共同验收；

5.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方验收文件上签字生效；

5.3 维修及技术服务

5.3.1 自验收合格签字之日起，设备整机质保期不少于 3 年，终身维修。在质保期内出现确因产品质量原因而发生的质量问题由供货方免费负责维修和更换。若非产品质量原因而发生的故障，供货方须协助使用方进行维修；

5.3.2 接到用户故障检修通知后 24 小时内予以回复，无法解决的由供方 72 小时内派技术人员到现场维修。

5.3.3 一年不少于一次的免费维护保养服务。

品目 05：粮食油料不完善粒分析仪 数量：1 台

一、技术需求部分

1. 用途

主要用于小麦、稻谷、玉米、大豆等粮食油料中不完善粒的检测。

2. 工作条件

2.1 工作电压：220±10%V，50Hz；

2.2 温度：-10℃～40℃；

2.3 湿度：≤80%；

2.4 工作条件及安全性：符合中国及国际有关标准或规定。

3. 技术指标

3.1 不完善粒分析模块

3.1.1 检测设备能够检测的产品及指标：

3.1.1.1 小麦的生芽粒、生霉粒、病斑粒、破碎粒、虫蚀粒、热损伤粒、千粒重；

3.1.1.2 玉米的生芽粒、破碎粒、病斑粒、生霉粒、热损伤粒、霉变粒、并肩杂质、千粒重；

3.1.1.3 稻谷的谷外糙米、糙米的病斑、生芽粒、未熟粒、并肩杂质，精米的整精米率、黄粒米和互混率、千粒重；

3.1.1.4 大豆的完整粒、未熟粒、损伤粒（虫蚀粒、病斑粒、生芽粒、涨大粒、生霉粒、冻伤粒、热损伤粒）、破损粒、并肩杂质、千粒重；

#3.1.2 该型号仪器应通过具有粮食不完善粒检验 CMA 资质的第三方检测机构按标准 LS/T6402 进行的验证，并提供验证报告，验证的参数包括准确度、重复性和台间差等；

3.1.3 支持自动进样，并通过单次进样即可实现样品籽粒不完善粒的自动识别；

3.1.4 对样品实施 360 度逐粒多方位图像采集，单个籽粒样本≥4 张图片，保证籽粒表面信息完整获取，防止表面缺陷遗漏检测；最小识别颗粒直径≤0.1mm；

*3.1.5 具备对样品的完善粒和不完善粒的分拣功能；

3.1.6 样品量范围满足稻谷、小麦样本 50g，大豆、玉米样本 100g；

3.1.7 单次小颗粒样品 50g 检测时间≤6 分钟（检测全过程包括进样、扫描、计算、打印数据等）；

3.1.8 具备称重重量自动校准功能；

3.1.9 设备内置专用控制系统，储存空间 $\geq 500\text{GB}$ ，支持外接电脑连接，通过配套软件实现双重操控模式；

3.2 分样模块

3.2.1 适用于小麦、稻谷、玉米、大豆等主要粮食油料品种，符合 GB/T 5491-2025《粮食、油料检验 扦样、分样法》标准自动分样器法的要求和 LS/T 3545 的技术要求；

3.2.2 样品处理量：单次处理原始样品量 $\geq 3000\text{g}$ ，检测时间 $\leq 5\text{min}$ ；

3.2.3 收集容器：具备密闭式样品收集容器，防止样品交叉污染；

3.2.4 控制方式可独立控制分样比例，支持与主机联动或手动操作；

3.3 除杂模块

3.3.1 适用于小麦、稻谷、玉米、大豆等主要粮食油料品种的电动筛选器，粮食一次筛理量 $\geq 1.5\text{kg}$ ，配备 12.0mm、4.5mm、3.0mm、2.0mm、1.5mm 筛网，经风选、筛选、分级等技术，将杂质与粮食分离，分别掉落在粮食接料盒和杂质接料盒；

3.3.2 可称重测得大杂、轻质杂和筛下物重量与半净粮重量；

3.3.3 自动清理：具备防残留功能，每次除杂后自动清理，避免堵塞和交叉污染；

3.3.4 筛理量 1kg 时，检测时间 $\leq 2\text{min}$ ；

3.4 工作站硬件

3.4.1 配置要求 CPU $\geq 3.0\text{GHz}$ 主频；内存 $\geq 16\text{GB}$ DDR5；存储空间 $\geq 1\text{T}$ ；

3.5 软件系统

3.5.1 图像溯源：具备原始图像存储与回放功能，每次检测结果必须关联该次样品的全部原始颗粒图像，可输出报告和可视化图表；

3.5.2 具有小麦、稻谷、玉米、大豆等主要粮食油料品种的不完善粒识别模型和样品测试结果数据库。通过单次进样即可实现样品的自动识别、分类统计与数据运算，可自动得出不完善粒总量、各子项百分含量及千粒重等关键参数，并打印输出检测结果；

3.5.3 报告格式：自动生成 Word/Excel/PDF 格式检测报告，支持 LIMS 系统数据接口；

3.5.4 模型和算法升级：免费提供国标更新后的模型和软件算法升级服务；

4. 配置清单

4.1 全自动不完善粒分析仪主机（配自动进样模块）：1 套；

4.2 自动分样模块：2 套；

4.3 自动除杂模块（包含 12.0mm、4.5mm、3.0mm、2.0mm、1.5mm 筛网，配备杂质和粮食接料盒）：1 套；

4.4 工作站：1 套；

4.5 不完善粒分析软件（预装于工作站）：1 套。

二、技术服务部分

5. 技术服务

5.1 安装、调试及培训

5.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

5.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

5.2 验收及验收标准

5.2.1 买方提供验收标准，卖方参照验收标准配合买方共同验收；

5.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效；

5.3 维修及技术服务

5.3.1 自验收合格签字之日起，设备整机（不包含耗材）质保期不少于 3 年，终身维修。在质保期内出现确因产品质量原因而发生的质量问题由供货方免费负责维修和更换。若非产品质量原因而发生的故障，供货方须协助使用方进行维修；

5.3.2 接到用户故障检修通知后 24 小时内予以回复，无法解决的由供方 72 小时内派技术人员到现场维修；

5.3.3 提供算法及软件免费升级服务。

5.3.4 一年不少于一次的免费维护保养服务。

品目 06: 蛋白纯化系统 数量: 1 台

一、技术需求部分

1. 用途

主要用于各种蛋白质、小肽、多糖、寡糖、类脂、噬菌体、病毒、脂质体、分泌体等的分离纯化及功能（活性）分析。

2. 工作条件

2.1 工作电压: $220 \pm 10\%V$;

2.2 温度: $10^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$;

2.3 湿度: 40-80%RH;

2.4 工作条件及安全性: 符合中国及国际有关标准或规定。

3. 技术指标

3.1 主机系统

3.1.1 系统泵

#3.1.1.1 规格: 双泵四泵头; 泵头材质: 钛合金; 柱塞杆材质: 蓝宝石或红宝石柱;

#3.1.1.2 单泵最大流速 $\geq 10\text{ml/min}$; 双泵最大流速 $\geq 20\text{ml/min}$; 流速准确度: $\leq 1.5\%$; 流速精度 $\leq 0.5\%$;

3.1.1.3 最大耐压范围: $\geq 20\text{ Mpa}$;

3.1.1.4 具备恒压调速功能;

3.1.2 紫外可见光检测器

*3.1.2.1 监测波长范围: 200-700 nm, 在线监测通道数 ≥ 3 个; 氙灯+钨灯组合光源或氙灯光源;

3.1.2.2 监测波长精度: $\leq 1\text{ nm}$; 波长重复性: $\leq 0.5\text{ nm}$;

3.1.2.3 光信号检测范围: 0-3 AU; 线性范围: 0-2 AU;

#3.1.2.4 光信号检测噪声: $\leq 0.16\text{mAU}$ (@280nm, 1S); 基线漂移: $\leq 1\text{mAU/Hr}$;

3.1.2.5 流通池耐压范围: 0-2 MPa; 光程: 2 mm;

3.1.2.6 紫外检测有系统开关控制设置, 实现开启或关闭;

3.1.3 荧光检测器

*3.1.3.1 光源为氙灯; 波长范围: 200-600 nm;

3.1.3.2 波长准确度: $\leq 2\text{nm}$; 波长重复性: $\leq 0.2\text{nm}$; 光谱带宽: $\leq 20\text{nm}$;

- #3.1.3.3 信噪比 (S/N)：水的拉曼峰 ≥ 1200 min，暗背景下 ≥ 9000 min；
- 3.1.3.4 耐压范围：0-2 MPa；
- 3.1.3.5 具备荧光检测和紫外-可见光检测的同步检测功能；
- 3.1.4 温度检测器
 - 3.1.4.1 检测范围：4-50℃；
 - 3.1.4.2 温度准确度： $\leq 1.5^{\circ}\text{C}$ （在 5-45℃ 范围内）；
 - 3.1.4.3 具备实时检测、自动校正功能；
- 3.1.5 电导率检测器
 - 3.1.5.1 检测范围：0.01-999.9 mS/cm；精确度： $\leq 0.02\text{mS/cm}$ （或 $\leq 2\%$ ，在 0.3-300mS/cm 之间）；
 - 3.1.5.2 工作压力范围：0-2 MPa；
 - 3.1.5.3 具备温度补偿功能，且传感器具备保温外壳；
- 3.1.6 pH 检测器
 - 3.1.6.1 检测范围：2-12；精确度： ≤ 0.1 ；
 - 3.1.6.2 工作压力范围：0-0.3 MPa；
 - 3.1.6.3 具备温度补偿功能；
- 3.1.7 气泡感应器
 - 3.1.7.1 感应器位置和实时状态在控制软件上有显示；
 - 3.1.7.2 气泡报警时，可暂停或执行下一步操作；
- 3.1.8 压力检测器（压力监测模块）
 - 3.1.8.1 压力检测器为内置式，检测范围：0-20MPa，精确度： $\leq 2\%$ ；
 - 3.1.8.2 可监测柱前柱后位置压力；
- 3.1.9 组分收集器
 - 3.1.9.1 可根据体积收集、峰收集，耐受有机溶剂；
 - 3.1.9.2 自动识别管架，适配 96 孔板、1.5 mL EP 管、15mL 及 50mL 离心管收集架；
 - 3.1.9.3 具备储液功能；可自动排出延时体积；
- 3.1.10 阀门及其他附件或耗材
 - 3.1.10.1 具备自动进样阀，并支持手动、样品环等多种进样方式；具备软件切换上样、进样和冲洗三种状态；

- 3.1.10.2 入口阀支持通道数： ≥ 8 个；
- 3.1.10.3 柱位阀为三柱位阀或五柱位阀，且每个柱位支持正向/反向/旁路；
- 3.1.10.4 出口阀支持通道数： ≥ 8 个；
- 3.1.10.5 主机系统中各阀门及检测器之间连接管路材质：PEEK 材质；
- 3.1.10.6 具备在线过滤器；
- 3.1.10.7 柱位夹数量： ≥ 4 个；
- 3.1.10.8 凝胶过滤预装柱，预装柱规格为：内径 $\times$ 床高 10/300mm，柱体积 ≥ 24 mL，平均颗粒 8.6 μm (8.6-34 μm)，球蛋白分离范围 10,000-600,000 Da；耐压 ≥ 0.3 MPa；pH 稳定 3-12；
- 3.1.10.9 离子交换柱层析预装柱，预装柱规格为：内径 $\times$ 床高 7.7/100mm，柱体积 4.7 mL，平均颗粒 40 μm (9-90 μm)，最高流速 ≥ 2.3 ml/min；耐压 ≥ 0.3 MPa；pH 稳定 4-12；
- 3.1.10.10 组氨酸标签亲和层析预装柱，预装柱规格为：柱体积 5mL，平均颗粒 34 μm (25-90 μm)，最高流速 ≥ 10 ml/min；每毫升载量 ≥ 10 mg 重组蛋白，耐压 ≥ 0.3 MPa；pH 稳定 3-12；
- 3.2 仪器控制、数据分析软件
 - 3.2.1 仪器控制软件
 - 3.2.1.1 系统软件提供中、英文版本，控制平台可随时加减控制元件，支持模块升级；
 - 3.2.1.2 密码狗启动软件，有效保护数据安全性；
 - 3.2.1.3 软件应具备用户权限控制，操作记录跟踪，数字签名等功能；
 - 3.2.1.4 软件中流路控制、方法编辑、结果分析等各模块之间可自由切换；
 - 3.2.1.5 软件具备智能编程、自行编写程序功能；应能通过程序编辑，控制所有硬件，支持检索及方法序列功能，实现无人值守的层析工作；方法编辑可以采用脚本编辑；
 - 3.2.1.6 方法运行时，需要展示命令队列（已经运行的、正在运行的、未运行的状态）；
 - 3.2.1.7 软件可实现断电重连，可继续运行断电前的方法程序进度；
 - 3.2.1.8 流路实时在线，实时监控和控制，交互式的流路控制；
 - 3.2.2 数据分析软件

3.2.2.1 具备直接将纯化运行过程中的监测数据备份到数据库中存储和管理的功能；

3.2.2.2 具备自动积分、一键积分功能；

3.2.2.3 系统运行界面、数据处理界面、报告导出界面均可手动添加说明，且标记结果随数据一起保存；

3.2.2.4 具备断电数据防丢失功能；

3.3 工作站

3.3.1 配置要求：单核主频 4.0GHz 4 核心 8 线程的 CPU，16 GB RAM 3200MHz DDR4，配置 1TB 7200RPM 硬盘；

3.4 层析柜

3.4.1 有效容积：1000~1500 L；

3.4.2 控温范围：4-8 °C；

4. 配置清单

4.1 主机系统（包含系统泵 1 套、紫外可见光检测器 1 个、荧光检测器 1 个、温度检测器 1 个、电导率检测器 1 个、酸碱度（pH）检测器 1 个、气泡感应器 1 套、压力检测器 1 套、组分收集器 1 个及阀门 1 套）：1 套；

4.2 仪器控制、数据分析软件：1 套；

4.3 工作站：1 套；

4.4 层析柜：1 套；

4.5 蛋白纯化系统相关耗材（包含样品定量环 1 mL 和 5 mL 各 1 个、柱位夹 1 套、离子交换柱层析预装柱 1 支、组氨酸标签亲和层析预装柱 1 支、凝胶过滤预装柱 1 支）：1 套。

二、技术服务部分

5. 技术服务

5.1 安装、调试及培训

5.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

5.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括

设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

5.2 验收及验收标准

5.2.1 买方提供验收标准，卖方参照验收标准配合买方共同验收；

5.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效；

5.3 维修及技术服务

5.3.1 自验收合格签字之日起，设备整机（不包含耗材）质保期不少于 3 年，终身维修。在质保期内出现确因产品质量原因而发生的质量问题由供货方免费负责维修和更换。若非产品质量原因而发生的故障，供货方须协助使用方进行维修；

5.3.2 接到用户故障检修通知后 24 小时内予以回复，无法解决的由供方 72 小时内派技术人员到现场维修；

5.3.3 一年不少于一次的免费维护保养服务。

第七章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。工作程序如下：

一、 评标准备工作，由采购代理机构负责

- 1、 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
- 2、 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
- 3、 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、 组织评标委员会推选评标组长；

二、 符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”和“技术符合性审查表”（如有）。

三、 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）

四、 对投标文件进行比较和评价

1、 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

2、 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

五、 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

六、 采购代理机构核对评标结果。

评审标准中应考虑下列因素：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的投标人，小微企业报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用。

2. 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业视同小型、微型企业，其报价部分按第1条的比例扣除后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3. 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给与1 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4. 联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

采购人采购的服务伴随的货物如属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：若采用综合评标法，得分相同时，排序在前。

5. 投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：若采用综合评标法，得分相同时，排序在前。

6.中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

7.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理）。

8. 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

8.1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

8.2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

8.3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

8.4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出

解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

一、资格审查表

投标人名称	审查项目									结论
	在中华人民共和国境内注册	营业执照等证明	法人授权委托书	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	纳税和社会保记录	无重大违法记录声明	信用记录	制造商授权（进口产品，如需要）	投标人须知资料表中要求的其他资格要求（如有）	

二、符合性审查表

审查事项		投标人名称	投标人名称	投标人名称
招标文件要求	条款号			
未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用）	1.3.6			
符合中小企业投标要求	1.3.5			
符合联合体规定	1.4.7			
满足投标人的关联性要求	1.5			
满足投标范围的完整性要求	8.1			
未包含价格调整要求	11.3			
保证金符合要求	12.4			
投标有效期满足要求	13.1			
接受算术修正	20.2			
签署和盖章符合要求	22.2			
未发现串通投标	22.2			
报价说明可以接受	22.2			
无采购人不能接受的附加条件	22.2			
未参与其他服务	1.6			
未发现影响采购人决策行为	1.7			
报价未超过预算或最高限价	2.3			

其他				
结论				

三、评审因素和指标

序号	评审因素	分值	评分项目	分项分值	评分标准
1	投标价格	30	货到项目现场的含税价格	30	投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算： 投标人报价得分=（满足招标文件要求且投标价格最低的投标人评标价/投标人评标价）×价格权重 注：评标价为投标报价根据《投标人须知》23.2 条规定进行投标报价修正和价格扣除。
2	商务部分	3	投标产品是否具有在国内的成功销售和使用案例和投标产品的验收报告	3	五年内涉及投标产品的中标通知书或合同。每提供一个业绩得 0.5 分，满分 3 分。若无则不得分。（投标人须提供有效的投标产品业绩证明材料：合同不得遮挡且销售业绩合同中必须至少包含合同双方印章、签字、货物名称、型号、数量、合同金额、签订时间等信息内容（以上内容缺少一项，业绩不予承认）。提供销售业绩合同复印件须字迹清晰，辨识无误。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予以承认。）
2	技术部分	51	关键技术条款响应程度	0	技术需求中的“*”号条款是关键技术条款，共 10 条，为废标项，不允许负偏离。每个条款号即为一条，无论其是否隶属于上一级编号。
			重要技术条款响应程度	0-16	技术需求中的“#”号条款是重要技术条款，共 16 条，负偏离每条减 1 分，满分 16 分，最低分 0 分。每个条款号即为一条，无论其是否隶属于上一级编号。
			一般指标响应程度	0-35	有投标人的一般主要技术指标及配置响应完全满足招标文件技术要求，应答无负偏离的得 35 分（共 172 个）偏离项的按技术参数偏离项数量用公式计算得分，得分计算公式=〔（172-负偏离项数量）/ 172〕×35，（保留两位小数）。注：一般指标中有要求提供佐证材料的，必须按照要求提供相关证明材料，并在技术偏离表中标明一般“主要技术参数”对应证明材料在投标文件中的页码。未按要求提供证明材料的，评审委员会将对其响应不予认可。 注：评审以“技术参数偏离表”填写为计算依据。
3	服务部	15	安装调试	0-5	根据投标人提供的安装和调试方案进行打

	分		方案		分，包括安装计划、时间表、技术支持、验收实施方案等。方案内容完整优于需求，详实可行，有很强的针对性，得 5 分；提供了常规、通用的方案，基本符合项目需求，得 3 分；提供了简单的方案，但与项目需求有差距，得 1 分；无细化方案的，得 0 分。
			售后服务方案及承诺	0-5	满足招标文件售后服务要求，并提供详细方案。方案也应包含培训计划、范围、内容、方式、考核等要素。方案要具有针对性，保证培训的有效性，能够提供技术支撑和保障。方案内容完整，详实可行，优于需求，且有很强的针对性，得 5 分；提供了常规、通用的方案，基本符合项目需求，得 3 分；提供了简单的方案，但与项目需求有差距，得 1 分；无细化方案的，得 0 分。
			配套增值服务方案	0-5	根据客户需求提供详细的方案，要有一定的针对性和有效性。方案内容完整、清晰，详实可行，具有很强的针对性，得 5 分；提供了常规、通用的方案，基本符合项目需求，得 3 分；提供了简单的方案，但与项目需求有差距，得 1 分；无细化方案的，得 0 分。
4	节能环保	1	投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况	0-1	除政府强制采购的节能产品外： （1）节能产品：对于列入政府采购节能产品品目清单的，应当优先采购的，投标人提供所投产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件的（加盖投标人公章），得 0.5 分；否则 0 分。 （2）环保产品：对于列入政府采购环境标志产品品目清单的，应当优先采购的产品，投标人提供所投产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件的（加盖投标人公章），得 0.5 分；否则 0 分。
5	总分	100 分			