STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERIKSAAN LABORATORIUM METHODE POCT

2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Jl. Cikapayang No. 5 Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
Telp./Fax (022) 4219305, Email : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Cikapayang No. 5 Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
Telp./Fax (022) 4219305, Email : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Nomor SOP	OT.02.02/C.X.5/ 2384 /2024
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung **dr. Sheva Dwisangka, M.Epid** NIP. 196901042002121003
Judul SOP	Pemeriksaaan Kesehatan Laboratorium Methode POCT

DASAR HUKUM

1. International Healt Regulation (IHR) tahun 2005 ;
2. UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Permenkes Republik Indonesia No. 10 Tahun 2023 tentan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
4. Permenkes Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. D-3 Teknologi Laboratorium Medik
2. D-3 Keperawatan

KETERKAITAN

1. SOP Pengambilan Sampel
2. SOP Pengelolaan Sampel
3. SOP Pengendalian Mutu (Quality Control)

PERALATAN / PERLENGKAPAN






1. Alat dan Reagen laboratorium
2. APD (hanskun, masker, gawn)
3. Peralatan sampling
4. Tempat sampah medis.

PERINGATAN

- Memahami prosedur pengelolaan sampel, pemeliharaan alat, dan pengendalian mutu
- Memahami batas waktu di setiap tahapan pengerjaan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pencatatan hasil laboratorium
2. Pencatatan hasil quality control

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pranata Lab Kes / Perawat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghidupkan alat POCT Glukosa/Asam Urat/Kolesterol		Alat POCT	0.5 Menit	Alat berfungsi dengan baik	
2	Memasukkan Stik Glukosa/Asam Urat/Kolesterol kedalam alat POCT Glukosa/Asam Urat/Kolesterol		Stik Glukosa/Asam Urat/Kolesterol, alat POCT	0.5 Menit	Stik Glukosa/Asam Urat/Kolesterol terpasang dengan baik	
3	Mengambil Sampel Darah Kapiler		Lancet, alkohol swab, kapiler,	1 Menit	Sampel darah yang cukup untuk pemeriksaan	
4	Menghisap Sampel Darah ke Stik Glukosa/Asam Urat/Kolesterol		Alat POCT	0.5 Menit	Hasil pemeriksaan Glukosa/Asam Urat/Kolesterol	
5	Mengukur Glukosa/Asam Urat/Kolesterol Darah Sampai Keluar Hasil		Alat POCT, stik dengan darah	0.5 Menit	Hasil pemeriksaan	

No	Tahapan	Kelengkapan	Keterangan
1	Menghidupkan alat POCT tekan tombol power pada	Alat POCT	Alat harus menyala tanpa kendala
2	Tunggu hingga alat menunjukkan layar siap pakai		Layar alat menunjukkan "Ready"
3	Buka kemasan stik Glukosa/Asam Urat/Kolesterol	Stik Glukosa/Asam	Stik dalam keadaan baik, tidak rusak
4	Masukkan stik Glukosa/Asam Urat/Kolesterol ke		Stik terpasang sempurna dan terdeteksi
5	Mengambil Sampel Darah Kapiler	Lancet, alkohol	area tusukan bersih, sampel darah
6	Letakkan ujung kapiler berisi darah pada area	Alat POCT, stik	Darah terserap ke dalam stik dengan
7	Pastikan tidak ada gelembung udara dalam darah		Penyerapan darah sempurna, tanpa
8	Tunggu hingga alat POCT selesai menganalisis	Alat POCT, stik	Hasil ditampilkan di layar alat
9	Catat hasil yang muncul di layar alat POCT	torniquet	Hasil dicatat dengan benar sesuai