STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERIKSAAN KESEHATAN LABORATORIUM KLINIS

2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Jl. Cikapayang No. 5 Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
Telp./Fax (022) 4219305, Email : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Kemenkes

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Cikapayang No. 5 Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
Telp./Fax (022) 4219305, Email : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Nomor SOP	OT.02.02/C.X.5/ 2383 /2024
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung **dr. Sedya Dwisangka, M.Epid** NIP. 196901042002121003
Judul SOP	Pemeriksaaan Kesehatan Laboratorium Klinis

DASAR HUKUM

1. International Healt Regulation (IHR) tahun 2005 ;
2. UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Permenkes Republik Indonesia No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
4. Permenkes Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Dokter
2. D-3 Teknologi Laboratorium Medik
3. D-3 Keperawatan

KETERKAITAN

1. SOP Pengambilan Sampel
2. SOP Pengelolaan Sampel
3. SOP Pengendalian Mutu (Quality Control)

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Alat dan Reagen laboratorium
2. APD (hanskun, masker, gawn)
3. Peralatan sampling
4. Tempat sampah medis.

PERINGATAN

- Memahami prosedur pengelolaan sampel, pemeliharaan alat, dan pengendalian mutu
- Memahami batas waktu di setiap tahapan pengerjaan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pencatatan hasil laboratorium
2. Pencatatan hasil quality control

Pemeriksaaan Kesehatan Laboratorium Klinis

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Penerima	Pranata Lab Kes	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan alat dan reagen yang sudah dilakukan prosedur quality control dan prosedur pemeliharaan		⬭		Alat dan reagen	10 Menit	Alat dan reagen yang memenuhi syarat kualitas	
2	Mengarahkan pasien untuk mengisi formulir pemeriksaan laboratorium	▭			Formulir laboratorium	3 Menit	Formulir lab yang sudah diisi	
3	Memanggil pasien sesuai antrian, dan memeriksa formulir pemeriksaan laboratorium		▭		Pengeras Suara	0,5 Menit	Formulir lab yang sudah diperiksa	
4	Melakukan pengambilan sampel pasien		▭		Peralatan pengambilan sampel	5 Menit	Sampel pemeriksaan	
5	Melakukan pemeriksaan laboratorium		▭		Alat, reagen dan sampel	10 Menit	Hasil pemeriksaan	
6	Melakukan verifikasi hasil laboratorium		▭		ATK dan Komputer	3 Menit	Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi	
7	Melakukan validasi hasil laboratorium			◇ Ya / Tidak	ATK dan Komputer	3 Menit	Hasil pemeriksaan yang sudah divalidasi	
8	Pencatatan hasil pemeriksaan		▭		ATK dan Komputer	2 Menit	Catatan hasil pemeriksaan	
9	Memanggil pasien dan memberikan hasil laboratorium		▭		Hasil Pemeriksaan	0.5 Menit	Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi dan divalidasi	
10	Menyimpan dokumen terkait proses pemeriksaan laboratorium		⬭		Folder Arsip	1 Menit	Arsip pemeriksaan laboratorium	



No	Langkah Kerja		Kelengkapan	Keterangan
A	**Pengambilan Darah Vena**			
	1	Petugas memakai sarung tangan, masker, jas lab	Sarung tangan, masker, jas lab	Mencegah penularan penyakit dari pasien/petugas
	2	Petugas menulis data pasien pada tabung venoject EDTA	tabung venoject EDTA, alat tulis	Pastikan identitas pasien benar
	3	Petugas menyiapkan spuit / jarum vacutainer dan holdernya	spuit / jarum vacutainer, holder	Alat yang digunakan harus steril dan sekali pakai
	4	Petugas menyiapkan kapas alkohol 70 % / Alkohol swab	kapas alkohol 70 % / Alkohol swab	sebagai desinfektan
	5	Petugas menyiapkan torniquet	torniquet	Alat pembendungan darah pada pengambilan darah vena
	6	Petugas meletakkan semua alat pada bak plastik	bak plastik	Wadah untuk kelengkapan pengambilan darah
	7	Petugas meletakkan tangan pasien lurus di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas	Pasien sebagai sampel yang akan diambil darahnya	Komunikasi dengan pasien dalam persiapan pengambilan darah
	8	Petugas mengikat lengan dengan tourniquet untuk membendung aliran darah.	torniquet	Pembendungan jangan terlalu lama
	9	Petugas menyuruh pasien mengepal dan membuka tanganya beberapa kali untuk menguji pembuluh darah		
	10	Petugas mencari lokasi pembuluh darah yang akan ditusuk dengan ujung telunjuk kiri dalam keadaan tangan pasien mengepal		
	11	Petugas membersihkan lokasi pengambilan darah dengan kapas Alkohol 70% dengan arah melingkar kearah luar dan membiarkan kering		Melingkar kearah luar agar tidak terjadi kontaminasi pada pembuluh yang akan ditusuk
	12	Petugas meregangkan kulit dengan jari telunjuk dan ibu jari kiri diatas pembuluh darah yang akan ditusuk kemudian, masukkan jarum dengan sisi miring menghadap ke atas membentuk sudut ±25 derajat lalu menghisap darah pasien sesuai kebutuhan / memasukkan flasback needle yang terpasang pada holder, jika sudah terlihat darah pada pangkal jarum, masukkan tabung vacutainer, darah akan mengalir dengan sendirinya.		Usahakan penusukan dilakukan satu kali, jika penusukan pertama tidak berhasil dpt dilakukan penusukan kedua di area yang berbeda, jika penusukan kedua tidak berhasil maka lakukan pergantian petugas
	13	Petugas membuka kepalan tangan pasien dan tourniquet diregangkan lalu hisap darah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan		Ambil darah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan

	14	Petugas mencabut spuit/flasback needle perlahan			
	15	Petugas meletakkan kapas alcohol			Tahan sebentar lokasi penusukan untuk mencegah perdarahan
	16	Petugas menekan kapas alcohol yang ada pada tusukan dan ditutup dengan Hansaplast.			
	17	Petugas mengambil darah dan dimasukkan kedalam tabung melalui dinding dalam botol dg sebelumnya melepas jarum spuit			Jika menggunakan flashback needle maka langkah ini tidak dilakukan
	18	Bolak balik tabung berisi darah secara perlahan sebanyak 8 reversi			Bertujuan untuk menghomogenisasi darah tanpa terjadi lisis
B	**Pemeriksaan Pptes**				
	1	Persiapan pemeriksaan			
		a.	Tempat urine harus kering, bersih, bermulut	Wadah urine	Wadah yang digunakan
		b.	Beri label data penderita pada tempat sampel	Label dan Alat tulis	Pastikan identitas pasien
	2	Pelaksanaan Analisa			
		a.	Celupkan stick reagen pada sample urine	Stik urin kehamilan	Pencelupan dilakukan tidak
		b.	Angkat dan tunggu + 2 menit		
		c.	Amati adanya garis test		Interpretasikan hasil, jika 1
C	**Pengoperasian Alat Hematologi Analyzer XP-100**				
	1	Star Up		Alat Hematoanalyzer XP-	
		a.	Pemeriksaan Awal		
			1. Pemeriksaan kabel power terkoneksi dengan	Listrik dan UPS	
			2. Pemeriksaan ketersediaan kertas printer,	Kertas printer, reagensia,	periksa kelengkapan sudah
		b.	Hidupkan alat (Saklar **On/Off**) ada pada sisi		
		c.	Alat melakukan self Check, pesan **"please wait"**		
		d.	Auto rinse dan background check		
	2	Analisis Sampel		Alat Hematoanalyzer XP-	
		a.	Specimen yang digunakan adalah darah-	Darah EDTA	Volume darah yang di
		b.	Pastikan alat dalam status ready. Mode default		
		c.	Tekan tombol ***[Sampel No]*** pada layar untuk		
		d.	Homogenisasikan darah yang akan diperiksa		
		e.	Tekan ***Start Switch*** untuk memulai proses		
		f.	Setelah terdengar bunyi beep dua kali,		
		g.	Hasil analisis akan tampil pada layar dan secara	kertas printer	Hasil akan tercetak di kertas
	3	Shutdown		Alat Hematoanalyzer XP-	
		a.	Pastikan alat dalam status ready, kemudian		
		b.	Letakkan CELLCLEAN dibawah aspiration probe		
		c.	Setelah terdengar bunyi Beep dua kali,		
		d.	Setelah proses selasai, pesan **"Turn Off The**		