Calibration Certificate
گواهی کالیبراسیون

General Information — اطلاعات کلی

Certificate No.	CAL-2026-00417	**شماره گواهی**
Date of Issue	2026-10-05 (1405/07/13 SH) (۲۰۲۶-۱۰-۰۵) ۱۴۰۵/۰۷/۱۳	**تاریخ صدور**
Date of Calibration	2026-10-04 (1405/07/12 SH) (۲۰۲۶-۱۰-۰۴) ۱۴۰۵/۰۷/۱۲	**تاریخ کالیبراسیون**
Recommended Next Calibration	2027-10-04 (1406/07/12 SH) (۲۰۲۷-۱۰-۰۴) ۱۴۰۶/۰۷/۱۲	**موعد کالیبراسیون بعدی**
Customer	Ironwood Machinery Works صنایع ماشین‌سازی آیرون‌وود	**مشتری**
Address	Sample Industrial Park, 3rd Street, No. 12 شهرک صنعتی نمونه، خیابان سوم، پلاک ۱۲	**نشانی**

Item Calibrated — مشخصات ابزار

Description	Industrial pressure transmitter ترانسمیتر فشار صنعتی	**شرح**
Manufacturer	Helix هلیکس	**سازنده**
Model	HP-200	**مدل**
Serial No.	HX-2203-118	**شماره سریال**
Asset Tag	AT-0042	**شماره دارایی**
Range	0 - 200 bar	**محدوده‌ی اندازه‌گیری**
Resolution	0.1 bar	**دقت نمایش**

Environmental Conditions — شرایط محیطی

Temperature	22.4 °C	**دما**
Relative Humidity	46 %	**رطوبت نسبی**
Ambient Pressure	101.3 kPa	**فشار محیط**

Reference Standards — استانداردهای مرجع

Standard استاندارد	ID شناسه	Certificate گواهی	Valid until اعتبار تا
Digital pressure calibrator کالیبراتور فشار دیجیتال	REF-DPC-07	QC-88213	2027-02-01

Standard استاندارد	ID شناسه	Certificate گواهی	Valid until اعتبار تا
Reference thermometer دماسنج مرجع	REF-THM-02	QC-77410	2027-05-15

Measurement Results نتایج اندازه‌گیری

All values in bar.

همه‌ی مقادیر بر حسب bar هستند.

No. ردیف	Nominal مقدار اسمی	Measured مقدار اندازه‌گیری‌شده	Error خطا	Tolerance ± ± تلرانس	Uncertainty ±U U± عدم قطعیت	Result نتیجه
1	0.00	0.10	+0.10	0.50	0.15	PASS قبول
2	50.00	49.90	-0.10	0.50	0.15	PASS قبول
3	100.00	100.20	+0.20	0.50	0.15	PASS قبول
4	150.00	150.30	+0.30	0.50	0.18	PASS قبول
5	200.00	199.60	-0.40	0.50	0.18	PASS قبول

Decision rule: simple acceptance. A point passes when |error| ≤ tolerance; the uncertainty is reported but not added to the error.

قاعده‌ی تصمیم‌گیری: پذیرش ساده. هر نقطه وقتی قبول است که |خطا| ≤ تلرانس باشد؛ عدم قطعیت گزارش می‌شود اما به خطا افزوده نمی‌شود.

Expanded uncertainty U is stated for a coverage factor k = 2 (about 95 % confidence).

عدم قطعیت گسترده‌ی U برای ضریب پوشش k = ۲ (حدود ۹۵٪ اطمینان) گزارش شده است.

Overall result

PASS

5 of 5 points within tolerance

نتیجه‌ی کلی

قبول

۵ نقطه از ۵ نقطه در محدوده‌ی تلرانس

Remarks ملاحظات

The instrument was within tolerance as received; no adjustment was made.

ابزار پیش از تنظیم نیز در محدوده‌ی تلرانس بود؛ تنظیمی انجام نشد.

Calibrated by
کالیبره‌کننده

Sample Technician A
نمونه — تکنسین الف

Signature
امضا

Approved by
تأییدکننده

Sample Technical Manager B
نمونه — مدیر فنی ب

Signature
امضا

Fictional sample document generated for demonstration. All names and values are invented.

این سند یک نمونه‌ی ساختگی برای نمایش فنی است. همه‌ی نام‌ها و مقادیر فرضی‌اند.