CompactDry™ by SHIMADZU Excellence in Science

PONTE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Medios de cultivo listos para el **análisis microbiológico** preciso

www.compact-dry.com

¿Qué Es
Compact Dry?

Las placas **Compact Dry** son un medio de cultivo deshidratado listo para el uso; de origen Japonés, proporcionan un método sencillo y seguro para detectar y cuantificar microorganismos en alimentos, cosméticos, ambientales y aguas.

Son versátiles y pueden aplicarse en una variedad de matrices, desde materias primas hasta productos en proceso y finales, abarcando una amplia gama de análisis e industrias.

• Beneficios

- ☑ Mantiene sus colonias intactas con el espacio entre el medio y la tapa.
- ☑ No necesita de un difusor, ni de un paso extra.
- ☑ Ahorra espacio en la incubadora por su diseño útil en el apilamiento.
- ☑ Se pueden almacenar a largo plazo a temperatura ambiente.

• Certificaciones

MICROVAL® NMKL PERFORMANCE TESTED AOAC RESEARCH INSTITUTE LICENSE NUMBER BY AFNOR CERTIFICATION NF VALIDATION

• Aplicaciones Importantes

Alimentos

Agua Potable

Ambiente

¿Cómo Utilizarlo?

1. Bajo condiciones asépticas pese 10g o ml de la muestra en una funda estéril.



2. Agregue 90 ml de diluyente adecuado estéril.

3. Agitar u homogenizar la muestra.



4. Tomar 1 ml de la muestra e inocular en la placa



5. Invierta la placa e incube según las especificaciones dadas para cada referencia.

6. Considere el recuento de las colonias e interprete los resultados según las especificaciones del análisis.



Para más información visite: www.compact-dry.com

CompactDry™ | Placas para el recuento y detección de microorganismos

Placa CompactDry™ TC
Recuento total

INTERPRETACIÓN:
Colonias rojo/rosadas/incoloras con diferente morfología.

TIEMPO: 48 ± 3 h
TEMPERATURA: 30 ± 1°C o 35 ± 1°C
VALIDACIONES: AFNOR, AOAC, MicroVal y NordVal

Placa CompactDry™ TCR
Recuento total Rápido

INTERPRETACIÓN:
Colonias rojo/rosadas/incoloras con diferente morfología.

TIEMPO: 24 hasta 48 h
TEMPERATURA: 35 ± 1°C
VALIDACIONES: AOAC



Placa CompactDry™ CF
Coliformes totales

INTERPRETACIÓN:
Colonias azul-verdoso.

TIEMPO: 24 ± 2 h
TEMPERATURA: 35 ± 1°C o 37 ± 1°C
VALIDACIONES: AOAC, MicroVal y NordVal



Placa CompactDry™ CFR
Coliformes totales rápido

INTERPRETACIÓN:
Colonias azul-verdoso.

TIEMPO: 16 - 18 h
TEMPERATURA: 35 ± 1°C
VALIDACIONES: MicroVal


Baja radiación UV de 365 nm



Placa CompactDry™ CFL
Coliformes en productos lácteos

INTERPRETACIÓN:
Colonias azul-verdoso.

TIEMPO: 24 ± 2 h
TEMPERATURA: 37 ± 1°C
VALIDACIONES: AOAC, MicroVal y NordVal



Placa CompactDry™ AQ
Bacterias heterótrofas en el agua

INTERPRETACIÓN:
Colonias rojas/rojo-morado.

TIEMPO:
44 +/- 4 horas (filtro/método SMEWW)
68 +/- 4 horas (ISO6222:1999)
TEMPERATURA:
36 +/- 2 °C (filtro/método SMEWW)
22 +/- 2 °C (ISO6222:1999)

Placa CompactDry™ LS
***Listeria* spp**

INTERPRETACIÓN:
Colonias azules de 1-2 mm de diámetro.

TIEMPO: 24 - 48 h
TEMPERATURA: 35 - 37°C



Placa CompactDry™ SL
***Salmonella* spp**

INTERPRETACIÓN:
Tonalidad amarilla en la placa, con posible formación o no de colonias verdes o negras.

TIEMPO: **Enriquecimiento:** 20-24 h
Detección: 20-24 h.
TEMPERATURA: **Enriquecimiento:** 36 ± 1°C
Detección: 42 ± 1°C
VALIDACIONES: MicroVal



Placa CompactDry™ ETB
Enterobacterias

INTERPRETACIÓN:
Colonias rojas/rojo-morado.

TIEMPO: 24 ± 2 h
TEMPERATURA: 37 ± 1°C
VALIDACIONES: AOAC, MicroVal y NordVal.

Placa CompactDry™ ETC
Enterococcus

INTERPRETACIÓN:
Colonias azul-verdoso de 1-2 mm de diámetro.

TIEMPO: 24 ± 2h
TEMPERATURA: 37 ± 1°C
VALIDACIONES: AOAC, MicroVal y NordVal



CompactDry™ | Placas para el recuento y detección de microorganismos

Placa CompactDry™ ECO
Escherichia coli

INTERPRETACIÓN:
Colonias azul-verdoso.

TIEMPO: 24 ± 2 h
TEMPERATURA: 35 ± 1°C o 37 ± 1°C



Placa CompactDry™ EC
***Escherichia coli*/ Coliformes**

INTERPRETACIÓN:
Coliformes: colonias rojo/rosa (gama magenta).
E. coli: colonias azul/azul púrpura.

TIEMPO: 24 ± 2 h
TEMPERATURA: 35 ± 2°C o 37 ± 1°C
VALIDACIONES: AFNOR, AOAC, MicroVal y NordVal



Placa CompactDry™ VP
Vibrio parahaemolyticus

INTERPRETACIÓN:
V. parahaemolyticus: azul/ verde-azulado.
V. vulnificus, V. cholerae y V. mimicus: rosa-magenta.

TIEMPO: 19 ± 1h
TEMPERATURA: 35 ± 1°C



Placa CompactDry™ BC
Bacillus cereus

INTERPRETACIÓN:
Colonias azules/ verde-azul.

TIEMPO: 24 ± 2 h hasta 48 h
TEMPERATURA: 30 ± 1°C
VALIDACIONES: AOAC y MicroVal.



Placa CompactDry™ YMR
Hongos y levaduras rápidos

INTERPRETACIÓN:
Levadura: colonias azul/blanco-cremoso.
Mohos: colonias algodonosas de color característico.

TIEMPO: 48 - 72 h
TEMPERATURA: 25 ± 1°C
VALIDACIONES: AFNOR, AOAC, MicroVal y NordVal



Placa CompactDry™ YM
Hongos y levaduras

INTERPRETACIÓN:
Levadura: colonias azul/blanco-cremoso.
Mohos: colonias algodonosas de color característico.

TIEMPO: 3 - 7 días
TEMPERATURA: 25 ± 1°C
VALIDACIONES: AOAC, MicroVal y NordVal



Placa CompactDry™ LM
Listeria monocytogenes

INTERPRETACIÓN:
Colonias rojas con o sin halo azul.

TIEMPO: **Enumeración:** 24 a 48 ± 2 h
Detección: 24 ± 2 h
TEMPERATURA: **Enumeración:** 37 ± 1°C
Detección: 37 ± 1°C
VALIDACIONES: MicroVal.



Placa CompactDry™ PA
Pseudomonas aeruginosa

INTERPRETACIÓN:
Colonias rojas rodeadas o no de un halo amarillo verdoso, al utilizar el método de filtración por membrana, se deben contar todas las colonias azules/verdes.

TIEMPO: 48 ± 3 h
TEMPERATURA: 36 ± 1°C
VALIDACIONES: MicroVal

Placa CompactDry™ XSA
Staphylococcus aureus

INTERPRETACIÓN:
Colonias azules de 1-2 mm de diámetro.

TIEMPO: 24 ± 2 h
TEMPERATURA: 35 ± 1°C o 37 ± 1°C
VALIDACIONES: AFNOR, AOAC, MicroVal y NordVal

Revoluciona **tu Laboratorio** con nuestro Lector de **Placas**

Compact Vision

De Última Generación!

Conteo en tiempo real:
Obtén resultados en 3 segundos o menos.

Seguridad y accesibilidad:
Respaldo automático de datos en la nube.

Interfaz intuitiva:
Pantalla táctil fácil de usar.

Automatización completa:
Captura de imágenes, conteo y almacenamiento de resultados.

Software web:
Compact Dry Hub

Compact Vision

Dirección:

https://compact-vision-hub.vercel.app/



PONTE
CompactDry™
by SHIMADZU
Excellence in Science