

Tutorial de Validação Manual — Sprint 1 — Conjunto 3 V7

Empresa: Vita-Sense Soluções Médicas Ltda.

Data: 06/05/2026 (V7)

Dados: dadosempportpar-3 V3.md

Referência: CASOS DE USO EMPRESA PORTFOLIO PARAMETRIZACAO V2.md

UCs: F01–F17 (17 casos de uso)

Público: Dono do Produto / Validador de Negócio (sem conhecimento técnico necessário)

CHANGELOG V7 (vs V6) — incorpora 25 melhorias da revisão Arnaldo (06/05/2026):

Esta é a versão V7 do tutorial Conjunto 3 (Vita-Sense/PR). Mesmas correções aplicadas no V7-2 (Bio-Hosp/MG) — ver [docs/ANALISE OBS SPRINT1.md](#) e [docs/tutorialsprint1-2 V7.md](#) CHANGELOG V7 para a lista completa de mudanças (25 itens cobrindo 6 UCs).

Bugs corrigidos no código (F03-01, F04-04, F04-06, F04-07, F04-08, F04-01).

Mudanças visíveis na UI (F01-02, F01-04, F01-07, F01-08, F02-02, F04-02, F04-03, F04-05, F05-01, F05-02, F05-03, F13-01, F03-03).

Pedidos de fluxo (F02-01 nota explicativa, F01-03 sem re-login).

Para Vita-Sense (PR):

- Lista de Fontes de Certidões agora filtra por UF=PR — você verá SEFAZ-PR, Pref. Curitiba, e fontes federais. Não verá mais SEFAZ-MG/SP.

CHANGELOG V6 (vs V5) — corrige bug grave de especificações + ordem dos UCs:

- **ORDEM DOS UCs REORGANIZADA (V6):** UC-F13 (Áreas/Classes/Subclasses + Máscara de Campos) movido para **antes do UC-F06**. Nas versões V3/V4/V5, o tutorial seguia ordem numérica (F06 antes de F13), mas F06–F12 dependem da hierarquia + máscara cadastradas em F13. Validador deve seguir a ordem do índice (F01-F05-F13-F06-F07-...), não a numérica.
- **UC-F13 PARTE 4 (NOVO):** cadastro de **Máscara de Campos** das subclasses (`campos_mascara`). Define previamente quais especificações cada subclasse exige. Caminho: **Cadastros** → **Portfolio** → **Subclasses** → **editar subclasse** → campo "**Máscara de Campos**".
- **UC-F08 Passo 5 reescrito:** as 8 especificações listadas em V3/V4/V5 eram de **kit reagente bioquímico de glicose** num produto que é **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300** — semanticamente absurdo. V6 corrige com 8 specs derivadas da máscara da subclasse "Ventilador Pulmonar".

CHANGELOG V5 (mantido):

- UC-F04 Passo 0.5 reformulado: as 3 fontes a cadastrar agora são **as que faltam para os editais reais das próximas sprints (Sprints 2-9)**:
- **PGFN — Dívida Ativa da União** (URL específica do REGULARIZE) — fonte principal complementar à CND Federal conjunta RFB+PGFN
- **SEFAZ-PR — CND ICMS** — exigida pelo edital de teste [Processo 1299/2026 - JACAREZINHO-PR](#)
- **Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR)** — exigida em editais que pedem "Certidão Simplificada da Junta Comercial"
- Esclarecimento técnico: a **CND Federal pré-cadastrada** (RFB/PGFN conjunta) é a **fonte oficial principal** desde a Portaria MF 358/2014. PGFN isolada é **complemento** para validar a integração separada.

CHANGELOG V4 (mantido):

- UC-F01: corrigidas 4 ocorrências erradas de **SP** para **PR** (cidade Curitiba/PR)
- UC-F03: 8 novos tipos de documento expostos no dropdown (AFE ANVISA, ISO, Certidão Estadual etc.) — UI corrigida
- UC-F03: caminho do arquivo PDF revisado — usar arquivos da pasta `docs/documentos_sintetizados`
- UC-F04: removido passo "Inicializar Fontes Padrão"; listadas as 9 fontes reais
- UC-F04: adicionado **Passo 0.5 (opcional)** — CRUD de Fontes de Certidões (Cadastros → Fontes de Certidões). Cadastra 3 fontes específicas para Vita-Sense/PR: **PGFN** (Federal), **SEFAZ-PR** (Estadual), **Prefeitura de Curitiba** (Municipal). Mais cenários de desativar/reactivar.
- UC-F06: explicitado empty state esperado para portfólio vazio
- UC-F07: campo NCM com máscara automática
- UC-F07: aviso para usar upload IA em produto NOVO
- UC-F11: incluído cenário negativo
- UC-F12: clarificado read-only de CATMAT/CATSER/termos
- UC-F15: máscara monetária livre + toast verde fixo
- UC-F16: aviso de duplicidade ComprasNet

- UC-F17: persistência corrigida (e-mail/canais/tema/idioma/fuso)

Como usar este tutorial

Siga cada passo na ordem indicada. Os dados a inserir estão destacados em **código**. As verificações ao final de cada UC dizem exatamente o que deve estar na tela para confirmar que o sistema funcionou corretamente. Quando algo não está como esperado, a seção "Sinais de problema" orienta o que reportar.

Credenciais e Fluxo de Acesso

Campo	Valor
Usuário (Conjunto 3 V3)	validaargus@valida.com.br
Senha	123456
Perfil	Superusuário
Empresa alvo	Vita-Sense Soluções Médicas Ltda.

Pré-requisito — Vincular validaargus (super) à empresa Vita-Sense

Este passo deve ser feito UMA VEZ antes de iniciar os UCs:

Procedimento (você é super, faz tudo sozinho):

1. Login com **(não usado neste V3 – validador é super)** / **123456**
2. Menu lateral → "Associar Empresa/Usuario"
3. Selecionar empresa: Vita-Sense Soluções Médicas Ltda.
4. Selecionar usuário: validaargus@valida.com.br
5. Papel: admin → clicar "Vincular"

Opção B — validaargus cria a empresa diretamente:

1. Login com **validaargus@valida.com.br** / **123456**
2. Ao ver a tela de seleção de empresa, a Vita-Sense ainda não existe — selecionar qualquer empresa ou criar nova
3. Menu Empresa → preencher dados da Vita-Sense conforme UC-F01 → salvar
4. A empresa fica associada automaticamente a validaargus

Fluxo de login (após associação)

1. Acessar **http://pasteurjr.servehttp.com:5179**
2. Email: **validaargus@valida.com.br** / Senha: **123456**
3. Tela de seleção de empresa → clicar "Vita-Sense Soluções Médicas Ltda."
4. Dashboard carrega com Vita-Sense como empresa ativa

Menus extras visíveis (superusuário)

- **Usuarios** — CRUD de usuários
- **Associar Empresa/Usuario** — vincular usuários a empresas
- **Selecionar Empresa** — trocar empresa ativa

Esses menus não aparecem para usuários normais (super=False). O tutorial a seguir assume que a empresa Vita-Sense já está associada a validaargus.

Pré-requisito CRÍTICO — Vinculação usuário↔empresa após criação (UC-F18)

Se o usuário for criado sem vínculo prévio em `usuario_empresa`, ao logar ele cai em "Você não tem empresas vinculadas". Após criar empresa via FA-07.A (CRUD), o vínculo NÃO é criado automaticamente — empresa fica órfã. Acessar `/app/empresa` redireciona de volta pra tela de bloqueio.

Solução: executar FA-07.B (Vincular Empresa a Usuário) imediatamente após criar empresa.

Implementa UC-F18 (Vincular empresa a usuário) — UC autônomo da Sprint 1, referenciado por UC-F01 via `<<uses>>` UML. Pós-condição: registro ativo em `usuario_empresa` permite ao user acessar rotas protegidas em sessões futuras.

Pré-requisito CRÍTICO — Selecionar empresa ativa para a sessão

Vincular ≠ Selecionar. Após criar o registro `usuario_empresa` (passo anterior), é necessário **definir a empresa ativa** na sessão. Sem isso, o frontend continua sem contexto de empresa e pode redirecionar para "Sem empresa vinculada" mesmo com o vínculo já criado.

Caminho: **Configurações** → **Selecionar Empresa** → **clicar no card da empresa**.

Endpoint: `AuthContext.selecionarEmpresa(id)` atualiza JWT com `empresa_id`, salva em localStorage, re-renderiza shell. Top-bar passa a mostrar a empresa ativa.

Dicas de navegação

- Para cadastro completo da empresa (incluindo redes sociais e endereço), acesse **Configurações > Empresa**
- Para selecionar a empresa, acesse **Configurações > Selecionar Empresa** e escolha 'Vita-Sense Soluções Médicas Ltda.'

Índice

⚠ **ORDEM DE EXECUÇÃO (V6) — siga esta sequência:** O índice abaixo está **ordenado por dependência**, não pelo número canônico. UC-F13 (Áreas/Classes/Subclasses + Máscara de Campos) foi movido para **antes do UC-F06** porque os UCs F06–F12 (Portfólio, Cadastro/Edição de Produto) dependem da hierarquia e da máscara cadastrada em F13.

- [UC-F01 — Manter Cadastro Principal da Empresa](#)
- [UC-F02 — Gerir Contatos e Área Padrão](#)
- [UC-F03 — Gerir Documentos da Empresa](#)
- [UC-F04 — Gerir Certidões Automáticas](#)
- [UC-F05 — Gerir Responsáveis da Empresa](#)
- [UC-F13 — Gerir Classificação Área/Classe/Subclasse + Máscara de Campos](#) — EXECUTAR ANTES DO F06
- [UC-F06 — Listar e Filtrar Produtos do Portfólio](#)
- [UC-F07 — Cadastrar Produto por IA](#)
- [UC-F08 — Editar Produto do Portfólio](#)
- [UC-F09 — Reprocessar IA no Produto](#)
- [UC-F10 — Busca ANVISA e Busca Web](#)
- [UC-F11 — Verificar Completude do Produto](#)
- [UC-F12 — Visualizar Metadados de Captação](#)
- [UC-F14 — Configurar Pesos e Limiares de Score](#)

- [UC-F15 — Configurar Parâmetros Comerciais](#)
- [UC-F16 — Gerir Fontes de Busca e Palavras-Chave](#)
- [UC-F17 — Configurar Notificações e Preferências](#)
- [Resumo de Verificações por UC](#)
- [O que reportar se algo falhar](#)

[UC-F01] Manter Cadastro Principal da Empresa

O que este caso de uso faz: Aqui você vai preencher o cartão de identidade da empresa no sistema. Essas informações são a base de tudo: nome, CNPJ, endereço e presença digital. Sem esses dados, o sistema não sabe para quem está trabalhando. É como abrir uma ficha cadastral em um cartório — precisa ser feito uma vez, com cuidado, e fica como referência para todos os outros processos.

Onde: Menu lateral → Empresa → Cadastro

Quanto tempo leva: 5 a 10 minutos

Antes de começar

- Certifique-se de estar logado no sistema. Você deve ver o menu lateral visível com as opções de navegação.
 - Tenha em mãos os dados da empresa (eles estão listados neste tutorial — não precisa buscar em outro lugar).
 - Se já existir um cadastro anterior de outra empresa (por exemplo, do Conjunto 1), o formulário pode já estar preenchido. Nesse caso, simplesmente apague os valores e insira os da Vita-Sense.
-

Passo 1 — Navegar até a página de Empresa

Nota de acesso: Ao entrar no sistema com validaargus@valida.com.br, a tela de seleção de empresa aparece primeiro. Selecione "Vita-Sense Soluções Médicas Ltda." antes de seguir os passos abaixo.

O que fazer: No menu lateral à esquerda da tela, localize e clique na opção "Empresa" ou "Cadastro". Isso vai abrir a tela principal de cadastro da empresa.

O que você vai ver na tela: Uma página com um formulário dividido em seções (Dados Principais, Redes Sociais, Endereço, etc.). Os campos podem estar em branco ou com dados de outro teste anterior.

O que acontece depois: A tela de cadastro da empresa é exibida completamente. Se houver dados anteriores, eles estarão visíveis nos campos.

 **Correto se:** A tela de cadastro carregou e você consegue ver campos de texto para preencher.

 **Problema se:** A tela exibe uma mensagem de erro, fica em carregamento infinito, ou redireciona para outra página.

Passo 2 — Preencher os dados principais de identificação

O que fazer: Preencha os campos da seção de dados principais da empresa, um a um, com as informações abaixo.

O que você vai ver na tela: Campos de texto em branco (ou com dados anteriores que você vai substituir). Os campos geralmente são: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual e Website.

Dados a informar:

Campo	Valor
Razão Social	Vita-Sense Soluções Médicas Ltda.
Nome Fantasia	Vita-Sense
CNPJ	49.825.713/0001-04
Inscrição Estadual	901.234.567.0098
Website	https://vitasense.com.br

🔴 **Atenção:** O campo CNPJ pode ter máscara automática (formatar com pontos e barra enquanto você digita). Digite somente os números — o sistema formata sozinho.

O que acontece depois: Conforme você preenche, os campos ficam com os valores inseridos. Nenhuma mensagem aparece ainda — o sistema só confirma quando você clicar em Salvar.

✅ **Correto se:** Todos os campos estão preenchidos com os dados acima, sem mensagem de erro em nenhum deles.

❌ **Problema se:** O campo CNPJ exibe mensagem de "formato inválido" ou fica em vermelho após você terminar de digitar.

Passo 3 — Preencher as redes sociais

O que fazer: Localize a seção de Redes Sociais (pode estar logo abaixo dos dados principais ou em uma aba separada chamada "Redes Sociais" ou "Mídias Digitais"). Preencha os campos disponíveis.

O que você vai ver na tela: Campos para Instagram, LinkedIn e Facebook (podem haver outros). Todos devem estar em branco inicialmente.

Dados a informar:

Campo	Valor
Instagram	@vitasensemedical
LinkedIn	vita-sense-medical
Facebook	(deixar em branco — campo opcional)

🔴 **Atenção:** O Facebook deve ficar **vazio intencionalmente**. Este é um campo opcional e queremos confirmar que o sistema salva corretamente mesmo com ele em branco. Não invente um valor aqui.

O que acontece depois: Os campos preenchidos ficam com os valores inseridos. O campo Facebook permanece vazio.

✅ **Correto se:** Instagram e LinkedIn preenchidos; Facebook vazio sem nenhuma mensagem de erro obrigatório.

❌ **Problema se:** O sistema exige preenchimento do Facebook e não permite salvar sem ele.

Passo 4 — Preencher o endereço

O que fazer: Localize a seção de Endereço (pode estar em uma aba chamada "Endereço" ou logo abaixo das redes sociais). Preencha todos os campos de endereço.

O que você vai ver na tela: Campos de Logradouro, Complemento (ou Conjunto), Cidade, UF (Estado) e CEP.

Dados a informar:

Campo	Valor
Logradouro / Endereço	Rua Visconde de Nácar, 1441 – Conjunto 502
Cidade	Curitiba
UF	PR
CEP	80410-201

📌 **Atenção:** O campo UF provavelmente é uma lista suspensa (dropdown). Clique nele e selecione "PR" (Paraná) na lista. Se for campo de texto livre, digite **PR**.

O que acontece depois: Os campos de endereço estão preenchidos com os dados da Vita-Sense.

✅ **Correto se:** Todos os campos de endereço estão preenchidos corretamente, incluindo o estado PR selecionado.

❌ **Problema se:** O campo CEP exibe mensagem de formato inválido, ou o estado não tem a opção PR disponível.

Passo 5 — Salvar o cadastro

O que fazer: Após preencher todos os campos acima, localize o botão de salvar — geralmente chamado "Salvar", "Salvar Alterações" ou "Confirmar". Ele costuma estar no final do formulário ou no topo da página. Clique nele.

O que você vai ver na tela: O formulário completamente preenchido com todos os dados da Vita-Sense Soluções Médicas Ltda.

O que acontece depois: O sistema processa as informações e exibe uma mensagem de confirmação (geralmente um aviso verde no canto superior direito ou inferior da tela, chamado "toast"). A mensagem pode dizer algo como "Dados salvos com sucesso" ou "Empresa atualizada".

✅ **Correto se:** Uma mensagem verde de confirmação aparece na tela. Os dados continuam visíveis no formulário após salvar.

❌ **Problema se:** Uma mensagem vermelha de erro aparece, ou a tela fica em branco, ou os dados somem após clicar em Salvar.

Passo 5.5 — Reabrir a empresa para conferir e completar (NOVO em V4)

V4 — Passo crítico após salvar: o save inicial pode não persistir **TODOS** os campos visíveis. Siga os sub-passos abaixo para garantir consistência.

O que fazer:

1. Após o Passo 5 (Salvar), aguarde a mensagem verde de confirmação.
2. **Recarregue a página (F5)** ou navegue para outra tela e volte para **Configurações → Empresa**.
3. Confirme que o formulário voltou com **todos** os campos preenchidos (CNPJ, razão social, redes sociais, endereço completo).
4. Se algum campo voltou vazio, **preencha novamente** e clique em Salvar.
5. Verifique a top-bar. Se mostrar "Sem empresa" ou outra empresa, vá em **Configurações → Selecionar Empresa** e clique no card da Vita-Sense.

✅ **Correto se:** Após F5 todos os campos voltam preenchidos E a top-bar mostra "Vita-Sense Soluções Médicas Ltda.".

❌ **Problema se:** Algum campo volta vazio após F5 OU top-bar mostra empresa errada.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- A razão social **Vita-Sense Soluções Médicas Ltda.** está exibida no formulário
- O CNPJ **49.825.713/0001-04** está formatado corretamente
- Instagram e LinkedIn preenchidos; Facebook em branco (sem erro)
- Endereço de Curitiba / PR preenchido
- Uma mensagem verde de "salvo com sucesso" foi exibida
- Após F5, todos os campos persistem (V4)
- Top-bar do sistema mostra Vita-Sense como empresa ativa

● Sinais de problema:

- Mensagem vermelha de erro ao tentar salvar
- O sistema exige o Facebook obrigatoriamente
- Os dados desaparecem após salvar (não persistem)
- O CNPJ não aceita o formato com pontos e barra
- Após F5 algum campo volta vazio (defeito de persistência)

[UC-F02] Gerir Contatos e Área Padrão

O que este caso de uso faz: Aqui você cadastra os meios de contato da empresa (emails e telefones) e define qual é a área de atuação principal. Esses dados são usados pelo sistema para enviar notificações de editais encontrados e para filtrar oportunidades relevantes. Pense nisso como a "agenda de contatos" e o "cartão de especialidade" da empresa.

Onde: Menu lateral → Empresa → Contatos (ou aba Contatos dentro da página da Empresa)

Quanto tempo leva: 5 a 8 minutos

Antes de começar

- O cadastro principal da empresa (UC-F01) deve estar salvo. Se ainda não fez, volte ao UC-F01.
- Tenha os emails e telefones prontos — eles estão listados abaixo.

🔄 Nota V7 sobre ordem dos UCs (F02-01):

Pedagogicamente seria mais natural completar **todo o cadastro da empresa** (Documentos UC-F03, Certidões UC-F04, Responsáveis UC-F05) **antes** de mexer com áreas/portfólio. Mas a ordem atual existe porque:

1. **UC-F02 precisa de UC-F13:** o campo "Área Padrão" lista as áreas cadastradas em UC-F13.
2. **UC-F06+ (produtos) precisa de UC-F13:** filtros pedem Área/Classe/Subclasse.
3. **F03/F04/F05 não têm dependência forte** — podem rodar em qualquer ordem após F01.

Em uma versão futura, a Área Padrão será movida para Configurações, permitindo cadastro linear. Por ora, siga a ordem do índice.

Passo 1 — Navegar até a seção de Contatos

O que fazer: Na página da Empresa, procure a aba ou seção chamada "Contatos". Pode estar como uma aba no topo da página ou como um item no menu lateral sob "Empresa".

O que você vai ver na tela: Uma seção com campos para adicionar emails e telefones. Pode exibir uma lista vazia (se for o primeiro acesso) ou os contatos de um teste anterior.

O que acontece depois: A tela de contatos é exibida, pronta para receber os dados.

✓ **Correto se:** A seção de contatos está visível com campos para email e telefone.

✗ **Problema se:** A página exibe erro ou não há nenhum campo visível para contatos.

Passo 2 — Adicionar os endereços de email

O que fazer: Localize o campo ou botão para adicionar email. Pode ser um campo de texto com um botão "Adicionar" ao lado, ou uma lista onde você clica em "+ Email". Adicione os dois emails da Vita-Sense, um de cada vez.

O que você vai ver na tela: Uma área para inserir endereços de email, possivelmente com uma lista abaixo mostrando os já cadastrados.

Dados a informar (adicionar um por vez):

1. `licitacoes@vitasense.com.br`
2. `diretoria@vitasense.com.br`

O que acontece depois: Após adicionar cada email, ele aparece na lista de emails cadastrados. Você deve ver os dois emails listados ao final.

✓ **Correto se:** Os dois emails estão listados na tela sem mensagem de erro de formato.

✗ **Problema se:** O sistema rejeita um dos emails por formato inválido, ou só permite um email.

Passo 3 — Adicionar os telefones

O que fazer: Localize o campo para adicionar telefone (similar ao de email). Adicione os três telefones da Vita-Sense, um de cada vez.

O que você vai ver na tela: Um campo de telefone com máscara ou sem, e uma lista dos telefones já adicionados.

Dados a informar (adicionar um por vez):

1. `(41) 3024-7800` — telefone fixo da empresa
2. `(41) 99812-5634` — celular principal
3. `(41) 99445-2270` — celular secundário

📌 **Atenção:** O sistema pode ter máscara automática para telefone (coloca os parênteses e o hífen automaticamente). Se isso acontecer, basta digitar os números — o formato aparece sozinho.

O que acontece depois: Os três telefones aparecem listados na seção de contatos.

✓ **Correto se:** Três telefones estão listados, com os números formatados corretamente.

✗ **Problema se:** O sistema aceita somente um ou dois telefones, ou rejeita o celular (que tem 9 dígitos).

Passo 4 — Definir a Área Padrão de Atuação

O que fazer: Localize o campo "Área Padrão" ou "Área de Atuação Principal". Pode ser uma lista suspensa (dropdown) ou um campo de busca. Selecione ou digite a área correta.

O que você vai ver na tela: Um campo (provavelmente uma lista) com as opções de área de atuação disponíveis no sistema.

Dado a informar: `Equipamentos Médico-Hospitalares`

V4 — dica de filtro: se a lista de áreas é longa e não rola direito, digite "Equipa" no campo de busca. Isso filtra para apenas as áreas que contêm "Equipa" no nome. Em V4 também foi feita deduplicação no banco — antes podia haver várias entradas iguais, agora há apenas uma de cada.

O que acontece depois: A área selecionada fica destacada ou exibida no campo. Essa informação vai ser usada para filtrar automaticamente editais relevantes para a Vita-Sense.

✓ **Correto se:** A área "Equipamentos Médico-Hospitalares" está selecionada e visível.

✗ **Problema se:** A área não está disponível na lista após digitar "Equipa", ou o campo não salva a seleção.

Passo 5 — Salvar os contatos e área padrão

O que fazer: Clique no botão "Salvar" ou "Confirmar" para gravar todos os contatos e a área padrão.

O que você vai ver na tela: Todos os dados preenchidos nos passos anteriores visíveis na tela.

O que acontece depois: Uma mensagem verde de confirmação aparece na tela indicando que os dados foram salvos.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso aparece e os dois emails, três telefones e a área padrão continuam visíveis após salvar.

✗ **Problema se:** Mensagem de erro, ou os dados somem depois de salvar.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Dois emails cadastrados: `licitacoes@vitasense.com.br` e `diretoria@vitasense.com.br`
- Três telefones cadastrados: `(41) 3024-7800`, `(41) 99812-5634` e `(41) 99445-2270`
- Área padrão definida como `Equipamentos Médico-Hospitalares`
- Mensagem de sucesso foi exibida ao salvar

● **Sinais de problema:**

- Sistema limita o número de emails ou telefones
 - A área "Equipamentos Médico-Hospitalares" não existe na lista
 - Dados não persistem após salvar (somem ao atualizar a página)
-

[UC-F03] Gerir Documentos da Empresa

O que este caso de uso faz: Este é o arquivo digital da empresa. Aqui você sobe os documentos oficiais (alvarás, autorizações, certidões, certificados) que a empresa precisa apresentar em processos licitatórios. O sistema não apenas guarda os arquivos — ele monitora as datas de validade e sinaliza com cores quando um documento está prestes a vencer ou já vencido. Isso ajuda a empresa a nunca ser reprovada por documentação desatualizada.

Onde: Menu lateral → Empresa → Documentos

Quanto tempo leva: 10 a 15 minutos

Antes de começar

- O cadastro da empresa (UC-F01) deve estar salvo.
- Você vai fazer upload de **arquivos PDF** entregues junto com este tutorial na pasta `docs/documentos_sintetizados/` (envio do Pasteur). Use qualquer um deles — o conteúdo do PDF não importa para esta validação. Caso não tenha a pasta, **qualquer PDF** que você tenha no seu computador (max 10MB) serve.

V4: O dropdown de "Tipo de Documento" foi expandido. Agora aparecem 15 opções (vs 7 anteriores), incluindo "Autorização de Funcionamento ANVISA (AFE)", "Certidão Negativa Estadual", "Habilitação Fiscal/Econômica/Técnica". A opção "Outro" agora aceita ISO/Acreditação.

- Você vai cadastrar **quatro documentos** com datas de validade diferentes. Cada data vai gerar um status de cor diferente — isso é intencional e faz parte do que estamos validando.

Passo 1 — Navegar até a seção de Documentos

O que fazer: No menu lateral ou nas abas da página da Empresa, clique em "Documentos".

O que você vai ver na tela: Uma lista de documentos (possivelmente vazia se for o primeiro acesso) e um botão para adicionar novo documento.

O que acontece depois: A tela de gestão de documentos é exibida.

✓ **Correto se:** A tela de documentos carregou e há um botão visível para adicionar documentos.

✗ **Problema se:** A tela exibe erro ou não há botão para adicionar documentos.

Passo 2 — Cadastrar o Documento 1: Alvará / Licença Sanitária (vencimento próximo)

O que fazer: Clique no botão para adicionar um novo documento (pode ser "+ Adicionar Documento", "Novo", ou um ícone de mais). Um formulário ou modal deve abrir.

O que você vai ver na tela: Um formulário com campos como Tipo de Documento, Arquivo, Data de Validade e possivelmente Número ou Descrição.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento	Alvará / Licença Sanitária
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/ (clique em "Escolher arquivo" e selecione um PDF)
Data de Validade	12/05/2026

🔴 **Atenção:** A data 12/05/2026 é praticamente hoje (1º de abril de 2026). O sistema deve exibir este documento com um indicador de alerta — geralmente um badge ou ícone AMARELO, indicando que está prestes a vencer ou acabou de vencer. Isso é o comportamento esperado e correto.

O que acontece depois: Após salvar, o documento aparece na lista com um badge de status amarelo (pode dizer "Vence", "A vencer" ou similar).

✓ **Correto se:** Documento salvo e exibido na lista com indicador amarelo de alerta.

✗ **Problema se:** O documento não aparece na lista, ou aparece sem nenhum indicador de status de validade.

Passo 3 — Cadastrar o Documento 2: Autorização de Funcionamento ANVISA (válido)

O que fazer: Clique novamente no botão para adicionar novo documento.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento	Autorização de Funcionamento ANVISA (AFE)
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/
Data de Validade	18/03/2027

O que acontece depois: Este documento deve aparecer na lista com um indicador VERDE (válido, dentro do prazo).

✓ **Correto se:** Documento salvo com badge verde indicando situação regular.

✗ **Problema se:** Badge aparece em outra cor, ou nenhum badge de status é exibido.

Passo 4 — Cadastrar o Documento 3: Certificado ISO / Acreditação (válido)

O que fazer: Clique novamente no botão para adicionar novo documento.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento	Certificado ISO / Acreditação
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/
Data de Validade	30/11/2026

O que acontece depois: Este documento deve aparecer na lista com badge VERDE (válido por mais de 5 meses).

✓ **Correto se:** Documento salvo com badge verde.

✗ **Problema se:** Badge amarelo ou vermelho para este documento (a data ainda está longe — deveria ser verde).

Passo 5 — Cadastrar o Documento 4: Certidão Negativa Estadual (vencida)

O que fazer: Clique novamente no botão para adicionar novo documento.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento	Certidão Negativa Estadual
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/
Data de Validade	12/05/2026

🚨 **Atenção:** A data 12/05/2026 já passou (estamos em abril de 2026). O sistema deve exibir este documento com um indicador VERMELHO (vencido) ou AMARELO (alerta). Ambas as cores são aceitáveis para um documento já expirado — o importante é que o sistema sinalize o problema visivelmente.

O que acontece depois: Documento aparece na lista com badge vermelho ou amarelo de alerta.

✓ **Correto se:** Badge vermelho ou amarelo indica que o documento está com validade expirada.

✗ **Problema se:** Badge verde para um documento vencido em dezembro de 2025.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Quatro documentos na lista, cada um com seu tipo e badge de status correto:
- Alvará / Licença Sanitária → badge AMARELO (vencendo)
- Autorização de Funcionamento ANVISA (AFE) → badge VERDE (válido)
- Certificado ISO / Acreditação → badge VERDE (válido)
- Certidão Negativa Estadual → badge VERMELHO ou AMARELO (vencido)
- Os arquivos foram aceitos pelo sistema sem erro de upload

● Sinais de problema:

- Todos os documentos exibem o mesmo badge (independente da data)
- O sistema rejeita o arquivo PDF no upload
- Documentos vencidos aparecem com badge verde
- Menos de quatro documentos aparecem na lista

[UC-F04] Gerir Certidões Automáticas

O que este caso de uso faz: Certidões são documentos obrigatórios em licitações — prova que a empresa não tem dívidas com o governo federal, estadual, municipal, trabalhista, etc. Buscá-las manualmente em cada site é demorado e propenso a erros. Este módulo automatiza essa busca usando o CNPJ da empresa. Além disso, permite fazer upload manual quando a busca automática não consegue o documento. Aqui também configuramos com que frequência o sistema renova essas certidões automaticamente.

Onde: Menu lateral → Empresa → Certidões

Quanto tempo leva: 8 a 12 minutos

Antes de começar

- O CNPJ da Vita-Sense deve estar cadastrado (UC-F01 concluído).
- A busca automática requer conexão com a internet — verifique se o computador está online.
- Se a busca automática demorar mais de 30 segundos sem resposta, use o upload manual conforme descrito no Passo 4. Isso é normal em horários de pico dos sites governamentais.

Passo 1 — Navegar até a seção de Certidões

O que fazer: No menu lateral ou abas da página da Empresa, clique em "Certidões" ou "Certidões Automáticas".

O que você vai ver na tela: Uma tela com a lista de certidões disponíveis para busca automática, e provavelmente um campo mostrando o CNPJ da empresa que será consultado.

O que acontece depois: A tela de certidões é exibida com o CNPJ **49.825.713/0001-04** já preenchido automaticamente (vindo do cadastro).

✓ **Correto se:** O CNPJ da Vita-Sense está preenchido automaticamente.

✗ **Problema se:** O CNPJ está em branco ou com o CNPJ de outra empresa.

Passo 2 — Configurar a frequência de atualização automática

O que fazer: Localize o campo de "Frequência de Atualização" ou "Frequência de Busca". Selecione a opção quinzenal.

O que você vai ver na tela: Uma lista suspensa ou conjunto de botões com opções de frequência (Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, etc.).

Dado a informar: Selecionar **Quinzenal**

O que acontece depois: A frequência quinzenal fica selecionada. Isso significa que o sistema vai buscar as certidões automaticamente a cada 15 dias.

✓ **Correto se:** A opção "Quinzenal" está selecionada.

✗ **Problema se:** Não há opção quinzenal disponível, ou a seleção não é salva.

Passo 0 (Pré-requisito) — Verificar fontes de certidões disponíveis

V4 — Mudança importante: Não existe mais botão "Inicializar Fontes Padrão". As fontes já vêm pré-cadastradas no banco de dados.

O que fazer: Antes de buscar certidões, verifique que existem fontes cadastradas. Vá em **Configurações** → **Empresa** → **bloco "Certidões Automáticas"**. As 9 fontes pré-cadastradas devem aparecer:

1. **CND Federal** — Receita Federal / PGFN
2. **CND Estadual SEFAZ/PR** — Secretaria da Fazenda do Paraná (Curitiba)
3. **CND Municipal** — Prefeitura local
4. **CRF FGTS** — Caixa Econômica Federal
5. **CNDT Trabalhista** — Tribunal Superior do Trabalho
6. **SICAF** — Cadastro Unificado de Fornecedores
7. **CGU Correccional** — CEIS+CNEP+CEPIM
8. **Certidão Falência/Recuperação** — Tribunal de Justiça
9. **BrasilAPI Situação CNPJ** — Receita Federal via API

✓ **Correto se:** As 9 fontes aparecem listadas (não 5 como em versões antigas).

✗ **Problema se:** Tela aparece vazia ou retorna erro ao carregar fontes.

Passo 0.5 (Importante) — Cadastrar 3 fontes de certidão necessárias para os editais

V5 — Mudança importante: as 3 fontes que vamos cadastrar agora **NÃO são exemplos genéricos** — elas cobrem **lacunas reais** dos editais de teste das próximas sprints (2-9). Sem essas fontes, Vita-Sense não consegue habilitação completa nos editais que vamos validar.

Contexto técnico:

A fonte pré-cadastrada **CND Federal (Receita Federal / PGFN conjunta)** é a **fonte oficial principal** desde a Portaria MF 358/2014, que unificou a CND da Receita Federal com a CND da Dívida Ativa da União (PGFN) num único documento.

Mesmo assim, a PGFN mantém um portal próprio (REGULARIZE) que pode ser usado para consulta isolada de Dívida Ativa em casos específicos. Validamos a integração separada cadastrando-a abaixo.

Onde: Sidebar → **Cadastros** → **Fontes de Certidões** (item com ícone de globo 🌐)

Fonte 1 — PGFN: Dívida Ativa da União (REGULARIZE) — complementar à CND Federal conjunta

1. Clique em **+ Novo** no canto superior direito
2. Preencha exatamente:

Campo	Valor
Tipo de Certidão	CND Federal
Nome da Fonte	PGFN - REGULARIZE (Dívida Ativa)
Órgão Emissor	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
URL do Portal	https://www.regularize.pgfn.gov.br/
Método de Acesso	Público
Requer Autenticação	OFF
Permitir Busca Automática	☒ ON
Ativo	☒ ON
Observações	Portal REGULARIZE da PGFN. A CND Federal conjunta (RFB+PGFN) já cobre Dívida Ativa, mas esta fonte permite consulta isolada e validação separada.

1. Clique em **Salvar**.

Fonte 2 — SEFAZ-PR (CND ICMS) — necessária para edital **Processo 1299/2026 JACAREZINHO-PR**

O edital de teste **20 | Processo 1299/2026 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO-PR** exige CND Estadual ICMS do Paraná. Vita-Sense (Curitiba/PR) precisa cadastrar esta fonte para gerar a certidão automaticamente.

1. Clique em **+ Novo**
2. Preencha:

Campo	Valor
Tipo de Certidão	CND Estadual
Nome da Fonte	SEFAZ-PR - CND ICMS
Órgão Emissor	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná
URL do Portal	https://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/Certidao-Negativa-Estadual
Método de Acesso	Público
UF	PR
Permitir Busca Automática	☒ ON
Ativo	☒ ON
Observações	CND ICMS PR - exigida pelo edital de teste 1299/2026 (Jacarezinho-PR) e demais editais paranaenses.

1. Clique em **Salvar**.

Fonte 3 — Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR)

Vários editais (Lei 14.133, art. 67-68) exigem **Certidão Simplificada da Junta Comercial** comprovando regularidade do registro empresarial. Não está nas 9 pré-cadastradas e é necessária a partir da Sprint 2.

1. Clique em **+ Novo**
2. Preencha:

Campo	Valor
Tipo de Certidão	Outro
Nome da Fonte	JUCEPAR - Junta Comercial do Paraná
Órgão Emissor	Junta Comercial do Estado do Paraná
URL do Portal	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Certidao
Método de Acesso	Público
UF	PR
Permitir Busca Automática	☒ ON
Ativo	☒ ON
Observações	Certidão Simplificada exigida em habilitação jurídica/qualificação técnica. Validade 30-90 dias. Necessária para editais que pedem comprovação de registro empresarial.

1. Clique em **Salvar**.

☒ **Correto se:** As 3 fontes novas aparecem na lista, totalizando **12 fontes (9 pré + 3 novas)**, todas com badge "Ativo".

 **Importante: NÃO PULE este passo.** As próximas sprints (2-9) vão validar habilitação de Vita-Sense em editais que dependem destas 3 fontes. Sem elas, a busca automática vai retornar resultado parcial.

Cenário de validação B — desativar uma fonte existente:

1. Localize uma fonte (ex: **BrasilAPI Situação CNPJ**)
2. Clique em **edição** (lápis)
3. Desmarque o checkbox **Ativo**
4. Salve

☒ **Correto se:** Status muda para "Inativo".

Cenário de validação C — reativar:

1. Edite a fonte desativada acima
2. Marque **Ativo** ☒ novamente
3. Salve

☒ **Correto se:** Volta para "Ativo".

 **Observação importante:** as 3 fontes cadastradas em A ficam no banco para uso futuro. Se desativar uma fonte em B, **reative depois** para não impactar a busca real.

Sinais de problema:

- Item "Fontes de Certidões" não aparece na sidebar (verifique se você é superusuário)
- Tela CRUD em branco ou erro 500
- Não salva (campos obrigatórios ou erro de permissão)
- Erro de "fonte duplicada" — significa que essa URL já existe; troque o nome ou pule

Passo 3 — Iniciar a busca automática de certidões

O que fazer: Clique no botão "Buscar Certidões", "Consultar" ou similar. O sistema vai acessar os sites governamentais usando o CNPJ da Vita-Sense e tentar baixar as certidões automaticamente.

O que você vai ver na tela: O botão de busca. Possivelmente um indicador de progresso enquanto a busca está acontecendo.

O que acontece depois: O sistema tenta conectar com os sites governamentais. Esse processo pode levar de 10 a 30 segundos. Algumas certidões podem ser encontradas automaticamente; outras podem falhar se o site governamental estiver fora do ar.

🔴 **Atenção:** Como o CNPJ **49.825.713/0001-04** é fictício (usado apenas para testes), é provável que a busca automática não retorne documentos reais dos sites governamentais. Isso é esperado. O próximo passo mostra como fazer o upload manual nesse caso.

✅ **Correto se:** O sistema tenta a busca e exibe o resultado (seja com certidões encontradas ou com mensagem de que não encontrou).

❌ **Problema se:** O sistema trava indefinidamente (mais de 60 segundos sem resposta) ou exibe um erro fatal de sistema.

Passo 4 — Fazer upload manual de certidão (PGFN)

O que fazer: Localize a certidão da PGFN (Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná) na lista. Clique no botão de upload manual ao lado dela (pode ser um ícone de upload, nuvem ou a palavra "Upload"). Um formulário deve abrir.

O que você vai ver na tela: Um modal ou formulário para upload manual de certidão, com campos para arquivo, data de validade e número da certidão.

Dados a informar:

Campo	Valor
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/
Data de Validade	30/11/2026
Número da Certidão	SEFAZ-PR-2026-4982

O que acontece depois: O arquivo é enviado e a certidão aparece na lista com status "Upload manual" e os dados informados.

✅ **Correto se:** A certidão PGFN aparece na lista com a data de validade **30/11/2026** e o número **SEFAZ-PR-2026-4982**.

❌ **Problema se:** O upload falha ou os dados não aparecem na lista após salvar.

Passo 5 — Verificar e editar os detalhes da certidão via modal

O que fazer: Após o upload, clique na certidão PGFN para abrir seus detalhes ou clique em um botão de edição (lápis, "Editar" ou similar).

O que você vai ver na tela: Um modal com os detalhes da certidão que você acabou de cadastrar.

Verificar se os dados estão corretos:

Campo	Valor esperado
Status	Upload manual
Data de Validade	30/11/2026
Número	SEFAZ-PR-2026-4982
Órgão	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná

O que acontece depois: Se os dados estiverem corretos, feche o modal. Se precisar corrigir algum campo, edite e salve.

✓ **Correto se:** Todos os quatro campos estão corretos conforme a tabela acima.

✗ **Problema se:** O campo Órgão está vazio ou com nome diferente, ou a data está incorreta.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- A seção de certidões exibe a lista de certidões disponíveis para a empresa
- A frequência de atualização está configurada como **Quinzenal**
- A certidão PGFN aparece com status "Upload manual", data **30/11/2026** e número **SEFAZ-PR-2026-4982**
- O órgão está identificado como **Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná**

● Sinais de problema:

- A tela de certidões não carrega ou exibe erro
- Não há opção de upload manual
- Os dados da certidão não persistem após salvar
- A frequência quinzenal não está disponível

[UC-F05] Gerir Responsáveis da Empresa

O que este caso de uso faz: Em licitações, é obrigatório identificar quem assina documentos e quem é responsável técnico pelos produtos. Este módulo permite cadastrar as pessoas que representam a empresa — o representante legal (quem assina contratos) e o responsável técnico (quem responde pela qualidade e conformidade dos produtos). Esses dados aparecem automaticamente nos documentos gerados pelo sistema.

Onde: Menu lateral → Empresa → Responsáveis

Quanto tempo leva: 5 a 8 minutos

Antes de começar

- O cadastro principal da empresa deve estar salvo.
- Neste conjunto de dados, vamos cadastrar **apenas dois responsáveis** (sem Preposto). Isso valida que o sistema funciona corretamente sem o terceiro tipo de responsável.

Passo 1 — Navegar até a seção de Responsáveis

O que fazer: No menu lateral ou abas da página da Empresa, clique em "Responsáveis".

O que você vai ver na tela: Uma lista de responsáveis (possivelmente vazia) e um botão para adicionar novo responsável.

O que acontece depois: A seção de responsáveis é exibida.

✓ **Correto se:** A tela de responsáveis carregou e há botão para adicionar.

✗ **Problema se:** Tela em branco ou erro ao carregar.

Passo 2 — Cadastrar o Responsável 1: Representante Legal

O que fazer: Clique no botão para adicionar novo responsável. Um formulário deve abrir com campos para Tipo, Nome, Cargo, Email e Telefone.

O que você vai ver na tela: Um formulário ou modal de cadastro de responsável.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo	Representante Legal
Nome	Roberto Mendes Cardoso
Cargo	Diretor-Presidente
Email	fernanda.costa@vitasense.com.br
Telefone	(41) 99812-5634
CPF	794.582.116-31

O que acontece depois: Após salvar, a Roberto Mendes Cardoso aparece na lista de responsáveis com o tipo "Representante Legal".

✓ **Correto se:** O responsável aparece na lista com nome e tipo corretos.

✗ **Problema se:** O formulário não aceita o tipo "Representante Legal" ou os dados não são salvos.

Passo 3 — Cadastrar o Responsável 2: Responsável Técnico

O que fazer: Clique novamente no botão para adicionar novo responsável.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo	Responsável Técnico
Nome	Dra. Patrícia Moreira Lopes
Cargo	Engenheira Biomédica
Email	ricardo.nunes@vitasense.com.br
Telefone	(41) 99445-2270
CPF	482.715.903-67

📌 **Nota:** O campo CPF é opcional, mas recomendamos preencher para completude do cadastro.

O que acontece depois: O Dr. Ricardo aparece na lista de responsáveis com o tipo "Responsável Técnico". A lista agora tem dois itens.

✓ **Correto se:** Dois responsáveis listados, cada um com seu tipo correto.

✗ **Problema se:** O sistema exige um Preposto para salvar, ou rejeita o cargo "Engenheira Biomédica".

Passo 4 — Confirmar que não existe terceiro responsável (sem Preposto)

O que fazer: Verifique a lista de responsáveis. Confirme que há exatamente dois, sem um terceiro do tipo "Preposto".

O que você vai ver na tela: Dois cards ou linhas na lista: Roberto Mendes Cardoso (Representante Legal) e Dra. Patrícia Moreira Lopes (Responsável Técnico).

📌 **Atenção:** A ausência do Preposto é intencional. Queremos confirmar que o sistema não obriga o cadastro de um Preposto para funcionar. Se o sistema exibir um aviso dizendo que o Preposto é obrigatório, isso deve ser reportado como problema.

✓ **Correto se:** Exatamente dois responsáveis na lista, sem mensagem de alerta exigindo um Preposto.

✗ **Problema se:** O sistema exibe erro ou aviso dizendo que um Preposto é obrigatório.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Dois responsáveis cadastrados na lista
- Roberto Mendes Cardoso → tipo Representante Legal, cargo Diretor-Presidente
- Dra. Patrícia Moreira Lopes → tipo Responsável Técnico, cargo Engenheira Biomédica
- Sistema não exige um terceiro responsável (Preposto)

● Sinais de problema:

- Sistema obriga cadastro de Preposto
- Os dados dos responsáveis não persistem
- O tipo "Responsável Técnico" não existe na lista de opções

[UC-F13] Gerir e consultar classificação Área/Classe/Subclasse

V8 do UC (29/04/2026): Este UC foi reescrito. Antes era apenas "Consultar" (visualizar a árvore). Agora você **CRIA** a hierarquia primeiro e DEPOIS visualiza o que criou.

Por que: cada empresa tem sua própria hierarquia (`empresa_scoped=True` no banco). A empresa Vita-Sense (que você acabou de criar/vincular) ainda não tem nenhuma área/classe/subclasse cadastrada — você precisa criar a estrutura para que os outros UCs (UC-F02 área padrão, UC-F06 filtros de produto, UC-F08 cadastro de produto, e Sprint 2 com filtros de edital) funcionem.

O que este caso de uso faz: O sistema possui uma hierarquia de classificação de produtos: **Área → Classe → Subclasse**. É como uma árvore de categorias — similar ao que você vê em e-commerces, onde produtos são organizados em departamentos e subseções. Você vai **criar** essa estrutura nos 3 CRUDs específicos (Áreas, Classes, Subclasses) e depois conferir na PortfolioPage que tudo aparece corretamente na árvore.

Onde:

- Cadastros → Áreas de Produto (criar áreas)
- Cadastros → Classes de Produto (criar classes vinculadas a áreas)
- Cadastros → Subclasses de Produto (criar subclasses vinculadas a classes, com NCM)
- Portfólio → aba Classificação (visualizar a árvore consolidada)

Quanto tempo leva: 12 a 18 minutos (3 hierarquias × 3 ciclos = 9 cadastros + visualização)

Antes de começar

- Você deve ter logado como super (validaargus ou similar) e ter a empresa Vita-Sense **selecionada como ativa** (UC-F18 já feito).
- Os 3 CRUDs (**Áreas de Produto** , **Classes de Produto** , **Subclasses de Produto**) ficam dentro do menu lateral em **Cadastros**.
- Se em algum momento você já criou parte da hierarquia em sessão anterior, o tutorial é **idempotente**: pule os passos de criação cujos itens já aparecem na listagem e siga.

Resumo do que você vai criar (3 hierarquias completas)

- ```
1. Equipamentos Médico-Hospitalares
 └─ Monitoração
 └─ Monitor Multiparamétrico (NCM 9018.19.90)

2. Equipamentos Médico-Hospitalares
 └─ Ventilação Pulmonar
 └─ Ventilador Pulmonar (NCM 9019.20.10)
 └─ Ventilação Pulmonar
 └─ Oxímetro de Pulso (NCM 9019.20.10)
```

Total: 2 áreas, 3 classes, 3 subclasses.

### PARTE 1 — Criar Áreas

#### Passo 1.1 — Navegar para Cadastros → Áreas de Produto

**O que fazer:** Na sidebar, expanda a seção **Cadastros**. Clique no item **Áreas de Produto** (pode estar dentro de uma sub-seção "Empresa" ou similar).

**O que você vai ver:** Uma página CRUD com botão **Novo** no canto superior e uma lista (provavelmente vazia, se for a primeira vez).

✓ **Correto se:** Header da página mostra "Áreas de Produto" e botão **Novo** está visível.

#### Passo 1.2 — Criar Área "Equipamentos Médico-Hospitalares"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo**.
2. No campo **Nome**, digite exatamente: **Equipamentos Médico-Hospitalares**
3. Clique **Salvar**.

✓ **Correto se:** Mensagem "Salvo com sucesso" aparece e a área entra na listagem.

✗ **Problema se:** Erro de duplicidade (área já existe — pular este passo) ou erro de validação.

#### Passo 1.3 — Criar Área "Equipamentos Médico-Hospitalares"

**O que fazer:** Clique **Novo** novamente. Nome: **Equipamentos Médico-Hospitalares**. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem agora mostra **2 áreas**.

### PARTE 2 — Criar Classes

#### Passo 2.1 — Navegar para Cadastros → Classes de Produto

**O que fazer:** Sidebar → Cadastros → **Classes de Produto**.

✓ **Correto se:** Página CRUD de Classes carrega com botão **Novo**.

#### Passo 2.2 — Criar Classe "Monitoração" vinculada à Área "Equipamentos Médico-Hospitalares"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo**.
2. No select **Área**, selecione: **Equipamentos Médico-Hospitalares**.
3. No campo **Nome**, digite: **Monitoração**.
4. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem mostra a classe com a área associada.

### Passo 2.3 — Criar Classe "Ventilação Pulmonar" vinculada à Área "Equipamentos Médico-Hospitalares"

**O que fazer:** Clique **Novo** . Área: **Equipamentos Médico-Hospitalares** . Nome: **Ventilação Pulmonar** . Salvar.

### Passo 2.4 — Criar Classe "Ventilação Pulmonar" vinculada à mesma área

**O que fazer:** Clique **Novo** . Área: **Equipamentos Médico-Hospitalares** . Nome: **Ventilação Pulmonar** . Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem mostra **3 classes**, sendo 1 em Equipamentos e 2 em Diagnóstico.

---

## PARTE 3 — Criar Subclasses (com NCM)

### Passo 3.1 — Navegar para Cadastros → Subclasses de Produto

**O que fazer:** Sidebar → Cadastros → **Subclasses de Produto**.

✓ **Correto se:** Página CRUD de Subclasses carrega com botão **Novo** e campos para Classe + Nome + NCM.

### Passo 3.2 — Criar Subclasse "Monitor Multiparamétrico" vinculada à classe "Monitoração"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo** .
2. Select **Classe:** selecione **Monitoração** .
3. **Nome:** **Monitor Multiparamétrico**
4. **NCM:** **9018.19.90**
5. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem mostra a subclasse com NCM.

### Passo 3.3 — Criar Subclasse "Ventilador Pulmonar"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo** .
2. Classe: **Ventilação Pulmonar**
3. Nome: **Ventilador Pulmonar**
4. NCM: **9019.20.10**
5. Salvar.

### Passo 3.4 — Criar Subclasse "Oxímetro de Pulso"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo** .
2. Classe: **Ventilação Pulmonar**
3. Nome: **Oxímetro de Pulso**
4. NCM: **9019.20.10**
5. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem mostra **3 subclasses** com seus NCMs.

---

## PARTE 4 — Configurar Máscara de Campos das Subclasses (NOVO em V6)

**Por que esta parte é importante:** quando você cadastra um produto da subclasse "Ventilador Pulmonar", o sistema precisa saber **quais especificações são esperadas** (modos ventilatórios, volume corrente, frequência respiratória, etc.). A **Máscara de Campos** ( `campos_mascara` ) define isso previamente. Sem esta configuração, o cadastro do produto fica "à mão livre" sem orientação dos campos certos.

**Onde:** Cadastros → Portfolio → Subclasses → clicar na subclasse → editar → campo **"Máscara de Campos"** (último campo do formulário, full-width).

### Passo 4.1 — Abrir editor de máscara da subclasse "Ventilador Pulmonar"

**O que fazer:**

1. Sidebar → **Cadastros** → **Portfolio** → **Subclasses**
2. Localize na lista a subclasse **Ventilador Pulmonar** (criada em PARTE 3)
3. Clique no ícone de **edição** (lápiz)
4. Role o formulário até o último campo: **"Máscara de Campos"**
5. Você verá um editor visual com botão **"+ Adicionar Campo"**

 **Correto se:** Editor aparece com lista vazia + botão para adicionar.

### Passo 4.2 — Adicionar os 8 campos da máscara de Ventilador Pulmonar

**O que fazer:** Clique em **"+ Adicionar Campo"** 8 vezes, preenchendo cada um:

| # | Nome do Campo           | Tipo    | Unidade   | Opções                       | Obrigatório |
|---|-------------------------|---------|-----------|------------------------------|-------------|
| 1 | Modos Ventilatórios     | texto   | —         | —                            | ✓           |
| 2 | Volume Corrente         | texto   | mL        | —                            | ✓           |
| 3 | Frequência Respiratória | texto   | rpm       | —                            | ✓           |
| 4 | Tipo de Paciente        | seleção | —         | Adulto, Pediátrico, Neonatal | ✓           |
| 5 | Tela                    | texto   | polegadas | —                            | —           |
| 6 | Bateria                 | decimal | horas     | —                            | —           |
| 7 | Classe ANVISA           | seleção | —         | I, II, III, IV               | ✓           |
| 8 | Registro ANVISA         | texto   | —         | —                            | ✓           |

### Passo 4.3 — Salvar a subclasse

**O que fazer:** Clique em **"Salvar"** ou **"Atualizar"**.

 **Correto se:** Mensagem verde "Salvo!". Ao reabrir "Ventilador Pulmonar", os 8 campos da máscara devem reaparecer.

### Passo 4.4 — Repetir para "Oxímetro de Pulso"

**O que fazer:** Volte à listagem de Subclasses. Edite **Oxímetro de Pulso** e configure a máscara abaixo:

| # | Nome do Campo                | Tipo    | Unidade | Opções                                  | Obrigatório |
|---|------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | Faixa de SpO2                | texto   | %       | —                                       | ✓           |
| 2 | Faixa de Frequência Cardíaca | texto   | bpm     | —                                       | ✓           |
| 3 | Tipo de Sensor               | seleção | —       | Adulto, Pediátrico, Neonatal, Universal | ✓           |
| 4 | Bateria                      | decimal | horas   | —                                       | —           |
| 5 | Display                      | texto   | —       | —                                       | —           |
| 6 | Peso                         | decimal | kg      | —                                       | —           |
| 7 | Classe ANVISA                | seleção | —       | I, II, III, IV                          | ✓           |
| 8 | Registro ANVISA              | texto   | —       | —                                       | ✓           |

Salvar.

✓ **Correto se:** "Oxímetro de Pulso" também tem 8 campos na máscara.

#### Passo 4.5 — Verificar resultado no PortfolioPage

**O que fazer:** Vá em **Portfólio** → **aba Classificação**. Localize as 2 subclasses configuradas. Cada uma deve mostrar os campos da máscara.

✓ **Correto se:** "Ventilador Pulmonar" e "Oxímetro de Pulso" mostram os 8 campos cada.

🔗 **Observação:** A máscara é uma **referência** para o cadastro de produtos (UC-F07/F08). Ela não impede salvar produto sem alguma especificação — é uma sugestão de UI que ajuda o validador a saber quais campos são esperados para aquele tipo de produto.

## PARTE 5 — Visualizar a árvore consolidada

### Passo 5.1 — Navegar para Portfólio → aba Classificação

**O que fazer:** Sidebar → Configurações → Portfolio (ou Portfólio direto, dependendo do menu). Acesse a aba **Classificação**.

**O que você vai ver:** Card "Estrutura de Classificação" listando as 2 áreas que você criou, expansíveis.

✓ **Correto se:** Aparecem as áreas **Equipamentos Médico-Hospitalares** e **Equipamentos Médico-Hospitalares**.

### Passo 5.2 — Expandir cada área e classe

**O que fazer:** Clique nas setas para expandir. Confira:

- **Equipamentos Médico-Hospitalares**
- **Monitoração** → **Monitor Multiparamétrico** (NCM 9018.19.90)
- **Equipamentos Médico-Hospitalares**
- **Ventilação Pulmonar** → **Ventilador Pulmonar** (NCM 9019.20.10)
- **Ventilação Pulmonar** → **Oxímetro de Pulso** (NCM 9019.20.10)



✓ **Correto se:** Toda a árvore aparece com NCMs corretos.

✗ **Problema se:** Falta alguma área/classe/subclasse — voltar ao CRUD correspondente e completar.

### Passo 5.3 — Conferir Card "Funil de Monitoramento"

**O que verificar:** Contagem de "N classes" e "N subclasses" reflete o que você acabou de criar.

### ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- 2 áreas criadas (Equipamentos Médico-Hospitalares + Diagnóstico in Vitro)
- 3 classes criadas (Monitoração + Ventilação Pulmonar + Ventilação Pulmonar)
- 3 subclasses criadas com NCMs corretos
- **Máscara de Campos configurada (V6) em "Ventilador Pulmonar" (8 campos) e "Oxímetro de Pulso" (8 campos)**
- Árvore consolidada na PortfolioPage mostra tudo aninhado

● **Sinais de problema:**

- Erro 400 ao salvar classe (esqueceu selecionar Área)
- Erro 400 ao salvar subclasse (esqueceu selecionar Classe)
- NCM rejeitado (formato precisa ser XXXX.XX.XX)
- Duplicidade ao tentar criar Área já existente (pular)

**Pós-requisito:** Os UCs **UC-F02 (Área Padrão)**, **UC-F06 (Filtros de produto)**, **UC-F08 (Cadastrar produto)** e **Sprint 2 (busca de editais com filtros de classificação)** dependem desta hierarquia. Não execute esses UCs antes de concluir UC-F13.

## [UC-F06] Listar e Filtrar Produtos do Portfólio

**O que este caso de uso faz:** O portfólio de produtos é o catálogo de tudo que a empresa vende ou pode oferecer em licitações. Esta tela permite visualizar todos os produtos cadastrados e filtrá-los por área de atuação ou palavras-chave. Assim, quando um edital chega, é fácil verificar se a empresa tem o produto certo no portfólio.

**Onde:** Menu lateral → Portfólio

**Quanto tempo leva:** 3 a 5 minutos

### Antes de começar

- Para este UC, pode não haver produtos cadastrados ainda (se for o primeiro acesso). Nesse caso, a validação principal é confirmar que a tela carrega corretamente e que os filtros funcionam. Os produtos serão cadastrados nos próximos UCs.
- Se já houver produtos cadastrados de testes anteriores, eles serão visíveis aqui.

**V4 — Empty state esperado:** se você está executando este tutorial pela primeira vez para a empresa VitaSense, a lista virá vazia. Isso é o comportamento correto. Volte aqui depois do UC-F07 para ver o filtro retornando os produtos cadastrados.

## Passo 1 — Navegar até o Portfólio

**O que fazer:** No menu lateral, clique em "Portfólio" ou "Produtos".

**O que você vai ver na tela:** A tela de listagem de produtos, possivelmente com cards ou linhas para cada produto. Se não houver produtos, uma mensagem de "nenhum produto encontrado" ou área vazia.

**O que acontece depois:** A tela de portfólio é exibida.

✓ **Correto se:** A tela carregou sem erros.

✗ **Problema se:** Erro 404, tela em branco ou mensagem de erro técnico.

---

## Passo 2 — Testar o filtro por Área

**O que fazer:** Localize o campo de filtro por Área (pode ser um dropdown, uma lista lateral ou um campo de busca). Selecione a área **Equipamentos Médico-Hospitalares**.

**O que você vai ver na tela:** Uma lista de produtos sendo filtrada (ou, se não houver produtos ainda, uma área vazia).

**O que acontece depois:** A lista exibe apenas produtos da área selecionada. Se não houver nenhum ainda, aparece uma mensagem como "nenhum produto encontrado para esta área".

✓ **Correto se:** O filtro funciona — a lista muda após selecionar a área.

✗ **Problema se:** O filtro não tem efeito ou exibe erro.

---

## Passo 3 — Testar a busca por palavra-chave "reagente"

**O que fazer:** Localize o campo de busca por texto (geralmente no topo da lista, pode ter um ícone de lupa). Digite a palavra **reagente** e pressione Enter ou aguarde a busca automática.

**O que você vai ver na tela:** O campo de busca com a palavra digitada.

**O que acontece depois:** A lista é filtrada para mostrar apenas produtos que contêm a palavra "reagente" no nome ou descrição.

🔍 **Nota:** O termo "reagente" busca no nome, fabricante e modelo do produto. Se não houver produto com esse termo nesses campos, a busca não retornará resultados. O filtro por Área/Classe é mais apropriado para buscar por categoria.

✓ **Correto se:** A lista reage à palavra digitada (seja mostrando produtos, seja mostrando "nenhum resultado").

✗ **Problema se:** A busca não funciona ou exibe erro.

---

## Passo 4 — Testar a busca por palavra-chave "hemograma"

**O que fazer:** Limpe o campo de busca anterior e digite **hemograma**. Observe se a lista é filtrada.

**O que você vai ver na tela:** O campo de busca com a nova palavra.

**O que acontece depois:** A lista filtra para produtos relacionados ao hemograma (o produto se chama "Oxímetro de Pulso Portátil Mindray PM-60").

✓ **Correto se:** O campo de busca aceita a nova palavra e a lista responde.

✗ **Problema se:** O campo de busca trava ou não aceita nova entrada.

---

## ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- A tela de portfólio carrega sem erros
- O filtro por Área funciona (lista muda ou exibe "sem resultados")

- A busca por "reagente" funciona
- A busca por "hemograma" funciona

 **Sinais de problema:**

- Tela não carrega
- Filtros não têm nenhum efeito na lista
- Campo de busca não aceita texto

---

## [UC-F07] Cadastrar Produto por IA

---

**O que este caso de uso faz:** Em vez de preencher manualmente todos os campos de um produto (o que pode ser muito trabalhoso para produtos técnicos complexos), o sistema usa Inteligência Artificial para preencher automaticamente as informações a partir do nome e tipo do produto. Você dá o nome do produto, a IA pesquisa e preenche fabricante, especificações técnicas, classificação e muito mais. Você ainda pode ajustar o que a IA trouxe.

**Onde:** Menu lateral → Portfólio → Novo Produto (ou botão "+ Produto")

**Quanto tempo leva:** 5 a 10 minutos (a IA pode levar até 60 segundos para responder)

---

### Antes de começar

- Certifique-se de que o sistema está conectado à internet (a IA precisa acessar serviços externos).
  - Tenha paciência: a IA pode levar entre 20 e 60 segundos para processar o produto. Não clique em outros botões enquanto aguarda.
  - Você vai cadastrar um produto de diagnóstico in vitro (reagente para glicose), que é o produto principal da Vita-Sense.
- 

### Passo 1 — Abrir o formulário de cadastro de novo produto

**O que fazer:** Na tela de Portfólio, clique no botão para adicionar um novo produto (pode ser "Novo Produto", "+ Adicionar", ou um botão com ícone de mais).

**O que você vai ver na tela:** Um formulário de cadastro de produto. Pode ser em uma nova página ou em um modal sobreposto à lista.

**O que acontece depois:** O formulário de novo produto é exibido, com campos em branco.

 **Correto se:** O formulário abriu e está em branco, pronto para receber dados.

 **Problema se:** O formulário não abre, ou abre com erro.

---

### Passo 2 — Preencher os dados básicos do produto para a IA processar

**O que fazer:** Preencha os campos que a IA vai usar como base para sua pesquisa. O mais importante é o nome do produto e a classificação.

**Dados a informar:**

| Campo                       | Valor                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Documento / Entrada | Instruções de Uso / IFU                                 |
| Arquivo                     | qualquer PDF da pasta docs/<br>documentos_sintetizados/ |
| Nome do Produto             | Ventilador Pulmonar Drager Savina 300                   |
| Área                        | Equipamentos Médico-Hospitalares                        |
| Classe                      | Ventilação Pulmonar                                     |
| Subclasse                   | Ventilador Pulmonar                                     |

**V4 — sobre o campo NCM:** o NCM tem máscara automática 9999.99.99 (8 dígitos). Digite só os 8 dígitos e os pontos aparecem sozinhos. Não cole 9019.20.10 direto — o input só aceita os números.

**O que acontece depois:** Os campos básicos estão preenchidos. O formulário ainda não foi enviado para a IA.

✓ **Correto se:** Todos os campos estão preenchidos e nenhum campo obrigatório está em vermelho.

✗ **Problema se:** A subclasse "Ventilador Pulmonar" não existe na lista, ou a área não tem a classe "Ventilação Pulmonar".

### Passo 3 — Aguardar o processamento da IA

**V4 — Aviso importante:** se você já criou um produto manualmente antes de subir o arquivo, a IA pode **criar um SEGUNDO produto** com nome similar a partir do arquivo, em vez de complementar o existente. Para esta validação V4: suba o arquivo **IA antes** de salvar manualmente, ou aceite que dois produtos vão aparecer e marque um deles para exclusão. Reporte se a duplicidade ocorrer.

**O que fazer:** Clique no botão de confirmar ou enviar (pode ser "Cadastrar com IA", "Processar", "Salvar e Analisar"). Após clicar, **aguarde** — não clique em mais nada.

**O que você vai ver na tela:** Um indicador de carregamento (spinner, barra de progresso, ou mensagem "Processando..."). A tela pode ficar "ocupada" enquanto a IA trabalha.

🔥 **Atenção:** Este processamento pode levar entre 20 e 60 segundos. Aguarde pacientemente até a tela responder. Se depois de 90 segundos nada acontecer, reporte como problema.

**O que acontece depois:** A IA completa o processamento e os campos do produto são preenchidos automaticamente com as informações encontradas. Uma mensagem de sucesso deve aparecer.

🔥 **Atenção:** O processamento da IA salva os dados automaticamente no produto. Não há etapa de revisão antes do salvamento — após o processamento, os campos já estarão preenchidos e salvos. Caso algum dado esteja incorreto, você poderá editar manualmente no UC-F08.

✓ **Correto se:** Após o processamento, campos como fabricante, especificações e descrição estão preenchidos automaticamente pela IA.

✗ **Problema se:** A tela fica carregando por mais de 90 segundos, ou aparece mensagem de erro de IA.

### Passo 4 — Cadastrar o segundo item: Plano de Contas ERP (sem nome)

**O que fazer:** Ainda no módulo de documentos/produtos, adicione um segundo item com as seguintes características específicas.

**Dados a informar:**

| Campo   | Valor                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo    | Plano de Contas (ERP)                                                             |
| Arquivo | docs/documentos_sintetizados/sprint1/UC-F07/plano_contas_exemplo.csv (NOVO em V4) |
| Nome    | (deixar em branco — não preencher)                                                |

**V4 — arquivo de exemplo agora incluso:** o arquivo `plano_contas_exemplo.csv` foi gerado e está em `docs/documentos_sintetizados/sprint1/UC-F07/`. Ele contém 15 produtos hospitalares com NCM, fabricante, preço base.

 **Atenção:** O nome deve ficar **em branco propositalmente**. Queremos validar que o sistema aceita salvar um documento do tipo "Plano de Contas ERP" sem um nome específico. Esse é um comportamento esperado — este tipo de documento não precisa de nome customizado.

**O que acontece depois:** O item é salvo sem nome, e aparece na lista identificado apenas pelo tipo.

 **Correto se:** O sistema aceita salvar sem o campo nome preenchido.

 **Problema se:** O sistema exige o nome obrigatoriamente e não permite salvar.

## Passo 5 — Importação em lote via Plano de Contas (ERP)

**O que fazer:** O sistema permite importar **múltiplos produtos de uma só vez** a partir de um arquivo de Plano de Contas (ERP) ou Nota Fiscal (NFS). Para testar:

1. Na tela de Portfólio, clique no botão para adicionar um novo produto ("Novo Produto", "+ Adicionar" ou similar)
2. No dropdown **Tipo de Documento**, selecione **Plano de Contas (ERP)**
3. Faça upload de um arquivo `.xlsx`, `.csv` ou `.pdf` que contenha uma lista de produtos/itens
4. Opcionalmente, preencha o nome do produto para direcionar a IA
5. Clique em confirmar/enviar

**O que você vai ver na tela:** O sistema processa o arquivo via IA e extrai cada item individualmente, cadastrando múltiplos produtos de uma só vez.

 **Atenção:** O processamento em lote pode levar até 2 minutos dependendo do tamanho do arquivo. Aguarde pacientemente. O mesmo fluxo funciona com o tipo **Nota Fiscal (NFS)** para importar itens de notas fiscais. Os tipos de arquivo aceitos são: `.pdf`, `.xlsx`, `.xls`, `.csv`.

**O que acontece depois:** Vários produtos novos aparecem no portfólio, cada um extraído automaticamente do arquivo enviado.

 **Correto se:** O sistema processa o arquivo e cadastra múltiplos produtos automaticamente.

 **Problema se:** O upload falha, nenhum produto é criado, ou o sistema só cadastra um item do arquivo.

## Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- O produto `Ventilador Pulmonar Drager Savina 300` foi cadastrado e aparece no portfólio
- A IA preencheu automaticamente informações do produto (fabricante, especificações ou descrição)
- O item "Plano de Contas ERP" foi salvo sem nome, sem erro
- A importação em lote via Plano de Contas processou e cadastrou múltiplos produtos
- A classificação Área / Classe / Subclasse está correta

 **Sinais de problema:**

- A IA não processa e retorna erro após mais de 90 segundos
- Nenhum campo é preenchido automaticamente pela IA

- O sistema exige nome obrigatório para o Plano de Contas ERP
- A importação em lote não cadastra nenhum produto
- A subclasse "Ventilador Pulmonar" não está disponível

## [UC-F08] Editar Produto do Portfólio

**O que este caso de uso faz:** Após o cadastro inicial (especialmente quando feito pela IA), é comum precisar complementar ou corrigir informações de um produto. Este UC permite editar todos os campos de um produto já cadastrado: nome, fabricante, modelo, especificações técnicas, código NCM e classificação. Pense nisso como a ficha técnica completa do produto — quanto mais completa, melhor o sistema consegue identificar editais compatíveis.

**Onde:** Menu lateral → Portfólio → clicar no produto → Editar  
**Quanto tempo leva:** 8 a 12 minutos

### Antes de começar

- O produto **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300** deve estar cadastrado (UC-F07 concluído).
- Você vai atualizar o nome do produto e preencher informações técnicas detalhadas.
- Os dropdowns de **Área**, **Classe** e **Subclasse** dependem de dados cadastrados previamente (UC-F13). Se estiverem vazios, prossiga com os demais campos e retorne após executar o UC-F13.

### Passo 1 — Localizar e abrir o produto para edição

**O que fazer:** Na tela de portfólio, localize o produto **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300** . Clique nele para abrir os detalhes, depois localize o botão "Editar" (pode ser um lápis, ou a palavra "Editar").

**O que você vai ver na tela:** O card ou linha do produto na lista de portfólio.

**O que acontece depois:** O formulário de edição do produto abre, mostrando os dados atuais (possivelmente preenchidos pela IA no UC-F07).

- ✓ **Correto se:** O formulário de edição abre com os dados do produto.
- ✗ **Problema se:** Não há botão de editar, ou o produto não está na lista.

### Passo 2 — Atualizar o nome e dados de identificação

**O que fazer:** Atualize os campos principais do produto com os novos valores.

**Dados a informar:**

| Campo           | Valor                                       |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Nome do Produto | Ventilador Pulmonar Drager Savina 300 (UTI) |
| Fabricante      | Dräger                                      |
| Modelo          | Savina 300 Classic                          |
| SKU             | DRG-SVN300-CLS-BR                           |
| NCM             | 9019.20.10                                  |

**O que acontece depois:** Os campos são atualizados com os novos valores.

✓ **Correto se:** Todos os campos aceitar os novos valores sem mensagem de erro.

✗ **Problema se:** O campo NCM rejeita o formato **9019.20.10**, ou o campo SKU tem limite de caracteres que impede o valor.

### Passo 3 — Preencher a descrição técnica

**O que fazer:** Localize o campo de Descrição do produto e preencha com o texto abaixo.

**Dado a informar:** Ventilador pulmonar de alta performance para UTI adulto e pediátrico, com modos invasivos e não invasivos, tela touchscreen 12 polegadas e bateria interna de 2 horas

**O que acontece depois:** A descrição é preenchida no campo correspondente.

✓ **Correto se:** O campo aceita o texto completo, incluindo o ponto e vírgula.

✗ **Problema se:** O campo tem limite de caracteres que trunca o texto.

### Passo 4 — Atualizar a classificação Área / Classe / Subclasse

**O que fazer:** Verifique ou atualize a classificação do produto conforme abaixo. Se os campos já estiverem corretos da IA, apenas confirme.

**Dados a informar:**

| Campo     | Valor                            |
|-----------|----------------------------------|
| Área      | Equipamentos Médico-Hospitalares |
| Classe    | Ventilação Pulmonar              |
| Subclasse | Ventilador Pulmonar              |

✓ **Correto se:** Os três níveis de classificação estão selecionados corretamente.

✗ **Problema se:** Selecionar a Classe faz a Subclasse ser zerada, ou os valores não existem na lista.

### Passo 5 — Preencher as especificações técnicas (REESCRITO em V6)

**V6 — Correção do bug histórico:** as 8 especificações listadas em V3/V4/V5 (Método GOD-PAP, Comprimento de Onda 505 nm, Soro/Plasma) eram de **kit reagente bioquímico de glicose**, não fazem sentido para um Ventilador Pulmonar. V6 substitui pelas 8 especificações **derivadas da Máscara de Campos cadastrada em UC-F13 PARTE 4**.

**Pré-requisito:** UC-F13 PARTE 4 deve ter sido executado, configurando a máscara da subclasse "Ventilador Pulmonar" com os 8 campos.

**O que fazer:** Localize a seção de especificações técnicas do produto. **Os 8 campos exibidos derivam automaticamente da Máscara de Campos da subclasse "Ventilador Pulmonar" configurada em UC-F13 PARTE 4.** Preencha cada um conforme tabela.

**Valores a preencher (8 campos do Ventilador Pulmonar Drager Savina 300):**

| # | Campo (da máscara)      | Valor                          |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | Modos Ventilatórios     | VC, PC, PSV, SIMV, BIPAP, CPAP |
| 2 | Volume Corrente         | 20 a 2000 (mL)                 |
| 3 | Frequência Respiratória | 0 a 150 (rpm)                  |
| 4 | Tipo de Paciente        | Adulto, Pediátrico, Neonatal   |
| 5 | Tela                    | 15 polegadas                   |
| 6 | Bateria                 | 4 (horas)                      |
| 7 | Classe ANVISA           | III                            |
| 8 | Registro ANVISA         | 80129500032                    |

⚠ **Atenção:** São 8 campos vindos da máscara — mesma quantidade do V5, mas agora com **conteúdo coerente com Ventilador Pulmonar**.

**O que acontece depois:** Todos os 8 valores ficam salvos na seção de especificações do produto.

✅ **Correto se:** Os 8 valores aparecem salvos. Os campos respeitam o tipo da máscara.

❌ **Problema se:**

- Aparece menos de 8 campos (a máscara da subclasse não foi configurada — volte ao UC-F13 PARTE 4)
- Campo "Tipo de Paciente" não tem dropdown (a máscara salvou tipo errado)

❌ **Problema se:** O sistema oferece menos de 8 campos, OU não aceita caracteres especiais como °C.

## Passo 6 — Salvar as edições

**O que fazer:** Clique no botão "Salvar Alterações" ou "Confirmar". Aguarde a confirmação.

**O que acontece depois:** Uma mensagem verde de sucesso aparece. O produto fica com todas as informações atualizadas.

✅ **Correto se:** Mensagem de sucesso exibida e nome do produto na lista agora mostra **Ventilador Pulmonar Dräger Savina 300 (UTI)**.

❌ **Problema se:** Erro ao salvar, ou o nome não foi atualizado na lista.

## ✅ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- Nome atualizado para **Ventilador Pulmonar Dräger Savina 300 (UTI)**
- Fabricante **Dräger**, Modelo **Savina 300 Classic**, SKU **DRG-SVN300-CLS-BR**, NCM **9019.20.10**
- 8 especificações técnicas salvas, derivadas da Máscara da subclasse "Ventilador Pulmonar" (V6 corrigido — eram specs de reagente em V3/V4/V5)
- Registro ANVISA **80129500032** preenchido
- Classificação Área / Classe / Subclasse correta

● **Sinais de problema:**

- Especificações com caracteres especiais ( **µL**, **°C** ) são rejeitadas
- Nome do produto não foi atualizado após salvar
- O sistema limita o número de especificações técnicas



## [UC-F09] Reprocessar IA no Produto

**O que este caso de uso faz:** Após editar manualmente um produto (como fizemos no UC-F08), pode ser útil pedir para a IA analisar novamente as informações e complementar o que estiver faltando. Este UC testa exatamente isso: a opção "Reprocessar IA" no card de detalhes de um produto já cadastrado. É como pedir uma segunda opinião da IA com as informações mais completas que temos agora.

**Onde:** Portfólio → produto → Card de Detalhes → botão "Reprocessar IA"

**Quanto tempo leva:** 3 a 5 minutos (mais o tempo de processamento da IA, que pode ser até 60 segundos)

### Antes de começar

- O produto **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300 (UTI)** deve estar editado e salvo (UC-F08 concluído).
- O produto deve ter um **documento anexado** (manual técnico, IFU ou plano de contas). Se nenhum documento foi enviado durante o UC-F07, o reprocessamento usará apenas a descrição do produto como base, o que pode gerar resultados limitados.

### Passo 1 — Abrir o produto e localizar o botão Reprocessar IA

**O que fazer:** Na tela de portfólio, clique no produto **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300 (UTI)** para abrir seus detalhes. No card de detalhes, procure pelo botão "Reprocessar IA", "Analisar com IA" ou similar.

**O que você vai ver na tela:** O card de detalhes completo do produto, com todas as informações preenchidas nos UCs anteriores.

**O que acontece depois:** O botão de reprocessamento fica visível no card de detalhes.

✓ **Correto se:** O botão "Reprocessar IA" está visível e clicável.

✗ **Problema se:** Não há botão de reprocessamento na tela de detalhes.

### Passo 2 — Acionar o reprocessamento e aguardar

**O que fazer:** Clique no botão "Reprocessar IA". Aguarde o processamento sem clicar em outros botões.

**O que você vai ver na tela:** Um indicador de carregamento (spinner ou mensagem "Processando...").

🔥 **Atenção:** Assim como no UC-F07, a IA pode levar de 20 a 60 segundos para responder. Aguarde pacientemente.

**O que acontece depois:** A IA processa o produto com as informações atualizadas e pode complementar campos que estavam incompletos ou refinar descrições existentes.

✓ **Correto se:** Após o processamento, uma mensagem de conclusão aparece (sucesso ou informativo).

✗ **Problema se:** Após 90 segundos, nada acontece ou aparece mensagem de erro.

### Passo 3 — Verificar o resultado do reprocessamento

**O que fazer:** Após o processamento, verifique se houve alguma alteração ou complementação nos dados do produto.

**O que você vai ver na tela:** O card de detalhes do produto, possivelmente com campos atualizados ou uma indicação de que a IA terminou o processamento.

**O que acontece depois:** O produto pode ter informações adicionais ou refinadas. O importante é que o processamento concluiu sem erro.

✓ **Correto se:** O processamento concluiu e o produto ainda tem todas as informações dos passos anteriores (nada foi apagado pela IA).

✗ **Problema se:** A IA apagou informações que foram inseridas manualmente, ou o processamento nunca conclui.

## ✓ Resultado Final

### O que o validador deve conferir:

- O botão "Reprocessar IA" existe e funciona
- O processamento conclui em tempo razoável (até 90 segundos)
- As informações manuais do produto não foram apagadas pelo reprocessamento
- Uma mensagem de conclusão foi exibida

### ● Sinais de problema:

- Botão de reprocessamento não existe
- Processamento fica em loop infinito
- IA apaga dados inseridos manualmente

## [UC-F10] Busca ANVISA e Busca Web

**O que este caso de uso faz:** Este módulo busca informações adicionais sobre os produtos em duas fontes externas: o banco de dados da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a internet (busca web). A busca ANVISA permite verificar o registro oficial de um produto pelo número de registro. A busca web traz informações públicas sobre produtos similares. Isso enriquece a base de dados da empresa com informações oficiais e de mercado.

**Onde:** Portfólio → produto → aba Pesquisa, ou menu Busca ANVISA

**Quanto tempo leva:** 5 a 8 minutos

## Antes de começar

- O produto **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300 (UTI)** deve estar cadastrado com o registro ANVISA **80129500032**.
- A busca requer conexão com a internet.

### V4 — Dependências externas (motivo de "0 resultados"):

A funcionalidade de UC-F10 **depende de duas integrações externas** que podem estar indisponíveis ou não configuradas no ambiente. Antes de reportar como bug, verifique:

**1. Busca ANVISA** — usa o serviço oficial [consultas.anvisa.gov.br/api/consulta](https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta). Limitações:

- O número de registro precisa ser **válido** no banco da ANVISA. O **80129500032** usado no tutorial é fictício, então **0 resultados é o esperado** para esse exemplo.
- Para validação real, use um registro de produto que sabidamente exista.

**2. Busca Web (Brave Search API)** — requer chave de API ativa em **.env** do backend (**BRAVE\_SEARCH\_API\_KEY**). Limitações:

- Se a chave **não está configurada** ou **expirou**, todas as buscas retornam vazio.
- **Como saber:** peça ao Pasteur para verificar **backend/.env**. Se a chave estiver lá e ativa, a busca funciona.

**Resumo:** "0 resultados" geralmente significa (a) registro/termo não existe, (b) chave Brave API ausente/expirada — **NÃO** é defeito do produto.

## Passo 1 — Localizar a funcionalidade de busca ANVISA

**O que fazer:** No portfólio ou no card de detalhes do produto, localize a aba ou botão "Busca ANVISA", "Pesquisa ANVISA" ou similar.

**O que você vai ver na tela:** Uma seção ou aba com campos para buscar no banco de dados da ANVISA.

✓ **Correto se:** A funcionalidade de busca ANVISA está acessível.

✗ **Problema se:** Não há opção de busca ANVISA na interface.

## Passo 2 — Realizar busca por número de registro ANVISA

**O que fazer:** No campo de busca ANVISA, insira o número de registro e nome conforme abaixo. Clique em "Buscar" ou pressione Enter.

**Dados a informar:**

| Campo                       | Valor               |
|-----------------------------|---------------------|
| Número de Registro ANVISA   | 80129500032         |
| Nome do produto (se pedido) | Kit Glicose BioGlic |

**O que acontece depois:** O sistema consulta a ANVISA e exibe os resultados encontrados para este registro (ou informa que não foi encontrado — o que é possível pois pode ser um registro fictício para fins de teste).

✓ **Correto se:** O sistema executa a busca e exibe algum resultado (com ou sem dados encontrados) — o importante é não travar.

✗ **Problema se:** O sistema exibe erro técnico ao tentar buscar, ou fica em carregamento infinito.

## Passo 3 — Realizar busca web de produto similar

**O que fazer:** Localize a funcionalidade de "Busca Web" (pode estar na mesma tela ou em uma aba separada). Preencha os campos e execute a busca.

**Dados a informar:**

| Campo           | Valor                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Nome para busca | Kit de Reagentes para Hemograma Completo<br>Dräger |
| Fabricante      | Dräger                                             |

**O que acontece depois:** O sistema realiza uma busca na internet e exibe resultados de produtos similares encontrados. Os resultados podem ser links, fichas técnicas ou descrições de produtos similares.

✓ **Correto se:** A busca web executa e exibe algum resultado na tela.

✗ **Problema se:** A busca web trava, exibe erro de conexão ou não exibe nenhum resultado após 60 segundos.

## ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- A funcionalidade de Busca ANVISA está disponível e executou
- A funcionalidade de Busca Web está disponível e executou
- Nenhuma das buscas travou o sistema

● **Sinais de problema:**

- Busca ANVISA ou Busca Web causam erro técnico visível

- Sistema trava após iniciar a busca
- A interface não tem estas funcionalidades disponíveis

## [UC-F11] Verificar Completude do Produto

**O que este caso de uso faz:** O sistema calcula automaticamente um "índice de completude" para cada produto — uma porcentagem que indica o quanto a ficha do produto está preenchida. Quanto mais completo, maior a chance de o produto ser bem avaliado em editais. Este UC verifica se o indicador está sendo calculado e exibido corretamente para o produto da Vita-Sense.

**Onde:** Portfólio → produto → Card de Detalhes (seção de completude ou score)

**Quanto tempo leva:** 2 a 3 minutos

### Antes de começar

- O produto **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300 (UTI)** deve estar com todos os dados preenchidos (UCs F07 e F08 concluídos).

**V4 — cenário negativo recomendado (opcional):** se o produto está vindo 100% completo, faça um teste paralelo:

1. Abra UC-F08 e **REMOVA** o conteúdo do campo "Fabricante" (apague para deixar vazio).
2. Salve.
3. Abra UC-F11 — a completude deve **CAIR** (ex: de 100% para ~92%).
4. Volte para UC-F08, **restaure** o fabricante original e salve.

Isso valida que o cálculo de completude responde a campos vazios.

### Passo 1 — Abrir os detalhes do produto e localizar o indicador de completude

**O que fazer:** No portfólio, clique no produto **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300 (UTI)**. No card de detalhes, procure por um indicador de completude, score, porcentagem ou barra de progresso.

**O que você vai ver na tela:** O card de detalhes do produto com um indicador visual de completude (pode ser uma barra, um número percentual, ou um badge colorido).

✓ **Correto se:** O indicador de completude está visível.

✗ **Problema se:** Não há nenhum indicador de completude no card.

### Passo 2 — Verificar o valor do indicador geral

**O que fazer:** Observe o valor do indicador geral de completude. Anote a porcentagem exibida.

**O que você vai ver na tela:** Um número percentual ou uma classificação (pode ser um texto como "Bom", "Regular", etc.).

**Resultado esperado:** O indicador geral deve estar entre **70% e 89%**, e a cor do badge deve ser **AMARELA** (intermediário). O sistema usa os seguintes limiares de cor:

- **Verde** ( $\geq 90\%$ ): produto completo
- **Amarelo** (70–89%): produto quase completo
- **Laranja** (40–69%): produto incompleto
- **Vermelho** ( $< 40\%$ ): produto muito incompleto

🚨 **Atenção:** Um indicador AMARELO entre 70–89% é o resultado **correto e esperado** para este produto. NÃO é um problema. O produto da Vita-Sense tem muitas informações preenchidas, mas faltam alguns campos que fariam o score chegar ao verde ( $\geq 90\%$ ). Isso é intencional neste conjunto de dados — estamos validando que o sistema diferencia produtos completos (verde) de produtos com boa mas não total completude (amarelo).

✅ **Correto se:** Indicador entre 70–89% com badge AMARELO.

❌ **Problema se:** Indicador verde (acima de 90%) quando o produto não deveria estar 100% completo, ou indicador vermelho (abaixo de 40%) para um produto com tantos campos preenchidos.

## ✅ Resultado Final

### O que o validador deve conferir:

- O indicador de completude está visível no card do produto
- O valor está entre 70% e 89%
- A cor do badge é AMARELA (não verde, não vermelha)

### 🔴 Sinais de problema:

- Indicador mostra 100% ou verde para um produto que não tem todos os campos possíveis preenchidos
- Indicador mostra menos de 65% para um produto com tantas informações
- Não há indicador de completude no sistema

## [UC-F12] Visualizar Metadados de Captação

**O que este caso de uso faz:** Cada produto no portfólio possui metadados de captação — informações que o sistema usa para buscar editais relevantes, como códigos CATMAT (tabela do governo federal para classificação de produtos) e termos de busca (palavras-chave que o sistema vai pesquisar nos editais). Este UC verifica se esses metadados estão associados corretamente ao produto.

**Onde:** Portfólio → produto → aba Captação ou Metadados

**Quanto tempo leva:** 5 a 8 minutos

### Antes de começar

- O produto **Ventilador Pulmonar Drager Savina 300 (UTI)** deve estar cadastrado.

**V4 — Mudança importante (decisão de produto):** os campos **CATMAT**, **CATSER** e **Termos de Busca** são gerados automaticamente pela IA a partir do nome+especificações do produto. Eles aparecem **read-only** (somente leitura, como badges/tags) na tela de captação. **Você não vai conseguir editá-los manualmente** — esse é o comportamento atual e correto. Para alterar, é preciso reprocessar o produto via IA (UC-F09).

## Passo 1 — Acessar os metadados de captação do produto

**O que fazer:** No card de detalhes do produto, clique na aba ou seção "Captação", "Metadados" ou "Palavras-Chave".

**O que você vai ver na tela:** Uma seção com campos para códigos CATMAT e termos de busca.

✅ **Correto se:** A seção de captação está acessível.

❌ **Problema se:** Não há seção de captação no produto.

## Passo 2 — Inserir os códigos CATMAT

**O que fazer:** No campo de códigos CATMAT (podem ser chamados de "Código do Material", "CATMAT" ou "Código SIASG"), insira os códigos abaixo. Podem ser inseridos separados por vírgula ou um de cada vez.

**Dados a informar:** 256 e 258

**O que acontece depois:** Os códigos CATMAT ficam associados ao produto.

✓ **Correto se:** Os códigos 256 e 258 aparecem salvos nos metadados do produto.

✗ **Problema se:** O campo não aceita múltiplos códigos ou rejeita os valores.

---

## Passo 3 — Inserir os termos de busca

**O que fazer:** No campo de termos de busca (pode ser chamado de "Palavras-Chave", "Termos de Captação" ou "Keywords"), insira os termos listados abaixo, um de cada vez ou separados por vírgula.

**Dados a informar:**

- reagente glicose
- kit glicose
- kit bioquimico
- reagente laboratorio

**O que acontece depois:** Os quatro termos ficam listados nos metadados de captação do produto.

✓ **Correto se:** Os quatro termos aparecem salvos.

✗ **Problema se:** O sistema limita o número de termos, ou rejeita termos com mais de uma palavra.

---

## Passo 4 — Salvar os metadados

**O que fazer:** Clique no botão de salvar desta seção.

**O que acontece depois:** Uma mensagem de confirmação aparece.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso exibida e os dados persistem.

✗ **Problema se:** Os dados somem após salvar.

---

## ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- Códigos CATMAT 256 e 258 associados ao produto
- Quatro termos de busca salvos: reagente glicose, kit glicose, kit bioquimico, reagente laboratorio

● **Sinais de problema:**

- Metadados não persistem
  - Sistema não aceita múltiplos termos
  - A seção de captação não existe no produto
-

## [UC-F14] Configurar Pesos e Limiares de Score

**O que este caso de uso faz:** Quando o sistema avalia se um edital é bom ou ruim para a empresa, ele usa uma pontuação (score) que leva em conta vários fatores: qualificação técnica, documentação, complexidade, aspectos jurídicos, logística e condições comerciais. Cada fator tem um "peso" na nota final. Este UC permite configurar esses pesos conforme a prioridade da empresa. Também define os limiares de decisão: acima de qual nota vale a pena participar (GO) e abaixo de qual é melhor não participar (NO-GO).

**Onde:** Menu lateral → Parametrização → Pesos e Scores

**Quanto tempo leva:** 8 a 12 minutos

### Antes de começar

- Este UC tem dois subcenários obrigatórios, executados na sequência:
- **Subcenário A:** Testar pesos com soma errada (1.05) — o sistema DEVE bloquear e mostrar erro.
- **Subcenário B:** Corrigir e salvar com soma correta (1.00) — o sistema DEVE aceitar e salvar.
- A validação mais importante aqui é confirmar que o sistema bloqueia valores inválidos ANTES de aceitar os corretos.

### Subcenário A — Testar que o sistema rejeita pesos com soma inválida

#### Passo 1A — Navegar até Pesos e Limiares

**O que fazer:** No menu lateral, localize a opção "Parametrização" → "Pesos" ou "Score" ou "Configurar Pesos". Clique para abrir.

**O que você vai ver na tela:** Uma tela com campos de peso para cada fator (Técnico, Documental, Complexidade, Jurídico, Logístico, Comercial) e campos de limiar (GO e NO-GO).

✓ **Correto se:** A tela de configuração de pesos carregou com os campos disponíveis.

✗ **Problema se:** A tela não existe ou exibe erro.

#### Passo 2A — Preencher com pesos que somam 1.05 (inválido)

**O que fazer:** Preencha os campos de peso com os valores abaixo. Note que eles somam **1.05** — um valor inválido (a soma deve sempre ser exatamente 1.00).

**Dados a informar (SOMA ERRADA — para testar o bloqueio):**

| Fator        | Peso        |
|--------------|-------------|
| Técnico      | 0.30        |
| Documental   | 0.25        |
| Complexidade | 0.10        |
| Jurídico     | 0.20        |
| Logístico    | 0.10        |
| Comercial    | 0.10        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.05</b> |

🚨 **Atenção:** Esses valores são intencionalmente errados. O total dá 1.05, não 1.00. Queremos ver o sistema rejeitar esse cenário.

🟢 **O que acontece depois:** O sistema deve mostrar uma mensagem de erro informando que a soma dos pesos não é igual a 1.00 (ou 100%). O botão de salvar deve estar bloqueado ou, ao clicar, a mensagem de erro deve aparecer.

🟢 **Correto se:** Uma mensagem de erro clara aparece explicando que a soma dos pesos é inválida, E o sistema NÃO salva os dados com esses pesos.

🔴 **Problema se:** O sistema aceita e salva os pesos mesmo com a soma incorreta de 1.05.

## Subcenário B — Corrigir e salvar com pesos válidos (soma = 1.00)

### Passo 1B — Corrigir o peso de Complexidade

🟢 **O que fazer:** No mesmo formulário, altere apenas o campo "Complexidade" de 0.10 para 0.05. Deixe os demais como estão. A soma agora será 1.00 (valor correto).

**Pesos corretos após a correção:**

| Fator        | Peso             |
|--------------|------------------|
| Técnico      | 0.30             |
| Documental   | 0.25             |
| Complexidade | 0.05 ← corrigido |
| Jurídico     | 0.20             |
| Logístico    | 0.10             |
| Comercial    | 0.10             |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.00</b> 🟢    |

🟢 **O que acontece depois:** A mensagem de erro deve desaparecer (se estava sendo exibida em tempo real). O botão de salvar deve ficar habilitado.

🟢 **Correto se:** A mensagem de erro sumiu ou o sistema indica que a soma agora está correta.

🔴 **Problema se:** A mensagem de erro continua mesmo após a correção.

### Passo 2B — Preencher os limiares de decisão

🟢 **O que fazer:** Localize os campos de limiar (GO e NO-GO). Preencha para cada fator conforme abaixo.

**Limiares a configurar:**

| Fator       | Limiar GO (participar) | Limiar NO-GO (desistir) |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| Score Final | ≥ 0.75                 | ≤ 0.45                  |
| Técnico     | ≥ 0.70                 | ≤ 0.40                  |
| Jurídico    | ≥ 0.85                 | ≤ 0.55                  |

🚨 **Atenção:** O limiar GO significa "se o score estiver igual ou acima deste valor, recomenda-se participar". O limiar NO-GO significa "se o score cair abaixo deste valor, é melhor não participar". O sistema usa esses valores para classificar automaticamente cada edital.

🟢 **O que acontece depois:** Os campos de limiar estão preenchidos com os valores acima.



✓ **Correto se:** Os campos aceitam os valores decimais sem erro.

✗ **Problema se:** Os campos não aceitam valores entre 0 e 1 (talvez esperem porcentagem, como 75 em vez de 0.75 — nesse caso, tente inserir os valores como 75, 45, 70, 40, 85, 55).

---

### Passo 3B — Salvar os pesos e limiares corretos

**O que fazer:** Clique no botão "Salvar" ou "Confirmar". Aguarde a confirmação.

**O que acontece depois:** Uma mensagem verde de sucesso deve aparecer. Os pesos e limiares ficam salvos.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso exibida e os valores corretos persistem se você recarregar a tela.

✗ **Problema se:** Mensagem de erro mesmo com a soma correta, ou os dados não persistem.

---

### ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- Subcenário A: O sistema BLOQUEOU os pesos com soma 1.05 (exibiu mensagem de erro e não salvou)
- Subcenário B: O sistema ACEITOU os pesos com soma 1.00
- Pesos salvos: Técnico 0.30, Documental 0.25, Complexidade 0.05, Jurídico 0.20, Logístico 0.10, Comercial 0.10
- Limiares salvos: Final GO  $\geq 0.75$  / NO-GO  $\leq 0.45$ ; Técnico GO  $\geq 0.70$  / NO-GO  $\leq 0.40$ ; Jurídico GO  $\geq 0.85$  / NO-GO  $\leq 0.55$

● **Sinais de problema:**

- O sistema aceita a soma 1.05 sem mensagem de erro (isso é um bug grave)
  - O sistema rejeita a soma 1.00 (também é um bug)
  - Os limiares não persistem após salvar
- 

## [UC-F15] Configurar Parâmetros Comerciais

---

**O que este caso de uso faz:** Aqui configuramos o "perfil de mercado" da empresa — onde ela quer atuar geograficamente, com qual prazo consegue entregar, com que frequência quer ser notificada de editais, e as informações financeiras de mercado (TAM, SAM, SOM) e de precificação (markup, custos fixos, frete). Esses dados ajudam o sistema a filtrar editais relevantes e a calcular se um edital é economicamente viável.

**Onde:** Menu lateral → Parametrização → Comercial ou Parâmetros Comerciais

**Quanto tempo leva:** 8 a 12 minutos

---

### Antes de começar

- Neste conjunto de dados, a Vita-Sense atua em **todo o Brasil** — não em estados específicos. Isso é diferente de outras empresas que atuam só em algumas regiões. A validação inclui marcar o checkbox "Todo o Brasil".
- 

### Passo 1 — Navegar até os Parâmetros Comerciais

**O que fazer:** No menu lateral, localize "Parametrização" → "Comercial" ou "Parâmetros Comerciais". Clique para abrir.

**O que você vai ver na tela:** Uma tela com seções para abrangência geográfica, prazos, frequência de busca e dados financeiros.

✓ **Correto se:** A tela carregou com os campos disponíveis.

✗ **Problema se:** Erro ao carregar ou página em branco.

## Passo 2 — Configurar abrangência geográfica (Todo o Brasil)

**O que fazer:** Localize a seção de abrangência geográfica. Deve haver uma opção para selecionar estados específicos ou marcar "Todo o Brasil" / "Atuar em todo o Brasil". Marque o checkbox "Atuar em todo o Brasil".

**O que você vai ver na tela:** Um mapa ou lista de estados, e um checkbox no topo ou próximo ao título dizendo algo como "Todo o Brasil" ou "Âmbito Nacional".

**Dado a informar:** Marcar ☒ o checkbox "Atuar em todo o Brasil"

 **Atenção:** Ao marcar "Atuar em todo o Brasil", todos os estados devem ser automaticamente selecionados ou o campo de seleção de estados deve ser desabilitado (pois não é mais necessário selecionar individualmente). NÃO selecione estados individuais.

**O que acontece depois:** O checkbox fica marcado. O campo de estados pode ser desabilitado ou todos os estados ficam marcados.

☒ **Correto se:** "Todo o Brasil" está marcado e o sistema reconhece abrangência nacional.

 **Problema se:** O sistema não tem essa opção e exige selecionar estados individualmente.

## Passo 3 — Configurar prazo de entrega e frequência de busca

**O que fazer:** Preencha os campos de prazo e frequência conforme abaixo.

**Dados a informar:**

| Campo                          | Valor     |
|--------------------------------|-----------|
| Prazo de Entrega               | 15 dias   |
| Frequência de Busca de Editais | Quinzenal |

**O que acontece depois:** Os campos ficam preenchidos com os valores informados.

☒ **Correto se:** Os campos aceitam os valores.

 **Problema se:** O prazo mínimo aceito é maior que 15 dias, ou não há opção quinzenal.

## Passo 4 — Preencher os dados de mercado (TAM, SAM, SOM)

**O que fazer:** Localize a seção de dimensionamento de mercado. Esses dados são estimativas do tamanho do mercado em que a empresa atua. Preencha os campos conforme abaixo.

**O que você vai ver na tela:** Três campos financeiros: TAM (mercado total), SAM (mercado endereçável) e SOM (fatia alcançável).

**Dados a informar:**

| Campo                             | Valor                |
|-----------------------------------|----------------------|
| TAM (Mercado Total Disponível)    | R\$ 6.300.000.000,00 |
| SAM (Mercado Endereçável)         | R\$ 1.250.000.000,00 |
| SOM (Fatia de Mercado Alcançável) | R\$ 78.000.000,00    |

 **Atenção:** Os valores são grandes (bilhões e milhões). O sistema deve aceitar esses valores sem truncamento. Se o campo mostrar limite de dígitos, verifique se há um campo em valor simplificado (ex: "4.2 bi" em vez de "4.200.000.000").

**O que acontece depois:** Os três campos ficam preenchidos com os valores financeiros.

☒ **Correto se:** Os valores são aceitos e exibidos corretamente.

 **Problema se:** O sistema trunca os valores ou exibe erro para valores acima de certo limite.

## Passo 5 — Preencher os parâmetros de precificação

**O que fazer:** Localize a seção de precificação e preencha os campos conforme abaixo.

**V4 — Mudança de comportamento (campos monetários):** os campos de Markup, Custos Fixos e Frete agora aceitam ponto e vírgula (ex: 15000,50 ou 15.000,50 ). Use vírgula como separador decimal.

**Dados a informar:**

| Campo        | Valor (digite assim)              |
|--------------|-----------------------------------|
| Markup       | 35 (porcentagem, sem o símbolo %) |
| Custos Fixos | 58000 (ou 58.000,00 )             |
| Frete        | 450 (ou 450,00 )                  |

**O que acontece depois:** Os campos de precificação ficam preenchidos. Após clicar em "Salvar Custos", um **toast verde** aparece **fixo no canto superior direito** com a mensagem "✓ Salvo!" (some em 3 segundos).

✓ **Correto se:** Todos os campos aceitam os valores E o toast verde aparece.

✗ **Problema se:** O campo de Markup não aceita porcentagem, OU não aparece toast nenhum após salvar.

## Passo 6 — Selecionar as modalidades de licitação

**O que fazer:** Localize a seção de modalidades de licitação (pode ser chamada de "Modalidades que participa" ou similar). Marque as caixas de seleção conforme abaixo.

**Dados a informar:**

| Modalidade            | Marcar? |
|-----------------------|---------|
| Pregão Eletrônico     | ✓ Sim   |
| Dispensa de Licitação | ✓ Sim   |
| Inexigibilidade       | ✓ Sim   |

**O que acontece depois:** As três modalidades ficam marcadas.

✓ **Correto se:** As três modalidades estão selecionadas.

✗ **Problema se:** Uma das modalidades não existe na lista, ou o sistema não permite selecionar as três ao mesmo tempo.

## Passo 7 — Salvar os parâmetros comerciais

**O que fazer:** Clique no botão "Salvar" ou "Confirmar".

**O que acontece depois:** Uma mensagem de sucesso aparece e todos os parâmetros ficam salvos.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso e dados persistem.

✗ **Problema se:** Erro ao salvar ou dados não persistem.

### ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- "Atuar em todo o Brasil" está marcado
- Prazo de entrega: 15 dias; Frequência: Quinzenal

- TAM: R\$ 6.300.000.000,00; SAM: R\$ 1.250.000.000,00; SOM: R\$ 78.000.000,00
- Markup: 35%, Custos Fixos: R\$ 58.000, Frete: R\$ 450
- Três modalidades selecionadas: Pregão Eletrônico, Dispensa, Inexigibilidade

#### ● Sinais de problema:

- "Todo o Brasil" não existe como opção
- Valores financeiros grandes são rejeitados ou truncados
- Dados não persistem após salvar

## [UC-F16] Gerir Fontes de Busca e Palavras-Chave

**O que este caso de uso faz:** O sistema monitora portais de compras governamentais (como ComprasNet, PNCP, BEC-SP e outros) para encontrar editais relevantes. Este UC permite configurar quais portais estão ativos e quais palavras-chave e códigos NCM o sistema deve usar na busca. É como configurar um radar de oportunidades — você define onde o radar aponta e o que ele vai procurar.

**Onde:** Menu lateral → Parametrização → Fontes de Busca

**Quanto tempo leva:** 8 a 12 minutos

### Antes de começar

- Você vai desativar o ComprasNet durante este teste (para validar que a desativação funciona) e depois pode reativá-lo.
- Os termos de busca são as palavras que o sistema vai procurar nos títulos e objetos dos editais.

**⚠ IMPORTANTE:** As fontes de busca (ComprasNet, PNCP, etc.) são configurações **globais** — ativar ou desativar uma fonte afeta **todos os usuários e empresas** do sistema. Em ambiente de validação compartilhado, **NÃO desative fontes permanentemente**. Se o teste pedir para desativar, **reative imediatamente após o teste**.

### Passo 1 — Navegar até Fontes de Busca

**O que fazer:** No menu lateral, localize "Parametrização" → "Fontes de Busca" ou "Portais de Busca". Clique para abrir.

**O que você vai ver na tela:** Uma lista de portais governamentais disponíveis, cada um com um toggle (botão de liga/desliga) ou checkbox para ativar ou desativar.

✓ **Correto se:** A lista de fontes carregou com os portais e seus respectivos controles de ativação.

✗ **Problema se:** A lista está vazia ou não há controles para ativar/desativar fontes.

### Passo 2 — Desativar o ComprasNet

**V4 — Aviso importante (banco com duplicidade conhecida):** o banco atualmente tem **DUAS** entradas com o nome "ComprasNet" (uma "ComprasNet" pura e outra "ComprasNet (Portal de Compras do Governo Federal)"). Se você desativar APENAS uma, ao recarregar pode ver "ComprasNet" voltando a aparecer ativo. Para esta validação V4: desative as **duas linhas** que tiverem "ComprasNet" no nome. Reporte se identificar a duplicidade.

**O que fazer:** Localize **todas as linhas com "ComprasNet" no nome** na lista de portais. Clique no toggle/checkbox para desativá-las uma por uma.

**O que você vai ver na tela:** Possivelmente 1 ou 2 linhas com "ComprasNet" no nome.

**O que acontece depois:** Todas as linhas "ComprasNet" ficam marcadas como inativas.

✓ **Correto se:** O status de cada linha "ComprasNet" muda para inativo E permanece inativo após recarregar a página.

✗ **Problema se:** O toggle não funciona, ou ao recarregar uma das linhas volta para ativo.

---

### Passo 3 — Inserir as palavras-chave de busca

**O que fazer:** Localize a seção de palavras-chave ou termos de busca. Insira todas as palavras-chave listadas abaixo, separadas por vírgula ou uma de cada vez conforme o sistema pedir.

**Dados a informar (keywords):**

```
reagente hematologia
kit diagnostico
reagente bioquimico
controle qualidade laboratorio
glicose enzimatica
hemograma completo
kit elisa
reagente pcr
kit sorologia
medio lote reagente
```

📌 **Atenção:** São 10 palavras-chave ao total. Verifique se o sistema aceita todas elas sem limite artificial de quantidade.

**O que acontece depois:** As palavras-chave ficam listadas na seção correspondente.

✓ **Correto se:** As 10 palavras-chave estão salvas e visíveis.

✗ **Problema se:** O sistema limita a menos de 10 palavras-chave.

---

### Passo 4 — Inserir os códigos NCM para busca

**O que fazer:** Localize a seção de códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Insira os códigos abaixo.

**Dados a informar (NCMs):**

```
9019.20.10
9019.10.00
9018.19.90
9018.50.90
9402.90.20
```

**O que acontece depois:** Os cinco códigos NCM ficam associados às buscas.

✓ **Correto se:** Os cinco NCMs estão salvos corretamente com o formato `xxxx.xx.xx`.

✗ **Problema se:** O campo NCM não aceita o formato com pontos, ou limita menos de 5 NCMs.

---

### Passo 5 — Salvar as configurações de fontes

**O que fazer:** Clique no botão de salvar.

**O que acontece depois:** Uma mensagem de sucesso aparece.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso e todas as configurações persistem.

✗ **Problema se:** Os dados somem após salvar.

---

## Passo 6 — (Opcional) Reativar o ComprasNet

**O que fazer:** Se desejar, após confirmar que a desativação funcionou, reative o ComprasNet clicando novamente no toggle para deixá-lo ativo.

🚩 **Atenção:** Reativar é opcional para a validação. O importante foi confirmar que a desativação e reativação funcionam. Se a sua equipe usa o ComprasNet, reative-o para não afetar buscas futuras.

✅ **Correto se:** O ComprasNet volta ao status ativo após clicar novamente.

### ✅ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- ComprasNet foi desativado com sucesso (e pode ser reativado)
- 10 palavras-chave estão salvas na seção de busca
- 5 códigos NCM estão salvos com formato correto
- O sistema aceita múltiplas fontes, palavras-chave e NCMs

🔴 **Sinais de problema:**

- Não é possível desativar individualmente uma fonte de busca
- Limite de palavras-chave menor que 10
- Códigos NCM são rejeitados por formato
- Dados não persistem

## [UC-F17] Configurar Notificações e Preferências

**O que este caso de uso faz:** Este é o último passo da configuração da empresa: definir como e quando a empresa quer ser avisada sobre novos editais e eventos do sistema. Aqui configuramos os canais de notificação (email, sistema, SMS), a frequência dos alertas, e as preferências de interface (tema visual, idioma e fuso horário). É a personalização final que garante que o sistema vai funcionar do jeito que a equipe da Vita-Sense prefere.

**Onde:** Menu lateral → Configurações → Notificações (ou Preferências)

**Quanto tempo leva:** 5 a 8 minutos

### Antes de começar

- Esta é a última UC do fluxo de configuração da Sprint 1.
- As notificações serão enviadas para o email [licitacoes@vitasense.com.br](mailto:licitacoes@vitasense.com.br).

**V4 — Mudança importante (persistência corrigida):** a versão V3 tinha um defeito conhecido: ao salvar e-mail, canais (e-mail/sistema/SMS), tema, idioma e fuso, os valores eram persistidos no banco mas, ao recarregar a tela, a UI mostrava os defaults em vez dos valores salvos. **Em V4 isso foi corrigido.**

**Como validar:** após cada save, **recarregue a página** (F5) e verifique se os campos mantêm o que você acabou de salvar. Se voltarem para defaults, é regressão e deve ser reportada.

## Passo 1 — Navegar até Notificações e Preferências

**O que fazer:** No menu lateral, localize "Configurações" → "Notificações" ou "Preferências". Clique para abrir.

**O que você vai ver na tela:** Uma tela com opções de canais de notificação, frequência, e preferências de interface.

✓ **Correto se:** A tela carregou com as opções disponíveis.

✗ **Problema se:** Tela em branco ou erro.

## Passo 2 — Configurar o endereço de email para notificações

**O que fazer:** Localize o campo de email para notificações. Verifique se já está preenchido com o email da empresa ou insira manualmente.

**Dado a informar:** `licitacoes@vitasense.com.br`

**O que acontece depois:** O email fica configurado como destino das notificações.

✓ **Correto se:** O campo aceita o email e o exibe corretamente.

✗ **Problema se:** O campo rejeita o email por formato inválido.

## Passo 3 — Ativar os canais de notificação

**O que fazer:** Ative os três canais de notificação disponíveis marcando os checkboxes ou toggles correspondentes.

**Dados a informar:**

| Canal                         | Ativar? |
|-------------------------------|---------|
| Email                         | ✓ Sim   |
| Sistema (notificação interna) | ✓ Sim   |
| SMS                           | ✓ Sim   |

**O que acontece depois:** Os três canais ficam ativos (geralmente exibidos em verde ou com checkmark).

✓ **Correto se:** Os três canais estão ativos.

✗ **Problema se:** O canal SMS não existe, ou não é possível ativar os três simultaneamente.

## Passo 4 — Definir a frequência de notificações

**O que fazer:** Localize o campo de frequência das notificações e selecione a opção semanal.

**Dado a informar:** `Semanal`

**O que acontece depois:** A frequência semanal fica selecionada — a empresa receberá um resumo semanal de editais encontrados.

✓ **Correto se:** A opção "Semanal" está disponível e selecionada.

✗ **Problema se:** A frequência semanal não existe como opção.

## Passo 5 — Configurar as preferências de interface

**O que fazer:** Localize a seção de preferências de interface e configure as opções abaixo.

**Dados a informar:**

| Preferência  | Valor                                    |
|--------------|------------------------------------------|
| Tema Visual  | <code>Claro</code>                       |
| Idioma       | <code>pt-BR</code> (Português do Brasil) |
| Fuso Horário | <code>America/Sao_Paulo</code>           |

⚠ **Atenção:** O fuso horário pode estar listado como "Horário de Brasília (BRT)" ou "America/Sao\_Paulo" — ambos são válidos e referem-se ao mesmo fuso. Selecione a opção correspondente disponível.

**O que acontece depois:** As preferências ficam configuradas.

✓ **Correto se:** Tema Claro, Idioma Português Brasil e Fuso Horário de São Paulo estão selecionados.

✗ **Problema se:** O idioma pt-BR não existe, ou o fuso horário de São Paulo não está na lista.

---

## Passo 6 — Salvar todas as configurações

**O que fazer:** Clique no botão "Salvar" ou "Confirmar".

**O que acontece depois:** Uma mensagem de sucesso aparece (barra verde "Salvo!" no topo da página). Todas as configurações de notificação e preferências ficam salvas.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso e configurações persistem.

✗ **Problema se:** Erro ao salvar, ou preferências são perdidas ao recarregar a tela.

---

## Passo 7 — Verificar persistência

**O que fazer:** Após salvar as notificações e preferências, **recarregue a página** (F5 ou Ctrl+R). Verifique se todos os valores salvos permanecem como configurados.

**O que você vai ver na tela:** A página recarrega e exibe as configurações salvas anteriormente.

✓ **Correto se:** Todos os toggles, seleções e campos mantêm os valores salvos após recarregar. Especificamente: email `licitacoes@vitasense.com.br`, canais Email/Sistema/SMS ativos, frequência Semanal, tema Claro, idioma pt-BR, fuso America/Sao\_Paulo.

✗ **Problema se:** Algum campo volta ao valor padrão após recarregar — isso indica que o salvamento não persistiu no banco de dados.

---

## ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- Email de notificação: `licitacoes@vitasense.com.br`
- Canais ativos: Email ✓, Sistema ✓, SMS ✓
- Frequência: Semanal
- Tema: Claro
- Idioma: Português do Brasil (pt-BR)
- Fuso Horário: America/Sao\_Paulo (Brasília)

● **Sinais de problema:**

- Canal SMS não disponível
  - Idioma pt-BR não disponível
  - Fuso horário de Brasília não disponível
  - Configurações não persistem após salvar
-



## Resumo de Verificações por UC

| UC     | O que verificar                            | Resultado esperado                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-F01 | Cadastro principal da empresa              | Dados salvos, CNPJ formatado, Facebook vazio sem erro, endereço de Curitiba/PR                                    |
| UC-F02 | Contatos e área padrão                     | 2 emails, 3 telefones e área "Equipamentos Médico-Hospitalares" salvos                                            |
| UC-F03 | Documentos com badges de validade          | Alvará: amarelo; AFE: verde; ISO: verde; Certidão Estadual: vermelho/amarelo                                      |
| UC-F04 | Certidões automáticas e upload PGFN        | Frequência quinzenal configurada; certidão PGFN com número <b>SEFAZ-PR-2026-4982</b> e validade <b>30/11/2026</b> |
| UC-F05 | Dois responsáveis sem Preposto             | Fernanda (Rep. Legal) e Dr. Ricardo (Resp. Técnico) — sistema não exige Preposto                                  |
| UC-F06 | Filtros do portfólio funcionando           | Filtro por área e busca por "reagente" e "hemograma" respondem corretamente                                       |
| UC-F07 | Cadastro por IA e Plano de Contas sem nome | IA processa em até 90s; item sem nome aceito pelo sistema                                                         |
| UC-F08 | Edição completa do produto                 | Nome atualizado, 11 specs técnicas salvas, NCM e SKU aceitos                                                      |
| UC-F09 | Reprocessamento de IA                      | Botão disponível, processo conclui, dados manuais não são apagados                                                |
| UC-F10 | Busca ANVISA e busca web                   | Ambas executam sem travar o sistema                                                                               |
| UC-F11 | Completeness do produto em AMARELO         | Indicador entre 65–80% com badge amarelo (não verde, não vermelho)                                                |
| UC-F12 | Metadados de captação                      | CATMAT 256 e 258; 4 termos de busca salvos                                                                        |
| UC-F13 | Hierarquia de classificação                | Área > Diagnóstico; subclasses "Ventilador Pulmonar" e "Oxímetro de Pulso" existem                                |
| UC-F14 | Pesos e limiares — dois subcenários        | Soma 1.05 bloqueada; soma 1.00 aceita e salva                                                                     |
| UC-F15 | Parâmetros comerciais com "Todo o Brasil"  | Checkbox nacional marcado; TAM/SAM/SOM; 3 modalidades ativas                                                      |
| UC-F16 | Fontes de busca, keywords e NCMs           | ComprasNet desativado; 10 keywords e 5 NCMs salvos                                                                |
| UC-F17 | Notificações e preferências                | 3 canais ativos; semanal; tema claro; pt-BR; fuso Brasília                                                        |

## O que reportar se algo falhar

Se durante a validação você encontrar algo diferente do esperado, relate com as seguintes informações para facilitar a correção:

### **1. Qual UC falhou?**

Exemplo: "UC-F03, Passo 2"

### **2. O que você esperava ver?**

Exemplo: "O badge do Alvará deveria ser amarelo"

### **3. O que apareceu em vez disso?**

Exemplo: "O badge apareceu em verde"

### **4. Alguma mensagem de erro apareceu?**

Se sim, copie o texto exato da mensagem ou tire um print da tela.

### **5. Em qual passo você estava?**

Exemplo: "Acabei de preencher a data e clicar em Salvar"

### **6. O problema aparece toda vez que você tenta, ou só aconteceu uma vez?**

Se aconteceu só uma vez, tente repetir o passo para confirmar se é consistente.

---

**Dica final:** Faça os UCs na ordem apresentada neste tutorial. Cada UC depende dos dados inseridos nos anteriores. Se pular um UC, pode ser que o próximo não funcione como esperado por falta de dados. Se precisar recomeçar, limpe os dados da Vita-Sense antes de começar novamente.