



R11 全曲线误差：电流小于 0.025%，峰温小于 0.042 K



电流相对误差排除零电流点；零漏压单独检查平衡。曲线门限采用原合同，未新增“逐点 0.025%”验收规则。