



MEDICIÓN DE CONTROL METROLÓGICO

Código: R-SGI-112

Versión: 02

Fecha: 05-12-2023

NOMBRE DEL CONTRATO:	Cuelmuret el Peñon				
NOMBRE RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	Gonzalo Lopez				
CARGO RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	Supervisor			FECHA:	13- febrero-2026.
PERÍODO DE CONTROL:	Periodo N°1 2026.			DESCRIPCIÓN:	Revisión 2026.
PERÍODO DE CALIBRACIÓN PATRONES:				T= Técnico	P= Patrón
				D= Diferencia	

MULTITESTER M 1		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 225	T= 4.8	T= 1.2
P= 223	P= 4.9	P= 1.1
D= 2	D= 1	D= 0.1

MULTITESTER M 2		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 388	T= 4.5	T= 0.9
P= 387	P= 4.3	P= 0.8
D= 1	D= 0.2	D= 0.1

MULTITESTER M 3		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 221	T= 3.9	T= 1.4
P= 223	P= 3.6	P= 1.2
D= 2	D= 0.3	D= 0.2

Manómetro M1	
Baja	
T= 119	
P= 118	
D= 1	

Manómetro M2	
Alta	Baja
T= 491	T= 115
P= 489	P= 116
D= 2	D= 1

Manómetro M2	
Alta	Baja
T= 487	T= 113
P= 485	P= 112
D= 2	D= 1

Manómetro M1	
Alta	
T= 491	
P= 489	
D= 2.	

TERMOMETRO M 1	
T= 10.3	
P= 106	
D= 0.6	

TERMOMETRO M 2	
T= 15	
P= 14	
D= 1	

TERMOMETRO M 3	
T= 42	
P= 41	
D= 1	

CAPACIMETRO M 1
T=
P=
D=

CAPACIMETRO M 2
T=
P=
D=

CAPACIMETRO M 3
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 1
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 2
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 3
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 1
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 2
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 3
T=
P=
D=

*Nota: Si el servicio cuenta con más instrumentos que requieren verificación y no aparecen en este registro, favor ingresarlas en los cuadros en Rojo.

RESUMEN	VALOR	VARIACIÓN ACEPTABLE	ESTADO		
			BUENO	REGULAR	MALO
% Promedio Voltaje	1.6	+ - 5 % Volts	/		
% Promedio Amperaje	0.5	+ - 10 % Amperios	/		
% Promedio Resistencia	0.13	+ - 3 % Ohm	/		
Promedio Manómetro Alta	2	+ - 3 PSI	/		

Promedio Manómetro Baja	1,6	+ - 8 PSI	/		
Promedio Termómetro	0,6.	+ - 1,5 °C	/		
Promedio Capacímetro	—	-0,02			
Promedio de Diferencial de Presión	—	-0,05			

OBSERVACIONES

Se realizó revisión de equipos encontrándolos en buenas condiciones

CÓDIGO QR DE EQUIPOS PATRONES:



CÓDIGO QR DE EQUIPOS COMPARADOS:

EQP-WHT-ELP-Mult-uni-ut302-001
EQP-WHT-ELP-Mono-tele-UM6224101-01
EQP-WHT-ELP-term-uni-ut301A2-001.

NOMBRE SUPERVISOR	Gonzalo López	NOMBRE TÉCNICO	Bertram Hernandez
FECHA DE REVISIÓN	14 - febrero - 2025	FECHA DE REALIZACIÓN	14 - febrero - 2025
FIRMA DE SUPERVISOR		FIRMA DE TÉCNICO	

Gonzalo López Quezada
Supervisor
FEQUANS