

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud **ELÉCTRICA**

Fecha de Emisión : 17-ene-26 N° de Certificado : 26-RS-CA-00327 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : EQUANS SERVICIOS DE MANTENCION SPA
Dirección : LAS HORTENSIA S N. 501, CERRILLOS
Descripción del ítem : HVAC CLAMP METER TRUE RMS
Fabricante : FLUKE
Número de Parte/Modelo : 902FC Número de Serie : 51116130SV
Identificación de Cliente : TES-PA-01

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-ene-26 Fecha de Vencimiento : 17-ene-28
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ELÉCTRICA, DTS SpA.
Condiciones Ambientales : Temperatura : $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ Humedad Relativa : $50 \pm 30\%$
Procedimiento : Fluke 902 FC Performance Tests (February 2017)
Desviación a los procedimientos : NINGUNA
Rango de mediciones : VOLTAJE CONTINUO: 0 a 600 V; VOLTAJE ALTERNO: 0 a 600 V; CORRIENTE ALTERNA: 0 a 600 A; CORRIENTE CONTINUA: 0 a 200 μA ; RESISTENCIA: 0 a 60 k Ω ; TEMPERATURA: -40 a 400 $^{\circ}\text{C}$; CAPACITANCIA: 0 a 1000 μF .

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	N° de Parte	N° de Serie	N° de Certificado	Vence	Laboratorio Emisor	Trazabilidad Inmediata
50 TURN COIL	FLUKE	5500A	88560035	NCR	***	***	***
MULTI-PRODUCT CALIBRATOR	FLUKE	5522A	6056901	5523631031434909	03-feb-2026	MICRO PRECISION	MICRO PRECISION

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El laboratorio de Calibración posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración".

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones. La Incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por un factor de cobertura aproximadamente $k=2$. El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin la firma digital no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud ELÉCTRICA

N° de Certificado : 26-RS-CA-00327

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PATRON	LECTURA PROMEDIO INSTRUMENTO CALIBRADO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (k=2)	OBSERVACIONES
Root Difference Square guardbanding method used.				
DISPLAY TEST				
BACKLIGHT TEST				
KEYPAD TEST				
AC VOLTAGE				
500,0 V	498,4 V	-1,6 V	140 mV	400 Hz
10,0 V	10,0 V	0,0 V	58 mV	400 Hz
500,0 V	499,6 V	-0,4 V	140 mV	50 Hz
10,0 V	10,0 V	0,0 V	58 mV	50 Hz
DC VOLTAGE				
500,0 V	499,6 V	-0,4 V	58 mV	---
10,0 V	10,0 V	0,0 V	58 mV	---
-10,0 V	-10,0 V	0,0 V	58 mV	---
CONTINUITY				
RESISTANCE				
30.00 KO Range				
30 kΩ	30 kΩ	0 kΩ	580 Ω	---
6000 O Range				
3000 Ω	2999 Ω	-1 Ω	580 mΩ	---
600 O Range				
300,0 Ω	299,9 Ω	-0,1 Ω	58 mΩ	---
10,0 Ω	9,9 Ω	-0,1 Ω	58 mΩ	---
0,0 Ω	0,0 Ω	0,0 Ω	58 mΩ	---
DC CURRENT				
200,0 μA	200,0 μA	0,0 μA	70 nA	---
10,0 μA	10,0 μA	0,0 μA	60 nA	---
0,0 μA	0,0 μA	0,0 μA	60 nA	---
-200,0 μA	-200,0 μA	0,0 μA	92 nA	---
TEMPERATURE				
-40,0 °C	-38,5 °C	1,5 °C	150 m°C	---
0,0 °C	1,4 °C	1,4 °C	140 m°C	---
50,0 °C	51,3 °C	1,3 °C	140 m°C	---
400,0 °C	401,0 °C	1,0 °C	210 m°C	---
CAPACITANCE				
100 μF Range				
5,0 μF	5,0 μF	0,0 μF	60 nF	---
90,0 μF	90,0 μF	0,0 μF	400 nF	---


DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud **ELÉCTRICA**

N° de Certificado : 26-RS-CA-00327

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PATRON	LECTURA PROMEDIO INSTRUMENTO CALIBRADO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (k=2)	OBSERVACIONES
1000 µF Range				
500 µF	500 µF	0 µF	2,6 µF	---
AC CURRENT				
100,0 A	99,8 A	-0,2 A	630 mA	50 Hz
600,0 A	599,3 A	-0,7 A	3,3 A	50 Hz



RODRIGO SANCHEZ ZUBARZO
TÉCNICO METRÓLOGO

RESPONSABLE TÉCNICO
LABORATORIO DE CALIBRACIONES

Fin del certificado de calibración