



MEDICIÓN DE CONTROL METROLÓGICO

Código: R-SGI-112

Versión: 02

Fecha: 05-12-2023

NOMBRE DEL CONTRATO:	Wolment el Penon		
NOMBRE RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	Gonzalo Lopez		
CARGO RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	Supervisor.	FECHA:	21-Agosto-2025
PERÍODO DE CONTROL:	Periodo n° 2 Año 2025	DESCRIPCIÓN:	Revisión de equipos.
PERÍODO DE CALIBRACIÓN PATRONES:		T= Técnico	P= Patrón
		D= Diferencia	

MULTITESTER M 1		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 382	T= 4.6	T= 0.9
P= 381	P= 4.4	P= 0.8
D= 1	D= 0.2	D= 0.1

MULTITESTER M 2		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 228	T= 6.8	T= 1.2
P= 225	P= 6.5	P= 1.1
D= 3	D= 0.3	D= 0.1

MULTITESTER M 3		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 398	T= 8.1	T= 0.9
P= 396	P= 7.9	P= 0.8
D= 2	D= 0.2	D= 0.1

Manómetro M1	
Baja	
T= 113	
P= 114	
D= 1	

Manómetro M2	
Alta	Baja
T= 492	T= 118
P= 491	P= 115
D= 1	D= 3

Manómetro M2	
Alta	Baja
T= 498	T= 115
P= 493	P= 114
D= 5	D= 1

Manómetro M1	
Alta	
T= 501	
P= 499	
D= 2	

TERMOMETRO M 1	
T= 9.8	
P= 10.1	
D= 0.3	

TERMOMETRO M 2	
T= 42.2	
P= 41	
D= 1.2	

TERMOMETRO M 3	
T= 15	
P= 14	
D= 1	

CAPACIMETRO M 1
T=
P=
D=

CAPACIMETRO M 2
T=
P=
D=

CAPACIMETRO M 3
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 1
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 2
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 3
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 1
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 2
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 3
T=
P=
D=

*Nota: Si el servicio cuenta con más instrumentos que requieren verificación y no aparecen en este registro, favor ingresarlas en los cuadros en Rojo.

RESUMEN	VALOR	VARIACIÓN ACEPTABLE	ESTADO		
			BUENO	REGULAR	MALO
% Promedio Voltaje	1.6	+ - 5 % Volts	/		
% Promedio Amperaje	0.2	+ - 10 % Amperios	/		
% Promedio Resistencia	0.1	+ - 3 % Ohm	/		
Promedio Manómetro Alta	2.6.	+ - 3 PSI	/		

Promedio Manómetro Baja	1.6	+ - 8 PSI	/		
Promedio Termómetro	0.83	+ - 1,5 °C	/		
Promedio Capacímetro		-0,02			
Promedio de Diferencial de Presión		-0,05			

OBSERVACIONES

→ Se realizó revisión de equipo quedando en perfecto estado.

CÓDIGO QR DE EQUIPOS PATRONES:



CÓDIGO QR DE EQUIPOS COMPARADOS:

EQP-WMT-ELP-TERM-UNI-UT301AP-001
EQP-WMT-ELP-MANO-VALUE-VMG2R410A-001
EQP-WMT-ELP-MULT-UNI-UT202-001

NOMBRE SUPERVISOR

Gonzalo López

NOMBRE TÉCNICO

Bogdan Hleemende

FECHA DE REVISIÓN

21 Agosto - 2025

FECHA DE REALIZACIÓN

21 - Agosto - 2025

FIRMA DE SUPERVISOR

Gonzalo López Quezada
Supervisor

FIRMA DE TÉCNICO

[Signature]

EQUANS