

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud TEMPERATURA

Fecha de Emisión : 19-ene-26 N° de Certificado : 26-FF-CA-00432 Página 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Cliente : EQUANS SERVICIOS DE MANTENCIÓN SPA
Dirección : LAS HORTENSÍAS 501, CERRILLOS
Descripción del ítem : TERMOMETRO INFRARROJO
Fabricante : FLUKE
Número de Parte / Modelo : 62 MAX+
Número de Serie : 63840253MV
Identificación de Cliente : TER-PA-02

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

Fecha de Calibración : 17-ene-26 Fecha de Vencimiento : 17-ene-28
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN VARIABLE IR, DTS SpA.
Distancia de Calibración : 30 cm Diámetro de la Fuente : 15,2 cm
Condiciones Ambientales : Temperatura : $(23 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ Humedad Relativa : $\leq 90\%$
Procedimiento : 6752PRO127-01 rev 13.0 Método de calibración : Comparación directa
Documento de Referencia : ASTM E2847 - 21 TH - 002 CEM
Propiedades Físicas relevantes : NINGUNA
Desviación a los procedimientos : NINGUNA
Rangos de mediciones : $(-30 \text{ a } 500)^{\circ}\text{C}$
Resolución del Instrumento : $0,1^{\circ}\text{C}$ Emisividad : 0,95

ANTECEDENTES DEL O LOS PATRONES UTILIZADOS

Descripción	Fabricante	N° de Parte	N° de Serie	N° de Certificado	Vence	Laboratorio Emisor	Trazabilidad Inmediata
PRECISION INFRARED CALIBRATOR	FLUKE	4180	B47642	4600060979	13-oct-27	FLUKE	FLUKE
PRECISION INFRARED CALIBRATOR	FLUKE	4181	B4A165	4600061168	16-oct-27	FLUKE	FLUKE
HUINCHA DE MEDICIÓN METÁLICA	REDLINE	0-5000	IR-001	25-JM-CA-08795	04-nov-26	DTS	DTS

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El laboratorio de Calibración posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración".

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

La Incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por un factor de cobertura aproximadamente $k=2$. El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento. Certificados sin la firma digital no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud TEMPERATURA

Fecha de Emisión : 19-ene-26

N° de Certificado : 26-FF-CA-00432

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

[illegible]

FERNANDO FLORES ZURITA
TÉCNICO METRÓLOGO

RESPONSABLE TÉCNICO
LABORATORIO DE CALIBRACIONES

Fin del certificado de calibración