

CHECK LIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA DISSOLUTOR DE COMPRIMIDOS

FM-411

Rev.:00

Pág:1/1

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DISSOLUTOR/ DESINTEGRADOR DE COMPRIMIDOS

DISSOLUTOR DE COMPRIMIDOS	SERIE	Nº OS	
SISTEMA DE BOMBA E AQUECIMENTO D'AGUA	VERIFICADO	SUBSTITUIDO	OBS
VERIFICAÇÃO DO MOTOR			
TESTE BOIA DE SEGURANÇA			
TESTE SISTEMA DE PROTEÇÃO DA RESISTENCIA			
VERIFICAÇÃO DAS MANGUEIRAS			
VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO			
MANGUEIRAS /CONEXÕES			
SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DAS HASTES			
VERIFICAÇÃO DO MOTOR			
TENCIONAMENTO DA CORREAS			
VERIFICAÇÃO DA PARTE MECÂNICA (MANCAIS , ESTICADORES REDUÇÕES)			
VERIFICAÇÃO DA OSCILAÇÃO DAS HASTES			
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS			
VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS			
PAINEL DE CONTROLE			
TESTE DAS FUNÇÕES			
TESTES DE SENSIBILIDADE DO VISOR E OU TECLAS			
VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE CONFIGURAÇÃO			
VERIFICAÇÃO DA SAIDA DE CONTROLE E RETRANSMISSÃO			
SENSORES			
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE			
SUBSTITUIÇÃO DOS TERMINAIS			
COMPARAÇÃO COM SENSOR CALIBRADO			
VIDRARIAS /CUBA DE ACRILICO			
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE			
VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
LIMPEZA			
PARTE INTERNA			
PARTE EXTERNA			
DRENO			
PARTE ELETRICA			
INTEGRIDADE DOS FIOS			
CONECTORES			
COMPONENTES			
ACOMPANHADO POR.....	CARGO.....		
DATA.....	TÉCNICO.....		