

HELLO!

Nr Toru	Oznaczenie wejścia pomiarowego			T8 temperatura odpływu		
	Rodzaj czujnika			Pt100		
	Typ			TOPE412		
	Producent			666		
	Zakres pomiarowy			0...150°C		
	Wymagana dokładność			±1°C		
	Informacje o wzorcu			Piec kalibracyjny DBC 150 TS, nr fabr. 10349		
Wartość zadana przed korektą	Wartość odczytana przed korektą	Odchyłka przed korektą	Korekta	Wartość zadana po korekcie	Wartość odczytana po korekcie	Odchyłka po korekcie
	°C	- 0,08°C	-	-	-	-
121,55°C	121,6°C	- 0,05°C	- 0,05°C	- 0,05°C	- 0,05°C	- 0,05°C
140,62°C	140,6°C	- 0,02°C	-	-	-	-
Wnioski z wzorcowania			Wskazania prawidłowe			