

À
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
CAMPO GRANDE/MS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023
Processo n. 77/002.150/2023

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

A empresa Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda., CNPJ 13.333.090/0009-31, situada à Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 604 - Sarandi, Porto Alegre - RS, 91060-410, interessada de participar do pregão acima identificado, vem pelas razões de fato e de Direito solicitar o presente ESCLARECIMENTO:

Verificamos que os itens 29, 30 e 31 da tabela 1 - tem em seu descritivo características de dialisador para hemodiálise. No entanto, não há especificação quanto ao fluxo que devem atender, se baixo, médio ou alto e também não há orientação se os mesmos serão para utilização única ou para reuso.

Estas características se fazem fundamentais para o entendimento do objeto licitado e sua correta aplicação e precificação.

Diante do exposto, solicitamos cordialmente, que nossas dúvidas sejam dirimidas.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Porto Alegre, 22 de novembro de 2023.



NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Priscila Esquiam Morosini
Analista de Licitações
RG. 5067642925 - SSP/RS
CPF 983.717.700-49

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA NIPRO MEDICAL - PE N. 0028/2023

De : Edmilson Martins Siqueira <emsiqueira@sad.ms.gov.br>

ter., 12 de dez. de 2023 15:44

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA NIPRO MEDICAL - PE N. 0028/2023

Para : pregao05@sad.ms.gov.br

Boa tarde, equipe Pregão 05!

Consoante cadeia de e-mails abaixo, seguem os esclarecimentos prestados pela área técnica, concernente ao pedido formulado pela empresa licitante, às fls. 920, dos autos.

Atenciosamente,

Superintendência de Contratações Centralizadas
SUCC/SEL/SAD
3318-1311

De: "Leticia Peixoto" <lpeixoto@saude.ms.gov.br>

Para: "Edmilson Martins Siqueira" <emsiqueira@sad.ms.gov.br>

Cc: "Rhullian Argentina Quinhones" <rquinhones@sad.ms.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 12 de dezembro de 2023 15:03:07

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA NIPRO MEDICAL - PE N. 0028/2023

Boa tarde!

Com a suspensão do certame em 27/11/2023, referente ao PE 0028/2023 - Processo 77/002.150/2023 - Correlatos Hospitalares I, quanto ao pedido de esclarecimento feito pela licitante NIPRO MEDICAL que questiona os Itens 29, 30 e 31 da Tabela I do TR, quanto ao FLUXO, REUSO ou utilização ÚNICA, esclarecemos que:

Em síntese observa-se a necessidade da solicitação dos requisitos abaixo em descrição complementar:

- Para os Itens 29, 30 e 31 serão considerados Dialisadores/capilares de ALTO FLUXO de acordo com as características da população atendida pelo sistema Hospitalar, e de USO ÚNICO em atendimento a RDC nº 11/2014, procedimento instituído desde de 2018 com à SUSPENSÃO DO REUSO na instituição.

At.te.

--

Enfª Leticia Toledo Peixoto
FUNSAU/HRMS/SAD
67 3318-1317

De: "Leticia Toledo Peixoto" <lpeixoto@saude.ms.gov.br>

Para: "pregao05" <pregao05@sad.ms.gov.br>

Cc: "kmartins" <kmartins@funsau.ms.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 23 de novembro de 2023 16:23:27

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA NIPRO MEDICAL - PE N. 0028/2023

Boa tarde!