

PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS HOSPITALARES I.

PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2023

PROCESSO: 77/002.150/2023

ITEM 01– Cateter - Espécie: duplo lúmem; Tipo: central; Medida: calibre 4 F de 13 cm à 15 cm de comprimento (18 ga / 20 ga); Material: em silicone ou poliuretano; Apresentação: média permanência; Requisito do material: aplicação conexão Luer fêmea universal; Requisito: radiopaco; Dados Complementares: ponta distal com dispositivo de fixação à pele; Informação adicional: estéril; Acompanha: bandeja, dilatador, fio guia, agulha para introdução de fio guia, pinça corta-fluxo e tampa protetora, dispositivo punção cânula reta, bisel trifacetado.

EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL	SIM	NÃO
10.4.6.1. Descritivo do material de acordo com o solicitado no lote/item;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.6.2. Marca de acordo com o ofertado;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.6.3. Medidas de acordo com o solicitado;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.6.4. Composição de acordo com o solicitado;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.6.5. Atendimento a finalidade a que se destina com segurança para o paciente e o profissional da saúde.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA CLASSIFICADA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
MARCA/MODELO: BLENTEA 4FRX13		
JUSTIFICATIVA: <i>cateter atende as qualidades necessárias e está adequado.</i>	Aprovado	Reprovado
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Este é o parecer.

Campo Grande, 28 de fevereiro de 2024.



Dra. Helena de Lima Chaves
Cirurgia Pediátrica
CRM/MS 3638

Dra. HELENA DE LIMA CHAVES

Matrícula n. 93601021

CRM n. 3638

Representante HRMS

PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS HOSPITALARES I.

PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2023

PROCESSO: 77/002.150/2023

ITEM 10 – Seringa - Volume: 20 ml; Tipo: descartável; Material: polipropileno transparente; Forma: cilíndrica, com anel de retenção e siliconização interna e escala de gravação indelével; Bico: central slip; Requisito: atóxica, apirogênica, estéril; Requisito da embalagem: embaladas individualmente, com abertura asséptica.

EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL	SIM	NÃO
10.4.6.1. Descritivo do material de acordo com o solicitado no lote/item;		✓
10.4.6.2. Marca de acordo com o ofertado;	✓	
10.4.6.3. Medidas de acordo com o solicitado;		✓
10.4.6.4. Composição de acordo com o solicitado;	✓	
10.4.6.5. Atendimento a finalidade a que se destina com segurança para o paciente e o profissional da saúde.		✓
EMPRESA CLASSIFICADA: JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
MARCA/MODELO: SR		
JUSTIFICATIVA:	Aprovado	Reprovado
Amostra apresentada no tom não menor Que difere do solicitado no descritivo. Bico com apresentação luer lock		X

ITEM 11 – Seringa - Volume: 3 ml; Tipo: descartável; Material: polipropileno transparente com siliconização interna; Forma: cilíndrica, com anel de retenção e siliconização interna e escala de gravação indelével; Bico: central luer slip; Requisito: atóxico, apirogênico, estéril, sem agulha; Requisito da embalagem: embaladas individualmente, com abertura asséptica.

EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL	SIM	NÃO
10.4.6.1. Descritivo do material de acordo com o solicitado no lote/item;	✓	
10.4.6.2. Marca de acordo com o ofertado;	✓	
10.4.6.3. Medidas de acordo com o solicitado;	✓	
10.4.6.4. Composição de acordo com o solicitado;	✓	
10.4.6.5. Atendimento a finalidade a que se destina com segurança para o paciente e o profissional da saúde.	✓	
EMPRESA CLASSIFICADA: DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
MARCA/MODELO: INJEX		
JUSTIFICATIVA:	Aprovado	Reprovado
material atende ao solicitado no descritivo	X	

40

Continuação folha 02.

PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS HOSPITALARES I.

PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2023

PROCESSO: 77/002.150/2023

ITEM 18 – Fita Adesiva - Tipo: Cirúrgica; Material: Micropore, com dorso de não tecido; Requisito: Massa adesiva na face interna, hipoalergênica; Medida: 10 cm x 10 m.			
EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL	SIM	NÃO	
10.4.6.1. Descritivo do material de acordo com o solicitado no lote/item;	✓		
10.4.6.2. Marca de acordo com o ofertado;	✓		
10.4.6.3. Medidas de acordo com o solicitado;	✓		
10.4.6.4. Composição de acordo com o solicitado;	✓		
10.4.6.5. Atendimento a finalidade a que se destina com segurança para o paciente e o profissional da saúde.	✓		
EMPRESA CLASSIFICADA: RCA SAUDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
MARCA/MODELO: WILTEX			
JUSTIFICATIVA:	Aprovado	Reprovado	
material atende ao descritivo.	X		

ITEM 20 – Luva - Tipo: hospitalar; Uso: cirúrgico; Material: látex natural; Formato: anatômico; Tamanho: nº 6,5; Requisito: lubrificada com pó bioabsorvível, resistente a tração, atóxica; Comprimento mínimo: 28 cm; Dados complementares: estéril, punho ajustável com bainha/friso, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda; Requisito da embalagem: papel grau cirúrgico, com abertura asséptica.			
EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL	SIM	NÃO	
10.4.6.1. Descritivo do material de acordo com o solicitado no lote/item;	✓		
10.4.6.2. Marca de acordo com o ofertado;	✓		
10.4.6.3. Medidas de acordo com o solicitado;	✓		
10.4.6.4. Composição de acordo com o solicitado;	✓		
10.4.6.5. Atendimento a finalidade a que se destina com segurança para o paciente e o profissional da saúde.	✓		
EMPRESA CLASSIFICADA: DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
MARCA/MODELO: MEDIX			
JUSTIFICATIVA:	Aprovado	Reprovado	
material atende ao descritivo.	X		

af

Continuação folha 03.

PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS HOSPITALARES I.

PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2023

PROCESSO: 77/002.150/2023

ITEM 26 – Compressa - Tipo: Cirúrgica; Material: 100% algodão; Camadas: 4 sobrepostas; Bordas: overlocadas; Requisito: campo operatório estéril, com elemento radiopaco, isento de impurezas, amido, alvejantes ópticos ou substâncias alergênicas; Medida: 25 cm x 28 cm após pré lavagem e pré encolhimento, 45 cm x 45 cm antes do processo; Peso: 20 g; Embalagem: embalada em envelopes tipo pouche composto de papel grau cirúrgico e filme especial, com 5 unidades.		
EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL	SIM	NÃO
10.4.6.1. Descritivo do material de acordo com o solicitado no lote/item;	✓	
10.4.6.2. Marca de acordo com o ofertado;	✓	
10.4.6.3. Medidas de acordo com o solicitado;	✓	
10.4.6.4. Composição de acordo com o solicitado;	✓	
10.4.6.5. Atendimento a finalidade a que se destina com segurança para o paciente e o profissional da saúde.	✓	
EMPRESA CLASSIFICADA: MEGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
MARCA/MODELO: AMED		
JUSTIFICATIVA:	Aprovado	Reprovado
material atende ao descritivo	X	

ITEM 27 – Compressa - Tipo: Cirúrgica; Material: 100% fios de algodão hidrófilo; Medida: dimensões 10 cm x 9 cm após pré lavagem e pré encolhimento, 30 cm x 30 cm antes do processo; Peso: 9 g; Camadas: 4 sobrepostas; Requisito: campo operatório estéril, com elemento radiopaco, isento de impurezas, amido, alvejantes ópticos ou substâncias alergênicas; Bordas: overlocadas; Embalagem: em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica.		
EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL	SIM	NÃO
10.4.6.1. Descritivo do material de acordo com o solicitado no lote/item;	X	
10.4.6.2. Marca de acordo com o ofertado;	X	
10.4.6.3. Medidas de acordo com o solicitado;	X	
10.4.6.4. Composição de acordo com o solicitado;	X	
10.4.6.5. Atendimento a finalidade a que se destina com segurança para o paciente e o profissional da saúde.	X	
EMPRESA CLASSIFICADA: RCA SAUDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
MARCA/MODELO: AMED		
JUSTIFICATIVA:	Aprovado	Reprovado
Atende ao descritivo	X	

(assinatura)

Continuação folha 04.

PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS HOSPITALARES I.

PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2023

PROCESSO: 77/002.150/2023

Este é o parecer.

Campo Grande, 28 de fevereiro de 2024.



ADRIANA ALMEIDA GAMA FERNANDES

Matrícula n. 476210021

ENFERMEIRA - COREN n. 219707.

Representante HRMS